

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1024 del 26 NOV. 2019
STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Affidamento presso la soc. R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO di La Spezia (SP) della fornitura in noleggio, per mesi 8, di una sterilizzatrice al plasma e del relativo materiale di consumo da destinare al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "S. Camillo De Lellis" di Rieti. Importo complessivo pari ad € 35.040,00 (IVA esclusa).

Estensore Dott. Matteo Palmieri

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Matteo Palmieri

Firma Data 13-11-2019

Il Dirigente: Dott. Andrea Martellucci

Data 13/11/2019Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020501: PROV. 552PATRIZIAAutorizzazione: AUT. 28.69/2019Data 14/11/2019

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma 

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Petti

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 21.11.2019Firma 

Parere del Direttore Sanitario f.f. Dott. Gennaro D'Agostino

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 25.11.19Firma 

OGGETTO: Affidamento presso la soc. R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO di La Spezia (SP) della fornitura in noleggio, per mesi 8, di una sterilizzatrice al plasma e del relativo materiale di consumo da destinare al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "S. Camillo De Lellis" di Rieti. Importo complessivo pari ad € 35.040,00 (IVA esclusa).

Pag. 2 di 4

IL DIRIGETE DELLA U.O C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n.23080 del 26/04/2019 l'Ing. Erminio Pace, Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica, ha chiesto al Direttore Sanitario l'autorizzazione per il noleggio di una sterilizzatrice al plasma da destinare al Blocco Operatorio del P.O. di Rieti al fine di sostituire la sterilizzatrice Sterrad 100S, ivi ubicata, a causa della difficoltà nella reperibilità dei pezzi di ricambio e dell'incremento del loro costo;
- in data 03/05/2019 il summenzionato noleggio è stato autorizzato da parte del Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Rea (All. 1);

PRESO ATTO che con nota prot. n. 24314 del 06/05/2019, agli atti, è stata trasmessa dalla UOSD Ingegneria Clinica la documentazione attestante:

- il "phase-out" della sterilizzatrice Sterrad 100S, ubicata presso il Blocco Operatorio del P.O. di Rieti (All. 2);
- copia dell'offerta della soc. Johnson & Johnson per il noleggio annuale o triennale di una nuova sterilizzatrice (All. 3);
- caratteristiche tecniche minimali della sterilizzatrice da noleggiare;
- copia dell'autorizzazione rilasciata dal Direttore Sanitario;

VISTA:

- la nota del 26/07/2019 con la quale è stato chiesto all'UOC Tecnico di fornire informazioni circa la tempistica di attivazione del nuovo centro di sterilizzazione;
- la nota di riscontro del 01/08/2019 con la quale la UOC Tecnico stimava nel mese di marzo 2020 la data di attivazione del suddetto centro (All. 4);

RILEVATO che tale tipologia di prodotto è presente sul MEPA;

DATO ATTO che è stata predisposta sul MEPA (Rdo n. 2365653) una procedura di gara, da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso, relativo al noleggio per mesi 8, di una sterilizzatrice al plasma (All. 3);

PRESO ATTO CHE entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 09/09/2019, risulta pervenuta un'unica offerta prodotta dalla società R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO di La Spezia (SP) (All. 5);

VISTA l'offerta rimessa dalla soc. R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO di La Spezia (SP) per il noleggio, per un periodo di mesi 8, di una sterilizzatrice al plasma ad un canone mensile pari ad € 4.380,00+IVA, importo complessivo pari ad € 35.040,00+IVA 22% (All. 6), offerta che unita al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale:

VISTA:

- la nota del 04/07/2019 con la quale è stata inviata alla UOSD Ingegneria Clinica la documentazione scheda tecnica del carrello elevatore elettrico Pramac modello RX 10/16 evo;
- la nota di riscontro del 11/10/2019 con la quale la UOSD Ingegneria Clinica ha espresso parere tecnico positivo circa la conformità del prodotto alle esigenze aziendali (All. 7);

VISTO l'art. 36, c.2 lett. a), del D.Lgs 50/2016;

OGGETTO: Affidamento presso la soc. R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO di La Spezia (SP) della fornitura in noleggio, per mesi 8, di una sterilizzatrice al plasma e del relativo materiale di consumo da destinare al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "S. Camillo De Lellis" di Rieti. Importo complessivo pari ad € 35.040,00 (IVA esclusa).

Pag. 3 di 4

RITENUTO opportuno, in base a quanto sopra, accettare l'offerta prodotta dalla società R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO di La Spezia (SP) per un importo complessivo pari ad € € 35.040,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. **DI AFFIDARE** alla società R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO di La Spezia (SP) il noleggio, per un periodo di mesi 8, di una sterilizzatrice al plasma ad un canone mensile pari ad € 4.380,00+IVA, importo complessivo pari ad € 35.040,00+IVA 22% (All. 6);
2. **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento, mediante l'utilizzo di fondi aziendali, pari ad € 42.748,80 (IVA inclusa) al conto 101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" dell'esercizio 2019;
3. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto


per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 26 NOV. 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 26 NOV. 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69-e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 26 NOV. 2019

Rieti li 26 NOV. 2019

IL FUNZIONARIO

Pietro Feltri



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Servizio di Ingegneria Clinica

Prot. 23080

Rieti, 26/04/2019

Autore
NOLEGGIO
23.05.2019

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Rea

Oggetto: richiesta autorizzazione noleggio sterilizzatrice al plasma da destinare al Blocco Operatorio del PO di Rieti

Premesso che nella sterilizzazione del PO di Rieti è in uso una sterilizzatrice al plasma, modello STERRAD 100S collaudata in data 26/04/2000. La Società Johnson&Johnson ha inviato la comunicazione di "phase-out", con la quale informava la ASL di Rieti, che in seguito alla cessazione della produzione della sterilizzatrice STERRAD 100S avvenuta già nel 2015, sarà assai difficile reperire sul mercato le parti di ricambio.

Vista l'obsolescenza tecnologica dell'unica sterilizzatrice al plasma a servizio del Blocco Operatorio del PO di Rieti e stante le tempistiche per portare a termine la gara per la realizzazione della nuova Centrale di Sterilizzazione, si ritiene opportuno procedere al noleggio di una sterilizzatrice al plasma, in modo da garantire la continuità del cruciale esercizio delle sale operatorie.

Il costo di una sterilizzatrice al plasma nuova varia tra i 70.000,00 ed i 200.000,00 mentre la formula del noleggio consentirebbe alla ASL di Rieti di interrompere il canone al momento dell'avvio della prevista nuova Centrale di Sterilizzazione.

Stante quanto sopra e in ottemperanza alla procedura aziendale adottata con Delibera n. 339/DG del 24/04/2018, si chiede la prevista autorizzazione al fine di procedere al noleggio dell'autoclave richiamata in oggetto.

In allegato alla presente si trasmette:



1. copia della comunicazione di "phase-out" della sterilizzatrice al plasma STERRAD 100S inviata dalla Società Johnson&Johnson;
2. copia dell'offerta della Società Johnson&Johnson per il noleggio per annuale e/o triennale di una nuova sterilizzatrice al plasma, da utilizzare come prezzo di riferimento;
3. copia delle caratteristiche tecniche di minima della sterilizzatrice al plasma.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. *Emilio Pace*

Coll. Tecnico Ing. Marco Risa

Organismi accreditati da ACCREDITA



MEDICAL S.P.A.



Alla c.a. del

**Direttore Sanitaria
Ingegnere Clinico
Direttore Amministrativo**

01 Agosto 2018

Oggetto: Phase-out Sistema di Sterilizzazione STERRAD® 100S

Gentile Cliente,

Advanced Sterilization Products (ASP) Divisione di Johnson & Johnson Medical S.p.A., desidera ringraziarLa per la fiducia dimostrata nei confronti della tecnologia STERRAD® 100S durante tutti questi anni. Da quando la prima STERRAD® è stata introdotta nel mercato sanitario in EMEA, la nostra missione è stata quella di fornire alle organizzazioni operanti nel settore soluzioni per la prevenzione delle infezioni, garantendo un efficace processo di sterilizzazione attraverso piattaforme di prodotti flessibili e sicure per lo strumentario, gli operatori sanitari, i pazienti e l'ambiente.

ASP ha cessato la produzione dei sistemi di sterilizzazione STERRAD® 100S marcati CE il 31 Dicembre 2015. Continuerà tuttavia a garantire l'assistenza tecnica su queste apparecchiature per ulteriori 10 anni a partire dal 31 Dicembre 2015. Riteniamo però opportuno informarLa che negli anni a venire, a causa della riduzione del numero di sistemi STERRAD® 100S funzionanti, si prevede un incremento nel costo delle relative parti di ricambio.

Pertanto, al fine di consentirLe una pianificazione tempestiva della gestione del fine vita dell'apparecchiatura in Suo possesso, Le ricordiamo che la longevità attesa, o vita utile, di un sistema STERRAD® 100S è stabilita in 20.000 cicli basandosi sui dati di progetto.

Per qualsiasi esigenza relativa al descritto processo, è a Sua disposizione il referente locale ASP. La ringraziamo nuovamente per il continuo supporto e la fiducia dimostrata in questi anni nei confronti della tecnologia STERRAD®. Noi la valutiamo come Cliente e apprezziamo l'opportunità di supportarLa nella Sua necessità di prevenzione delle infezioni.

Dr. Luca Carreri
Amministratore Delegato ASP

All. 3 di 8
Pag. 1 di 3



Spettabile
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 - RIETI

Roma, 12/04/2019

Prot.n. IT19SO00015
(Citare nelle comunicazioni)

OGGETTO: CONDIZIONI DI FORNITURA Advanced Sterilization Products Italia S.r.l. linea ASP – OFFERTA DI NOLEGGIO PER

- **Sistema di Sterilizzazione STERRAD 100NX ad 1 porta**

La **Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.** con sede legale in in Milano, Via Monte Napoleone, nr. 8 - CAP 20121, - C.F. e P.I. n. 10491670963, REA 2535359 nella persona del Procuratore speciale il Dott. **Gregor Spitzer**, nato a Emmerich (Germania) 26/08/1977, residente in Lanzerather Buschweg 101, 41472 Neuss, Germania -, C.F.: **SPTGGR77M26Z112N**, propone le proprie migliori quotazioni di vendita per i prodotti di seguito elencati.

- **Opzione A relativa al canone di noleggio mensile per la durata di 1 anno:**

Descrizione: Noleggio STERRAD 100NX ALLClear 1 Porta

Codice Prodotto: NLST100NXAC1P

NID: 1515354/R

CND: Z12011309

Prezzo di listino dell'apparecchiatura: Euro 200.000,00000

Prezzo offerto a canone mensile: Euro 5.500,00000: (cinquemilacinquecento virgola zerozerozerozerozero)

Aliquota I.V.A.: 22%

Si specifica che il prezzo è comprensivo di :

- Imballaggio, spedizione e installazione dell'apparecchiatura;
- Assistenza tecnica full-risk riconosciuta per tutta la durata del noleggio, dalla data del collaudo apparecchiatura, comprensiva di due visite annue di manutenzione ordinaria e preventiva (ogni 650 cicli oppure ogni 6 mesi); numero illimitato di interventi su richiesta per manutenzione correttiva; e parti di ricambio tutte incluse;
- Corso di addestramento all'uso dell'apparecchiatura ed assistenza in loco da parte di ns. personale per un periodo massimo di 3 giorni, successivamente alla messa in servizio dell'apparecchiatura. Ulteriori giorni di istruzione potranno essere richiesti (mediante ordine di acquisto del codice **TRC001**) via fax al n. 06/91194505
- N. 1 Kit Ciclo Express per Sterrad 100NX (nuova installazione) **codice 10134**
- N. 1 Kit duo Ciclo Sterrad 100NX **codice 10136**
- N. 1 VELOCITY Reader - Lettore per Indicatore Biologico VELOCITY **codice 43220**

- **Opzione B relativa al canone di noleggio mensile per la durata di 3 anni:**

Descrizione: Noleggio STERRAD 100NX ALLClear 1 Porta

Codice Prodotto: NLST100NXAC1P

NID: 1515354/R

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.

Cap. Soc. 10.000,00 euro i.v. REA 2535359 N. Iscrizione Registro delle Imprese Milano CF/P.IVA 10491670963

Sede legale: Via Monte Napoleone, 8 - CAP: 20121 Milano - Pec: asp.italia@legalmail.it

Sede operativa: Via del Mare, 56 - CAP: 00071 Pomezia (RM) - Tel.: +39 0691194319 - E-mail: info.italy@asp.com

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS[®]

CND: Z12011309

Prezzo di listino dell'apparecchiatura: Euro 200.000,00000

Prezzo offerto a canone mensile: Euro 2.500,00000: (duemilacinquecento virgola zerozerozerozero)

Aliquota I.V.A.: 22%

Si specifica che il prezzo è comprensivo di :

- Imballaggio, spedizione e installazione dell'apparecchiatura;
- Assistenza tecnica full-risk riconosciuta per tutta la durata del noleggio, dalla data del collaudo apparecchiatura, comprensiva di due visite annue di manutenzione ordinaria e preventiva (ogni 650 cicli oppure ogni 6 mesi); numero illimitato di interventi su richiesta per manutenzione correttiva; e parti di ricambio tutte incluse;
- Corso di addestramento all'uso dell'apparecchiatura ed assistenza in loco da parte di ns. personale per un periodo massimo di 3 giorni, successivamente alla messa in servizio dell'apparecchiatura. Ulteriori giorni di istruzione potranno essere richiesti (mediante ordine di acquisto del codice **TRC001**) via fax al n. 06/91194505
- N. 1 Kit Ciclo Express per Sterrad 100NX (nuova installazione) **codice 10134**
- N. 1 Kit duo Ciclo Sterrad 100NX **codice 10136**
- N. 1 VELOCITY Reader - Lettore per Indicatore Biologico VELOCITY **codice 43220** .

CONDIZIONI GENERALI

Validità offerta: 12 mesi (1 anno) a partire dalla data di accettazione

Imballo e trasporto: a nostro carico

Consegna: franco destinatario

Quantità minima fatturabile: confezione di vendita

Tempi di consegna dell'Apparecchiatura: 5 gg lavorativi fatta salva la disponibilità della merce

Tempi di consegna materiale di consumo: min 7 max 15 giorni dalla data di ricezione dell'ordine fatta salva la disponibilità della merce

Termini di pagamento: 90 gg data Ft

I PREZZI OFFERTI SONO DA INTENDERSI I.V.A. ESCLUSA.

AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO POSSIBILE DISALLINEAMENTI NELLA FASE DI INSERIMENTO ED EVASIONE ORDINE, VI PREGHIAMO DI VOLER EMETTERE GLI ORDINI PER QUANTITATIVI ESPRESSI IN CONFEZIONI.

La **Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.** dichiara inoltre quanto segue:

- Codice Attività: 46.46.30

- Conto corrente dedicato: Intesa Sanpaolo SpA – Agenzia Comit di Pomezia (RM) - Via del Mare 7

- CIN: J
- ABI: 03069
- CAB: 22005
- C/C: 019234350163
- IBAN: IT 77J 0306922005019234350163
- BBAN: J 03069 22005 019234350163

Per i prodotti oggetto della presente offerta potrete rivolgerVi a:

REFERENTE PRATICA, Paola Zirolo - TEL. +39 055/3094277- EMAIL paola.zirolo@asp.com

UFFICIO GARE per richieste di preventivi e/o qualsiasi necessità inerente la partecipazione a gare TEL +39 055/3094277- Fax +39 06/60513805 – EMAIL Italy.Tenders@asp.com – PEC: asp.italia@legalmail.it

SERVIZIO CLIENTI per inoltro ed evasione ordini Tel. +39 06/91194500 - Fax +39 06/91194505 – EMAIL ordini@its.jnj.com



ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Inoltre:

La **Advanced Sterilization Products Italia S.r.l** precisa che, per un periodo limitato, la Johnson & Johnson Medical S.p.A Le fornirà servizi di supporto; pertanto i pagamenti da parte dei Clienti per l'acquisto dei prodotti ASP devono continuare ad essere effettuati sul conto corrente bancario di Johnson & Johnson Medical S.p.A al numero 019234350163, IBAN IT 77 J 03069 22005 019234350163.

La **Advanced Sterilization Products Italia S.r.l** sarà la sola titolare dei crediti e dei pagamenti relativi ai prodotti ASP poiché la Johnson & Johnson Medical S.p.A. agirà solo da mandataria all'incasso dei pagamenti di cui sopra.

Cordiali saluti.

Advanced Sterilization Products Italia S.r.l

Un procuratore speciale

Gregor Spitzer

(nato a Emmerich (Germania) 26/08/1977)



11.11.19 d.18
PAG 1 di 2

24/10/2019

Posta - Matteo Palmieri - Outlook

I: Richiesta informazioni sterilizzatrice al plasma

Germole Antonino

A: Matteo Palmieri <mpalmieri@asi.rieti.it>

9/10/2019 13:44

L'appalto in questione presenta una importante criticità legata alla procedura concordataria avviata dalla Società mandante ICA Antonicoli S.r.l., proponendo la sostituzione dell'originaria mandante con altro operatore economico in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dalla lex specialis.

La questione è, pertanto, ad oggi, in discussione in aula di tribunale ma non si conoscono i tempi di risoluzione che comunque si prevedono al più tardi entro l'anno in corso. A valle della decisione giudiziaria, bisognerà considerare circa 3 mesi prima dell'inizio del servizio.

Pertanto, solo a livello di previsione, il servizio potrebbe essere attivato al più tardi e salvo eventi imprevisi ed imprevedibili, entro marzo 2020.



Ing. Antonino GERMOLÈ
Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale
ASL Rieti
Tel. 074629779
email: a.germole@asi.rieti.it
pec: tecnico@patrimoniale.asi.rieti@pec.it



Per cortesia, prima di stampare questa mail, pensa all'ambiente.
Please consider the environment before printing this mail note.

Il presente messaggio di posta elettronica, unitamente ad ogni eventuale documento allegato ed ai dati sensibili in esso contenuti, è riservato ad esclusivo utilizzo del destinatario, è garantito dalle norme vigenti e potrebbe essere tutelato dal segreto professionale o aziendale.

http://outlook.office.com/mail/servlet/AMMABDE572MCDTQZLJZJNDWACD4Ym2LTD0TFMFMXUxYm3hMg5G4AA4AC7%2B6eChJm55vY%2BUBpYRLBw6hO8jE1f06BU7%3B4c2M4AAA4A4EMA... 1/3

24/10/2019

Posta - Matteo Palmieri - Outlook

Qualora non ne foste il destinatario Vi preghiamo di avvertire immediatamente il mittente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare il presente messaggio ed ogni documento ad esso allegato.
E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del messaggio, di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, distribuzione od inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente.
Violazioni delle sopradette disposizioni determinano l'applicazione di disposizioni legislative e contrattuali.

Dr. Matteo Palmieri <mpalmieri@asi.rieti.it>
Inviato: venerdì 26 luglio 2019 14:22
A: Germole Antonino <a.germole@asi.rieti.it>
Oggetto: Richiesta informazioni

Spett.le Ufficio tecnico,

essendo necessario procedere al noleggio di una sterilizzatrice al fine di evitare soluzioni di continuità, si chiede di fornire informazioni utili circa la tempistica di attivazione del nuovo centro sterilizzazione al fine di poter definire la durata del suddetto noleggio.
Cordiali saluti.

At sensi dell'art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall'Asi di Rieti e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza fare uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asi of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us.

At sensi dell'art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall'Asi di Rieti e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza fare uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.

http://outlook.office.com/mail/servlet/AMMABDE572MCDTQZLJZJNDWACD4Ym2LTD0TFMFMXUxYm3hMg5G4AA4AC7%2B6eChJm55vY%2BUBpYRLBw6hO8jE1f06BU7%3B4c2M4AAA4A4EMA... 2/3

All 3 di 8
Page 1 di 2

24/10/2019

Pista - Matte Palmieri - Outlook

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asst of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us.

Thank you.

https://outlook.office.com/mail/search/id/AAW40E572M2C7Q5ETU2JH10AWMCO4VmdJLT00NTEFMM0x4Ym2hMg5GAA4AAAC7Y2B9euchJmRf5xy%2B9upRtLbwhd0GfErf08UvYK26akZM4AAAAAEM... 3/3



Dati generali della procedura

Numero RDO:	2365653
Descrizione RDO:	Noleggio Sterilizzatrice al plasma
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	no
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL RIETI 00821180577 VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI RI
Punto Ordinante	ANDREA MARTELLUCCI
Soggetto stipulante	Nome: ANDREA MARTELLUCCI Amministrazione: AUSL RIETI
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	UFXIHE ANDREA MARTELLUCCI
Inizio presentazione offerte:	02/08/2019 15:33
Termine ultimo presentazione offerte:	09/09/2019 20:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	02/09/2019 20:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2019 19:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione	
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
Numero fornitori invitati:	6

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG	7986949ECE
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Magazzino economale - c/o ospedale "s. camillo de lellis" - viale j.f. kennedy snCRieti - 02100 (RI)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFXIHE . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	40000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Canone noleggio mensile Sterilizzatrice al plasma
Quantita'	8

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale della sterilizzatrice gas plasma	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• Pezzo



Documentazione Allegata alla RfO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CSA NOLEGGIO STERILIZZATRICE	Gara	Csa Noleggio Sterilizzatrice.doc.p7m (81.01KB)	
scheda tecnica	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Scheda Tecnica.doc.p7m (54.41KB)	
scheda tecnica	Gara	Scheda Tecnica.doc.p7m (54.41KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
CSA NOLEGGIO STERILIZZATRICE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazione art.3, lett. B, del CSA	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazione art.3, lett. C, del CSA	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazione art.3, lett. D, del CSA	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazione formazione art.4 lett. B del CSA	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Documentazione tecnica - art.4 lett. A del CSA	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Documentazione varia - art.4 lett. C del CSA	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica	Oggetto	Economica	Invio	Obbligatorio	Si

5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	• Acquisto
6	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	
7	* Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
8	* Luogo di produzione	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Posizionamento	Tecnico	Nessuna regola	
10	* Agente sterilizzante	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Temperatura di sterilizzazione [°C]	Tecnico	Nessuna regola	
12	* Peso carico da sterilizzare (max)	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Volume utile della camera [l]	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Ripiani	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Sportelli	Tecnico	Nessuna regola	
16	* Dotazione carrelli estraibili	Tecnico	Nessuna regola	
17	* Programmi sterilizzazione	Tecnico	Nessuna regola	
18	* Filtraggio HEPA alimentazione aria	Tecnico	Nessuna regola	
19	* Rumorosità (livello) [dB]	Tecnico	Nessuna regola	
20	* Larghezza [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
21	* Altezza [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
22	* Profondità [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
23	* Peso [kg]	Tecnico	Nessuna regola	
24	* Dotazione carrello	Tecnico	Nessuna regola	
25	* Possibilità di connessione a computer	Tecnico	Nessuna regola	
26	* Stampante integrata	Tecnico	Nessuna regola	
27	* Memorizzazione	Tecnico	Nessuna regola	
28	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	



(fac-simile di sistema)	di Fornitura (Lotto unico)	telematico con firma digitale
-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL	10491670963	10491670963	MILANO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
2	CISA PRODUCTION S.R.L.	12435741009	12435741009	LUCCA(LU)	TOSCANA	SCELTO
3	DUEFFE 2000	05704371003	05704371003	ROMA(RM)	LAZIO	SCELTO
4	GETINGE ITALIA	03992220966	03992220966	CINISELLO BALSAMO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
5	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	08082461008	POMEZIA(RM)	LAZIO	SCELTO
6	R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO	01027080116	RCCGNTN51C171754U	LA SPEZIA(SP)	LIGURIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2365653
Descrizione RDO:	Noleggio Sterilizzatrice al plasma
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL RIETI 00821180577 VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI RI
Punto Ordinate	ANDREA MARTELLUCCI
Soggetto stipulante	Nome: ANDREA MARTELLUCCI Amministrazione: AUSL RIETI
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	UFXIHE
Inizio presentazione offerte:	02/08/2019 15:33
Termine ultimo presentazione offerte:	09/09/2019 20:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	02/09/2019 20:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2019 19:00
Giorni dopo la stipula per Consegnare Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RDO ero nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della	BENI/Forniture specifiche per la

RdO: Sanità

Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unico).

CIG	7986949ECE
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Canone noleggio mensile Sterilizzatrice al plasma/8/40000,00000000
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	R.B. CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO	Singola	0102708011607	09/09/2019 14:22

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	17/09/2019 11:14:22	17/09/2019 11:22:18

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Dichiarazione art.3, lett. B, del CSA	Note	Valutazione	Dichiarazione art.3, lett. C, del CSA	Note	Valutazione	Dichiarazione art.3, lett. D, del CSA	Note	Valutazione	CSA NOLEGGIO STERILIZZATRICE
R.B. CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO	Approvato	nessuna	Approvato	Approvato	nessuna	Approvato	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto



AUL. 6 clud
Pag 1 di 2

111.6 di 8
Pte 2 di 2

Note specifiche lotto 1 | nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	17/09/2019 11:22:50	11/10/2019 13:34:27

Concorrente	Dichiarazione formazione art.4 lett. B del CSA	Documentazione tecnica - art.4 lett. A del CSA	Documentazione varia - art.4 lett. C del CSA
	Valutazione Note	Valutazione Note	Valutazione Note
R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO	Approvato nessuna	Approvato nessuna	Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	11/10/2019 13:34:32	11/10/2019 15:24:39

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso).

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO	35040,00000000

Note di gara	nessuna
--------------	---------



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2365653
Descrizione RDO	Noleggio Sterilizzatrice al plasma
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico))
CIG	7986949ECE
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome ufficio	UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	VIA DEL TERMINILLO, 42 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746279545 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFX1HE
Punto ordinante	MARTELLUCCI ANDREA / CF:MRTNDR73D28H282D
Firmatari del contratto	GAETANO ROCCUZZO / CF:RCCGTN51C171754U

FORNITORE	
Ragione Sociale	R.B.CHIMICA DI ROCCUZZO GAETANO
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D. Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	01027080116
Codice Fiscale Impresa	RCCGTN51C171754U
Indirizzo Sede Legale	VIA GAGLIOLA 20/A - LA SPEZIA (SP)
Telefono / Fax	0187716650 /
PEC Registro Imprese	ERREBICHIMICA@PEC.IT
Tipologia Impresa	Impresa Individuale
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo	94449

Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	23/01/1997
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	SP
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	13047143
INPS: Matricola aziendale	25404118HH
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	0
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO E PRODUZIONE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
 Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5692735
Offerta sottoscritta da	ROCCUZZO GAETANO
Email di contatto	ERREBICHIMICA@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2019 19:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Noleggio Sterilizzatrice al plasma
Categoria	Sterilizzatrici gas plasma
Descrizione Oggetto di Fornitura	Canone noleggio mensile Sterilizzatrice al plasma
Quantità	8
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	VitroSteril/HWM HPS 100
Codice articolo produttore*	HPS 100
Nome commerciale della sterilizzatrice gas plasma*	HPS 100
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica	Sterilizzatrice a Gas Plasma generato da Perossido di Idrogeno tecnologia microonde
Tipo contratto*	Acquisto

M. + di 8
 pag 1 di 3



Codice CND*	Z12011309
Luogo di produzione*	KOREA
Posizionamento*	ASIA
Agente sterilizzante*	Perossido di Idrogeno 50%
Temperatura di sterilizzazione [°C]*	45/60 C°
Peso carico da sterilizzare (max) [kg]*	15 Kg. ripiano
Volume utile della camera [l]*	107,4 litri
Ripiani*	2
Sportelli*	1
Dotazione carrelli estraibili*	si 2
Programmi sterilizzazione*	3
Filtraggio HEPA alimentazione aria*	SI
Rumorosità (livello) [dB]*	55 dB
Larghezza [cm]*	700 cm
Altezza [cm]*	1615 cm
Profondità [cm]*	954 cm
Peso [kg]*	180 kg.
Dotazione carrello*	si
Possibilità di connessione a computer*	si
Stampante integrata*	si
Memorizzazione*	si
Prezzo*	4380
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	35040,00000000 Euro (trentacinquemilaquaranta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:	340,00000000 (Euro)

Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFX1HE . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Magazzino economico - c/o ospedale "s. camillo de lellis" - viale j.f. kennedy sncRieti - 02100 (RI)

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinarie dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinarie in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai/bi Benefi Servizio/i offerti/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinarie, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

All. 8 di 8
Pac 1 di 1

11/11/2019

Pista - Matteo Palmieri - Outlook

11/11/2019

Pista - Matteo Palmieri - Outlook

R: Richiesta informazioni sterilizzatrice al plasma

Erminio Pace

sent: 11.10.2019 11:22
A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Ok Matteo con questa dichiarazione i requisiti sono tutti coperti

Cordiali saluti
Ing. Erminio Pace

Da: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Inviato: giovedì 10 ottobre 2019 12:07

A: Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>

Cc: Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>; Giuseppe Chiani <g.chiani@asl.rieti.it>

Oggetto: Richiesta informazioni sterilizzatrice al plasma

Si girano le ulteriori delucidazioni richieste dalla vs. struttura.

Dot. Matteo Palmieri
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Azienda Ospedaliera Lucilio Rieli
Tel. 0746-278260
Fax. 0746-278730

Da: info@vitrosteril.com <info@vitrosteril.com>
Inviato: lunedì 7 ottobre 2019 21:20

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Oggetto: Richiesta informazioni sterilizzatrice al plasma

Gent. Dr. Palmieri

1. La normativa CE prevista per i dispositivi medici di classe II in particolare per Sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno, prevede che queste debbano essere in grado di sterilizzare: metalli, sostanze organiche e plastiche escluso liquidi, cellulosa e suoi derivati. Tutte le nostre

macchine sono registrate come dispositivi medici e certificate quindi rispondono ai requisiti. Troverete in allegato in fondo al nostro catalogo generale la lista delle materie plastiche principali. Nello specifico è possibile sterilizzare: strumenti ottici, endoscopi flessibili e rigidi, sonde ecografiche sia cardiologiche che ginecologiche, sensori elettronici invasivi rilevatori di dati, strumenti elettronici dai pace maker, ai defibrillatori esterni, agli elettrocardiografi, teli chirurgici di composizione totalmente sintetica, strumenti chirurgici in acciaio medicale e in materiale composito per laparoscopia e microchirurgia, aforamici e robotica ecc. Tutti questi strumenti sono sterilizzabili indifferentemente che venga utilizzato il ciclo Smart, Standard o Special i tre cicli sono stati studiati in proporzione al carico della sterilizzatrice Smart 40% Standard 65%, Special 80% di svuotaggio, ovviamente la macchina non va mai svuotata al 100% perché si impedirebbe la circolazione del plasma, fra l'altro il mod. FPS 100 che vi proponiamo non va in allarme in caso di contatto dei fori con le pareti, e neanche in presenza di ferri non troppo asciutti il che evita a gli operatori blocchi continui e costi di riconfezionamento, cosa che avviene normalmente con macchine di altra produzione.

Il nostro ciclo più breve permette, come già detto, la possibilità di sterilizzare che dura 30 minuti, l'importante non superare il 40% del carico complessivo 15Kg a tray x 2=30 kg. complessivi quindi 12 kg a sterilizzazione, più che sufficienti per sterilizzare diversi endoscopi.

3. L'apertura del portellone è a libro con cerniere laterali e non necessita di sistema di sicurezza per l'operatore. Abbiamo anche macchine con apertura a saracinesca in cui montiamo un sistema di sicurezza antischiacciamento meccanico onde azzurare il rischio di chiusura accidentale delle braccia dell'operatore quando ancora dovesse operare all'interno della camera di sterilizzazione, questa sterilizzatrice risponde a tutte le norme di sicurezza richieste.

4. A differenza di un nostro illustre concorrente abbiamo ritenuto più valido per i nostri clienti mettere a disposizione due operatori ON LINE sempre disponibili a rispondere a qualsiasi domanda in merito alle procedure e ai prodotti compatibili allorché l'operatore dovesse avere un dubbio. Questo servizio si chiama DESK CHECK ed è sempre disponibile 24/24h anche dopo la garanzia.

5. In ogni caso una prima lista di dispositivi compatibili è stata descritta al punto 1 e la possiamo verificare nella forma materiale prime nel catalogo che le invio in allegato, per quanto riguarda le principali aziende produttrici principali vi elenchiamo le principali compatibili con i nostri sistemi al plasma: Olympus, Storz, Fuji, Cannon, Aesculap, Esaote Biomedica, G&E, Aloka, Janach, Yamaha, Zeiss, Nikon Kodan, Medicon, Zimmer, Braun, Smith&Nephew, Strjker, Eticon, Surgival, Depuyj ecc.

Spero di essere stato esauriente nelle risposte ai chiarimenti richiesti, vi allegiamo il nostro catalogo generale dove si possono trovare le caratteristiche dettagliate delle nostre sterilizzatrici e del servizio di assistenza e DESK CHECK SERVICE. Sempre a disposizione per qualunque eventuale ulteriore chiarimento o approfondimento con l'occasione

cordiali saluti

Gaetano Rocuzzo
General Manager