

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1657 del 07 AGO, 2019

OGGETTO: Procedura di gara negoziata esperita sul MEPA, RdO n. 2227803 del 13.06.2019, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/16, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di n. 1 monitor multiparametrico da destinare alla UOC Pneumologia del PO di Rieti.

Aggiudicazione alla Società GE MEDICAL SYSTEM ITALIA, per un importo complessivo di spesa di € 5.500,00 oltre IVA. CIG: Z9028D25CB

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

L'Estensore

Dott.ssa Marta Fiocchi

Firma

Marta Fiocchi

Data 1.08.19

Il Dirigente.:

Dott. Andrea Martellucci

Firma

Andrea Martellucci

Data 1.08.19

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto patrimoniale su cui imputare la spesa

101020501; AUT. 29.45/2019

Data

05/08/2019

Firma

IL DIRETTORE / AMMINISTRATIVO

Andrea Martellucci

PROV. 384

Oggetto: Procedura di gara negoziata, esperita sul MEPA RdO n. 2227803 del 13.06.2019, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/16, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di n. 1 monitor multiparametrico da destinare alla UOC Pneumologia del PO di Rieti.

Aggiudicazione alla Società GE MEDICAL SYSTEM ITALIA, per un importo complessivo di spesa di € 5.500,00 oltre IVA. CIG: Z9028D25CB

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/DG. dell'7.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con Delibera 339/DG del 24.04.2018, la Asl Rieti ha adottato una procedura aziendale per "effettuare una richiesta di sostituzione o acquisto di apparecchiature elettromedicali";
- in ottemperanza a detta procedura aziendale e, ai fini dell'attivazione del nuovo ambulatorio di endoscopia, al quinto piano del PO di Rieti, la Dottoressa Rita Le Donne, Direttore UOC Pneumologia, ha trasmesso al Servizio di Ingegneria Clinica richiesta di acquisto di un monitor multiparametrico, così come da nota prot. 68359 del 27.12.2018 e da successiva nota 1257 del 09.01.2019;

PRESO ATTO che, in data 07.01.2019 la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole all'acquisto di cui trattasi;

CONSIDERATO che:

- nelle suindicate note è stato previsto, tra l'altro, l'acquisto della seguente attrezzatura:
N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO- importo a base di gara € 8.000,00 oltre IVA, da consegnare presso la UOC di Pneumologia del P.O. di Rieti;

- con nota 1257 del 09.01.2019, sono state predisposte, dal servizio di Ingegneria Clinica, le schede tecniche con relativa griglia di valutazione utile all'acquisto della suddetta attrezzatura;

RILEVATO che:

- con la RdO n. 2327803 del 13.06.2019 è stata esperita una procedura di gara sul MEPA, per l'affidamento della fornitura delle attrezzature sopraindicate, lotto unico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da destinare alla UOC Pneumologia del PO di Rieti,;
- entro la scadenza stabilita nella RDO sopraindicata, fissata per il giorno 24.06.2019, sono pervenute complessivamente n. 1 offerta relativamente all'unico lotto;

Oggetto: Procedura di gara negoziata, esperita sul MEPA RdO n. 2227803 del 13.06.2019, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/16 per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di n. 1 monitor multiparametrico da destinare alla UOC Pneumologia del PO di Rieti.

Aggiudicazione alla Società GE MEDICAL SYSTEM ITALIA, per un importo complessivo di spesa di € 5.500,00 oltre IVA. CIG: Z9028D25CB

Pag. 3 di 4

CONSIDERATO che, in data 27.05.2019, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa e della documentazione tecnica ;

PRESO ATTO che, con atto determinativo n. 1243 del 14.06.2019, è stata incaricata dell'espletamento della procedura di gara la Commissione composta come indicato nei verbali di gara che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (All.1);

RILEVATO che la Commissione suddetta ha dato riscontro positivo sulla conformità della scheda tecnica prodotta dall'unico operatore economico partecipante, con le schede tecniche usate per la predisposizione della gara, attribuendo un punteggio tecnico pari a 55,5/70;

DATO ATTO che pertanto si è proceduto all'apertura delle buste economiche;

VISTA la graduatoria elaborata dalla piattaforma del Mercato Elettronico dalla quale si evince che l'aggiudicazione provvisoria è la seguente:

- LOTTO N. 1 – N. 1 Monitor Multiparametrico- importo complessivo a base di gara: € 8.000,00 IVA esclusa, - Società GE MEDICAL SYSTEM ITALIA al costo unitario di € 5.500,00 oltre IVA per un totale di € 5.500,00 oltre IVA.

PRESO ATTO, che per l'acquisto delle apparecchiature sopra indicate verranno utilizzati i fondi aziendali;

RITENUTO di dover condividere ed approvare i lavori svolti sulla piattaforma MEPA e quelli svolti dalla commissione nominata con determinazione n. 1243 del 14.06.2019 di cui al verbale n. 1 del 27.05.2019

RITENUTO, altresì, per quanto sopra espresso, opportuno aggiudicare alla Società sopraindicata, la fornitura di n. 1 monitor multiparametrico, da destinare alla UOC Pneumologia del PO di Rieti per un importo complessivo pari a € 5.500,00 oltre IVA;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Oggetto: Procedura di gara negoziata, esperita sul MEPA RdO n. 2227803 del 13.06.2019, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/16, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di n. 1 monitor multiparametrico da destinare alla UOC Pneumologia del PO di Rieti.

Aggiudicazione alla Società GE MEDICAL SYSTEM ITALIA, per un importo complessivo di spesa di € 5.500,00 oltre IVA. CIG: Z9028D25CB

Pag. 3 di 4

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE il verbale n. 1 del 27.05.2019 della commissione tecnica per la valutazione delle offerte;

DI AFFIDARE, per i motivi espressi in narrativa, la fornitura dell'apparecchiatura sanitarie in premessa specificate da destinare a alla UOC Pneumologia del PO di Rieti., per un importo complessivo pari a **€ 5.500,00 oltre IVA e precisamente:**

LOTTO N. 1 – N. 1 Monitor Multiparametrico- importo complessivo a base di gara: € 8.000,00 IVA esclusa, - Società GE MEDICAL SYSTEM ITALIA per un totale di € 5.500,00 oltre IVA;

DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento pari a € 6.710,00 IVA compresa quale importo complessivo della fornitura al conto 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" del Bilancio Esercizio 2019;

DI DARE ATTO che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

Il Dirigente
della U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dot. Andrea Mantellucci



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario ff: Dott. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 07 AGO, 2019


La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 07 AGO, 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 07 AGO, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 07 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO



AZIENDA A.S.L. RIETI

OGGETTO: Procedura di gara sul MEPA con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) n. 2288900 per l'affidamento della fornitura di elettromedicali, suddivisa in 5 lotti, di cui 3 andati deserti da destinare alla Asl Rieti e n. 2227803 (lotto unico) per l'affidamento di un monitor multiparametrico.

VERBALE DI GARA n. 1

Il giorno 27 maggio 2019, presso la DMO dell'Ospedale san Camillo De Lellis di Rieti,

PREMESSO CHE

- In data 02.05.2019, con la RDO n. 2288900 è stata avviata una procedura di gara sul MEPA per l'affidamento della fornitura, di elettromedicali, suddivisa in 5 lotti, da destinare alla Asl Rieti con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- In data 13.06.2019, con la RDO n. 2227803 è stata avviata una procedura di gara sul MEPA per l'affidamento della fornitura, di elettromedicali, lotto unico, da destinare alla Asl Rieti con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- secondo quanto stabilito nelle RDO sopraindicate, le offerte dovevano essere presentate rispettivamente entro il 16.05.2019 e entro il 24.06.2019;
- che entro la scadenza stabilita sono pervenute complessivamente n. 1 offerta relativamente alla RDO n. 2227803 e n. 3 offerte relativamente alla RDO n. 2288900.;
- con atto determinativo n. 1243 del 14.06.2019, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:
 - Dott. Massimo Ruggeri Presidente
 - Dott.ssa Donatella Mancini Commissario
 - Dott. Pasquale Carducci Commissario
 - Dr.ssa Marta Fiocchi Segretario verbalizzante

IL PRESIDENTE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta.

fig. 2.10

Il Presidente, quindi, da inizio ai lavori con la presa d'atto delle ditte che hanno prodotto offerta sul MEPA, entro il termine stabilito, che risultano essere complessivamente n. 1 relativamente alla rdo: 2227803 GE HEALTHCARE e n. 3 relativamente alla rdo n. 2288900: HOSPITAL LINE , SEAB INSTRUMENTS, CHINESPORT

Il Presidente e i Componenti della Commissione

preso atto dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi e degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai fini di quanto disposto dall'art. 282, comma 2, del Regolamento attuativo al Codice degli appalti, in sede di accettazione dell'incarico dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4. 5 e 7 del D. Lgs. n. 163/06.

Il Presidente della Commissione, constatata la regolarità della costituzione, preso atto che tutti gli operatori economici partecipanti alla gara sono stati informati attraverso il MEPA della seduta pubblica, dichiara aperta la seduta.

La seduta pubblica sul MEPA inizia alle ore 12.30.

Il segretario della Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa cliccando sul relativo pulsante. Da tale operazione risultano visibili tutti i files prodotti da ciascun concorrente relativamente alla documentazione amministrativa. Procede pertanto al download dei suddetti files, al fine di controllare la firma digitale. Da tale controllo risulta che tutti i files sono firmati digitalmente, si procede pertanto, all'estrazione di una copia, della documentazione contenuta nei suddetti files, al fine di permettere alla Commissione di valutarne il contenuto.

La Commissione procede alla lettura e verifica della documentazione amministrativa.

Da tale verifica risulta quanto segue:

Tutte le Società partecipanti vengono **ammesse** alla fase successiva della procedura di gara essendo la documentazione amministrativa conforme a quanto prescritto;

Le risultanze dei lavori della Commissione vengono inserite, dal segretario della Commissione, sul MEPA. Alla Società viene comunicata l'ammissione alla successiva fase della procedura di gara.

Il segretario della Commissione procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica cliccando sul relativo pulsante. Da tale operazione risultano visibili tutti i files prodotti dal concorrente relativamente alla documentazione tecnica. Procede pertanto al download dei suddetti files, al fine di controllare la firma digitale. Da tale controllo

risulta che tutti i files sono firmati digitalmente, si procede pertanto, a scaricare tutta la documentazione contenuta nei suddetti files, al fine di permettere alla Commissione di valutarne il contenuto.

La documentazione presentata dalle società **partecipanti** risultano conforme a quanto prescritto dagli elaborati di gara. Le Società vengono pertanto ammesse alla fase successiva della procedura di gara.

Alle ore 13:00 termina la seduta pubblica.

La Commissione, in seduta riservata, procede alla lettura e conseguente valutazione della documentazione tecnica scaricata, agli atti del procedimento, rispetto a quanto richiesto con il CSA pubblicato sul MEPA, al fine di procedere con l'attribuzione del punteggio

Si procede con la valutazione dell' offerta tecnica prodotta dalla concorrente relativamente al

LOTTO N. 5- ECOTOMOGRAFO RDO N. 2288900

Hanno prodotto offerta le Società SEAB INSTRUMENTS E HOSPITAL LINE

La Commissione procede pertanto, con la valutazione delle offerte tecniche prodotte dalla concorrente nel modo che segue:

1. SEAGULL MEDICA SRL La Commissione procede alla analitica lettura e valutazione dell'offerta tecnica e di ogni elaborato e documento presentato al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti negli atti di gara.
2. HOSPITAL LINE La Commissione procede alla analitica lettura e valutazione dell'offerta tecnica e di ogni elaborato e documento presentato al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti negli atti di gara

LOTTO N. 1-LETTI ECOCOLORDOPPLER RDO N. 2288900

Ha prodotto offerta la Società CHINESPORT

La Commissione procede pertanto, con la valutazione delle offerte tecniche prodotte dalla concorrente nel modo che segue:

3. CHINESPORT La Commissione procede alla analitica lettura e valutazione dell'offerta tecnica e di ogni elaborato e documento presentato al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti negli atti di gara.

LOTTO N. 1- MONITOR MULTIPARAMETRICO RDO N. 2227803

Ha prodotto offerta la Società GE HEALTHCARE

Conclusa tale disamina la Commissione procede all'attribuzione dei relativi punteggi.

Le risultanze di tali operazioni vengono riportate nell'allegato prospetto riepilogativo che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale (alleg.1)

Il segretario della Commissione procede ad inserire informaticamente, i punteggi assegnati dalla Commissione di gara per ciascuna offerta tecnica presentata dalle Società partecipanti alla gara.

Dopo l'inserimento del punteggio tecnico si procede all'apertura dell'offerta economica, a seguito della quale viene assegnato automaticamente dal sistema il punteggio economico per ciascuna offerta evidenziando il punteggio totale ottenuto da ciascuna Società ed eventuale anomalia dell'offerta in applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell'art.97 del D.lgs 50/16.

Le risultanze del procedimento sono riepilogate nell'allegato n. 3 al presente verbale formandone parte integrante e sostanziale, dalle quali si evince che l'aggiudicazione provvisoria lotto per lotto risulta essere la seguente:

• **LOTTO N. 1 - N. 3 LETTI ECOCOLORDOPPLER- IMPORTO A BASE D'ASTA € 27.000,00 OLTRE IVA**

Società CHINESPORT al costo di € 5.340,00 oltre IVA.





• **LOTTO N. 5 - N. 1 ECOTOMOGRAFO - IMPORTO A BASE D'ASTA € 25.000,00 OLTRE IVA**

Società SEABINSTRUMENTS 18.500,00 al costo di € oltre IVA

• **LOTTO N. 1 - N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO- IMPORTO A BASE D'ASTA € 8.000,00 OLTRE IVA**

Società GE HEALTHCARE al costo di € 5.500,00 oltre IVA.

Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto dalla Commissione giudicatrice e dai segretari come segue:

- Dott. Massimo Ruggieri  Presidente
- Dott.ssa Donatella Mancini  Commissario
- Dott. Pasquale Carducci  Commissario
- Dr.ssa Maria Fiocchi  Segretario verbalizzante

LOTTO N.1 - n. 1 MONITORMULTIPARAMETRICO
 CONCORRENTE: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
 N. 1 AL VERBALE N. 1

ALLEGATO

Requisiti qualitativi	Punteggio massimo	Valutazione tecnica	Punteggio assegnato	Punteggio totale economico + tecnico
Destinazione d'uso	7		7	
Interfaccia utente e comandi (Tipologia display, impostazioni comandi, modalità di presentazione dati e trend, ecc...)	8		6	
Sistema di segnalazione e allarmi (impostazioni, governo e ottimizzazione)	6		5	
Capacità di acquisizione parametri diversi ed espandibilità (Numero e tipologie di parametri acquisibili)	4,5		4	
Comettività	3,5		3,5	
Software interpretativi e di analisi	5,5		4	
Possibilità di effettuare aggiornamenti del Software	4,5		2	
Accessori forniti (es: moduli, elettrodi, trasduttori in genere, riutilizzabili e non)	4		4	
Procedure di sanificazione	3		3	
46				
Requisiti quantitativi				
Ampiezza display:	-			
Fino a 12 pollici	2,5			
Oltre 12 pollici	5		5	
Numero tracce contemporaneamente visualizzate:	-			
Fino a 6	2,5		2,5	
Oltre 6	4,5			

LOTTO N.1 - n. 1 MONITORMULTIPARAMETRICO
CONCORRENTE: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
N. 1 AL VERBALE N. 1

ALLEGATO

Tempo di monitoraggio continuo in full disclosure:	-			
Fino a 24 ore	2,5			
Oltre 24 ore	4,5		4,5	
Numero di derivazioni ECG monitorate:	-			
Fino a 5 derivazioni	2,5		2,5	
Oltre 5 derivazioni	5			
Autonomia batterie:	-			
Fino a 120 min	2,5		2,5	
Oltre 120 min	5			
24				
Totale	70		55,5	