



# Andamento infortunistico Nella AUSL Rieti

(L'analisi dei dati, fatta eccezione per il grafico “Tasso incidenza evento infortunistico”,  
è aggiornata alla documentazione acquisita fino al **31/10/16** agli atti del SPP).




# Andamento degli infortuni dal 2001 al 2015




**Gli infortuni totali registrati, al 31/10/2016, sono n. 38.**

**Tasso Incidenza = (n° Infortuni / n° Dipendenti) \* 100**


# Distribuzione nelle strutture aziendali




# Qualifica professionale degli infortunati




# Fascia di età di appartenenza degli infortunati




# Genere degli infortunati




# Mese di accadimento




# Giorno di accadimento




# Ora di accadimento




# Fattori di Rischio



Gli infortuni a potenziale Rischio Biologico, come per gli anni passati, rivestono un peso importante rispetto agli Infortuni totali.




# Infortunati a Rischio Biologico



\*Rilevazione 2016 al **31/10/2016**

# Categorie professionali che hanno subito infortuni a Rischio Biologico



# Azioni intraprese




Sostituzione dei presidi  
pungenti e taglienti nella  
ASL di Rieti con N.P.D.  
ai sensi dell'art. 272 comma  
2 lettera c), D.L.gs 81/08.

# N.P.D.

## Needlestick Prevention Device

Dispositivo medico che incorpora un meccanismo di sicurezza grazie al quale è possibile prevenire la puntura accidentale :

- durante e dopo l'uso;
- durante e dopo lo smaltimento.



Nel 2016 il Servizio Prevenzione e Protezione ha organizzato più incontri, coinvolgendo le seguenti funzioni aziendali:

- **Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi;**
- **Dirigente della UOC Servizio Farmaceutico Ospedaliero;**
- **Dirigente della DMO;**
- **Medico Competente;**
- **Personale delle Sale Operatorie;**
- **Personale del SAPS.**

## AI FINI:



- DELL'ANALISI



- DELLA VERIFICA SUL CAMPO DEI PRESIDI PUNGENTI E TAGLIENTI CON N.P.D



- PRIMA DI PROCEDERE ALLA LORO SOSTITUZIONE

# SONO STATI SOSTITUITI CON DISPOSITIVO DOTATI DI N.P.D.

- ~~➤ AGHI GRIPPER~~ SOSTITUITO
- ~~➤ BISTURI MONOUSO~~ SOSTITUITO
- ~~➤ AGHI CANNULA~~ SOSTITUITO

# SONO IN FASE DI SOSTITUZIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

## ➤ AGHI PER ACCESSO ARTERIOSO

Sostituiti con dispositivi di sicurezza a partire da **Gennaio/17** [Servizio Farmaceutico](#)

## ➤ SIRINGHE DI DIVERSA TIPOLOGIA

Gara aggregata pubblicazione prevista per il [31/12/2016](#);

## ➤ AGHI DA BIOPSIA

Gara aggregata pubblicazione prevista per il [31/12/2016](#);

## ➤ AGHI HUBER

Gara aggregata pubblicazione prevista per il [31/12/2016](#);

# Una nuova generazione di pungenti e taglienti

Personali

