


R: R: RDO fornitura 56 letti per Poggio Mirteto - Richiesta parere tecnico 1/4

Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>

gio 30/04/2020 16:47

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Cc: Anna Petti <a.petti@asl.rieti.it>; Andrea Martellucci <a.martellucci@asl.rieti.it>; Giuseppe Chiani <g.chiani@asl.rieti.it>; Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>; Luisella D'Angeli <l.dangeli@asl.rieti.it>

 7 allegati (165 KB)

COREL 1.doc; Garden bilance 1.doc; GIVAS1.doc; MALVESTIO1.doc; NOVAMED1.doc; PAM MOBILITY 1.doc; STRYKER1.doc;

Matteo, in allegato trasmetto quanto da te richiesto per chiudere la gara dei letti in oggetto.

In detti allegati trovi le criticità e le carenze informative emerse dall'analisi della documentazione prodotta da ciascuna ditta.

Via posta interna, riceverai anche, in formato cartaceo, il lavoro prodotto da Giuseppe Chiani. Questo lavoro è stato chiuso da Giuseppe che è stato in servizio in questi giorni presso l'Ing. Clinica e che si è dichiarato disponibile a fornirti eventuali ulteriori chiarimenti, anche telefonicamente (visto che fino al mese di agosto non sarà più in servizio attivo).

Come puoi verificare per una sola ditta non ha rilevato né difformità, rispetto alle caratteristiche poste a base di gara, né carenze informative sulla documentazione prodotta.

Cordiali saluti
Ing. Erminio Pace

Da: Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>

Inviato: giovedì 23 aprile 2020 16:12

A: Pistorello Roberto <r.pistorello@asl.rieti.it>

Cc: Anna Petti <a.petti@asl.rieti.it>; ALESSANDRA FERRETTI <alessandra.ferretti@asl.rieti.it>; Andrea Martellucci <a.martellucci@asl.rieti.it>; Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>; Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>

Oggetto: R: R: RDO fornitura 56 letti per Poggio Mirteto - Richiesta parere tecnico 1/4

GARDEN-BILANCE

DALLA SCHEDA INVIATA, PER IL PUNTO SOTTO ELENCATO, NON SI EVINCE SE:

15-4) SONO CONSENTITE LE SEGUENTI MOVIMENTAZIONI: ESCURSIONE DEL POLPACCIO DA 0-14°

NOVAMED

DALLA SCHEDA INVIATA, PER IL PUNTO PUNTO 15) E I CHIARIMENTI 3-4, NON SI EVINCE QUALI SIANO I GRADI INCLINAZIONI CONSENTITI

GIVAS

6-1) NELLA SCHEDA TECNICA SCRIVE CHE LE DIMENSIONI DI INGOMBRO SONO 2200 INVECE DI QUELLE RICHIESTE = 2190

DALLA SCHEDA INVIATA, PER I PUNTI SOTTO ELENCATI, NON SI EVINCE SE:

11) LA BATTERIA AUSILIARE È A TENUTA STAGNA

14) LA TESTIERA SOLIDALE AL BASAMENTO GARANTISCE UNA COSTANTE DISTANZA DALLA PARETE DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEL PIANO RETE

15-6) SE CONSENTE LA POSIZIONE SEDIA CARDIACA

STRYKER

NELLA SCHEDA TECNICA SCRIVE CHE LE DIMENSIONI DI INGOMBRO SONO 2200 INVECE DI QUELLE RICHIESTE = 2190

DALLA SCHEDA INVIATA, PER I PUNTI SOTTO ELENCATI, NON SI EVINCE SE:

11) LA BATTERIA E' A TENUTA STAGNA

14) LA TESTIERA SOLIDALE AL BASAMENTO E' IN GRADO DI GARANTIRE UNA COSTANTE DISTANZA DALLA PARETE DURANTE LE MOVIMENTAZIONI DEL PIANO RETE

COREL

NELLA SCHEDA TECNICA SCRIVE CHE LE DIMENSIONI DI INGOMBRO SONO 2260 INVECE DI QUELLE RICHIESTE = 2190 mm

DALLA SCHEDA INVIATA, PER I PUNTI SOTTO ELENCATI, NON SI EVINCE SE:

- 7-2) SONO PRESENTI LE RUOTE ANTISTATICHE
- 9) SONO PRESENTI I PARACOLPI CHE VENGONO RIPORTATI COME OPZIONALI
- 10) QUALE SIA LO SPAZIO LIBERO SOTTO IL BASAMENTO
- 15-3-4) QUALE SIA L'ESCURSIONE PIANO FEMORALE E PIANO POLPACCIO IN GRADI
- 17) TESTIERA E PEDIERA SONO RIMOVIBILI
- 19) È POSSIBILE L'ALLOGGIAMENTO PER L'ASTA PORTA FLEBO SU ENTRAMBI I LATI DEL LETTO

ACCESSORI

DALLA SCHEDA INVIATA, PER I PUNTI SOTTO ELENCATI, NON SI EVINCE SE:

- 4) SE PRESENTI GLI ALLOGGIAMENTO PORTA SACCHE DRENAGGI/URINE
- 5) SE PRESENTI I PORTAPAPPAGALLI

PAM MOBILITY

PROPONE LO STESSO LETTO PROPOSTO DALLA DITTA COREL, DICHIARANDO DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DIFFERENTI DA QUELLE RIPORTATE NEL MANUALE RELATIVO AL MODELLO DI LETTO PROPOSTO E INDICATE DALLA DITTA COREL

NELLA SCHEDA TECNICA SCRIVE CHE LE DIMENSIONI DI INGOMBRO SONO 2200 INVECE DI QUELLE RICHIESTE = 2190

DALLA SCHEDA INVIATA, PER I PUNTI SOTTO ELENCATI, NON SI EVINCE SE:

10) E' PRESENTE UNO SPAZIO LIBERO SOTTO IL BASAMENTO DEL LETTO PER ALLOGGIAMENTO DEL SOLLEVA PAZIENTE NON INFERIORE A 13cm

14) E' PRESENTE UNA TESTERIA SOLIDALE AL BASAMENTO IN MODO DA GARANTIRE UNA COSTANTE DISTANZA DALLA PARETE DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEL PIANO RETE

MALVESTIO

6-1) NELLA SCHEDA TECNICA SCRIVE CHE LE DIMENSIONI DI INGOMBRO SONO 2210 INVECE DI QUELLE RICHIESTE = 2190

7-2) RUOTA DIREZIONALE DEVE ESSERE DI SERIE

DALLA SCHEDA INVIATA, PER I PUNTI SOTTO ELENCATI, NON SI EVINCE:

9) SE I PARACOLPI SONO PRESENTI SUL LETTO

10) QUALE SIA LO SPAZIO LIBERO SOTTO IL BASAMENTO

11) SE LA BATTERIA SIA A TENUTA STAGNA

14) SE HA LA TESTERIA SOLIDALE AL BASAMENTO IN MODO DI GARANTIRE UNA COSTANTE DISTANZA DALLA PARETE DURANTE LE MOVIMENTAZIONI DEL PIANO RETE

15-4) QUALE SIA L'ESCURSIONE PIANO POLPACCIO (RICHIESTO IN GRADI 0-14)


23) SE POSSIEDE GLI APPOSITI SUPPORTI PORTA SACCHE BILATERALI E AL RELATIVO PUNTO 4) SE GLI ACCESSORI PER GLI ALLOGGIAMENTI SONO OPZIONALI O FORNITI

R: R: RDO fornitura 56 letti per Poggio Mirteto - Richiesta parere tecnico 1/4

Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>

mar 26/05/2020 13:12

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

 1 allegati (1 MB)

doc09480320200526124136.pdf;

Ciao Mattè,

nella documentazione cartacea che ti ho inviato era presente anche la Hillrom e a fianco ad ogni voce c'è indicato il risultato del controllo effettuato. Se non te la trovi, in allegato, te la rinvio.

Cordiali saluti

Ing. Erminio Pace

Da: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Inviato: martedì 26 maggio 2020 11:35

A: Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>

Oggetto: I: R: RDO fornitura 56 letti per Poggio Mirteto - Richiesta parere tecnico 1/4

Buongiorno Erminio,

le schede rimesse sono 7, quelle che ti ho inviato erano 8.
Manca la valutazione sulla scheda della soc. Hill-rom che ad ogni buon fine allego.

Dott. Matteo Palmieri
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Azienda Sanitaria Locale Rieti
Tel. 0746-279530
Fax. 0746-278730

Da: Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>

Inviato: giovedì 30 aprile 2020 16:47

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

LETTO DEGENZA ELETRIFICATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1) essere dispositivi con parte applicata di Tipo B o BF *OK*
- 2) avere un grado di protezione degli involucri almeno IPX4 *OK*
- 3) avere un'altezza minima di circa 44 cm (calcolata da terra al piano rete) e massima di circa 74 cm *OK*
- 4) avere semi sponde laterali:
 - I. in grado di garantire uno spazio libero tra "pediera e semi sponda < 60 mm" e tra "testiera e semi sponda < 60 mm", in conformità ai requisiti stabiliti nella norma CEI EN 60601-2-52 ("Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei letti medici") *OK*
 - II. facilmente sanificabili, *OK*
- 5) avere un carico di lavoro sicuro (SWL) non inferiore a 220 kg *OK*
- 6) avere le seguenti dimensioni:
 - I. lunghezza non superiore a 219 cm *218*
 - II. larghezza (con sponde) non superiore a 102 cm *99.5*
- 7) avere ruote con le seguenti caratteristiche:
 - I. di diametro non inferiore a 150 mm dotate di dispositivo di bloccaggio *OK*
 - II. antistatiche e con almeno n.1 ruota direzionale *OK*
- 8) avere una superficie letto suddivisa in almeno 4 sezioni e 3 snodi, integralmente asportabile e sanificabile. *OK*
- 9) essere provvisti di paracolpi su tutti gli angoli *SI*
- 10) avere uno spazio libero sotto il basamento del letto, per alloggiamento del solleva pazienti, non inferiore a 13 cm (calcolati dal piano pavimento) *OK 20,5*
- 11) avere un sistema ausiliario, tramite batteria a tenuta stagna, ricaricabile e incorporata al letto, che consenta l'effettuazione di tutte le movimentazioni in assenza dell'alimentazione elettrica da rete *OK*
- 12) avere un dispositivo di emergenza RCP/CPR con le seguenti caratteristiche: *OK*
 - I. ad attivazione elettrica sulla pulsantiera operatore *OK*
 - II. ad attivazione manuale disposto su entrambi i lati del letto *OK*
- 13) avere freni centralizzati tramite pedale *OK*
- 14) avere la testiera solidale al basamento, in modo da garantire una costante distanza dalla parete durante le movimentazioni del piano rete. *OK*
- 15) consentire le seguenti movimentazioni:
 - I. escursione, mediante azionamento elettrico, trendelenburg/antitrendelenburg con un minimo +/- 12 gradi *OK +- 17°*
 - II. escursione, mediante azionamento elettrico, del piano schiena con un range minimo da 0 a +65 gradi *OK*
 - III. escursione, mediante azionamento elettrico, del piano femorale con un range minimo da 0 a +15 gradi *OK*

IV. escursione, mediante azionamento elettrico o manuale, del piano polpaccio con un range minimo da 0 +14 gradi. OK

V. escursione verticale mediante azionamento elettrico, l'altezza minima da terra non deve essere superiore a 42 cm OK

VI. consentire, mediante azionamento elettrico; la posizione "sedia cardiaca" OK

16) avere i comandi elettrici con pulsantiera, uno per l'operatore ed uno per il paziente. La pulsantiera operatore deve avere le seguenti funzionalità minime:

I. possibilità di inibizione delle funzioni eseguibili dal paziente

II. trendelenburg/antitrendelenburg

III. piano schiena

IV. piano femorale

V. sollevamento/abbassamento in altezza del letto

VI. sedia cardiaca

17) avere testiera e pediera removibili OK

18) essere dotato di allunga-letto integrato di tipo estraibile che consenta l'allungamento del letto senza dover spostare/solevare né il materasso né il paziente OK

19) avere l'alloggiamento per asta porta flebo disposta su ambo i lati, sia in zona testa che in zona piedi OK

20) avere gli allarmi di segnalazione per batteria scarica. OK

21) possedere apposita asta solleva malati e suo alloggiamento sul letto OK

22) possedere almeno un'asta porta flebo con almeno n. 2 ganci OK

23) possedere gli appositi supporti porta-sacche bilaterali. OK

ACCESSORI RICHESTI

1) Coppie 4 semi spondine laterali di sicurezza a scomparsa OK

2) Aste porta flebo, dotate di due ganci OK

3) Aste solleva pazienti OK

4) Alloggiamenti porta sacche drenaggi-urine integrati su entrambi i lati del letto OK

5) Portapappagalli OK

I dispositivi da fornire devono garantire la conformità alle normative vigenti o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e devono rispondere, all'atto della fornitura, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, fra cui il D.lgs. n.81/2008.

In particolare, i dispositivi - ivi incluse le applicazioni informatiche - dovranno rispettare almeno i seguenti requisiti di conformità e nelle loro ultime e più aggiornate versioni:

- marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n. 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici con indicato il numero dell'organismo certificato che le ha rilasciate OK

- conformità ai requisiti stabiliti nella norma CEI EN 60601-1 (“Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali” per gli apparecchi elettromedicali
- conformità ai requisiti stabiliti nella norma CEI EN 60601-2-52 (“Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei letti medici”)
- conformità ai requisiti stabiliti alla Direttiva 2007/47/CE che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e recepita con D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997 e s.m.i.
- conformità ai requisiti stabiliti nella norma CEI EN 60529 (“Gradi di protezione degli involucri”)
- conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio
- dotati di tutte le parti e gli accessori necessari al loro corretto, sicuro ed immediato funzionamento