

R: Richiesta informazioni

STEFANO VENARUBEA <s.venarubea@asl.rieti.it>

mar 23/06/2020 21:23

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Cc: Anna Petti <a.petti@asl.rieti.it>; Andrea Martellucci <a.martellucci@asl.rieti.it>; ANDREA TROILI <a.troili@asl.rieti.it>

Rispondo alle puntualizzazioni sottoposte:

- 1) il prodotto offerto e' promosso con questa esatta dicitura
- 2) sostituisce solamente l'estrattore manuale magrev il cui noleggio puo' essere interrotto appena in funzione il nuovo estrattore automatico, mentre l'amplificatore pcr continua ad essere ordinariamente utilizzato
- 3) il ricorso alla procedura a negoziazione diretta sarebbe giustificata, nel caso di specie, sia da motivi tecnici che da ragioni di urgenza , posto che, trattandosi di upgrade della medesima precedente fornitura, ricorrere direttamente al precedente fornitore garantirebbe sia continuita' del servizio che sensibile accelerazione della messa in esecuzione.

Cordiali saluti

Dr. Stefano Venarubea

Da: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Inviato: martedì 23 giugno 2020 18:49

A: STEFANO VENARUBEA <s.venarubea@asl.rieti.it>

Cc: Anna Petti <a.petti@asl.rieti.it>; Andrea Martellucci <a.martellucci@asl.rieti.it>; ANDREA TROILI <a.troili@asl.rieti.it>

Oggetto: Richiesta informazioni

Buonasera Dr. Venarubea,

con riferimento all'offerta rimessa dalla soc. Servizi Diagnostici, che ad ogni buon fine si allega, è necessario acquisire le seguenti informazioni:

- 1) il prezzo di una confezione del reagente dedicato cod.UVDR500 (pari ad € 480,00) si riferisce al quantitativo necessario per l'effettuazione di 96 test?
- 2) l'apparecchiatura in questione (estrattore degli acidi nucleici) verrebbe a sostituire l'apparecchiatura noleggiata della stessa ditta (MONTANIA 4896 Real-Time PCR Instrument)con atto deliberativo n. 553/2020 o sarebbe in aggiunta alla stessa?
- 3) in caso affermativo alla domanda n.2, l'attività delle due apparecchiature sopra menzionate sarebbe in qualche modo collegata tale da rendere (ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016) impraticabile per motivi tecnici o non conveniente per motivi economici l'utilizzo di un'apparecchiatura di altra ditta?