

PROCEDURA DI GARA "PONTE", NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA DURATA DI 12 MESI, RINNOVABILE DI ULTERIORI 12 MESI, PER IL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE, SUDDIVISO IN 14 LOTTI, OCCORRENTE ALL'AZIENDA USL DI RIETI, IMPORTO PRESUNTO ANNUALE, A BASE D'ASTA, DELL'ACCORDO QUADRO AMMONTA A € 945.079,80 (4 % IVA ESCLUSA).

VERBALE SEDUTA DELLA COMMISSIONE TECNICA

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE

Il giorno 20 (venti) del mese di Dicembre dell'anno 2021, presso la sede della U.O.C. Acquisizione Logistica dei Beni e Servizi della ASL di Rieti, ivi in Via del Terminillo n. 42 – Blocco 2, alle ore 08:45 è riunita la Commissione Tecnica nominata con Deliberazioni n. 1279/DG del 25/11/202 e successiva, di rettifica parziale, n. 1304/DG/2021 del 07/12/2021 per la valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione Tecnica risulta così composta:

- | | |
|----------------------------|---|
| • Presidente | Dott.ssa SHOKOOFE ESLAMI VARZANEH  |
| • Componente | Dott. GIULIO ONELLI  |
| • Componente | Dott. FABRIZIO COLANGELI  |
| • Segretario verbalizzante | Dott.ssa KATIA PEZZOTTI |

DATO ATTO che nella seduta pubblica virtuale del 09/12/2021 la Commissione ha proceduto all'apertura delle BUSTE TECNICHE TELEMATICHE secondo l'ordine cronologico di ricezione delle offerte sul Portale S.TEL.LA., indi, per ciascuna offerta per ciascun Lotto ha proceduto alla estrazione della documentazione ivi contenuta, rinviando a successive seduta l'esame nel merito, il Presidente, constatata la regolarità della Commissione Tecnica, dichiara di procedere alla VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, per ciascun Lotto, secondo il Criterio della <<Conformità requisiti minimi>> – Tipologia <<Soggettivo>>.

Per il LOTTO 1:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	IDONEI I 2 APPARECCHI OFFERTI PRISMA SOFT MAX ED AIRSENSE10
2	ALTHEA ITALIA S.P.A.	PI126312-21	IDONEO	IDONEO IL VENTILATORE OFFERTO AIRSENSE10

5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	IDONEI TUTTI I VENTILATORI OFFERTI: SLEEPSTYLE AIRSENSE10 PRISMA SOFT MAX IBREEZE 20 DREAMSTATION E DREAMSTATION PRO (PER IDONEITÀ TUTTI GLI APPARECCHI FORNITI DA PHILIPS RESPIRONICS NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA)
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	IDONEI I VENTILATORI OFFERTI: AIRSENSE10, SLEEPSTYLE, SEFAMBOX
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	IDONEI I VENTILATORI OFFERTI: SLEEPSTYLE, AIRSENSE10 , BMC G3C20
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	IDONEI I VENTILATORI OFFERTI BLUNOTTE CLOUD AIRSENSE10
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	IDONEO AIRSENSE10
10	CARE LIFE SRL	PI126781-21	IDONEO	BMC G3 C20 IDONEO BMC G2S C20 NON SPECIFICATA IN SCHEDA TECNICA LA DISPONIBILITÀ DI CONNESSIONE DI RETE IDONEO CON RISERVA SE DISPONIBILE LA CONNESSIONE ALLA RETE
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	AIRSENSE 10 IDONEO PRISMA SOFT IDONEO CON RISERVA SE È DISPONIBILE CONNESSIONE ALLA RETE NON SPECIFICATA SU SCHEDA TECNICA
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	AIRSENSE10 IDONEO BMC G3 C20 IDONEO DREAMSTATION PRO, DREAMSTATION PRO CON MODULO WIFI ED IT IDONEI CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA.
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	AIRSENSE 10 IDONEO SLEEPSTYLE IDONEO PLU STANDARD PLUS DEVILBISS IDONEO BMC G2SC20 IDONEO CON RISERVA SE È DISPONIBILE CONNESSIONE ALLA RETE NON SPECIFICATA SU SCHEDA TECNICA

Per quanto sopra, per il **LOTTO 1**, **TUTTI GLI OO.EE.** sono **AMMESSI** alla fase successiva della gara.

Per il **LOTTO 2**:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	AIRSENSE10 IDONEO PRISMASmart MAX IDONEO
2	ALTHEA ITALIA S.P.A.	PI126312-21	IDONEO	AIRSENSE10 IDONEO

Handwritten signatures and initials:
 - A signature starting with "Dede"
 - A signature starting with "Sapi"
 - A signature starting with "Della"
 - Initials "B"

5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	SLEEPSTYLE IDONEO AIRSENSE10 AUTOSSET, AUTOSSET FOR HER IDONEI IBREEZE 20A IDONEO PRISMART IDONEO CON RISERVA SE È DISPONIBILE CONNESSIONE ALLA RETE NON SPECIFICATA SU SCHEDA TECNICA DREAMSTATION AUTO: IDONEO CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA.
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	AIRSENSE 10 IDONEO SLEEPSTYLE IDONEO SEFAM BOX IDONEO
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	SLEEPSTYLE IDONEO AIRSENSE10 IDONEO BMC G3C20 IDONEO
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	BLUNOTTE CLOUD IDONEO AIRSENSE 10 IDONEO
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	AIRSENSE10 IDONEO
10	CARE LIFE SRL	PI126781-21	IDONEO	BMCG3C20 IDONEO BMC G2SC20 IDONEO CON RISERVA SE È DISPONIBILE CONNESSIONE ALLA RETE NON SPECIFICATA SU SCHEDA TECNICA
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	PRISMART MAX IDONEO AIRSENSE10 AUTOCPAP E AUTOCPAP FOR HER: IDONEO PRISMART PLUS IDONEO DREAMSTATION PRO, 2 ADVANCE: IDONEI CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06A E 2021-05A
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	BMCG3C20 IDONEO AIRSENSE 10 AUTOSSET IDONEO BMCG2 3.5 POLLICI NON IDONEO PER SUPERAMENTO PESO BMCG2 2,4 POLLICI NON IDONEO PER SUPERAMENTO PESO DREAMSTATION PRO, PRO CON MODULO WIFI , AUTO : IDONEI CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06A E 2021-05A
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	AIRSENSE10 IDONEO SLEEP STYLE IDONEO BLU STANDARD PLUS DEVILBISS IDONEO

Seo app *Pub. C. C. C.* *W*

				BMC G2SC20 IDONEO CON RISERVA SE È DISPONIBILE CONNESSIONE ALLA RETE NON SPECIFICATA SU SCHEDA TECNICA
--	--	--	--	--

Per quanto sopra, per il LOTTO 2, TUTTI GLI OO.EE. sono AMMESSI alla fase successiva della gara.

Per il LOTTO 3:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	INDONEITÀ APPARECCHI
2	ALTHEA ITALIA S.P.A.	PI126312-21	IDONEO	AIRCURVE10 IDONEO
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	AIRCURE10 IDONEO DREAMSTATION AUTO: IDONEO CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	AIRCURVE 10 IDONEO
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	AIRCURVE10 IDONEO LUMISSTA150 IDONEO BMCG325S225A20 IDONEO
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	AIRCURVE10 IDONEO
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	AIRCURVE10 IDONEO
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	AIRCURVE10 IDONEO DREAMSTATION AUTO: IDONEO CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	BMC GII 25 S IDONEO BMC GII T 25 A IDONEO AIRCURVE 10 IDONEO DREAMSTATION AUTOBIPAP: IDONEO CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	AIRCURVE10: IDONEO BMC GII T25S IDONEO BMC GII 25A IDONEO LUMIS STA 150 IDONEO

WJ

Scelso *Scelso* *Scelso*

Per quanto sopra, per il LOTTO 3, TUTTI GLI OO.EE. sono AMMESSI alla fase successiva della gara.

Per il LOTTO 4:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	INDONEITÀ APPARECCHI
2	ALTHEA ITALIA S.P.A.	PI126312-21	IDONEO	INDONEITÀ APPARECCHI
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	DREAMSTATION BIPAP ST 30: IDONEO CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A IBREEZE 25 STA: IDONEO
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	PRISMA VENT 30C: NON IDONEO PER SUPERAMENTO PESO LUMIS150VPAP: IDONEO
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	LUMIS ST 150; STA 150: IDONEI BMC G3 BILEVEL B25: IDONEO SOLO IL MODELLO BMC G3B25VT
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	AIRCURVE10 ST: IDONEO
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	PRISMA 25 ST: IDONEO
10	CARE LIFE SRL	PI126781-21	IDONEO	RESMART GII SERIE T: T20 NON IDONEO PER IAP < 25 CMH2O COME RICHIESTO IN CAPITOLATO T25: IDONEO MULTILEVEL ST30V: IDONEO
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	LUMIS STA 150: IDONEO VITALVENT DS RESPIRONICS: IDONEO CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	LUMIS STA 150: IDONEO LUMIS ST 150: IDONEA DREAMSTATION BIPAP ST 30: IDONEO CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI

8562 *august* *Giulio*

GP

				SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	LUMIS ST 150: IDONEO FLOTON S: NON IDONEO (MODALITA' S/T NON DISPONIBILE)

Per quanto sopra, per il LOTTO 4, TUTTI GLI OO.EE. sono AMMESSI alla fase successiva della gara.

Per il LOTTO 5:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	PRISMA 30 ST IDONEO
2	ALTHEA ITALIA S.P.A.	PI126312-21	IDONEO	LUMIS STA150 IDONEO
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	TUTTI I VENTILATORI IDONEI. IDONEI CON RISERVA I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	VENTILATORI OFFERTI TUTTI IDONEI
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	TUTTI I VENTILATORI OFFERTI IDONEI
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	TUTTI I VENTILATORI OFFERTI RISULTANO IDONEI
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	VENTILATORI OFFERTI: IDONEI
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	VENTILATORI OFFERTI IDONEI; IDONEI CON RISERVA I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	VENTILATORI IDONEI; IDONEI CON RISERVA I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	STELLAR 150 : IDONEO

[Handwritten signature]

--	--	--	--	--

Per quanto sopra, per il LOTTO 5, TUTTI GLI OO.EE. sono AMMESSI alla fase successiva della gara.

Per il LOTTO 6:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	VENTILATORI OFFERTI TUTTI IDONEI
2	ALTHEA ITALIA S.P.A.	PI126312-21	IDONEO	VENTILATORE OFFERTO IDONEO
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	VENTILATORI OFFERTI IDONEI; IDONEI CON RISERVA I I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	IDONEO
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	AIRCURVE CSA PACEWAVE: IDONEO BMCG3 BILEVEL B25 SVASV: NON IDONEO: DA SCHEDA TECNICA NON RISULTA DISPONIBILE MODALITÀ ASV SUL MODELLO OFFERTO.
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	IDONEO
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	IDONEO
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	VENTILATORI TECNICAMENTE IDONEI; IDONEI CON RISERVA I I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	VENTILATORI TECNICAMENTE IDONEI; IDONEI CON RISERVA I I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI

Silvia Gajof *Diana Culli*

[Handwritten signature]

				SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
--	--	--	--	------------------------------------

Per quanto sopra, per il LOTTO 6, TUTTI GLI OO.EE. sono AMMESSI alla fase successiva della gara.

Per il LOTTO 7:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	VENTILATORI IDONEI
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	VENTILATORI OFFERTI TECNICAMENTE IDONEI, IDONEI CON RISERVA I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	IDONEO
7	SICO SOCIETA ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	TRILOGY EVO: IDONEO CON RISERVA: IDONEI CON RISERVA I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A LOWERSTEIN VENTILOGIC LS: NON IDONEO PER SUPERAMENTO PESO SIARE FALCO 202 EVO: IDONEO
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	IDONEO
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	IDONEO
10	CARE LIFE SRL	PI126781-21	IDONEO	IDONEO
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	IDONEI
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	IDONEI
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	IDONEI

Per quanto sopra, per il LOTTO 7, TUTTI GLI OO.EE. sono AMMESSI alla fase successiva della gara.

Per il LOTTO 8:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	VENTILATORI OFFERTI ED ASPIRATORE TECNICAMENTE IDONEI, IDONEI CON RISERVA I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	NON IDONEO	NON VENGONO RISPETTATI I CRITERI MINIMI RICHIESTI SU ASPIRATORE COLLEGATO AL LOTTO IN OGGETTO. LOWERSTEIN VENTILOGIC LS NON IDONEO PER SUPERAMENTO PESO
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
10	CARE LIFE SRL	PI126781-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	FALCO 202: IDONEO KMV5010: IDONEO ASPIRATORE IDAL: IDONEO ASPIRATORE NEW ASKIR ED ASPIRATORE VACUAIDE 7305: NON IDONEI PER NON CONFORMITÀ ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE.

Per quanto sopra, per il LOTTO n. 8, NON SI AMMETTE alla fase successiva della gara l'O.E. SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO poiché "non vengono rispettati i criteri minimi richiesti su aspiratore collegato al lotto in oggetto. LOWERSTEIN VENTILOGIC LS non idoneo per superamento peso". AMMESSI GLI ALTRI OO.EE.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Per il LOTTO 9:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	VENTILATORI OFFERTI TECNICAMENTE IDONEI, IDONEI CON RISERVA I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	TRILOGY EVO IDONEO CON RISERVA: IDONEI CON RISERVA I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A SIARE FALCO 202 EVO: IDONEO LOWERSTRAIN VENTILOGIC LS: NON IDONEO PER SUPERAMENTO PESO
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	IDONEO
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
10	CARE LIFE SRL	PI126781-21	IDONEO	IDONEO
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	IDONEO
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	IDONEO


Per quanto sopra, per il LOTTO n. 9, TUTTI GLI OO.EE. SONO AMMESSI alla fase successiva della gara.

Per il LOTTO 10:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	VENTILATORI OFFERTI TECNICAMENTE IDONEI, IDONEI CON RISERVA I

				VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A ASPIRATORE IDONEO
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	NON IDONEO	TRILOGY EVO: VENTILATORE OFFERTO TECNICAMENTE IDONEO, IDONEI CON RISERVA I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS CHE PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A LOWERSTEIN VENTILOGIC LS: NON IDONEO PER SUPERAMENTO PESO. SIARE FALCO 202 EVO: IDONEO ASPIRATORE VACUAIDE 7305: NON IDONEO
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
10	CARE LIFE SRL	PI126781-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	ASTRAL 100: IDONEO ASTRAL 150: IDONEO ASPIR GO FLAEM 30L/MIN: IDONEO ASPIR GO FLAEM 20L/MIN: IDONEO ASKIR 30 E 36BR: IDONEI VACUAIDE 7305P: NON IDONEO VACUAIDE QSU7314: NON IDONEO
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	FALCO 202: IDONEO KMV5010: IDONEO AIDAL: IDONEO NEWASKIR118 NON IDONEO VACUAIDE 7305 NON IDONEO

Per quanto sopra, per il LOTTO n. 10, **NON SI AMMETTE** alla fase successiva della gara l'O.E. **SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO** poiché *“TRILOGY EVO: VENTILATORE offerto tecnicamente idoneo Idonei con riserva i ventilatori prodotti da philips respironics che per idoneità non devono essere suscettibili di avviso di sicurezza 2021-06-A e 2021-05-A. LOWERSTEIN VENTILOGIC LS: non idoneo per superamento peso. SIARE FALCO 202 EVO: idoneo. ASPIRATORE VACUAIDE 7305: non idoneo”*.
AMMESSI GLI ALTRI OO.EE.

Solo by my 

Per il LOTTO 11:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	TUTTO IDONEO
2	ALTHEA ITALIA S.P.A.	PI126312-21	IDONEO	IDONEO
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	IDONEO
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	IDONEO
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	IDONEO
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	IDONEO
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	IDONEO
10	CARE LIFE SRL	PI126781-21	NON IDONEO	MINIPEGASO NON IDONEO
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	IDONEO
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	IDONEI CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	IDONEI CON RISERVA: I VENTILATORI PRODOTTI DA PHILIPS RESPIRONICS PER IDONEITÀ NON DEVONO ESSERE SUSCETTIBILI DI AVVISO DI SICUREZZA 2021-06-A E 2021-05-A

Per quanto sopra, per il LOTTO n. 11, **NON SI AMMETTE** alla fase successiva della gara l'O.E. **CARE LIFE SRL** poiché *"MINIPEGASO non idoneo"*. **AMMESSI GLI ALTRI OO.EE.**

Per il LOTTO 12:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	IDONEO
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	IDONEO
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	IDONEO

8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	IDONEO
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	IDONEO

Per quanto sopra, per il LOTTO n. 12, TUTTI GLI OO.EE. SONO AMMESSI alla fase successiva della gara.

Per il LOTTO 13:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
1	MEDIGAS ITALIA SRL	PI126167-21	IDONEO	IDONEO
2	ALTHEA ITALIA S.P.A.	PI126312-21	IDONEO	IDONEO
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	IDONEO
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	IDONEO
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	ASPIRA GO FLAEM IDONEO VACUAIDE 7305 E 7314: NON IDONEI
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	IDONEO
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	IDONEO
10	CARE LIFE SRL	PI126781-21	IDONEO	IDONEO
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	IDONEO
12	VIVISOL S.R.L.	PI126868-21	IDONEO	ASPIRA GO FLAEM 30 L/M IDONEO ASPIRA GO FLAEM 20 L/MIN IDONEO ASKIR 30 IDONEO ASKIR 36 BR IDONEO VACUAIDE 7305P NON IDONEO VACUAIDE QSU7314 NON IDONEO
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	AIDAL: IDONEO NEW ASKIR 118: NON IDONEO VACUAIDE 7305: NON IDONEO

Per quanto sopra, per il LOTTO n. 13, TUTTI GLI OO.EE. SONO AMMESSI alla fase successiva della gara.

800 *Allegato* *Diab. Diab.* *lp*

Per il LOTTO 14:

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	VALUTAZIONE TECNICA	MOTIVAZIONE
2	ALTHEA ITALIA S.P.A.	PI126312-21	IDONEO	IDONEO
5	LINDE MEDICALE SRL	PI126325-21	IDONEO	IDONEO
6	SAPIO LIFE SRL	PI126326-21	IDONEO	IDONEO
7	SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO	PI126340-21	IDONEO	IDONEO
8	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	PI126460-21	IDONEO	IDONEO
9	RESPIRAIRE SRL	PI126694-21	IDONEO	IDONEO
10	CARE LIFE SRL	PI126781-21	IDONEO	IDONEO
11	VITALAIRE ITALIA SPA	PI126860-21	IDONEO	IDONEO
13	RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - DOMOLIFE S.R.L.	PI126884-21	IDONEO	IDONEO

Per quanto sopra, per il LOTTO n. 14, TUTTI GLI OO.EE. SONO AMMESSI alla fase successiva della gara.

Alle ore 14:45, il Presidente dà atto della conclusione delle operazioni di valutazione tecnica con le risultanze di cui sopra e dichiara chiusa la seduta dei lavori per la valutazione delle offerte tecniche. Si rinvia l'esame delle offerte economiche a separata seduta, in die, sessione pomeridiana.

L.C.S.

Il Presidente

Dott.ssa SHOKOOFE ESLAMI VARZANEH 

Il Componente

Dott. GIULIO ONELLI 

Il Componente

Dott. FABRIZIO COLANGELI 

IL Segretario verbalizzante

Dott.ssa KATIA PEZZOTTI 

