

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

*U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA*

**OGGETTO:** Procedura di gara sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, RDO n. 2842707 del 22.07.2021, per l'affidamento della fornitura di un Poligrafo da destinare alla UOC Cardiologia del PO De Lellis del PO di Rieti - Lotto unico.

**VERBALE DI GARA n. 2**

Il giorno 30 settembre 2021 alle ore 15:00, presso la UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica HTA della Asl di Rieti - P.O. di Rieti, Via J.F. Kennedy snc

**PREMESSO CHE**

1. In data 22.07.2021, con RDO n. 2842707, con scadenza 03.09.2021 è stata avviata una procedura di gara aperta sul MEPA per l'affidamento della fornitura n. Poligrafo da destinare alla UOC Cardiologia del PO De Lellis del PO di Rieti, lotto unico con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. il Bando di Gara fissava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 18:58 del 03.09.2021;
3. Il valore posto a base di gara dell'appalto è pari ad € 55.000,00 (IVA esclusa) come di seguito specificato:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo al netto d'Iva
1	N. 1 Poligrafo	88353265AA	€ 55.000,00

4. entro la scadenza stabilita sono pervenute complessivamente n. 2 offerte, presentate dalle seguenti Società:
  - a. Abbott Srl;
  - b. Boston Scientific Spa;
5. con atto deliberativo n. 1007 del 22.09.2021, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:
  - Ing. F.P. Macchia (Presidente)



- Ing. R. Leone (Commissario)
  - Ing. V. Giordano (Commissario)
  
  - Dott.<sup>ssa</sup> Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante)
6. In data 23.09.2021 la commissione riunita ha proceduto all'esame delle buste amministrative con esito positivo, ed ha proceduto all'apertura delle buste tecniche, rinviando il completamento dell'analisi delle stesse alla data odierna – come da verbale di Gara n.1.

### IL PRESIDENTE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 30.09.21 ore 15:00, constatata la regolarità della costituzione della commissione di gara, dà inizio ai lavori della Fase 2 in seduta riservata.

### FASE 2: Valutazione offerta tecnica

Il giorno 30.09.2021 alle ore 15:00, la Commissione, in seduta riservata, procede con l'analisi e la valutazione dell'offerta tecnica prodotta dalle ditte concorrenti relativamente a:

#### LOTTO N. 1 – POLIGRAFO

Hanno prodotto offerta le Società

- a. Abbott Medical Italia Srl;
- b. Boston Scientific Spa;

La Commissione procede, pertanto, alla valutazione delle offerte tecniche e di ogni elaborato e documento presentato, dalle concorrenti, tramite la loro analitica lettura e valutazione, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti negli atti di gara.

Dall'analisi delle offerte tecniche, nel modello "caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione" emerge che la ditta Abbott Medical Italia Srl non risponde alle suddette caratteristiche principalmente per i seguenti punti: 3, 4, 12, 13, 24, 26, 50 e 61.

Pertanto, la ditta Abbott viene esclusa dalla gara e non è soggetta all'attribuzione dei punteggi, di cui al modello "griglia di valutazione".

La ditta Boston Scientific SpA viene ammessa all'attribuzione dei punteggi tecnici. La commissione giudicatrice, dopo aver verificato tutti i parametri oggetto di valutazione, redige la griglia di valutazione (vedasi allegato 1), assegnando il punteggio tecnico totale di **65/70 punti**.



**Le risultanze di tali operazioni, in evidenza nell'allegato prospetto riepilogativo forma parte integrante e sostanziale del presente verbale - allegato n.1 – vengono riportate su MePA.**

### **FASE 3: Valutazione offerta economica**

La Commissione procede quindi in questa fase, senza soluzione di continuità, all'apertura dell'offerta economica, sul MEPA, a seguito della quale viene assegnato automaticamente, dal sistema, il punteggio economico per ciascuna offerta presentata.

**La graduatoria con il punteggio finale viene calcolata automaticamente dal portale MEPA.**

Si evince che l'aggiudicazione provvisoria (n.1 lotto) risulta essere la seguente:

- LOTTO N. 1 – N. 1 POLIGRAFO  
IMPORTO A BASE D'ASTA € 55.000,00 OLTRE IVA

**Società aggiudicataria: Boston Scientifica SpA al costo di € 44.700,00 oltre IVA.**

Il Presidente, alle ore 18:30 del giorno 30.09.2021 chiude definitivamente la seduta di gara, svoltasi senza soluzione di continuità. Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto dalla Commissione giudicatrice e dai segretari come segue:

- Ing. F.P. Macchia (Presidente) 
- Ing. R. Leone (Commissario) 
- Ing. V. Giordano (Commissario) 
  
- Emanuela Capparella (Segretario Verbalizzante senza diritto di voto) 

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ALLEGATO 1**

PARAMETRO VALUTATO	PUNTEGGIO Max	ABBOTT	BOSTON SCIENTIFIC	NOTE
Numero di canali bipolari superiori rispetto al minimo	10	Escluso	9	Canali offerti: 80
Numero di pollici dei monitor superiori rispetto al minimo	5	Escluso	5	24,1"
Tipologia e numero dei software/programmi di gestione della workstation	5	Escluso	5	Windows 10 - Ampia proposta di SW per elettrofisiologia e gestione della CPU
Eventuali ulteriori migliorie	5	Escluso	4	Presenti alcune migliorie rispetto alle caratteristiche richieste nel capitolato (vedasi Relazione tecnica)
Presenza anche di software specifico per emodinamica	5	Escluso	2	SW per 4 canali pressori + interfacciamento con monitor Philips Intellivue
Caratteristiche tecniche del sistema di elaborazione ed archiviazione	10	Escluso	10	4.70 GHz con 12 MB - 2x1T – Archiviazione su DVD, HDD o server
Numero di centri in Italia dove il sistema di elaborazione è attualmente operativo	10 centri = 5 punti >20 centri = 10 punti >50 centri = 20 punti	Escluso	20	>100 centri in Italia
Interfacciabilità con sistemi esterni	10	Escluso	10	Interfacciabile con vasta gamma di sistemi esterni (vedasi Scheda tecnica)
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	Escluso	<b>65</b>	

*F. Morlica*

*Alvarez*

*BP*