

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

*U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA*

**OGGETTO:** Procedura di gara sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, RDO n. 2863589 del 09.09.2021, per l'affidamento della fornitura di un Ecotomografo Ginecologico, comprensivo di consumabili per anni 3, da destinare alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO De Lellis del PO di Rieti - Lotto unico.

**VERBALE DI GARA n. 2**

Il giorno 17 novembre 2021 alle ore 09:30, presso la UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica HTA della Asl di Rieti - P.O. di Rieti, Via J.F. Kennedy snc

**PREMESSO CHE**

1. In data 09.09.2021, con RDO n. 2863589 è stata avviata una procedura di gara aperta sul MEPA per l'affidamento della fornitura di un Ecotomografo Ginecologico, comprensivo di consumabili per anni 3, da destinare alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO De Lellis del PO di Rieti - Lotto unico con aggiudicazione **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;**
2. il Bando di Gara fissava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 18:00 del 09.10.2021;
3. Il valore posto a base di gara dell'appalto è pari ad € 90.000,00 (IVA esclusa) come di seguito specificato:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo al netto d'Iva
I	N. 1 Ecotomografo Ginecologico (DGR 345/2017)	8905932f91	€ 80.000,00
I	Consumabili per anni 3	Z9f33154A6	€ 10.000,00

4. entro la scadenza stabilita sono pervenute complessivamente n. 08 offerte, presentate dalle seguenti Società:

- a. BIESSE MEDICA S.R.L.
- b. BIOLIVE
- c. BIOMECC
- d. ESAOTE S.P.A.

- e. FREMSLIFE
- f. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
- g. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
- h. TRADE ART 2000

5. con atto deliberativo n. 1139 del 22.10.2021, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:

- Presidente: Dott. Vincenzo Spina
- Commissario 1: Dott.ssa Antonia Squarcella
- Commissario 2: Dott.ssa Daniela Bucari
  
- Dott.<sup>ssa</sup> Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante)

6. In data 04.11.2021 la commissione riunita ha proceduto all'esame delle buste amministrative con esito positivo, ed ha proceduto all'apertura delle buste tecniche, rinviando il completamento dell'analisi delle stesse alla data odierna – come da verbale di Gara n.1.

#### IL PRESIDENTE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 11.11.2021 ore 09:30, constatata la regolarità della costituzione della commissione di gara, dà inizio ai lavori della Fase 2 in seduta riservata.

#### FASE 2: Valutazione offerta tecnica

La Commissione, in seduta riservata, procede con l'analisi e la valutazione dell'offerta tecnica prodotta dalle ditte concorrenti relativamente a:

#### LOTTO N. 1 – Ecotomografo Ginecologico comprensivo di consumabili

Hanno prodotto offerta le Società

- a. BIESSE MEDICA S.R.L.
- b. BIOLIVE
- c. BIOMECC
- d. ESAOTE S.P.A.
- e. FREMSLIFE
- f. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
- g. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
- h. TRADE ART 2000

La Commissione procede, pertanto, alla valutazione delle offerte tecniche e di ogni elaborato e documento presentato, dalle concorrenti, tramite la loro analitica lettura e valutazione, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti negli atti di gara.

Dall'analisi delle offerte tecniche, nel modello "caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione" emerge che:

- la ditta FremsLife non risponde alle suddette caratteristiche con riguardo al punto: 2 (Sistema Windows 10 di ultima generazione);
- la ditta Trade Art 2000 non risponde alle suddette caratteristiche con riguardo al punto: 18 (connettori tipo pinless).

Pertanto, la ditta FremsLife e la ditta Trade Art 2000 vengono escluse dalla gara e non sono soggette all'attribuzione dei punteggi, di cui al modello "griglia di valutazione".

Sono invece rispondenti ai requisiti minimi e vengono ammesse alla fase successiva di attribuzione dei punteggi le seguenti offerenti: Biesse Medical, Biolive, Biomec, Esaote, Fujifilm e GE Medical. La commissione giudicatrice, dopo aver verificato tutti i parametri oggetto di valutazione, redige la griglia di valutazione (vedasi allegato 1), assegnando i seguenti punteggi tecnici totali:

- a) BIESSE MEDICA S.R.L.: punti 23/70
- b) BIOLIVE: punti 29/70
- c) BIOMECC: punti 64/70
- d) ESAOTE S.P.A.: punti 40/70
- e) FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.: punti 31/70
- f) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA: punti 64/70

**Le risultanze di tali operazioni, in evidenza nell'allegato prospetto riepilogativo forma parte integrante e sostanziale del presente verbale - allegato n.1 – vengono riportate su MePA.**

### **FASE 3: Valutazione offerta economica**

La Commissione procede quindi in questa fase, senza soluzione di continuità, all'apertura dell'offerta economica, sul MEPA, a seguito della quale viene assegnato automaticamente, dal sistema, il punteggio economico per ciascuna offerta presentata.



**La graduatoria con il punteggio finale viene calcolata automaticamente dal portale MEPA.**

Si evince che l'aggiudicazione provvisoria (n.1 lotto) risulta essere la seguente:

- LOTTO N. 1 – N. 1 Ecotomografo Ginecologico comprensivo di consumabili per anni 3  
IMPORTO A BASE D'ASTA € 90.000,00 OLTRE IVA

**Società aggiudicataria: Biomec al costo di € 74.500,00 oltre IVA.**

Il Presidente, alle ore 11:30 del giorno 17.11.2021 chiude definitivamente la seduta di gara, svoltasi senza soluzione di continuità. Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto dalla Commissione giudicatrice e dai segretari come segue:

- Presidente: Dott. Vincenzo Spina 
- Commissario 1: Dott.ssa Antonia Squarcella 
- Commissario 2: Dott.ssa Daniela Bucari 
- Dott.<sup>ssa</sup> Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante) 

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

*U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA*

**OGGETTO:** Procedura di gara sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, RDO n. 2863589 del 09.09.2021, per l'affidamento della fornitura di un Ecotomografo Ginecologico, comprensivo di consumabili per anni 3, da destinare alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO De Lellis del PO di Rieti - Lotto unico.

**VERBALE DI GARA n. 1**

Il giorno 04 novembre 2021 alle ore 09.30, presso la UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica HTA della Asl di Rieti - P.O. di Rieti, Via J.F. Kennedy snc

**PREMESSO CHE**

1. In data 09.09.2021, con RDO n. 2863589 è stata avviata una procedura di gara aperta sul MEPA per l'affidamento della fornitura di un Ecotomografo Ginecologico, comprensivo di consumabili per anni 3, da destinare alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO De Lellis del PO di Rieti - Lotto unico con aggiudicazione **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;**
2. il Bando di Gara fissava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 18:00 del 09.10.2021;
3. Il valore posto a base di gara dell'appalto è pari ad € 90.000,00 (IVA esclusa) come di seguito specificato:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo al netto d'Iva
I	N. 1 Ecotomografo Ginecologico (DGR 345/2017)	8905932f91	€ 80.000,00
I	Consumabili per anni 3	Z9f33154A6	€ 10.000,00

4. entro la scadenza stabilita sono pervenute complessivamente n. 08 offerte, presentate dalle seguenti Società:
  - a. BIESSE MEDICA S.R.L.
  - b. BIOLIVE
  - c. BIOMECC

- d. ESAOTE S.P.A.
- e. FREMSLIFE
- f. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
- g. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
- h. TRADE ART 2000

5. con atto deliberativo n. 1139 del 22.10.2021, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:

- Presidente: Dott. Vincenzo Spina
- Commissario 1: Dott.ssa Antonia Squarcella
- Commissario 2: Dott.ssa Daniela Bucari
  
- Dott.<sup>ssa</sup> Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante)

#### **IL PRESIDENTE**

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 04.11.2021 ore 9:30, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Si dà, quindi, inizio ai lavori con la presa d'atto delle ditte che hanno prodotto offerta sul MEPA, entro il termine stabilito, che risultano essere complessivamente n. 8:

- a. BIESSE MEDICA S.R.L.
- b. BIOLIVE
- c. BIOMECC
- d. ESAOTE S.P.A.
- e. FREMSLIFE
- f. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
- g. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
- h. TRADE ART 2000

#### **Il Presidente e i Componenti tecnici della Commissione**

Preso atto dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi e degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai fini di quanto disposto dall'art. 282, comma 2 del Regolamento attuativo al Codice degli appalti, in sede di accettazione dell'incarico tutti i componenti della Commissione dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 7 del D. Lgs. n. 163/06. Al riguardo, in allegato al presente verbale vengono allegate le dichiarazioni rilasciate da ciascuno dei componenti della Commissione (allegato n.1 del presente verbale).

Il Presidente della Commissione, constatata la regolarità della costituzione, preso atto che tutti gli operatori economici partecipanti alla gara sono stati informati attraverso il MEPA della seduta pubblica virtuale, dichiara aperta la seduta.

### **FASE 1: Verifica Documentazione Amministrativa**

Il giorno 04.11.2021 ore 09:30 la Commissione procede all'apertura e alla verifica della documentazione amministrativa inerente all'offerta prodotta dagli operatori economici concorrenti alla procedura di gara.

#### **1. BIESSE MEDICA SRL**

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

#### **2. BIOLIVE**

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase

successiva della procedura di gara.

### 3. BIOMECC

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

### 4. ESAOTE SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

### 5. FREMSLIFE

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa.

Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

#### 6. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

#### 7. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

## 8. TRADE ART 2000

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

Il Presidente provvede alla proclamazione degli ammessi alle successive fasi di gara. Si procede, conseguentemente, all'approvazione della documentazione amministrativa, sul portale MEPA per i seguenti operatori economici:

- a) BIESSE MEDICA S.R.L.
- b) BIOLIVE
- c) BIOMECH
- d) ESAOTE S.P.A.
- e) FREMSLIFE
- f) FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
- g) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
- h) TRADE ART 2000

## **FASE 2: Documentazione Tecnica**

Senza soluzione di continuità la Commissione procede all'apertura e alla verifica della documentazione tecnica, relativa all'offerta prodotta dagli operatori economici concorrenti alla procedura di gara.

### 1. BIESSE MEDICA SRL

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la

documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

## 2. BIOLIVE

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

## 3. BIOMECC

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

## 4. ESAOTE SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

#### **5. FREMSLIFE**

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

#### **6. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA SPA**

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

#### **7. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA**

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

#### **8. TRADE ART 2000**

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files

scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la commissione interrompe i lavori rinviando l'analisi della documentazione tecnica al giorno 17.11.2021

Lo stato di avanzamento dei lavori svolti risulta sulla piattaforma elettronica MEPA.

Il Presidente, alle ore 11:45 del giorno 04.11.2021 chiude la seduta pubblica virtuale e fissa, sin da ora, la data per la successiva seduta di gara al giorno 17.11.2021 ore 09:30.

- Presidente: Dott. Vincenzo Spina
- Commissario 1: Dott.ssa Antonia Squarcella
- Commissario 2: Dott.ssa Daniela Bucari

  
Antonie Squarcella  


- Emanuela Capparella  
(Segretario Verbalizzante senza diritto di voto)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	BIESSE MEDICA	BIOLIVE	BIOMEC	ESAOTE	FRMSLIFE	FUJIFILM	GE MEDICAL	TRADE ART 2000
Parametri di imaging	7	1	1	7	1		2	7	
Ergonomia della consolle e movimentazione del pannello di controllo	5	1	1	5	1		2	5	
Dimensione del monitor maggiore di 21 pollici	7	1	7	7	7		1	7	
Profondità massima del trasduttore convex	7	3	3	5	7		3	7	
N connettori pinles	5	5	5	5	5		5	5	
Collegamenti ed interfacciabilità (server aziendali, con la rete LAN aziendale e con dispositivi esterni)	3	1	1	3	1		1	3	
Completezza modulo DICOM 3	3	1	1	3	1		1	3	
Auto ottimizzazione 2D, PW e Colore	4	1	1	4	1		1	4	
Auto ottimizzazione TGC	4	1	1	4	1		2	4	
Valutazione complessiva delle funzioni di archivio	3	1	0	3	1		2	3	
Modalità di lavoro dei trasduttori	5	2	2	5	2		2	5	
Valore del Dynamic Range	5	1	0	5	5		3	5	
Sistema operativo più recente rispetto a Windows 10	1	0	0	0	0		0	0	
Numero di trasduttori imaging contemporaneamente attivi oltre 4	5	4	4	5	5		4	4	
Assistenza e manutenzione in garanzia: Tempo massimo di intervento su chiamata, Tempo massimo di risoluzione guasto su chiamata, Numero visite di manutenzione preventiva, Disponibilità di muletto (indicare le condizioni)	2	0	0	2	1		0	2	
Extra garanzia oltre i 24 mesi	4	0	2	1	1		2	0	
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>64</b>	<b>40</b>		<b>31</b>	<b>64</b>	

Rev. 17.11.2021

Antonio Squarello