

Prot. 70028

del 04/11/20



**ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

ABS
copie DG
04-11-2020
[Signature]

Ente Pubblico non Economico sussidiario dello Stato

AZIENDA SANITARIA LOCALE
RIETI
04 NOV. 2020
Prot. N. 70028

Preg.ma
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Direttore Generale
ASL Rieti

**Oggetto: DONAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE OCULARE E FACCIALE**

Con la presente si comunica l'intenzione dell'Ente, rappresentato dallo scrivente, nel voler donare quanto riportato in oggetto, al fine di dare seguito alle indicazioni pervenute dalla FNOMCeO secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Dario Chiriacò
[Signature]

Sede Legale
Via Roma, 100 - 02100 Rieti
Sede Operativa & Congressuale
Viale Stazione, 100 - 02100 Rieti
Tel. (0746) 492092
Fax (0746) 492092
E-Mail: info@omceorieti.gov.it
omceorieti.gov.it



**ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

Ente Pubblico non Economico sussidiario dello Stato

**CONTRATTO DI DONAZIONE
DI BENI MOBILI DI MODICO VALORE**

L'anno duemila venti, il giorno XX del mese di Aprile

TRA

Dott.ssa **Marinella D'Innocenzo**, nata a Lecce il 02/08/1959, la quale interviene in qualità di Direttore Generale esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della ASL di Rieti,

Dott. **Dario Chiriaco**, nato a Roma il 24.09.1947, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti, nella piena disponibilità di due lotti, ovvero n. 100 dispositivi di protezione oculare e facciale fornite dal Rotary Distretto 2080 e n. 100 dispositivi di protezione oculare e facciale fornite dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue in più articoli formanti unico ed inscindibile contesto tra loro:

Art. 1

Il Dott. Dario Chiriaco (di seguito denominato donante), in qualità di Presidente, avente la piena disponibilità dei beni succitati, dona alla ASL di Rieti, rappresentata come sopra (di seguito denominata donataria) la quale accetta il lotto sopra descritto.

Art. 2

Il donante dichiara che la donazione oggetto del presente atto è di modico valore, ai sensi dell'art. 783 c.c.

Art. 3

Il donante, dichiara di trasferire, come effettivamente trasferisce, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il possesso del bene alla ASL di Rieti rappresentato come sopra, evidenziando le motivazioni incentrate prioritariamente nel dotare gli operatori sanitari



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI RIETI

Ente Pubblico non Economico sussidiario dello Stato

afferenti alla medicina territoriale su base provinciale (MMG - PLS - Continuità Assistenziale) dei presidi di specie, come prescritto dalla FNOMCeO,

Art. 4

Le eventuali spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico del donatario.

Art. 5

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto. Non saranno, inoltre valide eventuali aggiunte o modifiche apportate al presente contratto manualmente (a penna) fatta eccezione per gli spazi punteggiati già appositamente predisposti.

Art. 6

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di donazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Donante

Dott. Dario Chiriaco
Presidente

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti

Il Donatario

Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Direttore Generale
ASL di Rieti

Sede Legale
via Cassinetta, 10 - 01100 Rieti

Sede Operativa / Congressuale
via B. Beccaria, 202
01100 Rieti (tel. 0742/301100)

C.F. 0110001076
C.O.U. 011000

tel. 0742/301100
fax 0742/301100

E-Mail: omceciatti.gov.it
P.E.I. - pe.i@omceciatti.gov.it

omceciatti.gov.it



SCHEMA TECNICA

Rif.: CV-15 Schermo frontale "Santa Lucia"

Colore: Bianco e Trasparente

Imballaggio: 1 pz/opp, 200 pz/scatola

Materiali: PET con nastro regolabile

Caratteristiche: schermo facciale super confortevole, appena si sente quando lo indossi

Per un maggiore comfort incorpora una spugna sulla fronte che offre un comfort assoluto




Questo prodotto possiede i Certificati necessari per la sua vendita nella Comunità Economica Europea:

- EN166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifiche
- EN167:2001 Protezione personale degli occhi. Metodi di prova ottici.
- EN168:2001 Protezione personale degli occhi. Metodi di prova non ottici.






Certificato per Test Report N° TZRPS20200410037 datato 10 Aprile 2020 prodotto dalla compagnia AMTRE VERITAS STANDARD TECHNICAL TESTING LTD. Indirizzo: No.96 Holcroft House Ingrave Street London.

Cartagena aprile 2020

Collaboriamo con



Associazioni ed entità a cui apparteniamo



TEST REPORT

EN 166: 2001 Personal eye - protection – Specifications;
EN 167: 2001 Personal eye - protection – Optical test methods;
EN 168: 2001 Personal eye - protection - Non-optical test methods;

Report Reference No. : TZRPS20200410037

Tested by
(printed name and signature) ... : Anna Yuan

Checked by
(printed name and signature) ... : David Choi

Approved by
(printed name and signature) ... : Kevin Zhang



Date of issue : Apr 10, 2020

Testing laboratory : AMTRE VERITAS STANDARD TECHNICAL TESTING LTD
Address : No. 96 Holcroft House Ingrave Street London, United Kingdom

Applicant's name : T.R.G. Co.,Ltd.
Address : Banyang Village , Duqiao Town , Linhai City , Taizhou City , Zhejiang Province , China

Manufacturer's name : T.R.G. Co.,Ltd.
Address : Banyang Village , Duqiao Town , Linhai City , Taizhou City , Zhejiang Province , China

Factory's name : T.R.G. Co.,Ltd.
Address : Banyang Village , Duqiao Town , Linhai City , Taizhou City , Zhejiang Province , China

Test specification:

Standard : EN 166: 2001
 EN 167: 2001
 EN 168: 2001

Test procedure : CE

Non-standard test method..... : N/A

Test item description :

Trade Mark..... :

Product Name:..... : Safety Goggles

Model/Type reference : /

Test case verdicts:	
Test case does not apply to the test object ...:	N/A
Test object does meet the requirement	Pass (P)
Test object does not meet the requirement ...:	Fail (F)
Testing:	
Date of receipt of test item	Apr 03, 2020
Date(s) of performance of test	Apr 03, 2020 to Apr 10, 2020
General remarks:	
The test results presented in this report relate only to the item(s) tested.	
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of the testing laboratory.	
"(see remark #)" refers to a remark appended to the report.	
"(see Annex #)" refers to an annex appended to the report. "(see appended table)" refers to a table in the Test Report.	
Throughout this report a comma (point) is used as the decimal separator.	

Tests Conducted

Note: The applicant's attention was drawn that the manufacturer should not use the frame materials which are known to cause irritation, allergic or toxic reaction during wear in a normal state of health against significant proportion of users.

Requirement			Testing		Results ¹		
Test Items	According to Clause		According to				
	EN	Clause	EN	Clause			
General construction			166	6.1	--	--	P
Materials (Nickel release)			166	6.2	--	--	NA
Headbands			166	6.3	--	--	P
Field of vision			166	7.1.1	168	18	P
Refractive powers (Unmounted oculars covering one eye)	Spherical refractive powers		166	7.1.2.1.1	167	3.1	NA
	Astigmatic refractive powers						
	Prismatic refractive powers						
Refractive powers (Mounted oculars and covering both eyes)	Spherical refractive powers		166	7.1.2.1.2	167	3.2	Optical Class 1
	Astigmatic refractive powers						
	Prismatic refractive powers						
Transmittance	Oculars without filtering action		166	7.1.2.2.1	167	6	P
	Oculars with filtering action		166	7.1.2.2.2	167	6	NA
	Ultraviolet Filter		170	4	167	6	NA
	Sunglare Filter for Industrial Use		172	4.1	167	6	NA
Variations in transmittance (Exempt oculars without filtering action)	Oculars without corrective effect		166	7.1.2.2.3.1	167	7	NA
	Oculars with corrective effect		166	7.1.2.2.3.2	167	7	NA

AMTRE VERITAS STANDARD TECHNICAL TESTING LTD

Add: NO.96 HOLCROFT HOUSE INGRAVE STREET LONDON

Tel: 0044 207 3997708 Fax: 0044 207 1826949 www.amtre-veritas.com Email: amtreveritas@gmail.com

Tests Conducted

Requirement		Testing				Results
		According to Clause		According to		
		EN	Clause	EN	Clause	
Diffusion of light		166	7.1.2.3	167	4	P
Quality of material and surface		166	7.1.3	167	5	P
Minimum robustness ²		166	7.1.4.1	168	4	NA
Increased robustness	Unmounted oculars	166	7.1.4.2.1	168	3.1	NA
	Complete eye-protectors and frame	166	7.1.4.2.2	168	3.2	P
Stability at an elevated temperature		166	7.1.5.1	168	5	P
Resistance to ultraviolet radiation (oculars only)		166	7.1.5.2	168	6	P
Resistance to corrosion (All metal parts only)		166	7.1.6	168	8	NA
Resistance to ignition		166	7.1.7	168	7	P
Protection against high-speed particles		166	7.2.2	168	9	NA
Lateral protection		166	7.2.8	168	19	P
Information supplied by the manufacturer		166	10	--	--	NR

Remarks: 1. P = Pass; F = Fail; NA = Not Applicable; NR= Not require; X=Checked;


2. This requirement relates only to cover plates and oculars with filtering effect and not be assessed if these Items are intended to meet the requirements for increased robustness or resistance to high speed particles, in which case the requirements of 7.1.4.2 or 7.2.2 shall be met.

AMTRE VERITAS STANDARD TECHNICAL TESTING LTD

Add: NO.96 HOLCROFT HOUSE INGRAVE STREET LONDON

Tel: 0044 207 3997708 Fax: 0044 207 1826949 www.amtre-veritas.com Email:amtreveritas@gmail.com

PHOTO APPENDIX



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.amtre-veritas.com and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.amtre-veritas.com. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

AMTRE VERITAS STANDARD TECHNICAL TESTING LTD


Add: NO.96 HOLCROFT HOUSE INGRAVE STREET LONDON

Tel: 0044 020 78010996

Fax: 0044 020 75014189

www.amtre-veritas.com

Email: amtreveritas@gmail.com



amtre veritas



AMTIRE VERITAS STANDARD TECHNICAL TESTING LTD

Certificate of Compliance

With European Directives

Applicant Manufacture: T. R.G. Co.,Ltd.

Add.: Banyang Village , Duqiao Town , Linhai City , Taizhou City , Zhejiang Province , China

Product Name: Safety Goggles

Model/type: Safety Goggles Series

The submitted sample of the above product has been tested for CE marking according to the following European Directives:

(EU) 2016/425

Standard(s) used for showing compliance with the essential requirements in the specified directive(s):

EN 166: 2001 Personal eye protection - Specifications

EN 167: 2001 Personal eye protection - Optical Test Methods

EN 168: 2001 Personal eye protection - Non - Optical Test Methods

The referred report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the specified EU Directive(s).


The CE marking as shown below can be affixed on the product.

Certificate No.: AV-TZRPS20200410037

Date: Apr 10 ,2020


for amtre veritas:

General Manager



amtre veritas:No.96 holcroft house Ingrave street london
Tel:0044 020 780 10996 Fax:0044 020 75014189
Http://www.amtre-veritas.com PC:SW11 2SQ
E-mail:amtreveritas@gmail.com





CERTOTTICA

Istituto Italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Scrl

Zona Industriale Villanova

I - 32013 Longarone BL

Tel.: ++39 437 573157 Fax: ++39 437 573131 e-mail: info@certottica.it



PRD N°142B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n.: AC 20080

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,

CERTOTTICA Scrl

Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici

Numero di identificazione 0530

considerata la domanda di esame UE del tipo no. 20093 presentata il 15/04/2020

ATTESTA CHE

il seguente modello di dispositivo di protezione individuale

Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale

ARCCOVID1901

presentato da

ARCHIMEDE SRL

Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA

soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

La descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale, i riferimenti alle norme, i risultati delle verifiche e la descrizione della marcatura CE apposta sul dispositivo sono descritti nelle pagine 2. 3 .4 del presente certificato.

Data prima emissione: 17/04/2020

Data di rinnovo o di revisione: /

Data di scadenza: 16/04/2025

Longarone, 17/04/2020

Il Direttore Organismo di Certificazione

(Giorgio Sommariva)

Longarone

Questo attestato è composto da n. 4 pagine numerate.



S.C.R.L.

1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Denominazione: ARCCOVID1901
Marchio commerciale: ARCHIMEDE
Tipo di dispositivo: Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale
Materiale oculari: PET
Materiale montatura: Poliestere, polietilene e acciaio
Conforme alla(e) norma(e): EN 166:2001 e /
Categoria di appartenenza: II
Campo(i) di utilizzo: Robustezza incrementata/Usò basico;
Protezione contro gli spruzzi di liquidi.
/
/
/

Nota: /

Fabbricante: ARCHIMEDE SRL
Indirizzo del Fabbricante: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA
Mandatario: /
Indirizzo del Mandatario: /
Detentore del certificato: ARCHIMEDE SRL
Indirizzo del detentore: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA



2. Livelli di protezione offerti dal dispositivo di protezione individuale

Norme applicabili:

EN 165:2005 - Protezione personale dell'occhio - Nomenclatura

EN 166:2001 - Protezione personale dell'occhio - Specifiche

EN 167:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova ottici

EN 168:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova non ottici

/

Il dispositivo di protezione modello ARCCOVID1901

è conforme ai requisiti di base ed ai seguenti requisiti supplementari previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, previsti dalla(e) norma(e) di riferimento

EN 166:2001 e / :

Robustezza incrementata/Usò basico;

Protezione contro gli spruzzi di liquidi.

/

/

/

Il dispositivo di protezione è inoltre conforme ai requisiti specifici previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, dalla norma collegata:

/

/

3. I risultati delle prove e degli esami sono contenuti nei seguenti rapporti di prova:

CERTOTTICA

201183

14/04/2020

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



4. Gli elementi di marcatura riportati sugli oculari sono i seguenti:

	Oculare 1	Oculare 2
Varianti	/	/
Numero di scala	/	/
	/	/
	/	/
Identificazione del fabbricante	ARC	/
Classe ottica	2	/
Norma di riferimento		/
Simbolo della resistenza meccanica	S	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
Marcatura CE	CE	/

Posizione marcatura: Centralmente al bordo destro della visiera.

5. Gli elementi di marcatura riportati sulla montatura sono i seguenti:

Identificazione del fabbricante	ARC	
Norma di riferimento		EN 166
Protezione contro gli spruzzi di liquidi		3
Robustezza incrementata		S
/		/
/		/
/		/
Marcatura CE		CE

Posizione Al centro della superficie esterna della bardatura.
marcatura:

6. Conformità al tipo per dispositivi di categoria III:

/



Termini e condizioni sotto le quali il certificato viene rilasciato

- La marcatura e le istruzioni sono state verificate in lingua Italiana. È responsabilità del fabbricante o del suo mandatario fornire versioni in lingua stabilita dallo Stato membro dove il prodotto è venduto.
- Qualsiasi variazione al dispositivo di protezione individuale, alla documentazione tecnica o, nei casi previsti, del manuale o delle procedure di controllo qualità devono essere per tempo notificate a Certottica.
- Il fabbricante o il suo mandatario devono rispettare le procedure ed i regolamenti previsti da Certottica per la concessione del certificato di esame UE del tipo.
- Copie di questo certificato di esame UE del tipo, forniti a terzi, devono essere riprodotti nella loro interezza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo deve essere conservato dal Fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'Organismo di controllo o all'Amministrazione di vigilanza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo rimane di proprietà di Certottica e Certottica ne può richiedere la restituzione se qualcuna delle condizioni sopra esposte non è rispettata.