

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

OGGETTO: Procedura di gara sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, RDO n. 2847732 del 02.08.2021, per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico, da destinare al Poliambulatorio di Poggio Mirteto (distretto 1 di Rieti) - Lotto unico.

VERBALE DI GARA n. 1

Il giorno 05 novembre 2021 alle ore 08.30, presso la UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica HTA della Asl di Rieti - P.O. di Rieti, Via J.F. Kennedy snc

PREMESSO CHE

1. In data 02.08.2021, con RDO n. 2847732 è stata avviata una procedura di gara aperta sul MEPA per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico da destinare al Poliambulatorio di Poggio Mirteto (distretto 1 di Rieti) - Lotto unico con aggiudicazione **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;**
2. il Bando di Gara fissava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 18:38 del 11.09.2021;
3. Il valore posto a base di gara dell'appalto è pari ad € 200.000,00 (IVA esclusa) come di seguito specificato:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo al netto d'Iva
I	N. 1 Tavolo Radiologico (DGR 499/2011)	880428884B	€ 200.000,00

4. entro la scadenza stabilita sono pervenute complessivamente n. 4 offerte, presentate dalle seguenti Società:
 - a. GMS MED S.r.l.;
 - b. General Medical Merate Spa;
 - c. Siemens Healthcare Srl;
 - d. Trade Art 2000 Spa
5. con atto deliberativo n. 1174 del 28.10.2021, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:

- Presidente: Silvia Lelli
- Commissario 1: Tommaso Cosentini
- Commissario 2: Alessandro Corradetti

- Dott.^{ssa} Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante senza diritto di voto)

IL PRESIDENTE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 05.11.2021 alle ore 08:30, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Si dà, quindi, inizio ai lavori con la presa d'atto delle ditte che hanno prodotto offerta sul MEPA, entro il termine stabilito, che risultano essere complessivamente n. 4:

- a. GMS MED S.r.l.;
- b. General Medical Merate Spa;
- c. Siemens Healthcare Srl;
- d. Trade Art 2000 Spa

Il Presidente e i Componenti tecnici della Commissione

Preso atto dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi e degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai fini di quanto disposto dall'art. 282, comma 2 del Regolamento attuativo al Codice degli appalti, in sede di accettazione dell'incarico tutti i componenti della Commissione dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 7 del D. Lgs. n. 163/06. Al riguardo, in allegato al presente verbale vengono allegate le dichiarazioni rilasciate da ciascuno dei componenti della Commissione (allegato n.1 del presente verbale).

Il Presidente della Commissione, constatata la regolarità della costituzione, preso atto che tutti gli operatori economici partecipanti alla gara sono stati informati attraverso il MEPA della seduta pubblica virtuale, dichiara aperta la seduta.

FASE 1: Verifica Documentazione Amministrativa

Il giorno 05.11.2021 ore 08.30 la Commissione procede all'apertura e alla verifica della documentazione amministrativa inerente all'offerta prodotta dagli operatori economici concorrenti

alla procedura di gara.

1. GMS MEDICAL SRL

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

2. GENERAL MEDICAL MERATE SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

3. SIEMENS HEALTHCARE SRL

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare

i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

4. TRADE ART 2000 SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

Il Presidente provvede alla proclamazione degli ammessi alle successive fasi di gara. Si procede, conseguentemente, all'approvazione della documentazione amministrativa, sul portale MEPA per i seguenti operatori economici:

- a. GMS MED S.r.l.;
- b. General Medical Merate Spa;
- c. Siemens Healthcare Srl;
- d. Trade Art 2000 Spa

FASE 2: Documentazione Tecnica

Senza soluzione di continuità la Commissione procede all'apertura e alla verifica della documentazione tecnica, relativa all'offerta prodotta dagli operatori economici concorrenti alla procedura di gara.



1. GMS MEDICAL SRL

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

2 GENERAL MEDICAL MERATE SPA


La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

3 SIEMENS HEALTHCARE SRL

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente

4. TRADE ART 2000 SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files


scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente

La Commissione procede, pertanto, ad iniziare il processo di valutazione delle offerte tecniche e di ogni elaborato e documento presentato, dalle concorrenti, tramite la loro analitica lettura e valutazione, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti negli atti di gara.

In esito a quanto sopra la commissione interrompe i lavori rinviando il completamento dell'analisi della documentazione tecnica al giorno 12.11.2021 ore 9:30.

Lo stato di avanzamento dei lavori svolti risulta sulla piattaforma elettronica MEPA.

Il Presidente, alle ore 13:10 del giorno 05.11.2021 chiude la seduta pubblica virtuale e fissa, sin da ora, la data per la successiva seduta di gara al giorno 12.11.2021 ore 9:30.

- Presidente: Silvia Lelli 
- Commissario 1: Tommaso Cosentini 
- Commissario 2: Alessandro Corradetti 
- Dott.^{ssa} Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

OGGETTO: Procedura di gara sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, RDO n. 2847732 del 02.08.2021, per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico, da destinare al Poliambulatorio di Poggio Mirteto (distretto 1 di Rieti) - Lotto unico.

VERBALE DI GARA n. 2

Il giorno 19 novembre alle ore 10:00, presso la UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica HTA della Asl di Rieti - P.O. di Rieti, Via J.F. Kennedy snc

PREMESSO CHE

1. In data 02.08.2021, con RDO n. 2847732 è stata avviata una procedura di gara aperta sul MEPA per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico da destinare al Poliambulatorio di Poggio Mirteto (distretto 1 di Rieti) - Lotto unico con aggiudicazione **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa**;
2. il Bando di Gara fissava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 18:38 del 11.09.2021;
3. Il valore posto a base di gara dell'appalto è pari ad € 200.000,00 (IVA esclusa) come di seguito specificato:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo al netto d'Iva
I	N. 1 Tavolo Radiologico (DGR 499/2011)	880428884B	€ 200.000,00

4. entro la scadenza stabilita sono pervenute complessivamente n. 4 offerte, presentate dalle seguenti Società:
 - a. GMS MED S.r.l.;
 - b. General Medical Merate Spa;
 - c. Siemens Healthcare Srl;
 - d. Trade Art 2000 Spa
5. con atto deliberativo n. 1174 del 28.10.2021, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:

- Presidente: Silvia Lelli
 - Commissario 1: Tommaso Cosentini
 - Commissario 2: Alessandro Corradetti

 - Dott.^{ssa} Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante senza diritto di voto)
6. In data 05.11.2021 la commissione riunita ha proceduto all'esame delle buste amministrative con esito positivo, ed ha proceduto all'apertura delle buste tecniche, rinviando il completamento dell'analisi delle stesse alla data del 12.11.2021 – come da verbale di Gara n.1.
7. In data 11.11.2021 il Presidente, unitamente agli altri commissari, comunicava a mezzo mail il rinvio della seconda seduta alla data del 19.11.2021 ore 10:00;

IL PRESIDENTE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 19.11.2021 ore 10:00, constatata la regolarità della costituzione della commissione di gara, dà inizio ai lavori della Fase 2 in seduta riservata.

FASE 2: Valutazione offerta tecnica

La Commissione, in seduta riservata, procede con il proseguimento dell'analisi e della valutazione dell'offerta tecnica prodotta dalle ditte concorrenti relativamente a:

LOTTO N. 1 – Tavolo Radiologico

Hanno prodotto offerta le Società


- a. GMS MED S.r.l.;
- b. General Medical Merate Spa;
- c. Siemens Healthcare Srl;
- d. Trade Art 2000 Spa

La Commissione, pertanto, procede con soluzione di continuità, al proseguimento della valutazione delle offerte tecniche e di ogni elaborato e documento presentato, dalle concorrenti, tramite la loro analitica lettura e valutazione, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti negli atti di gara.

In esito a quanto sopra la commissione interrompe i lavori rinviando l'ultimazione complessiva dell'analisi della documentazione tecnica al giorno 29.11.2021 ore 9:30.

Lo stato di avanzamento dei lavori svolti risulta sulla piattaforma elettronica MEPA.

Il Presidente, alle ore 13:15 del giorno 19.11.2021 chiude la seduta riservata e fissa, sin da ora, la data per la successiva seduta di gara al giorno 29.11.2021 ore 9:30.

- Presidente: Silvia Lelli 
- Commissario 1: Tommaso Cosentini 
- Commissario 2: Alessandro Corradetti 
- Dott.^{ssa} Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

OGGETTO: Procedura di gara sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, RDO n. 2847732 del 02.08.2021, per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico, da destinare al Poliambulatorio di Poggio Mirteto (distretto 1 di Rieti) - Lotto unico.

VERBALE DI GARA n. 3

Il giorno 19 novembre alle 08:30, presso la UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica HTA della Asl di Rieti - P.O. di Rieti, Via J.F. Kennedy snc

PREMESSO CHE

1. In data 02.08.2021, con RDO n. 2847732 è stata avviata una procedura di gara aperta sul MEPA per l'affidamento della fornitura di un tavolo radiologico da destinare al Poliambulatorio di Poggio Mirteto (distretto 1 di Rieti) - Lotto unico con aggiudicazione **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;**
2. il Bando di Gara fissava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 18:38 del 11.09.2021;
3. Il valore posto a base di gara dell'appalto è pari ad € 200.000,00 (IVA esclusa) come di seguito specificato:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo al netto d'Iva
I	N. 1 Tavolo Radiologico (DGR 499/2011)	880428884B	€ 200.000,00

4. entro la scadenza stabilita sono pervenute complessivamente n. 4 offerte, presentate dalle seguenti Società:
 - a. GMS MED S.r.l.;
 - b. General Medical Merate Spa;
 - c. Siemens Healthcare Srl;
 - d. Trade Art 2000 Spa
5. con atto deliberativo n. 1174 del 28.10.2021, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:



- Presidente: Silvia Lelli
 - Commissario 1: Tommaso Cosentini
 - Commissario 2: Alessandro Corradetti
-
- Dott.^{ssa} Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante senza diritto di voto)
6. In data 05.11.2021 la commissione riunita ha proceduto all'esame delle buste amministrative con esito positivo, ed ha proceduto all'apertura delle buste tecniche, rinviando il completamento dell'analisi delle stesse alla data del 12.11.2021 – come da verbale di Gara n.1.
7. In data 11.11.2021 il Presidente, unitamente agli altri commissari, comunicava a mezzo mail il rinvio della seconda seduta alla data del 19.11.2021 ore 10:00;
8. In data 19.11.2021 la commissione riunita ha proceduto all'analisi delle buste tecniche, rinviando il completamento dell'analisi delle stesse alla data del 29.11.2021 – come da verbale di Gara n.2.

IL PRESIDENTE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 29.11.2021 ore 08:30, constatata la regolarità della costituzione della commissione di gara, dà continuazione ai lavori della Fase 2 in seduta riservata.

FASE 2: Valutazione offerta tecnica

La Commissione, in seduta riservata, procede con l'avanzamento dell'analisi e della valutazione dell'offerta tecnica prodotta dalle ditte concorrenti, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti negli atti di gara, relativamente a:

LOTTO N. 1 – Tavolo Radiologico

Hanno prodotto offerta le Società

- a. GMS MED S.r.l.;
- b. General Medical Merate Spa;
- c. Siemens Healthcare Srl;
- d. Trade Art 2000 Spa

Dall'analisi delle offerte tecniche, nel modello “caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione” emerge che la ditta Siemens Healthcare Srl non rispetta le suddette caratteristiche minime per i seguenti punti: n° 5 (Fluoroscopia non inferiore a 125 kV), n° 13 (Radiografia seriale fino ad un



massimo di almeno 10 immagini al secondo) e n° 21 (Velocità di spostamento longitudinale dello stativo di almeno 12 cm/s).

Pertanto, la ditta Siemens viene esclusa dalla gara e non è soggetta all'attribuzione dei punteggi, di cui al modello "griglia di valutazione".

Le ditte Trade Art 2000 SpA, GMS e General Medical rispettano le caratteristiche minime richieste e vengono, pertanto, ammesse all'attribuzione dei relativi punteggi tecnici.

Emerge che tra i chiarimenti forniti alle partecipanti era prevista la possibilità di una demo a video on-site. Risulta, tuttavia, che nessuna delle società partecipanti ha prodotto la suddetta demo. Pertanto si procede ad analizzare ed assegnare i relativi punteggi sulla base della documentazione tecnica (cartacea pdf) prodotta.

La commissione giudicatrice, dopo aver verificato tutti i parametri oggetto di valutazione, redige la griglia di valutazione (vedasi allegato 1), assegnando i seguenti punteggi tecnici

- a. GMS MED S.r.l.: totale di 62/70 punti.
- b. General Medical Merate Spa: totale di 64,50/70 punti.
- c. Siemens Healthcare Srl - ESCLUSA
- d. Trade Art 2000 Spa: totale di 56,50/70 punti.

Le risultanze di tali operazioni, in evidenza nell'allegato prospetto riepilogativo forma parte integrante e sostanziale del presente verbale - allegato n.1 – vengono riportate su MePA.

FASE 3: Valutazione offerta economica

La Commissione procede quindi in questa fase, senza soluzione di continuità, all'apertura dell'offerta economica, sul MEPA, a seguito della quale viene assegnato automaticamente, dal sistema, il punteggio economico per ciascuna offerta presentata.

La graduatoria con il punteggio finale viene calcolata automaticamente dal portale MEPA.

Si evince che l'aggiudicazione provvisoria (n.1 lotto) risulta essere la seguente:

- LOTTO N. 1 – N. 1 Tavolo Radiologico
IMPORTO A BASE D'ASTA € 200.000,00 OLTRE IVA



Società aggiudicataria: GENERAL MEDICAL al costo di € 178.000,00 oltre IVA


(PUNTEGGIO COMPLESSIVO SU MEPA 92,81)

Il Mepa, sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna Società, segnala un'anomalia dell'offerta su tutte e tre le offerenti ammesse.

Pertanto, in applicazione ai criteri di cui all'art.97 del D.lgs 50/16 si procederà a richiedere formalmente al concorrente, provvisoriamente aggiudicatario, la presentazione dei relativi giustificativi.

Il Presidente, alle ore 11:30 del giorno 29.11.2021 chiude definitivamente la seduta di gara, svoltasi senza soluzione di continuità. Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto dalla Commissione giudicatrice e dai segretari come segue:

- Presidente: Silvia Lelli
- Commissario 1: Tommaso Cosentini
- Commissario 2: Alessandro Corradetti



- Dott.^{ssa} Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante)



Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2847732
Descrizione RDO:	N. 1 tavolo radiologico digitale diretto
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL RIETI 00821180577 VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI RI
Punto Ordinante	ERMINIO PACE
Soggetto stipulante	Nome: ERMINIO PACE Amministrazione: AUSL RIETI
Codice univoco ufficio - IPA	UFX1HE
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/08/2021 12:50
Termine ultimo presentazione offerte:	11/09/2021 18:38
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	21/08/2021 18:38
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	11/11/2021 12:38
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	60
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 n. 1 tavolo telecomandato digitale diretto

CIG	880428884B
CUP	I59J21001590002
Oggetto di Fornitura 1	N. 1 tavolo telecomandato digitale diretto/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	200000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	TRADE ART 2000	Singola	04607611003	09/09/2021 15:00
2	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Singola	12268050155	09/09/2021 15:18
3	GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	Singola	00225500164	10/09/2021 11:38
4	GMS MED	Singola	10795130961	10/09/2021 13:02

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	22/09/2021 12:20:53	05/11/2021 08:42:06

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Dichiarazione requisiti		documentazione amministrativa richiesta nel csa		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Patto d'integrità	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
TRADE ART 2000	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
GMS MED	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	05/11/2021 08:42:18	29/11/2021 10:23:08

Concorrente	Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)		corrispondenza caratteristiche tecniche minime	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
TRADE ART 2000	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna

GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GMS MED	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	29/11/2021 10:43:34	29/11/2021 10:49:00

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
TRADE ART 2000	Approvato	nessuna
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	NON Valutato	nessuna
GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	Approvato	nessuna
GMS MED	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)


Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Concorrente escluso				
GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	178000,00000000	0,00	64,50	28,31	92,81
GMS MED	168000,00000000	0,00	62,00	30,00	92,00
TRADE ART 2000	195000,00000000	0,00	56,50	25,85	82,35

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



Criteri di valutazione della qualità	Punteggio	Siemens	GMS Med	General Medical	Trade art 2000
Generatore e tubo radiogeno: <ul style="list-style-type: none"> Potenza Generatore Tubo Radiogeno e relativa capacità termica dell'anodo Fluoroscopia pulsata e radiografia seriale 	5 2 2 1	/	2 2 /	2 2 /	2 1 1
Detettore Digitale: <ul style="list-style-type: none"> Dimensione Detettore Dimensione pixel Risoluzione DQE 	18 1 7 7 3	/	1 7 7 3	1 7 7 3	1 6 7 2
Caratteristiche Tavolo: <ul style="list-style-type: none"> Portata massima del tavolo Copertura del paziente senza riposizionamento Altezza minima da terra Accessibilità al paziente ° 	12 2 2 4 4	/	1,5 1,5 4 4	1,5 1,5 2,5	2 0,5 2
Sistemi di sicurezza e Riduzione della Dose: <ul style="list-style-type: none"> Sistemi anti collisione e di sicurezza per il paziente Sistemi di riduzione della dose Collimazione virtuale, asimmetrica Possibilità di generare report strutturato di dose 	5 1 2 1 1	/	1 0,5 1 1	1 0,5 1 1	1 1,5 1 1
Consolle di comando <ul style="list-style-type: none"> Facilità e rapidità d'uso della consolle di comando 	3 3	/	2,5	3	4
Caratteristiche funzionali e qualità clinica <ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche qualitative del sistema in termini di movimentazioni, rapidità e silenziosità di movimentazione, ergonomia, sicurezza e accessibilità al paziente Valutazione della qualità d'immagine, della velocità di acquisizione e di ricostruzione dell'immagine 	14 6 8	/	4 6	6 8	5 5
Funzionalità: <ul style="list-style-type: none"> Qualità di immagine del sistema di scansione per la colonna e arti inferiori Ottimizzazione automatica della dose in base ai distretti analizzati nelle scansioni per colonna e arti inferiori 	7 4 3	/	4 3	4 3	4 3
Servizio di Assistenza tecnica <ul style="list-style-type: none"> Organizzazione del servizio di assistenza Programma di formazione 	6 3 3	/	3 3	3 2,5	3 2,5

TOTALE : 62 64,5 56,50


 Alessandro Lanzetta