

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

OGGETTO: Procedura di gara sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, RDO n. 2872150 del 24.09.2021, per l'affidamento della fornitura di un Ecotomografo Vascolare, comprensivo di consumabili per anni 3, da destinare alla UOC di Chirurgia Vascolare del PO De Lellis del PO di Rieti - Lotto unico.

VERBALE DI GARA n. 1

Il giorno 26 novembre 2021 alle ore 09.30, presso la UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica HTA della Asl di Rieti - P.O. di Rieti, Via J.F. Kennedy snc

PREMESSO CHE

1. In data 24.09.2021, con RDO n. 2872150 è stata avviata una procedura di gara aperta sul MEPA per l'affidamento della fornitura di un Ecotomografo Vascolare, comprensivo di consumabili per anni 3, da destinare alla UOC di Chirurgia Vascolare del PO De Lellis del PO di Rieti - Lotto unico con aggiudicazione **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa**;
2. il Bando di Gara fissava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 18:00 del 15.10.2021;
3. Il valore posto a base di gara dell'appalto è pari ad € 98.000,00 (IVA esclusa) come di seguito specificato:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo al netto d'Iva
1	N. 1 Ecotomografo Vascolare (DGR 345/2017)	8906045CD2	€ 80.000,00
1	Consumabili per anni 3	Z5B33152FA	€ 18.000,00

4. entro la scadenza stabilita sono pervenute complessivamente n. 5 offerte, presentate dalle seguenti Società:
 - a. ESAOTE S.P.A.
 - b. FREMSLIFE
 - c. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.

- d. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
- e. TRADE ART 2000

5. con atto deliberativo n. 1134 del 22.10.2021, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:

- Presidente: Dott. Carlo Manfrè
- Commissario 1: Dott. Gianluca Citoni
- Commissario 2: Dott.ssa Giulia Pizzardi

- Dott.^{ssa} Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante)

IL PRESIDENTE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 26.11.2021 ore 9:30, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Si dà, quindi, inizio ai lavori con la presa d'atto delle ditte che hanno prodotto offerta sul MEPA, entro il termine stabilito, che risultano essere complessivamente n. 5:

- f. ESAOTE S.P.A.
- g. FREMSLIFE
- h. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
- i. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
- j. TRADE ART 2000

Il Presidente e i Componenti tecnici della Commissione

Preso atto dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi e degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai fini di quanto disposto dall'art. 282, comma 2 del Regolamento attuativo al Codice degli appalti, in sede di accettazione dell'incarico tutti i componenti della Commissione dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 7 del D. Lgs. n. 163/06. Al riguardo, in allegato al presente verbale vengono allegate le dichiarazioni rilasciate da ciascuno dei componenti della Commissione (allegato n.1 del presente verbale).

Il Presidente della Commissione, constatata la regolarità della costituzione, preso atto che tutti gli operatori economici partecipanti alla gara sono stati informati attraverso il MEPA della seduta pubblica virtuale, dichiara aperta la seduta.

FASE 1: Verifica Documentazione Amministrativa

Il giorno 26.11.2021 ore 09:30 la Commissione procede all'apertura e alla verifica della documentazione amministrativa inerente all'offerta prodotta dagli operatori economici concorrenti alla procedura di gara.

1. ESAOTE SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

2. FREMSLIFE

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

3. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

4. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

5. TRADE ART 2000

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

Il Presidente provvede alla proclamazione degli ammessi alle successive fasi di gara. Si procede, conseguentemente, all'approvazione della documentazione amministrativa, sul portale MEPA per i seguenti operatori economici:

- a) ESAOTE S.P.A.
- b) FREMSLIFE
- c) FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
- d) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
- e) TRADE ART 2000

FASE 2: Documentazione Tecnica

Senza soluzione di continuità la Commissione procede all'apertura e alla verifica della documentazione tecnica, relativa all'offerta prodotta dagli operatori economici concorrenti alla procedura di gara.

1. ESAOTE SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

2. FREMSLIFE

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files

scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

3. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

4. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

5. TRADE ART 2000

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la commissione interrompe i lavori rinviando l'analisi della documentazione tecnica al giorno 29.11.2021.

Lo stato di avanzamento dei lavori svolti risulta sulla piattaforma elettronica MEPA.

Il Presidente, alle ore 11:45 del giorno 26.11.2021 chiude la seduta pubblica virtuale e fissa, sin da ora, la data per la successiva seduta di gara al giorno 29.11.2021 ore 13:00

- Presidente: Dott. Carlo Manfrè
- Commissario 1: Dott. Gianluca Citoni
- Commissario 2: Dott.ssa Giulia Pizzardi



- Dott.^{ssa} Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante)



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

OGGETTO: Procedura di gara sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, RDO n. 2872150 del 24.09.2021, per l'affidamento della fornitura di un Ecotomografo Vascolare, comprensivo di consumabili per anni 3, da destinare alla UOC di Chirurgia Vascolare del PO De Lellis del PO di Rieti - Lotto unico.

VERBALE DI GARA n. 2

Il giorno 29 novembre alle ore 13:00, presso la UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica HTA della Asl di Rieti - P.O. di Rieti, Via J.F. Kennedy snc

PREMESSO CHE

1. In data 24.09.2021, con RDO n. 2872150 è stata avviata una procedura di gara aperta sul MEPA per l'affidamento della fornitura di un Ecotomografo Vascolare, comprensivo di consumabili per anni 3, da destinare alla UOC di Chirurgia Vascolare del PO De Lellis del PO di Rieti - Lotto unico con aggiudicazione **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;**
2. il Bando di Gara fissava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 18:00 del 15.10.2021;
3. Il valore posto a base di gara dell'appalto è pari ad € 98.000,00 (IVA esclusa) come di seguito specificato:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo al netto d'Iva
1	N. 1 Ecotomografo Vascolare (DGR 345/2017)	8906045CD2	€ 80.000,00
1	Consumabili per anni 3	Z5B33152FA	€ 18.000,00

4. entro la scadenza stabilita sono pervenute complessivamente n. 5 offerte, presentate dalle seguenti Società:
 - a. ESAOTE S.P.A.
 - b. FREMSLIFE
 - c. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.

- d. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
- e. TRADE ART 2000

5. con atto deliberativo n. 1134 del 22.10.2021, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:

- Presidente: Dott. Carlo Manfrè
- Commissario 1: Dott. Gianluca Citoni
- Commissario 2: Dott.ssa Giulia Pizzardi

- Dott.^{ssa} Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante)

6. In data 26.11.2021 la commissione riunita ha proceduto all'esame delle buste amministrative con esito positivo, ed ha proceduto all'apertura delle buste tecniche, rinviando il completamento dell'analisi delle stesse alla data odierna – come da verbale di Gara n.1.

IL PRESIDENTE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 29.11.2021 ore 13:00, constatata la regolarità della costituzione della commissione di gara, dà inizio ai lavori della Fase 2 in seduta riservata.

FASE 2: Valutazione offerta tecnica

La Commissione, in seduta riservata, procede con l'analisi e la valutazione dell'offerta tecnica prodotta dalle ditte concorrenti relativamente a:

LOTTO N. 1 – Ecotomografo Vascolare comprensivo di consumabili

Hanno prodotto offerta le Società

- a. ESAOTE S.P.A.
- b. FREMSLIFE
- c. FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
- d. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
- e. TRADE ART 2000

La Commissione procede, pertanto, alla valutazione delle offerte tecniche e di ogni elaborato e documento presentato, dalle concorrenti, tramite la loro analitica lettura e valutazione, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti negli atti di gara.

Dall'analisi delle offerte tecniche, nel modello “caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione” emerge che tutte le società partecipanti rispondono ai requisiti minimi e vengono ammesse alla fase successiva di attribuzione dei punteggi.

La commissione giudicatrice, dopo aver verificato tutti i parametri oggetto di valutazione, ritiene opportuno, a causa dell'andamento della curva epidemiologica covid-19, non procedere alla prova pratica e redige la griglia di valutazione (vedasi allegato 1), assegnando i seguenti punteggi tecnici totali:

- a) ESAOTE S.P.A.: punteggio 57/70;
- b) FREMSLIFE: punteggio 38/70;
- c) FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A. : punteggio 64/70;
- d) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA: punteggio 59/70;
- e) TRADE ART 2000: punteggio 43/70;

Le risultanze di tali operazioni, in evidenza nell'allegato prospetto riepilogativo forma parte integrante e sostanziale del presente verbale - allegato n.1 – vengono riportate su MePA.

FASE 3: Valutazione offerta economica

La Commissione procede quindi in questa fase, senza soluzione di continuità, all'apertura dell'offerta economica, sul MEPA, a seguito della quale viene assegnato automaticamente, dal sistema, il punteggio economico per ciascuna offerta presentata.

La graduatoria con il punteggio finale viene calcolata automaticamente dal portale MEPA.

Si evince che l'aggiudicazione provvisoria (n.1 lotto) risulta essere la seguente:

- LOTTO N. 1 – N. 1 Ecotomografo Vascolare comprensivo di consumabili per anni 3
IMPORTO A BASE D'ASTA € 98.000,00 OLTRE IVA

Società aggiudicataria: FujiFilm Healthcare Spa al costo di € 64.288,00 oltre IVA.

PUNTEGGIO TOTALE MEPA: 88,08

Il Mepa, sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna Società, segnala un'anomalia dell'offerta. Pertanto, in applicazione ai criteri di cui all'art.97 del D.lgs 50/16 si procederà a richiedere formalmente al concorrente, provvisoriamente aggiudicatario, la presentazione dei relativi giustificativi.



Il Presidente, alle ore 15:00 chiude definitivamente la seduta di gara, svoltasi senza soluzione di continuità. Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto dalla Commissione giudicatrice e dai segretari come segue:

- Presidente: Dott. Carlo Manfrè
- Commissario 1: Dott. Gianluca Citoni
- Commissario 2: Dott.ssa Giulia Pizzardi

- Dott.^{ssa} Emanuela Capparella (Segretario verbalizzante)



VERBALIZZATO IN DATA 30.11.2021 f

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

PARAMETRO	PUNTEGGIO	ESAOTE S.P.A	FREMSLIFE	FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	TRADE ART 2000 S.P.A
Modalità di imaging (di base e opzionali)	4	4	2	4	3	2
Tipologia del doppler pulsato	2	2	2	2	2	2
Tipologia del doppler continuo	2	2	2	2	2	2
Caratteristiche software per l'ottimizzazione e l'elaborazione delle immagini	5	4	3	5	4	3
Collegamenti ed interfacciabilità (server aziendali, con la rete LAN aziendale e con dispositivi esterni)	3	3	2	3	3	4
Allattamento ed ergonomia del sistema (carrello, pannello di controllo, stampante BW, stampante a colori, dispositivi di posizionamento)	4	3	1	4	3	1
Trasduttori (di base e opzionali)	5	5	3	5	4	3
Campo di vista per sonda lineare non inferiore a 5 cm (p.to 2 configurazione)	7	6	5	7	7	7
Valore massimo di frequenza del B-Mode (oltre i 16 MHz)	5	5	3	5	5	4
Valore massimo della profondità di scansione: (oltre i 35 cm)	5	4	4	5	5	5
Touch screen di almeno 10" con funzionalità richieste	4	4	4	4	4	4
Esportazione immagini/video durante scansione ecografica	5	5	0	5	5	3
Assistenza e manutenzione in garanzia: Tempo massimo di intervento su chiamata, Tempo massimo di risoluzione guasto su chiamata, Numero visite di manutenzione preventiva, Disponibilità muletto (indicare le condizioni)	2	2	1	2	1	1
Extra garanzia oltre i 24 mesi	2	0	2	2	1	1
Completezza modulo DICOM 3.0 3 Valore del Dynamic Range 4 Sistema Operativo Windows 10 1 Valore massimo di frequenza del color doppler oltre i 14 MHz	5	4	2	5	3	2
Modulo cardiologico avanzato	4	4	2	4	4	2
Prova pratica	6	0	0	0	0	0
TOTALE	70	57	38	64	59	43

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.