

PROCEDURA DI GARA IN UNIONE D'ACQUISTO DELL' "AREA AGGREGATA 1" NELL'INTERESSE DELLA ASL DI RIETI (CAPOFILA), DELLA ASL DI ROMA 4, DELLA ASL DI ROMA 5, DELLA ASL DI VITERBO E DELLA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SANT'ANDREA DI ROMA, NELLE FOIRME DI CUI ALL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FONITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA C.N.D. CATEGORIA " P " (Pubblicazione G.U.U.E. n. 2018/S 073-163046 del 14/08/2018 - G.U.R.I n. 43 del 13/4/2018)

VERBALE del 22-11-2022

SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA

Il giorno 22 (ventidue) del mese di novembre dell'anno 2022, alle ore 09:30, presso la U.O.C. Acquisizione Logistica dei Beni e Servizi della ASL di Rieti, ivi in Via Del Terminillo n. 42 - Blocco 2, Sala gare, si è riunita telematicamente, tramite microsoft teams, la Commissione Tecnica, nominata con Deliberazione ASL Rieti n. 1133/D.G./2021 del 22/10/2021, nelle persone di:

- Dott. Luigi Raparelli - Presidente (ASL Rieti);
- Dott. Antonio De Carlo - Commissario (ASL di Roma 4);
- Dott. Franco Cristini - Commissario (ASL di Roma 5);
- Dott. Arturo Cavaliere - Commissario (ASL di Viterbo);
- Dott. Pier Federico Salvi - Commissario (A.O.U. Sant'Andrea di Roma);

con l'ausilio della Dott.ssa Katia Pezzotti - collaboratore amministrativo - categoria D (ASL di Rieti) - segretario verbalizzante.

PREMESSO che,


con nota prot. n.77161 del 08/11/2022 il RUP della procedura de qua ha inviato le risultanze dell'istruttoria condotta sulle offerte tecniche degli OO.EE. Micro Vascular System s.r.l. e Talent Medical Devices s.r.l., rispettivamente aggiudicatari provvisori per i lotti n.18 e n.32, invitando la Commissione Tecnica ad esaminare e/o rivalutare le questioni sottoposte con la suddetta nota;

Il Presidente,

nel giorno e nell'ora predetti, constatata la presenza tramite microsoft teams di tutti i componenti della commissione, e la presenza in sede del segretario verbalizzante, da inizio ai lavori in seduta riservata. La Commissione procede ad un riesame della documentazione tecnica dell'offerta prodotta, per il lotto n.18, dall'O.E. Micro Vascular System s.r.l., constatando la non rispondenza della suddetta offerta alle seguenti caratteristiche tecniche di cui All.1 al CSA:

- delivery system con capturetip e rilascio a vite per posizionamento micrometricocon introduttore integrato e possibilità di permanenza in sede dello stesso per posizionamento branche iliache;
- tipo di fissaggio attivo con doppia serie di uncini sia a livello soprarenale sia a livello sottorenale;
- sistema di aggancio attivo tramite barbs delle branche iliache;
- lunghezza da 80 a 160mm delle branche iliache.

In relazione a quanto sopra la Commissione decide di proporre l'escludere l'O.E. dal prosieguo della gara;



La Commissione procede altresì ad un riesame della documentazione tecnica dell'offerta prodotta, per il lotto n.32, dall'O.E. Talent Medical Devices s.r.l., constatando che il prodotto offerto ha un sistema di rilascio di tipo pull-back e non "one-handed multizonale a supporto variabile" oppure "Pin Pull" come previsto tra le caratteristiche tecniche di cui all'All.1 al CSA.

In relazione a quanto sopra la Commissione decide di proporre l'escludere l'O.E. dal prosieguo della gara;

Alle ore 10:30, il Presidente dichiara terminati i lavori.


I Plichi delle offerte tecniche vengono, quindi, richiusi e consegnati al segretario verbalizzante per la custodia.

L.C.S.

Il Presidente, Dott. Luigi Raparelli




Il Commissario, Dott. Antonio De Carlo




Il Commissario, Dott. Franco Cristini



Il Commissario, Dott. Arturo Cavaliere



Il Commissario, Dott. Pier Federico Salvi



Il Segretario verbalizzante, Dott.ssa Katia Pezzotti

