

Prot. 4488

del 20/01/2022



PROCEDURA DI GARA NELLA FORMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2), LETTERA B), D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 108/2021, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FULL SERVICE E RISK E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE P.O.C.T PER TEMPO DI PROTROMBINA E RELATIVI CONSUMABILI DA DESTINARE ALLA UOSD SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI RIETI PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 120.000,00 OLTRE IVA. - CIG 8854727FDD.

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE TECNICA

Il giorno **20 (venti) del mese di gennaio dell'anno 2022**, presso la sede della U.O.C. Acquisizione Logistica dei Beni e Servizi della ASL di Rieti, ivi in Via del Terminillo n. 42 – Blocco 2, **alle ore 9.30**, è riunita in seduta pubblica virtuale la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione 45/DG/2022 del 19/01/2022 per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche inerenti la procedura nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2), lettera b), d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del d.l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 108/2021, per la fornitura in noleggio full service e risk e relativa assistenza tecnica di apparecchiature P.O.C.T per tempo di protrombina e relativi consumabili da destinare alla UOSD SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE della ASL di Rieti per un periodo di ventiquattro mesi dell'importo complessivo presunto pari ad € 120.000,00 oltre iva. - CIG 8854727FDD.

La Commissione Tecnica risulta così composta:

Presidente

Dott. Stefano Venarubea

**Componente
Componente**

**Dott.ssa Stefano Canitano
Dott.ssa Barbara Mandorino**

Preliminarmente, Il Presidente, constatata la regolarità della Commissione Tecnica, designa Dr. Stefano Canitano quale componente con funzioni di verbalizzante delle operazioni della Commissione.

Il Presidente procede alle operazioni di collegamento telematico sulla Piattaforma S.TEL.LA.

Alle ore 10.15 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica virtuale, da tenersi attraverso il Portale S.TEL.LA. secondo le modalità disciplinate dai Manuali operativi forniti dalla Piattaforma medesima.

La Commissione constata, quindi, a video, il seguente prospetto di sintesi di presentazione offerte per il Lotto UNICO ammesse alla presente fase.

Riga	Fornitore	Registro Di Sistema - Offerta	Stato
1	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	PI131492-21	Da Valutare

Il Presidente dà seguito alle operazioni di estrazione dei documenti presenti all'interno della BUSTA TECNICA TELEMATICA dell'unico operatore economico ammesso alla presente fase ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.

Completata la estrazione *download* della documentazione contenuta nella BUSTA TELEMATICA della OFFERTA TECNICA dell'unico operatore economico ammesso alla presente fase ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.

Il Presidente dichiara procedersi alla VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, precisando che, come previsto dal punto 13, secondo capoverso, del Disciplinare di gara la Commissione *"sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi come indicati nella Tabella che segue, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, esprimerà, a suo insindacabile giudizio, una valutazione tecnico-qualitativa di merito, sulla base della documentazione tecnica prodotta dagli operatori economici concorrenti"*

Griglie punteggi di Valutazione tecnica

(cfr. Punto 13 Disicplinare di Gara – pagg. 24-26)

Griglie punteggi di Valutazione tecnica.

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1.	Campione sangue capillare da polpastrello	Si 3 punti No 0 punti
2.	Vario dimensionamento delle confezioni test per una massima adattabilità ai vari carichi di lavoro (relazionare)	5 punti (assegnati con valutazione proporzionale)
3.	Quantità di campione occorrente per l'esecuzione del test	< o = a 5 microlitri 10 punti > 5 < 10 microlitri 3 punti >10 microlitri 0 punti
4.	Tempo esecuzione del test PT-INR	= o < ad un minuto 4 punti > ad un minuto 0 punti
5.	Controllo di Qualità esterno su 2 livelli. Il controllo di qualità offerto deve garantire al Centro Trombosi di verificare l'accuratezza dell'intero sistema analitico	Si 3 punti No 0 punti
6.	Invio al LIS dei CQI di ogni seduta quotidiana	Si 4 punti No 0 punti

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

6.	Formazione continua per personale utilizzatore sia in presenza che con FAD	Si 3 punti No 0 punti
7.	Memoria interna pazienti eseguiti (relazionare)	Si 3 punti No 0 punti
8.	Connessione Bluetooth	Si 4 punti No 0 punti
9.	Lettura automatica delle informazioni contenute nella card-test senza necessità di inserimento a mano per evitare errori (lotto calibrazioni, ecc.)	Si 6 punti No 0 punti
10.	Sistema di espulsione automatica della card-test per garantire la massima sicurezza dell'operatore	Si 5 punti No 0 punti
11.	Login dell'operatore e gestione accessi	Si 6 punti No 0 punti
12.	Identificazione paziente tramite query bi-direzionale per il richiamo dei risultati	Si 5 punti No 0 punti
13.	Risultati Q score per tracciabilità e garanzia qualità (relazionare)	Si 5 punti No 0 punti
14.	Visualizzazione grafica intuitiva status dei risultati pazienti (es. inviati o in attesa di invio al gestionale dedicato)	Si 4 punti No 0 punti
15.	Trasmissione dei dati paziente dal sito di prelievo in tempo reale, per permettere l'invio rapido della terapia tramite collegamento con il middleware offerto collegato al LIS	Si 5 punti No 0 punti
16.	Trasmissione dei dati analitici al LIS Aziendale per trasmissione dei referti su Escape Regionale	Si 5 punti No 0 punti
	TOTALE PUNTEGGIO	80

Conformemente al punto 15.1 del Disciplinare di gara, per il punteggio qualitativo ogni commissario, in modo autonomo, provvederà ad esprimere la valutazione con un giudizio corrispondente ad un valore K compreso tra 0 a 1.

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE (K)
OTTIMO	1
BUONO	0,8
SUFFICIENTE	0,5
INSUFFICIENTE	0

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Ciascun valore sarà moltiplicato per il punteggio indicato in tabella nella colonna "P". Il punteggio finale sarà dato dalla formula seguente dove n è il numero di giudizi, K il fattore moltiplicativo relativo al giudizio, e P il punteggio indicato nella tabella:

$$\text{Punteggio} = \sum_n(K \times P)$$

Si precisa che sarà ammesse alla fase successiva di gara solo chi abbia ottenuto un punteggio tecnico di 65/80.

Precisato quanto sopra, la Commissione Tecnica così valuta l'OFFERTA TECNICA dell'Unico operatore ammesso alla presente fase.

Fornitore	COEFFICIENTE K	PUNTEGGIO
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	0,9125	73 /80

All'esito delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica l'O.E. ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A è ammesso alla successiva fase di APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA e conseguente VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA ivi contenuta.

Il Presidente, effettuato il collegamento telematico alla Piattaforma S.TEL.LA., dà comunicazione pubblica virtuale dell'esito della valutazione dell'offerta tecnica dell'unico operatore economico ammesso alla predetta conformemente al punto 18 del Disciplinare.

A questo punto, il Presidente dichiara procedersi anche all'APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA dell'Unico Operatore economico ammesso alla presente fase ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A., precisando che, conformemente al punto 15.3 del Disciplinare di gara "l'attribuzione del punteggio economico attribuito alle offerte economiche verrà calcolato tramite un punteggio inversamente proporzionale dato dalla relazione secondo la seguente relazione:

$$\text{Prezzo società-i} = \frac{\text{Prezzo più basso}}{\text{Prezzo offerto}} \times 20$$

società-i



A questo punto, viene estratto *download* il contenuto della BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA dell'O.E. ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. Esaminato il contenuto, la Commissione valuta come da seguente punteggio l'offerta economica di che trattasi:

Fornitore	PUNTEGGIO
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A	20

A questo punto, il Presidente dà atto delle risultanze delle operazioni valutative tecnico – economiche e della seguente graduatoria:

	Fornitore
1°	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A

Verbale chiuso alle ore 11:24 del 20/01/2022

L.C.S.

Presidente Dott. Stefano Venarubea



Componente – con funz. Di Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Stefano Canitano



Componente Dott.ssa Barbara Mandorino



Prot. 4482/22

DEL 20/01/2022



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

VERBALE PRESA D' ATTO AGGIUDICAZIONE

procedura di gara nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2), lettera b), d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del d.l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 108/2021, per la fornitura in noleggio full service e risk e relativa assistenza tecnica di apparecchiature p.o.c.t per tempo di protrombina e relativi consumabili da destinare alla uosd servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale della asl di rieti per un periodo di ventiquattro mesi. importo complessivo presunto pari ad € 120.000,00 oltre iva. - cig 8854727fdd.

In ordine alla procedura in oggetto con la presente la sottoscritta Dr.ssa Mariacarla Carducci della procedura de qua prende atto della trasmissione dei documenti nota prot. 4488 del 20.01.2022 della commissione giudicatrice, ovvero la valutazione delle offerte tecniche ed economiche prodotte come da risultanza dei verbali n.1 del 20/01/202, nonché della graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria alla Società ROCHE DIAGNOSTICS SPA.

Il RUP

Dr. Ssa Mariacarla Carducci