

## ARMADIO FRIGORIFERO

### REQUISITI MINIMI

- Capacità almeno 1400 l;
- Configurazione verticale;
- Dotato di due o tre ante cieche;
- Chiusura a chiave delle ante;
- Refrigerazione ventilata e canalizzata, con controllo elettronico, in maniera da essere uniforme su tutto il/i vano/i interno/i;
- Range di temperatura impostabile almeno nel range 2 °C ÷ +8 °C (temperatura di esercizio di circa 4 °C);
- Presenza di sistema di registrazione continua della temperatura di tipo digitale, operante anche in assenza di alimentazione elettrica;
- Pannello di impostazione e visualizzazione della temperatura;
- Impostazione limiti di allarme per temperatura alta e bassa;
- Presenza di sistema di allarme dotato di batteria per il funzionamento anche in assenza di alimentazione elettrica da rete almeno per:
  - Temperatura;
  - Assenza di alimentazione elettrica;
  - Porta aperta;
- Sistema di allarme predisposto per la remotizzazione delle segnalazioni;
- Struttura interna in acciaio, facilmente sanificabile e priva di spigoli;
- Sistema di coibentazione con alto potere termo-isolante;
- Presenza di illuminazione interna;
- Dotato di almeno n. 6 ripiani divisi in compartimenti separabili, scorrevoli ed estraibili, regolabili in altezza;
- Presenza di sistema di sbrinamento automatico;
- Sistema di arresto della ventilazione all'apertura delle ante;
- Dotato di dispositivo anti-condensa;
- Utilizzo di refrigerante ecocompatibile;

- Le apparecchiature offerte dovranno essere complete di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo;
- Le apparecchiature offerte dovranno riportare la marcatura CE ai sensi delle Direttive Comunitarie competenti, con indicato l'eventuale numero dell'organismo notificato che l'ha rilasciata

## FRIGORIFERO 130 L

### REQUISITI MINIMI

- Capacità interna, indicativamente superiore o uguale a 130 l;
- Idoneo a contenere campioni biologici e vaccini;
- Configurazione verticale e dimensioni compatte;
- Dotato di anta con sistema di guarnizione a tenuta;
- fornito di due scompartimenti indipendenti con apertura esterna dotata di chiusura a chiave
- Refrigerazione uniforme su tutto il vano interno;
- Temperatura di esercizio nel range indicativamente compreso tra +2 °C e +8 °C;
- Presenza di sistema di registrazione continua della temperatura di tipo digitale, operante anche in assenza di alimentazione elettrica;
- Presenza di sistema di allarme dotato di batteria per il funzionamento anche in assenza di alimentazione elettrica da rete almeno per:
  - Temperatura;
  - Assenza di alimentazione elettrica;
  - Porta aperta;
- Sistema di allarme predisposto per la remotizzazione delle segnalazioni;
- Presenza di illuminazione interna;
- Dotato di ripiani separabili, scorrevoli ed estraibili;
- Utilizzo di refrigerante ecocompatibile;
- L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo;
- Certificazione 93/42.

## FRIGORIFERO 50 L

### REQUISITI MINIMI

- Capacità interna, indicativamente superiore o uguale a 50 l;
- Idoneo a contenere campioni/vaccini/farmaci;
- Configurazione verticale e dimensioni compatte;
- Dotato di anta vetrata con sistema di guarnizione a tenuta;
- Chiusura a chiave;
- Refrigerazione uniforme su tutto il vano interno;
- Temperatura di esercizio nel range indicativamente compreso tra +2 °C e +8 °C;
- Presenza di sistema di registrazione continua della temperatura di tipo digitale, operante anche in assenza di alimentazione elettrica;
- Presenza di sistema di allarme dotato di batteria per il funzionamento anche in assenza di alimentazione elettrica da rete almeno per:
  - Temperatura;
  - Assenza di alimentazione elettrica;
  - Porta aperta;
- Sistema di allarme predisposto per la remotizzazione delle segnalazioni;
- Presenza di illuminazione interna;
- Dotato di ripiani separabili, scorrevoli ed estraibili;
- Utilizzo di refrigerante ecocompatibile;
- L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo;
- L'apparecchiatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi delle Direttive Comunitarie competenti, con indicato l'eventuale numero dell'organismo notificato che l'ha rilasciata.