

CAPILLAROSCOPIO

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

- N. 1 Capillascoscio
- Manipolo digitale
- Risoluzione reale di almeno 1024x768 pixel
- Ottiche intercambiabili a vari ingrandimenti per immagini cliniche
- Ottiche intercambiabili a luce fredda a vari ingrandimenti per immagini cliniche
- Pedale USB per l'acquisizione e l'archiviazione dei fotogrammi
- Software specifico per la capillaroscopia
- Software per l'archiviazione di immagini
- Software per la compilazione referto
- Carrello medicale
- Ruote antistatiche con freno di stazionamento
- Vano porta tastiera a scomparsa / in alternativa touch screen
- Monitor LCD ultrapiatto, dimensione 19" ad alta risoluzione
- Computer di ultima generazione
- Stampante a colori
- collegamento alla rete aziendale
- Ogni altro accessorio che si rende necessario al corretto funzionamento del sistema

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CRITERIO QUALITATIVO	PUNTEGGIO
Modalità di acquisizione delle (funzionalità, sistema ottico, ...)	20
Risoluzione delle immagini oltre al minimo richiesto nella scheda tecnica	15
Accessori aggiuntivi	15
Garanzia ed assistenza post vendita	5
Software aggiuntivi	15
TOTALE	70