22-000000331



## SISTEMA SANITARIO REGIONALE

## ASL RIETI

INVENTARIO				COD. CD	COD. CDC - DESCR. CDC				DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO		
54495			A01A-0411	A01A-0411 - Otorino -				25-02-22 12:33 - 25-02-22 12:33			
	ONO RIFE		UBICAZI	UBICAZIONE				ODL INTERVENTO			
	RO ZARINI P	NTO DI: -	110000000000000000000000000000000000000	EDIFICIO: PIANO: STANZA: AUDIOMETRIA				22-00000331			
TIPOL	OGIA ENZOMETR		#	MODELLO Amplaid 750				PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI			
		7000									
						MATRICOLA EUA7500006		INV. ENTE      54495	FASCIA CRITICA   Donazione		
AWFEIT ON SFA				1000230	20200				34493	Donazione	
ATTIVITA' RICHIESTE											
☐ Manut. Prev.				☑ Manut. Co	Manut. Correttiva						
☐ Verifica Sicur.				☐ Verifica Sicur. part				CAU	CAUSALE / PROBLEMA:		
Richiesta ric. (RR)				Addestram. (AD)				·			
NOTE INTERVENTO											
A SEGUITO DI INTERVENTO DI CALIBRAZIONE E TARATURA DA PARTE DELLA DITTA INVENTIS, L APPARECCHIO											
HA DATO PROBLEMI E NON FUNZIONA RILEVAZIONE CON NO											
Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altr Tecni		Tipo Attività		Note Attiv./Sospensione		
12:33	25-02-22	12:33	25-02-22	SANDRO ZARINI (sandro.zarini)			assegnazione		A SEGUITO DI INTERVENTO DI CALIBRAZIONE E TARATURA DA PARTE DELLA DITTA INVENTIS, L APPARECCHIO HA DATO PROBLEMI E NON FUNZIONA.		
12:40	25-02-22	12:50	25-02-22	SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)			rilevazione		ATTESA RIPARAZIONE RISCONTRO		
12:50	25-02-22	13:30	25-02-22	SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)			rendicontazione		SOSPENSIONE INTERVENTO ESEGUITO SOPRALLUOGO. ATTIVATA LA DITTA INVENTIS - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DA: SANDRO ZARINI IL 14-03-22		
14:00	14-03-22	15:00	14-03-22	SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)	SANDI		rendicontazione		PROPOSTA FUORI USO IL COSTRUTTORE CI COMUNICA CHE NON SONO PIÙ REPERIBILI LE PARTI DI RICAMBIO, PERTANTO SI CONSIGLIA LA DISMISSIONE.		
PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:											
DATA CHIUSURA: 14-03-22 15:00											
NOME COGNOME REFER. REPARTO: DATA: 15-03-22											
SALVA FIRME >>											
Esecuto	ore:			Tecnico Ir	Tecnico Interno:				Ref. Reparto:		