

RIUNITO DENTISTICO

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

1. corpo del riunito
 - solidale alla poltrona
 - facilmente sanificabile
 - completo di seduta ergonomica per il medico utilizzatore
2. tavoletta medico
 - rispondente ai requisiti dell'ergonomia odontoiatrica, privo di spigoli, costruita con materiali di facile pulizia e disinfezione, antigraffio e antingiallimento
 - dotata di supporto strumenti facilmente rimovibile e autoclavabile
 - dotata di maniglia di movimentazioni igieniche
 - dotata di comandi di attivazione
 - dotata di negatoscopio per endorale
3. strumentazione per ciascun riunito
 - modulo turbotrapano: n. 2 manipoli turbina autoclavabili, illuminazione a fibre ottiche, spray a getti multipli, serraggio fresa e push button, innesto rapido e sterilizzabile in autoclave
 - modulo micromotore: n. 4 manipoli per micromotore autoclavabili (di cui 2 manipoli dritti e 2 contrangoli, regolabili fino a 40.000 giri), illuminazione a fibre ottiche, spray integrato, copertura esterna estraibile e sterilizzabile in autoclave.
 - ablatore: piezoelettrico, a potenza regolabile, con manipolo e punte autoclavabili e siringa aria-acqua, copertura esterna estraibile e sterilizzabile in autoclave
 - siringa aria-acqua a tre vie con terminali autoclavabili
4. gruppo idrico
 - solidale alla poltrona, facilmente disinfettabili con copertura bacinella e porta bicchiere integrale, di materiale ad alta resistenza ad agenti meccanici.
 - il gruppo idrico deve essere apribile per consentire facile accesso all'assistente, e completo di:
 - sistema di deflusso continuo dell'acqua di rete che impedisca il ristagno di liquidi all'interno del gruppo idrico;
 - sistema di dosaggio automatico a bassa concentrazione di disinfettante nell'acqua di alimentazione;
 - sistema per eseguire trattamenti di bonifica igienica decontaminazione e disinfezione dei condotti idrici e spray
 - sistema integrato di alimentazione separata del liquido di raffreddamento per tutti gli strumenti in alternativa all'acqua di rete
 - aspirazione ad anello umido
5. tavoletta assistente
 - dotata di n.2 attacchi per cannule di aspirazione, aspira-nebbia e aspira-saliva
 - sistema automatico di ritardo di aspirazione al riposizionamento della cannula
 - predisposta per l'inserimento di almeno n 2 ulteriori strumenti
6. poltrona odontoiatrica
 - movimento automatico di slittamento anteriore della seduta, sincronizzato con la discesa dello schienale
 - posizioni programmate di azzeramento, risciacquo ed eventuale memorizzazione di altre posizioni di lavoro.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

PARAMETRO	PUNTEGGIO
caratteristiche generali del riunito odontoiatrico, struttura, ergonomia e materiali	12
caratteristiche del pannello di comandi (posizione, funzionalità modalità d'uso)	8
strumentazione	8
aspirazione e compressore	9
apparecchio radiografico	7
caratteristiche della lampada polimezzatrice	8
sistema di disinfezione - sanificazione	8
assistenza post vendita (anni di garanzia aggiuntivi, manutenzione etc..)	10
TOTALE	70

VALORE ECONOMICO

€ 25.000,00 (oltre IVA)