

ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO PER CARRELLO EMERGENZE

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

- dotato di vaso monouso, con scala graduata, di raccolta fluidi aspirati di capacità non inferiore a 1000 mL
- dotato di filtro antibatterico e idrorepellente
- possibilità di collegare tubi di aspirazione di adeguata lunghezza
- capacità di aspirazione regolabile tramite, comando semplice ed intuitivo, almeno fino a 600 mmHg
- dotato di indicatore e/o display per la verifica del livello di depressione istantaneo
- possibilità di raggiungere una depressione di almeno 300 mmHg in pochi secondi, indicativamente non superiore e circa 8 sec
- portata massima non inferiore a 20 l/min
- dotato di batterie in grado di consentire un funzionamento per almeno 40 minuti (dal livello di massima carica), alla massima depressione
- dotato di indicatore/i di carica della/e batteria/e, comprensivo di livello di carica bassa (in esaurimento)
- alimentazione a rete e tramite batterie di tipo ricaricabili durevoli nel tempo, con autonomia di funzionamento e tempo di ricarica molto contenuto
- dotato di batteria/e ricaricabili
- di dimensioni contenute ed idonee per la specifica destinazione d'uso
- di peso ridotto, non superiore a circa 5 kg
- completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo
- parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili
- facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti
- resistente, per quanto del caso, ad urti

- dotata di maniglie incorporate (o altri dispositivi quali borse) per la comoda movimentazione, posizionamento e trasporto, con particolare riferimento allo specifico campo di impiego