

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, DA ESPERIRE AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 58 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA TRE LOTTI, PER LA FORNITURA DI EMOGASANALIZZATORI DA BANCO (LOTTO 1), DI EMOGASANALIZZATORI PORTATILI CON POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE TEST URGENZA/EMERGENZA (LOTTO 2) E DI EMOGASANALIZZATORI DA BANCO PER SERVIZI DI DIALISI (LOTTO 3) IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK E DEI REAGENTI E CONSUMABILI ATTI AL LORO FUNZIONAMENTO PER LE NECESSITÀ DELLA ASL RIETI (CAPOFILA), DELLA ASL DI VITERBO E DELLA ASL DI ROMA 5, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 115/DGFF/2023 DEL 02/03/2023, PARZIALMENTE RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 228/DGFF/2023 DEL 22/03/2023 - GARA N. 8917586 - REGISTRO DI SISTEMA S.TEL.LA. PI046714-23 – FASCIOLO DI SISTEMA FE022928

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

n. 1

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 115/D.G.F.F./2023 del 02/03/2023 è stata indetta la “*Procedura di gara aperta, in unione d’acquisto, da esperire ai sensi degli artt. 60 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa tre lotti, per la fornitura di emogasanalizzatori da banco (Lotto 1), di emogasanalizzatori portatili con possibilità di esecuzione test urgenza/emergenza (Lotto 2) e di emogasanalizzatori da banco per servizi di Dialisi (Lotto 3) in noleggio service full risk e dei reagenti e consumabili atti al loro funzionamento per le necessità della ASL Rieti (capofila), della Asl di Viterbo e della Asl di Roma 5, per la durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo di 12 mesi. Importo complessivo stimato a basta d’asta per durata 24 mesi: €2.925.130,00 onnicomprensivo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenze pari ad €1.050 totali ed al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Numero gara 8917586*”;
- con il succitato atto deliberativo di indizione sono stati approvati i documenti di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati; Capitolato speciale e relativi allegati; Schema di bando);
- il RUP, prima della pubblicazione del bando sulla GUUE, ha ritenuto di procedere a rettifica/sostituzione di alcuni criteri di valutazione e alla rettifica/sostituzione dei punteggi /pesi specifici assegnati ad alcuni criteri con riferimento al (solo) LOTTO 1 per rilevata incongruenza logica degli stessi /sostituzione dei punteggi /pesi specifici assegnati ad alcuni criteri con riferimento al (solo) LOTTO 1 per rilevata incongruenza logica degli stessi;
- per effetto di quanto sopra, con atto deliberativo n. 225/DGFF/2023 del 22/03/2023, sono state approvate le modifiche di Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto, Prospetto Fabbisogni e Requisiti Minimi Lotto 1 allegato al CSA e Schema di offerta economica (Lotto 1);
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. GU S: 2023/S 065 – 189567 del 31/03/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.38 del 31/03/2023, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale individuati;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio [Registro di Sistema PI046714-23 – Fasciolo di Sistema FE022928] e sul sito aziendale e sul MIT, con scadenza delle offerte prevista per il giorno 11/05/2023 ore 12.00 e data di apertura delle offerte in seduta pubblica virtuale in data 15/05/2023;
- entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 4 (*diconsì* quattro) operatori economici, agli atti del Fasciolo telematico del S.TEL.LA., come da seguente prospetto:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Data ricezione
-----------------	----------------	---------------	---------------------	----------------



NOVA BIOMEDICAL ITALIA	09390710961	3	PI065708-23	10/05/2023 15:14:08
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	1	PI065759-23	10/05/2023 16:44:05
A. DE MORI S.P.A. con socio unico	00152680203	1,3	PI065930-23	11/05/2023 09:13:39
ABBOTT	00076670595	2	PI066010-23	11/05/2023 10:49:54

con determinazione dirigenziale n. 774/2023 del 12/05/2023 è stato nominato apposito Seggio Gara per la verifica della conformità della documentazione amministrativa, presieduto dal RUP, come di seguito composto, come di seguito composto:

- o Dott.ssa Katia Tamagnini, Dirigente medico in servizio presso la U.O.S.D. Laboratorio Analisi del P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di RUP/Presidente;
- o Dott.ssa Chiara Gunnella, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone;
- o Dott.ssa Katia Pezzotti, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone verbalizzante;

- i lavori del seggio di gara si sono conclusi con le seguenti risultanze, di cui è stata data regolare pubblicità sulla Piattaforma di e-Procurement S.TEL.LA. e sul sito aziendale nonché comunicazione, registrata al prot.n. 39281/23 del 05/06/2023, ai concorrenti, ai sensi di legge:

N. LOTTO	Concorrente	Codice Fiscale	Stato
1	DE MORI S.P.A. con socio unico	00152680203	ammesso
	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	ammesso
2	ABBOTT	00076670595	ammesso
3	DE MORI S.P.A. con socio unico	00152680203	ammesso
	NOVA BIOMEDICAL ITALIA	09390710961	ammesso


- con deliberazione n. 185/C.S./2023 del 31/07/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento delle operazioni di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche e la successiva apertura delle offerte economiche ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di seguito composta:

- o Dott.ssa Donatella Mancini, Dirigente medico/Direttore della U.O.C. Pneumologia presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Presidente;
- o Dott. Stefano Venarubea, Dirigente medico/Direttore della UOC Laboratorio analisi nonché Responsabile della UOSD Medicina TrASFusionale presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Componente;
- o Dott. Sandro Feriozzi, Dirigente medico/ Direttore della UOC Nefrologia ed Emodialisi Belcolle della ASL di Viterbo, nella qualità di Componente;

TUTTO QUANTO SU PREMESSO,

in data 14/09/2023, alle ore 9.30, presso la sala gare della U.O.C. Acquisizione e Logistica dei beni e Servizi, si è riunita la commissione giudicatrice come nominata con l'atto deliberativo n. 185/C.S./2023:

- o Dott.ssa Donatella Mancini, Dirigente medico/Direttore della U.O.C. Pneumologia presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Presidente;



- Dott. Stefano Venarubea, Dirigente medico/Direttore della UOC Laboratorio analisi nonché Responsabile della UOSD Medicina Trasfusionale presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Componente;
- Dott. Sandro Feriozzi, Dirigente medico/ Direttore della UOC Nefrologia ed Emodialisi Belcolle della ASL di Viterbo, nella qualità di Componente;

Presente, con le funzioni ed i compiti di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, la Dott.ssa Katia Pezzotti, collaboratore amministrativo - categoria D in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica dei beni e Servizi.

Constata la regolare costituzione della Commissione, il Presidente ha dichiarato aperta la sessione dei lavori.

Preso atto dell'elenco dei concorrenti ammessi alla procedura *de qua*, secondo quanto previsto dell'art. 77, comma 9 D. Lgs 50/2016 *ratione temporis*, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, i commissari ed il segretario verbalizzante hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art.77, di cui all'art. 35 bis D. Lgs 165/2001 nonché assenza di conflitto di interessi, anche potenziale di cui all'art. 42 del codice degli appalti applicabile e del quadro normativo correlato *ratione temporis*, come da dichiarazioni agli atti al prot. (cumulativo) n. 0061964/23.

A questo punto, il Presidente ha dichiarato procedersi al collegamento alla Piattaforma S.TEL.LA e, di seguito, alle ore 10.01 ha aperto la seduta pubblica virtuale.

La Commissione ha, quindi, constatato la presenza a Sistema delle offerte tecniche presentate dagli operatori per il Lotto 1, per il Lotto 2 e per il Lotto 3, come da seguente prospetto:

N. LOTTO	Concorrente	Codice Fiscale	Stato
1	DE MORI S.P.A. con socio unico	00152680203	In valutazione
	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	In valutazione
2	ABBOTT	00076670595	In valutazione
3	DE MORI S.P.A. con socio unico	00152680203	In valutazione
	NOVA BIOMEDICAL ITALIA	09390710961	In valutazione

Il Presidente ha quindi proceduto alla apertura telematica delle BUSTE/OFFERTE TECNICHE per ciascun lotto, dando contestuale comunicazione dell'avvio delle predette operazioni ai concorrenti collegati da remoto tramite la *chat* del Sistema.





Quindi, alle ore 11.46, il Presidente ha dichiarato concluse le operazioni di apertura delle buste e, conseguentemente, chiusa la seduta pubblica, rinviando a separata seduta riservata l'esame e la valutazione delle stesse, dando di ciò comunicazione ai concorrenti collegati da remoto tramite la *chat* del Sistema.

Dopodiché, senza soluzione di continuità, alle ore 11.17, la Commissione, in seduta riservata, ha avviato l'esame delle offerte tecniche dei concorrenti DE MORI S.P.A. con socio unico e SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. in relazione, innanzitutto, al rispetto dei requisiti minimi del Lotto 1 di cui al Capitolato.

Alle ore 13.56, Il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta, rinviando per il prosieguo delle operazioni al 16 ottobre 2023 ore 9.00 e seguenti, mandando al segretario verbalizzante di convocare i concorrenti in seduta pubblica virtuale per la medesima data, dalle ore 12.00 e seguenti.

per la comunicazione delle risultanze di fase ed eventuale apertura delle buste/offerte economiche, salvo altro.

L.C.S.

- Il Presidente
Dott.ssa Donatella Mancini 
- I componenti:
Dott. Stefano Venarubea 
Dott. Sandro Feriozzi 
- Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Katia Pezzotti 

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, DA ESPERIRE AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 58 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA TRE LOTTI, PER LA FORNITURA DI EMOGASANALIZZATORI DA BANCO (LOTTO 1), DI EMOGASANALIZZATORI PORTATILI CON POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE TEST URGENZA/EMERGENZA (LOTTO 2) E DI EMOGASANALIZZATORI DA BANCO PER SERVIZI DI DIALISI (LOTTO 3) IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK E DEI REAGENTI E CONSUMABILI ATTI AL LORO FUNZIONAMENTO PER LE NECESSITÀ DELLA ASL RIETI (CAPOFILA), DELLA ASL DI VITERBO E DELLA ASL DI ROMA 5, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 115/DGFF/2023 DEL 02/03/2023, PARZIALMENTE RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 228/DGFF/2023 DEL 22/03/2023 - GARA N. 8917586 - REGISTRO DI SISTEMA S.TEL.LA. PI046714-23 – FASCIOLO DI SISTEMA FE022928

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

n. 2

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 115/D.G.F.F./2023 del 02/03/2023 è stata indetta la “Procedura di gara aperta, in unione d’acquisto, da esperire ai sensi degli artt. 60 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa tre lotti, per la fornitura di emogasanalizzatori da banco (Lotto 1), di emogasanalizzatori portatili con possibilità di esecuzione test urgenza/emergenza (Lotto 2) e di emogasanalizzatori da banco per servizi di Dialisi (Lotto 3) in noleggio service full risk e dei reagenti e consumabili atti al loro funzionamento per le necessità della ASL Rieti (capofila), della Asl di Viterbo e della Asl di Roma 5, per la durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo di 12 mesi. Importo complessivo stimato a basta d’asta per durata 24 mesi: €2.925.130,00 onnicomprensivo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenze pari ad €1.050 totali ed al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Numero gara 8917586”;
- con il succitato atto deliberativo di indizione sono stati approvati i documenti di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati; Capitolato speciale e relativi allegati; Schema di bando);
- il RUP, prima della pubblicazione del bando sulla GUUE, ha ritenuto di procedere a rettifica/sostituzione di alcuni criteri di valutazione e alla rettifica/sostituzione dei punteggi /pesi specifici assegnati ad alcuni criteri con riferimento al (solo) LOTTO 1 per rilevata incongruenza logica degli stessi /sostituzione dei punteggi /pesi specifici assegnati ad alcuni criteri con riferimento al (solo) LOTTO 1 per rilevata incongruenza logica degli stessi;
- per effetto di quanto sopra, con atto deliberativo n. 225/DGFF/2023 del 22/03/2023, sono state approvate le modifiche di Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto, Prospetto Fabbisogni e Requisiti Minimi Lotto 1 allegato al CSA e Schema di offerta economica (Lotto 1);
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. GU S: 2023/S 065 – 189567 del 31/03/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n.38 del 31/03/2023, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale individuati;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio [Registro di Sistema PI046714-23 – Fasciolo di Sistema FE022928] e sul sito aziendale e sul MIT, con scadenza delle offerte prevista per il giorno 11/05/2023 ore 12.00 e data di apertura delle offerte in seduta pubblica virtuale in data 15/05/2023;
- entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 4 (diconsi quattro) operatori economici, agli atti del Fasciolo telematico del S.TEL.LA., come da seguente prospetto:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Data ricezione
-----------------	----------------	---------------	---------------------	----------------

NOVA BIOMEDICAL ITALIA	09390710961	3	PI065708-23	10/05/2023 15:14:08
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	1	PI065759-23	10/05/2023 16:44:05
A. DE MORI S.P.A. con socio unico	00152680203	1,3	PI065930-23	11/05/2023 09:13:39
ABBOTT	00076670595	2	PI066010-23	11/05/2023 10:49:54

con determinazione dirigenziale n. 774/2023 del 12/05/2023 è stato nominato apposito Seggio Gara per la verifica della conformità della documentazione amministrativa, presieduto dal RUP, come di seguito composto, come di seguito composto:

- o Dott.ssa Katia Tamagnini, Dirigente medico in servizio presso la U.O.S.D. Laboratorio Analisi del P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di RUP/Presidente;
- o Dott.ssa Chiara Gunnella, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone;
- o Dott.ssa Katia Pezzotti, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone verbalizzante;

- i lavori del seggio di gara si sono conclusi con le seguenti risultanze, di cui è stata data regolare pubblicità sulla Piattaforma di e-Procurement S.TEL.LA. e sul sito aziendale nonché comunicazione, registrata al prot.n. 39281/23 del 05/06/2023, ai concorrenti, ai sensi di legge:

N. LOTTO	Concorrente	Codice Fiscale	Stato
1	DE MORI S.P.A. con socio unico	00152680203	ammesso
	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	ammesso
2	ABBOTT	00076670595	ammesso
3	DE MORI S.P.A. con socio unico	00152680203	ammesso
	NOVA BIOMEDICAL ITALIA	09390710961	ammesso

- con deliberazione n. 185/C.S./2023 del 31/07/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento delle operazioni di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche e la successiva apertura delle offerte economiche ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di seguito composta:

- o Dott.ssa Donatella Mancini, Dirigente medico/Direttore della U.O.C. Pneumologia presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Presidente;
- o Dott. Stefano Venarubea, Dirigente medico/Direttore della UOC Laboratorio analisi nonché Responsabile della UOSD Medicina TrASFusionale presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Componente;
- o Dott. Sandro Feriozzi, Dirigente medico/ Direttore della UOC Nefrologia ed Emodialisi Belcolle della ASL di Viterbo, nella qualità di Componente;

VISTO E RICHIAMATO il verbale n. 1 del 14/09/2023 della commissione giudicatrice, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto,

TUTTO QUANTO SU PREMESSO,

in data 16/10/2023, alle ore 9.30, presso la sala gare della U.O.C. Acquisizione e Logistica dei beni e Servizi, si è riunita la commissione giudicatrice come nominata con l'atto deliberativo n. 185/C.S./2023 e parzialmente sostituita con successiva n. 395/C.C./2023 del 12/10/2023

- Dott.ssa Donatella Mancini, Dirigente medico/Direttore della U.O.C. Pneumologia presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Presidente;
- Dott. Sandro Feriozzi, Dirigente medico/ Direttore della UOC Nefrologia ed Emodialisi Belcolle della ASL di Viterbo, nella qualità di Componente;
- Dott. Matteo Di Gregorio, Tecnico di Laboratorio Biomedico in servizio presso la U.O.C. Laboratorio Analisi presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Componente.

Il Presidente, dato atto dell'assenza giustificata della Dott.ssa Katia Pezzotti, collaboratore amministrativo - categoria D in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica dei beni e Servizi., Presente, già designata segretario verbalizzante, senza diritto di voto, poiché impegnata in corso di formazione obbligatorio, dalle ore 09.15 alle ore 13.45, ha designato il commissario componente Dott. Matteo Di Gregorio, segretario verbalizzante.

Constata la regolare costituzione della Commissione, il Presidente ha dichiarato aperta la sessione dei lavori, dando atto che:

-con comunicazione assunta al prot. n. 0067592/23 del 06/10/2023, il Dott. Stefano Venarubea, componente della commissione, ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico per sopravvenute esigenze lavorative e personali tali da non poter più garantire l'impegno come membro di commissione della gara di che trattasi;

- ritenuto necessario, quindi, per poter dare ulteriore corso alla procedura, procedere alla sostituzione del sunnominato componente dimissionario, conformante alla giurisprudenza di legittimità amministrativa sul punto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169; Consiglio di Stato, Sez. III, 9 luglio 2013, n. 3639, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8400; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2009, n. 6872, Consiglio di Stato, Sez. III, 18.05.2021 n. 3847), la Direzione Aziendale di questa Stazione appaltante ha individuato il Dott. Matteo Di Gregorio, Tecnico di Laboratorio Biomedico in servizio presso la U.O.C. Laboratorio Analisi presso il P.O. di Rieti, quale sostituto del componente dimissionario della Commissione Tecnica di che trattasi;

- pertanto, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, con l'atto deliberativo n. 395/C.S./2023 del 12/10/2023, il sunnominato Dott. Matteo Di Gregorio è stato nominato (nuovo) componente della commissione giudicatrice della gara in parola in sostituzione del componente dimissionario dott. Stefano Venarubea.

Detto quanto sopra, preso atto dell'elenco dei concorrenti ammessi alla procedura *de qua*, secondo quanto previsto dell'art. 77, comma 9 D. Lgs 50/2016 *ratione temporis*, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il (nuovo) commissario ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art.77, di cui all'art. 35 bis D. Lgs 165/2001 nonché assenza di conflitto di interessi, anche potenziale di cui all'art. 42 del codice degli appalti applicabile e del quadro normativo correlato *ratione temporis*, come da dichiarazione agli atti al prot. n.0069615/23.

A questo punto, il Presidente ha dichiarato la ripresa delle attività valutative tecniche della commissione.

Preliminarmente, il Dott. Di Gregorio, nuovo componente, ha dichiarato di fare proprie le valutazioni/risultanze dell'esame delle offerte tecniche già esaminate dalla Commissione nella precedente composizione e segnatamente di DE MORI S.P.A. con socio unico e SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. in relazione al rispetto dei requisiti minimi del Lotto 1 di cui al Capitolato.

Quindi, la Commissione ha proceduto ai lavori di esame e valutazione delle offerte tecniche.

Alle ore 12.00, non essendosi concluse le operazioni valutative tecniche, la commissione all'unanimità decide di rinviare la seduta pubblica virtuale previste per la data odierna alle ore 12.00 e già comunata agli operatori economici.

Ciò deciso, il Presidente si è collegato alla piattaforma e, aperta la seduta pubblica virtuale, ha dato comunicazione del rinvio e delle ragioni dello stesso tramite la *chat* di sistema ai concorrenti collegati da remoto. Quindi, chiusa la seduta virtuale, la Commissione ha proseguito i lavori di valutazione tecnica delle offerte in seduta riservata.

Alle ore 14.00 ha dato la propria presenza la dott.ssa Katia Pezzotti, subentrando al componente Dott. Di Matteo nelle attività di verbalizzazione.

Terminata la verifica preliminare di conformità delle offerte tecniche presentate per tutti e tre i lotti rispetto ai c.d. Requisiti Tecnici Minimi, la Commissione ha ritenuto quanto segue:

N. LOTTO	CONCORRENTI	RISPETTO REQUISITI MINIMI
1	DE MORI S.P.A. con socio unico	CONFORME
	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	CONFORME

N. LOTTO	CONCORRENTE	RISPETTO REQUISITI MINIMI
2	ABBOTT	CONFORME

N. LOTTO	CONCORRENTI	RISPETTO REQUISITI MINIMI
3	DE MORI S.P.A. con socio unico	CONFORME
	NOVA BIOMEDICAL ITALIA	CONFORME

Alle ore 15.00 il Presidente ha sospeso i lavori rinviando per il prosieguo al giorno 23/10/2023 ore 9.00 e seguenti per il termine delle operazioni di valutazione tecnica, altresì fissando alle ore 11.30 la convocazione della seduta pubblica virtuale per la comunicazione delle risultanze di fase ai partecipanti e la successiva apertura delle offerte/buste economiche.

Il Presidente ha quindi dato mandato al segretario di darne informazione ai concorrenti tramite il S.TEL.LA. e dichiarato chiusa la seduta.

L.C.S.

- Il Presidente

Dott.ssa Donatella Mancini




- Il componente:

Dott. Sandro Feriozzi



Il componente e segretario verbalizzante

Dott. Matteo Di Gregorio



- Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Katia Pezzotti





UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori

Tel. 0746-279540 - e-mail: r.teodori@asl.rieti.it

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, DA ESPERIRE AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 58 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA TRE LOTTI, PER LA FORNITURA DI EMOGASANALIZZATORI DA BANCO (LOTTO 1), DI EMOGASANALIZZATORI PORTATILI CON POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE TEST URGENZA/EMERGENZA (LOTTO 2) E DI EMOGASANALIZZATORI DA BANCO PER SERVIZI DI DIALISI (LOTTO 3) IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK E DEI REAGENTI E CONSUMABILI ATTI AL LORO FUNZIONAMENTO PER LE NECESSITÀ DELLA ASL RIETI (CAPOFILA), DELLA ASL DI VITERBO E DELLA ASL DI ROMA 5, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 115/DGFF/2023 DEL 02/03/2023, PARZIALMENTE RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 228/DGFF/2023 DEL 22/03/2023 - GARA N. 8917586 - REGISTRO DI SISTEMA S.TEL.LA. PI046714-23 – FASCIOLO DI SISTEMA FE022928

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

n. 3

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 115/D.G.F.F./2023 del 02/03/2023 è stata indetta la “Procedura di gara aperta, in unione d’acquisto, da esperire ai sensi degli artt. 60 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa tre lotti, per la fornitura di emogasanalizzatori da banco (Lotto 1), di emogasanalizzatori portatili con possibilità di esecuzione test urgenza/emergenza (Lotto 2) e di emogasanalizzatori da banco per servizi di Dialisi (Lotto 3) in noleggio service full risk e dei reagenti e consumabili atti al loro funzionamento per le necessità della ASL Rieti (capofila), della Asl di Viterbo e della Asl di Roma 5, per la durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo di 12 mesi. Importo complessivo stimato a basta d’asta per durata 24 mesi: €2.925.130,00 onnicomprensivo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenze pari ad €1.050 totali ed al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Numero gara 8917586”;
- con il succitato atto deliberativo di indizione sono stati approvati i documenti di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati; Capitolato speciale e relativi allegati; Schema di bando);
- il RUP, prima della pubblicazione del bando sulla GUUE, ha ritenuto di procedere a rettifica/sostituzione di alcuni criteri di valutazione e alla rettifica/sostituzione dei punteggi /pesi specifici assegnati ad alcuni criteri con riferimento al (solo) LOTTO 1 per rilevata incongruenza logica degli stessi /sostituzione dei punteggi /pesi specifici assegnati ad alcuni criteri con riferimento al (solo) LOTTO 1 per rilevata incongruenza logica degli stessi;
- per effetto di quanto sopra, con atto deliberativo n. 225/DGFF/2023 del 22/03/2023, sono state approvate le modifiche di Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto, Prospetto Fabbisogni e Requisiti Minimi Lotto 1 allegato al CSA e Schema di offerta economica (Lotto 1);
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. GU S: 2023/S 065 – 189567 del 31/03/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n.38 del 31/03/2023, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale individuati;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio [Registro di Sistema PI046714-23 – Fasciolo di Sistema FE022928] e sul sito aziendale e sul MIT, con scadenza delle offerte prevista per il giorno 11/05/2023 ore 12.00 e data di apertura delle offerte in seduta pubblica virtuale in data 15/05/2023;
- entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 4 (diconsi quattro) operatori economici, agli atti del Fasciolo telematico del S.TEL.LA., come da seguente prospetto:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offeriti	Registro di Sistema	Data ricezione
-----------------	----------------	----------------	---------------------	----------------

NOVA BIOMEDICAL ITALIA	09390710961	3	PI065708-23	10/05/2023 15:14:08
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	1	PI065759-23	10/05/2023 16:44:05
A. DE MORI S.P.A. con socio unico	00152680203	1,3	PI065930-23	11/05/2023 09:13:39
ABBOTT	00076670595	2	PI066010-23	11/05/2023 10:49:54

con determinazione dirigenziale n. 774/2023 del 12/05/2023 è stato nominato apposito Seggio Gara per la verifica della conformità della documentazione amministrativa, presieduto dal RUP, come di seguito composto, come di seguito composto:

- o Dott.ssa Katia Tamagnini, Dirigente medico in servizio presso la U.O.S.D. Laboratorio Analisi del P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di RUP/Presidente;
- o Dott.ssa Chiara Gunnella, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone;
- o Dott.ssa Katia Pezzotti, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone verbalizzante;

- i lavori del seggio di gara si sono conclusi con le seguenti risultanze, di cui è stata data regolare pubblicità sulla Piattaforma di e-Procurement S.TEL.LA. e sul sito aziendale nonché comunicazione, registrata al prot.n. 39281/23 del 05/06/2023, ai concorrenti, ai sensi di legge:

N. LOTTO	Concorrente	Codice Fiscale	Stato
1	DE MORI S.P.A. con socio unico	00152680203	ammesso
	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	ammesso
2	ABBOTT	00076670595	ammesso
3	DE MORI S.P.A. con socio unico	00152680203	ammesso
	NOVA-BIOMEDICAL ITALIA	09390710961	ammesso

- con deliberazione n. 185/C.S./2023 del 31/07/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento delle operazioni di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche e la successiva apertura delle offerte economiche ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di seguito composta:

- o Dott.ssa Donatella Mancini, Dirigente medico/Direttore della U.O.C. Pneumologia presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Presidente;
- o Dott. Stefano Venarubea, Dirigente medico/Direttore della UOC Laboratorio analisi nonché Responsabile della UOSD Medicina TrASFusionale presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Componente;
- o Dott. Sandro Feriozzi, Dirigente medico/ Direttore della UOC Nefrologia ed Emodialisi Belcolle della ASL di Viterbo, nella qualità di Componente;

VISTO E RICHIAMATO il verbale n. 1 del 14/09/2023 della commissione giudicatrice, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto,

VISTO E RICHIAMATO il verbale n. 2 del 16/10/2023 della commissione giudicatrice, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto,

TUTTO QUANTO SU PREMESSO,



2




in data 23/10/2023, alle ore 9.00, presso la sala gare della U.O.C. Acquisizione e Logistica dei beni e Servizi, si è riunita la commissione giudicatrice come nominata con l'atto deliberativo n. 185/C.S./2023 e parzialmente sostituita con successiva n. 395/C.C./2023 del 12/10/2023

- Dott.ssa Donatella Mancini, Dirigente medico/Direttore della U.O.C. Pneumologia presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Presidente;
- Dott. Sandro Feriozzi, Dirigente medico/ Direttore della UOC Nefrologia ed Emodialisi Belcolle della ASL di Viterbo, nella qualità di Componente;
- Dott. Matteo Di Gregorio, Tecnico di Laboratorio Biomedico in servizio presso la U.O.C. Laboratorio Analisi presso il P.O. San Camillo De Lellis di Rieti, nella qualità di Componente.

Presente anche Dott.ssa Katia Pezzotti, collaboratore amministrativo - categoria D in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica dei beni e Servizi., con i compiti e le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Constata la regolare costituzione della Commissione, il Presidente ha dichiarato aperta la sessione dei lavori, ~~procedendo~~ ^{rammentando che} terminata la verifica preliminare di conformità delle offerte tecniche presentate per tutti e tre i lotti rispetto ai c.d. Requisiti Tecnici Minimi, la Commissione nella seduta del 16/10/2023 ha ritenuto quanto segue:

N. LOTTO	CONCORRENTI	RISPETTO REQUISITI MINIMI
1	DE MORI S.P.A. con socio unico	CONFORME
	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	CONFORME

N. LOTTO	CONCORRENTE	RISPETTO REQUISITI MINIMI
2	ABBOTT	CONFORME

N. LOTTO	CONCORRENTI	RISPETTO REQUISITI MINIMI
3	DE MORI S.P.A. con socio unico	CONFORME
	NOVA BIOMEDICAL ITALIA	CONFORME

A questo punto, il Presidente ha dichiarato procedersi all'attribuzione dei punteggi tecnici delle offerte dei tre lotti.

Le dette operazioni sono state, quindi, terminate ~~alle ore~~ con le risultanze di cui alle **schede di valutazione tecnica in Allegato 1.1 e 1.2** (Lotto n. 1), **2** (Lotto n. 2), **3.1 e 3.2** (Lotto n. 3), parte integrante e sostanziale del presente verbale, e come da sottostante seguente prospetto di sintesi con evidenza anche, ove sia occorsa, della riparametrazione del punteggio tecnico ex art. 20.2 del disciplinare di gara.

N. LOTTO	CONCORRENTI	PUNTEGGIO TOTALE DELLA COMMISSIONE	STATO	RIPARAMETRAZIONE SEMPLICE	RIPARAMETRAZIONE ASSOLUTA
1	DE MORI S.P.A. con socio unico	59,80	Ammesso alla fase successiva	NO	70
	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	51,93	Ammesso alla fase successiva	NO	60,79

N. LOTTO	CONCORRENTE	PUNTEGGIO TOTALE DELLA COMMISSIONE	STATO	RIPARAMETRAZIONE SEMPLICE	RIPARAMETRAZIONE ASSOLUTA
2	ABBOTT	63,80	Ammesso alla fase successiva	68	70

N. LOTTO	CONCORRENTI	PUNTEGGIO TOTALE DELLA COMMISSIONE	STATO	RIPARAMETRAZIONE SEMPLICE	RIPARAMETRAZIONE ASSOLUTA
1	DE MORI S.P.A. con socio unico	57,81	Ammesso alla fase successiva	NO	70
	NOVA BIOMEDICAL ITALIA	56,09	Ammesso alla fase successiva	NO	67,92

Alle ore 11.40, il Presidente, previo collegamento alla piattaforma del S.TEL.LA. ha aperto la seduta pubblica virtuale e dato comunicazione ai concorrenti collegati da remoto delle risultanze di fase tramite la *chat* del Sistema.

Dopodiché, senza soluzione di continuità, la Commissione, ha proceduto alla APERTURA DELLE BUSTE/OFFERTE ECONOMICHE.

Al termine delle operazioni tecniche di estrazione *download* della documentazione economica, la Commissione ha avviato l'esame delle offerte economiche dei tre lotti in gara.

Al termine dell'esame della documentazione economica dei concorrenti dei tre lotti, queste le risultanze finali.

- quanto al Lotto 1:

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE DELLA COMMISSIONE	PUNTEGGIO TECNICO TOT. RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA (€)	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO
1	DE MORI S.P.A. con socio unico	59,80	70	1.126.750,00	26,57	21,34
	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	51,93	60,79	801.330,00	47,78	30

- quanto al Lotto 2:

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE DELLA COMMISSIONE	RIPARAMETRAZIONE SEMPLICE	PUNTEGGIO TECNICO TOT. RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA (€)	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO
2	ABBOTT	63,80	68	70	1.085.030,00	8,17	30

- quanto al Lotto 3:

premesso che circa l'offerta economica formulata dalla NOVA BIOMEDICAL ITALIA, la commissione ha rilevato *discordanza* tra l'importo riportato nel documento offerta economica pari ad €131.870,00 rispetto a quello risultante a quello risultato a Sistema sul STELLA pari a €131.720,00, richiamata la prescrizione di gara secondo ^{del} *in caso di discordanza tra il valore indicato a sistema sul Portale S.TEL.LA. e quello indicato nel presente schema di offerta economica verrà considerato valido il valore indicato nel presente documento (n.d.r., i.e. schema di offerta)*" la Commissione ha considerato valida l'offerta nell'importo pari ad €131.870,00 di cui al predetto documento Offerta economica redatto dall'operatore secondo lo schema di gara e inserito nella c.d. BUSTA ECONOMICA. Per l'effetto, quanto segue:

N LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE DELLA COMMISSIONE	PUNTEGGIO TECNICO TOT. RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA (€)	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO
3	DE MORI S.P.A. con socio unico	57,81	70	207.670,00	0,12	19,05
	NOVA BIOMEDICAL ITALIA	56,09	67,92	131.870,00	36,58	30

PER QUANTO SOPRA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20.4 del disciplinare di gara, la Commissione ha stilato la seguente graduatoria provvisoria:

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOT	GRADUATORIA PROVVISORIA
1	DE MORI S.P.A. con socio unico	70	21,34	91,34	Aggiudicatario provvisorio
	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	60,79	30	90,79	II° classificato

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOT	GRADUATORIA PROVVISORIA
2	ABBOTT	70	30	100	Aggiudicatario provvisorio

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOT	GRADUATORIA PROVVISORIA
3	DE MORI S.P.A. con socio unico	70	19,05	89,05	II° classificato
	NOVA BIOMEDICAL ITALIA	67,92	30	97,92	Aggiudicatario provvisorio

Non ricorrendo le ipotesi di verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. *ratione temporis* (non concorrendo su ciascun lotto almeno 3 operatori) il Presidente, alle ore 13.29 ha comunicato, tramite piattaforma, agli OO.EE. collegati da remoto le predette risultanze di gara, tramite la *chat* di sistema.

Al termine, il Presidente ha mandato al segretario di trasmettere al RUP i verbali di gara della commissione per l'adozione dei provvedimenti di competenza,

La seduta pubblica è stata, quindi, chiusa alle ore 13.40.

L.C.S.

- Il Presidente

Dott.ssa Donatella Mancini

- I componenti:

Dott. Sandro Feriozzi

Dott. Matteo Di Grgeorio

- Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Katia Pezzotti

OPERATORE ECONOMICO: A DE MORI SPA- LOTTO 1								
CRITERI QUALITA'		Punteggi o massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	Riparametrazione semplice	Riparametrazione assoluta
			D.M.	S.V.	S.F.			
GIUDIZIO TECNICO E CLINICO								
1	Sistema analitico e altri consumabili	7	Elenco scelte			4,00		
2	Sistema di campionamento ad alta sicurezza	7	Elenco scelte			5,00		
3	Modalità di campionamento	3	si/no			3,00		
4	Misurazione diretta dei parametri	4	si/no			4,00		
5	Lunghezza d'onda utilizzata per lettura della co-ossimetria	4	si/no			4,00		
6	Tempo necessario per l'esecuzione dell'analisi (sec) da pronto a stampa del referto completo	4	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			4,00		
7	Volume di campione necessario per il profilo completo da siringa	4	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			4,00		
8	Condizione di conservazione del prodotto (cartuccia reagenti, gruppo/artiuccia, sensori, soluzioni calibranti, validatori)	5	Elenco scelte			3,00		
9	Tempo di start alla sostituzione delle cartucce, compreso di controllo di qualità	6	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			2,80		

Ally

Q

A/b

OPERATORE ECONOMICO: A DE MORI SPA- LOTTO 1										
CRITERI QUALITA'		Punteggi o massimo attribuibili	Voto Commissione			Punteggio attribuito	Riparametrazi one semplice	Riparametrazion e assoluta		
			D.M.	S.V.	S.F.					
10.1	Controllo di qualità - sub criterio: Rilevare e qualificare la non confomità	2	si/no			2,00	non applicabile			
10.2	Controllo di qualità - sub criterio: Adottare azioni correttive mirate in maniera totalmente automatica	2	si/no			2,00				
10.3	Controllo di qualità - sub criterio: Documentare tutte le fasi delle attività condotte (tracciabilità) in totale automatismo in tempo	2	si/no			2,00				
10.4	Controllo di qualità - sub criterio: Visualizzazione e stampa risultati in tempo reale direttamente sullo	2	si/no			2,00				
11	Sistema di calibrazione totalmente automatico	2	si/no			2,00				
12	Necessità di manutenzione	4	Elenco scelte			4,00				
13	Caratteristiche del sitema SW gestionale web-based	4	Elenco scelte			4,00				
14	Servizi di post- vendita	3	1,00	1,00	1,00	3,00				
15	Formazione	3	1,00	1,00	1,00	3,00				
15	Azioni messe in atto per garantire il minor impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati	2	1,00	1,00	1,00	2,00				
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE			59,80				70,00

OPERATORE ECONOMICO: SIEMENS HEALTHCARE SAS - LOTTO 1								
CRITERI QUALITA'		Punteggi o massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	Riparametrazione semplice	Riparametrazione assoluta
			D.M.	S.V.	S.F.			
GIUDIZIO TECNICO E CLINICO								
1	Sistema analitico e altri consumabili	7	Elenco scelte			1,00		
2	Sistema di campionamento ad alta sicurezza	7	Elenco scelte			7,00		
3	Modalità di campionamento	3	si/no			3,00		
4	Misurazione diretta dei parametri	4	si/no			0,00		
5	Lunghezza d'onda utilizzata per lettura della coossimetria	4	si/no			4,00		
6	Tempo necessario per l'esecuzione dell'analisi (sec) da pronto a stampa del referto completo	4	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			2,33		
7	Volume di campione necessario per il profilo completo da siringa	4	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			2,60		
8	Condizione di conservazione del prodotto (cartuccia reagenti, gruppo/artiuccia, sensori, soluzioni calibranti, validatori)	5	Elenco scelte			0,00		
9	Tempo di start alla sostituzione delle cartucce, compreso di controllo di qualità	6	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			6,00		

Ulli 7

OPERATORE ECONOMICO: SIEMENS HEALTHCARE SAS - LOTTO 1								
CRITERI QUALITA'		Punteggi o massimo attribuibili	Voto Commissione			Punteggio attribuito	Riparametr azione semplice	Riparamet razione assoluta
			D.M.	S.V.	S.F.			
10.1	Controllo di qualità - sub criterio: Rilevare e qualificare la non conformità	2	si/no			2,00	non applicabile	
10.2	Controllo di qualità - sub criterio: Adottare azioni correttive mirate in maniera totalmente automatica	2	si/no			2,00		
10.3	Controllo di qualità - sub criterio: Documentare tutte le fasi delle attività condotte (tracciabilità) in totale automatismo, in tempo reale, senza	2	si/no			2,00		
10.4	Controllo di qualità - sub criterio: Visualizzazione e stampa risultati in tempo reale direttamente sullo strumento	2	si/no			2,00		
11	Sistema di calibrazione totalmente automatico	2	si/no			2,00		
12	Necessità di manutenzione	4	Elenco scelte			4,00		
13	Caratteristiche del sistema SW gestionale web-based	4	Elenco scelte			4,00		
14	Servizi di post- vendita	3	1,00	1,00	1,00	3,00		
15	Formazione	3	1,00	1,00	1,00	3,00		
15	Azioni messe in atto per garantire il minor impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati	2	1,00	1,00	1,00	2,00		
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE			51,93		60,79

OPERATORE ECONOMICO: Abbott LOTTO 2								
CRITERI QUALITA'	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	Riparametrazione semplice	Riparametrazione assoluta	
		D.M.	S.V.	S.F.				
1	Sistema analitico (insieme della strumentazione proposta)	10	0,80	0,80	0,80	8,00	10,00	
2	Possibilità di utilizzare tutta la strumentazione proposta senza alimentazione elettrica dai rete	6	Q - (V.iesimo//V.max) *Pmax			6,00	6,00	
3	Modalità di calibrazione per l'emogasanalisi	3	Elenco Scelte			3,00	3,00	
4	Utilizzo dei campioni di sangue interoarteriosi e/o venoso, senza anticoagulante, per tutti gli strumenti offerti	3	si/no			3,00	3,00	
5	Volume di campione necessario per l'esecuzione delle analisi richieste	4	Elenco Scelte			4,00	4,00	
6	Chiusura ermetica delle cartucce monopaziente per tutti gli strumenti offerti al fine di garantire la minimizzazione del rischio biologico	5	si/no			5,00	5,00	
7	Peso totale della strumentazione offerta nel reparto ove è prevista l'esecuzione delle test urgenza/emergenza oltre l'emogasanalisi	7	Q - (V.min/V.iesimo)* Pmax			7,00	7,00	

8	Scadenza media delle cartucce /reagenti al momento della consegna	2	Q - (V.iesimo//V.max) *Pmax	2,00	2,00
9	Stabilità delle cartucce a temperatura ambiente	2	Elenco scelte	0,00	0,00
10	Disponibilità della connettività wireless per tutta la strumentazione proposta	4	si/no	4,00	4,00
11	necessità di manutenzione	5	elenco scelte	5,00	5,00
12.1	Caratteristiche del Software getsionale proposto (middleware) subcriterio: Possibilità di accedere al SW da qualsiasi PC all'interno del network	1	si/no	1,00	1,00
12.2	Caratteristiche del Software getsionale proposto (middleware) subcriterio : Possibilità di verificare lo stato di qualunque analizzatore collegato	1	si/no	1,00	1,00
12.3	Caratteristiche del Software getsionale proposto (middleware) subcriterio: Possibilità di monitorare i consumi di qualunque analizzatore collegato	1	si/no	1,00	1,00
12.4	Caratteristiche del Software getsionale proposto (middleware) subcriterio: tracciabilità dei risultati	1	si/no	1,00	1,00
12.5	Caratteristiche del Software getsionale proposto (middleware) subcriterio:	1	si/no	1,00	1,00

	racciabilità degli operatori							
12.6	Caratteristiche del Software gestionale proposto (middleware) subcriterio: Tracciabilità del QCI	1	si/no			1,00	1,00	
12.7	Caratteristiche del Software gestionale proposto (middleware) subcriterio: Tracciabilità dei lotti di artucce/reagenti utilizzati	1	si/no			1,00	1,00	
12.8	Caratteristiche del Software gestionale proposto (middleware) subcriterio: Tracciabilità del training degli operatori	1	si/no			1,00	1,00	
13	Relazione progettuale che descriva la semplicità di utilizzo, le modalità di lavoro, i benefici organizzativi	6	0,80	0,80	0,80	4,80	6,00	
14	caratteristiche del servizio di assistenza tecnica	3	0,80	0,80	0,80	2,40	3,00	
15	Programma di formazione degli operatori	2	0,80	0,80	0,80	1,60	2,00	
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		70	TOTALE			63,80	68,00	70,00

OPERATORE ECONOMICO: A DE MORI SPA- LOTTO 3								
CRITERI QUALITA'	Punteggio massimo o attribuiti	Voto Commissione			Punteggi o attribuiti	Riparametrazione semplice	Riparazione assoluta	
		D.M.	S.V.	S.F.				
GIUDIZIO TECNICO E CLINICO								
1	Sistema analitico e consumabili	5	1,00	1,00	1,00	5,00		
2	Raccolta reflui	3	si/no			3,00		
3	Sistema di campionamento integrato nella cartuccia	5	si/no			0,00		
4	Modalità di campionamento	3	si/no			3,00		
5	Misurazione diretta dei parametri	4	Elenco scelte			0,00		
6	Lunghezza d'onda utilizzata per lettura della coossimetria	3	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			2,81		
7	Misurazione con unico campionamento	3	si/no			3,00		
8	Tempo impegnato per l'esecuzione dell'analisi (sec)	3	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			3,00		
9	Volume di campione necessario per il profilo completo da siringa	4	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			4,00		
10	Condizione di conservazione dei prodotti (cartuccia reagenti, gruppo/cartuccia sensori,	5	Elenco scelte			2,00		
11	Durata massima a bordo dello strumento dei reagenti in uso	4	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			4,00		
12.1	Controllo di qualità a bordo - subcriterio: Rilevare e qualificare la non conformità	1	si/no			1,00		
12.2	Controllo di qualità a bordo - subcriterio: Adottare azioni correttive mirate in maniera totalmente automatica	1	si/no			1,00		

OPERATORE ECONOMICO: A DE MORI SPA- LOTTO 3								
CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo o attribuiti	Voto Commissione			Punteggi o attribuiti	Riparametrazione semplice	Riparazione assoluta
			D.M.	S.V.	S.F.			
12.3	Controllo di qualità a bordo - subcriterio: Documentare tutte le fasi delle attività condotte (tracciabilità) in totale automatismo, in tempo reale, senza alcun intervento dell'operatore	1	si/no			1,00	non applicabile	
12.4	Controllo di qualità a bordo - subcriterio: Visualizzazione e stampa risultati	1	si/no			1,00		
12.5	Controllo di qualità a bordo - subcriterio: CQ a bordo eseguibili previa programmazione di data e ora e livello da analizzare (Acidosi, Alcalosi, Normalità), utilizzando soluzioni	1	si/no			1,00		
13	Sistema di calibrazione totalmente automatico	2	si/no			2,00		
14	Gruppo di continuità	2	si/no			2,00		
15	Necessità di manutenzione	4	Elenco scelte			4,00		
16	Caratteristiche del sistema SW gestionale web-based	4	Elenco scelte			4,00		
17	Servizi di post- vendita	3	1,00	1,00	1,00	3,00		
18	Formazione	3	1,00	1,00	1,00	3,00		
19	Azioni messe in atto per garantire il minor impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati	3	1,00	1,00	1,00	3,00		
20	Proposte migliorative	2	1,00	1,00	1,00	2,00		

OPERATORE ECONOMICO: A DE MORI SPA- LOTTO 3							
CRITERI QUALITA'	Punteggio massimo o attribuito	Voto Commissione			Punteggi o attribuiti	Riparametrazione semplice	Riparametrazione assoluta
		D.M.	S.V.	S.F.			
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE	70	TOTALE			57,81		70,00






OPERATORE ECONOMICO: NOVA BIOMEDICAL - LOTTO 3								
CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo o attribuito	Voto Commissione			Punteggio attribuito	Riparametrazione semplice	Riparametrazione assoluta
			D.M.	S.V.	S.F.			
GIUDIZIO TECNICO E CLINICO								
1	Sistema analitico e consumabili	5	1,00	1,00	1,00	5,00		
2	Raccolta reflui	3	si/no			3,00		
3	Sistema di campionamento integrato nella cartuccia	5	si/no			0,00		
4	Modalità di campionamento	3	si/no			3,00		
5	Misurazione diretta dei parametri	4	Elenco scelte			4,00		
6	Lunghezza d'onda utilizzata per lettura della co-ossimetria	3	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			3,00		
7	Misurazione con unico campionamento	3	si/no			3,00		
8	Tempo impegnato per l'esecuzione dell'analisi (sec)	3	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			1,75		
9	Volume di campione necessario per il profilo completo da siringa	4	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			1,92		
10	Condizione di conservazione dei prodotti (cartuccia reagenti, gruppo/cartuccia sensori,	5	Elenco scelte			0,00		
11	Durata massima a bordo dello strumento dei reagenti in uso	4	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			3,42		
12.1	Controllo di qualità a bordo - subcriterio: Rilevare e qualificare la non conformità	1	si/no			1,00		
12.2	Controllo di qualità a bordo - subcriterio: Adottare azioni correttive mirate in maniera totalmente automatica	1	si/no			1,00		

OPERATORE ECONOMICO: NOVA BIOMEDICAL - LOTTO 3								
CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo o attribuito	Voto Commissione			Punteggio attribuito	Riparametrazione semplice	Riparametrazione assoluta
			D.M.	S.V.	S.F.			
12.3	Controllo di qualità a bordo - subcriterio: Documentare tutte le fasi delle attività condotte (tracciabilità) in totale automatismo, in tempo reale, senza alcun intervento dell'operatore	1	si/no			1,00	non applicabile	
12.4	Controllo di qualità a bordo - subcriterio: Visualizzazione e stampa risultati	1	si/no			1,00		
12.5	Controllo di qualità a bordo - subcriterio: CQ a bordo eseguibili previa programmazione di data e ora e livello da analizzare (Acidosi, Alcalosi, Normalità), utilizzando soluzioni certificate e diverse dai calibratori secondo le direttive	1	si/no			1,00		
13	Sistema di calibrazione totalmente automatico	2	si/no			2,00		
14	Gruppo di continuità	2	si/no			2,00		
15	Necessità di manutenzione	4	Elenco scelte			4,00		
16	Caratteristiche del sistema SW gestionale web-based	4	Elenco scelte			4,00		
17	Servizi di post-vendita	3	1,00	1,00	1,00	3,00		
18	Formazione	3	1,00	1,00	1,00	3,00		
19	Azioni messe in atto per garantire il minor impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati	3	1,00	1,00	1,00	3,00		
20	Proposte migliorative	2	1,00	1,00	1,00	2,00		

OPERATORE ECONOMICO: NOVA BIOMEDICAL - LOTTO 3							
CRITERI QUALITA'	Punteggio massimo o attribuito	Voto Commissione			Punteggio attribuito	Riparametrazione semplice	Riparametrazione assoluta
		D.M.	S.V.	S.F.			
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE	70	TOTALE			56,09		67,92

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top right, a smaller signature below it, and another signature at the bottom right.