

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577**

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3, DEL CODICE, VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ELETTROFISIOLOGIA PER LA U.O.C. CARDIOLOGIA P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI, PER LA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI ED UN IMPORTO A BASE DI GARA PARI AD € 1.523.400,00, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 223/C.S./2023 DEL 21/08/2023 – PARZIALMENTE MODIFICATA CON ATTO DELIBERATIVO n. N. 378/C.S./2023 DEL 04/10/2023 NUMERO GARA 9265540.

**VERBALE COMMISSIONE DI GARA n. 1
(seduta pubblica virtuale e seduta riservata)**

Il giorno **13 dicembre 2023**, alle ore 14.00 presso la ASL Rieti, P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, Viale J.F. Kennedy snc

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 223/C.S. del 21/08/2023 è stata indetta la “*procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023; per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per lotto, ai sensi dell’art. 59 comma 3, del codice, volto all’affidamento della fornitura di materiali per elettrofisiologia per la U.O.C. Cardiologia P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi ed un importo a base di gara pari ad € 1.523.400,00, Numero gara 9265540*”;
- con il succitato atto deliberativo di indizione sono stati approvati i seguenti documenti di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati; Capitolato speciale e relativi allegati; Schema di bando) e sono stati nominati, ai sensi dell’art. 15 del Codice, nelle funzioni di RUP, la Dott.ssa Roberta Teodori – Responsabile della UOC Acquisizione Logistica di Beni e Servizi, e nelle funzioni di Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara, il Dott. Amir Kol, Direttore della U.O.C. Cardiologia;
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. 2023/S 168-529322, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 101 del 01/09/2023, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- è stato pubblicato un avviso di proroga termini sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. 2023/S 173-540349, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 105 del 11/09/2023, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio e sul sito aziendale, con scadenza delle offerte prevista per il giorno 05/10/2023;
- con atto deliberativo n. 378 del 04/10/2023, questa Azienda ha proceduto alla modifica parziale degli atti di gara e proroga dei termini per la presentazione delle offerte, in particolare sono state apportate le modifiche al Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e all’elenco prodotti in gara;

MB 


- è stato pubblicato avviso di rettifica e proroga termini sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. 2023/S 195-609701, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 117 del 09/10/2023, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;

- sono stati pubblicati gli atti modificati sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio e sul sito aziendale, con proroga della scadenza delle offerte prevista per il giorno 03/11/2023 ore 12.00 e data di apertura delle offerte in seduta pubblica virtuale in data 07/11/2023;

- entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 9 (*nove*) operatori economici, agli atti del Fasciolo telematico del S.TEL.LA., di seguito riportati: B.Braun Milano S.p.a., M.V.S. S.r.l., FIAB S.p.a., Johnson & Johnson Medical S.p.a., Boston Scientific S.p.a., Medtronic Italia S.p.a., Abbott Medical Italia S.r.l., Violatech S.r.l. e Medical Lume S.r.l.

- con determina dirigenziale n. 1184/23 del 06/11/2023 è stato nominato il Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa:

- Dott.ssa Roberta Teodori, Responsabile della U.O.C. ALBS, nella qualità di RUP/Presidente;
- Dott.ssa Eleonora Franceschini, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone;
- Dott. Alessandro Mancini, collaboratore amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. ALBS, in qualità di Testimone verbalizzante;

- con deliberazione n. 522/C.S./2023 del 16/11/2023, ai sensi degli art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice all'espletamento delle operazioni di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche e la successiva apertura delle offerte economiche, come di seguito composta:

- Dott.ssa Alessandra Ferretti (Presidente);
- Dott. Alessandro Persi (Commissario);
- Dott.ssa Claudia Cataldi (Commissario);

- con deliberazione n. 577/C.S./2023 del 30/11/2023 è stato preso atto delle dimissioni della Dott.ssa Claudia Cataldi e della contestuale nomina del nuovo componente della commissione tecnica della gara in argomento, Dott. Marco Bacà;

- in data 07/12/2023, terminati i lavori del seggio di gara, è stato pubblicato "Avviso degli ammessi alla/esclusi dalla" gara;

- in data 07/12/2023, su indicazione del Presidente della Commissione, ed ha comunicato ai concorrenti "l'Avviso di seduta pubblica per apertura delle buste/offerte tecniche" da parte ella commissione giudicatrice al giorno 13/12/2023 ore 13:00 ess;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presente verbale,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

nel giorno e nell'ora predetti, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione nonché del dott. Alessandro Mancini, collaboratore amministrativo categoria D, in servizio presso la UOC ALBS, nelle le funzioni e con i compiti di segretario verbalizzante senza diritto di voto, ha proceduto al collegamento alla Piattaforma di e-Procurement S.TEL.LA.

La commissione ed il segretario, preso atto dell'oggetto dell'appalto e degli operatori economici partecipanti alla procedura, come risultanti dalla piattaforma di negoziazione S.TEL.LA., hanno dichiarato - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. - l'inesistenza di cause di inconferibilità (art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii.), di conflitto di interessi (art. 16 D. Lgs. n.

36/2023) e di astensione (art. 51 Cod. Proc. Civ.), come risulta dalle dichiarazioni agli atti., come risulta dalle dichiarazioni agli atti.

A questo punto, il Presidente ha aperto la seduta pubblica virtuale ed ha proceduto con l'apertura telematica delle BUSTE/OFFERTE TECNICHE dei concorrenti per ciascun Lotto, a partire dal n. 1 a seguire secondo l'ordine progressivo, come da seguente riepilogo che si riporta.

Di ciò è stata data comunicazione ai concorrenti collegati da remoto tramite la *chat* della Piattaforma alle ore 14:27;

- **LOTTO 1:** Boston Scientific S.p.a.; FIAB S.p.a.; Johnson & Johnson Medical S.p.a.; Violatech S.r.l.
- **LOTTO 2:** Johnson & Johnson Medical S.p.a.;
- **LOTTO 3:** Boston Scientific S.p.a.;
- **LOTTO 4:** Medtronic Italia S.p.a.;
- **LOTTO 5:** Johnson & Johnson Medical S.p.a.; Medica Lumen S.p.a.;
- **LOTTO 6:** Johnson & Johnson Medical S.p.a.;
- **LOTTO 7:** Boston Scientific S.p.a.
- **LOTTO 8:** Abbott Medica Italia S.p.a.; Johnson & Johnson Medical S.p.a.; Violatech S.r.l.;
- **LOTTO 9:** M.V.S. S.r.l.
- **LOTTO 10:** Abbott Medica Italia S.p.a.; Johnson & Johnson Medical S.p.a.; Violatech S.r.l.;
- **LOTTO 11:** Boston Scientific S.p.a.;
- **LOTTO 12:** Violatech S.r.l.
- **LOTTO 13:** Abbott Medica Italia S.p.a.; Johnson & Johnson Medical S.p.a.;

Nel contempo la commissione ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la campionatura di gara, a conclusione di ciò, è stato constatato che le ditte hanno presentato la campionatura per i lotti d'interesse, ad eccezione della Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.a. che, non ha presentato il campione del lotto 13.2.

Terminate le suddette attività, il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta pubblica virtuale alle ore 15:52 rinviando a seduta riservata per l'esame del contenuto della documentazione prodotta dai concorrenti.

Alle ore 15.53 il Presidente apre la seduta riservata.

La commissione decide quindi di procedere con la verifica della campionatura presentata dai concorrenti.

La Commissione rileva che la campionatura presentata dall'operatore economico Medical Lume S.p.a. non corrisponde al prodotto richiesto nel lotto n. 5 della gara in oggetto.

Il Presidente ha quindi ritenuto di procedere immediatamente alla valutazione delle schede tecniche dalla stessa presentate.

La Commissione tecnica giudicatrice, valutata l'offerta tecnica presentata dalla Ditta Medical Lume S.p.a. per il lotto n. 5, ha dichiarato che il prodotto offerto non corrisponde a quanto richiesto nei gli atti di gara in quanto, sia la scheda tecnica inserita nella busta B, sia il campione presentato attengono ad una sonda ecografica transtoracica in luogo della "Sonda ecografica intracardiaca bidimensionale, ecografo in comodato d'uso gratuito" richiesta nella lex specialis di gara.



Il Presidente da mandato al segretario di comunicare al RUP, per le determinazioni di competenza, quanto rilevato.

Alle ore 16:20 il Dott. Alessandro Mancini si allontana dalla seduta ed il Presidente assume le funzioni di segretario verbalizzante.


Il Presidente dichiara procedersi alle operazioni di esame e valutazione delle offerte e, per i lotti di interesse, della campionatura presentata.

Alle ore 17:20 sono risultate esaminate e valutate l'offerta tecnica del **Lotto 5**, come da scheda di valutazione numerata per lotto, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Terminate le suddette attività, il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta riservata alle ore 17:00 rinviando ad altra seduta riservata, data da destinarsi, l'esame del contenuto della documentazione prodotta dagli altri concorrenti.

Delle predette operazioni è stato redatto il presente verbale che, letto ed approvato, è stato sottoscritto dalla Commissione di Gara nel modo che segue:

- Il Presidente, Dott.ssa Alessandra Ferretti
- Il Componente, Dott. Alessandro Persi
- Il Componente, Dott. Marco Bacà
- Il segretario verbalizzante, Dott. Alessandro Mancini



The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Alessandra Ferretti, Alessandro Persi, Marco Bacà, and Alessandro Mancini. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

OPERATORE ECONOMICO: Johnson & Johnson Medical S.p.a. LOTTO 5

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Qualità immagini (relazionare)	20	1,00	1,00	1,00	20,00
2	Manovrabilità e facilità d'uso (valutazione su campionatura)	20	0,80	0,75	0,80	15,67
3	Caratteristiche dei materiali (relazionare)	20	1,00	1,00	1,00	20,00
4	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'utilizzo del/i dispositivo/i (relazionare)	10	1,00	1,00	1,00	10,00
5	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			10,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			75,67

5 V.iesimo= 3 giorni; V.min=3 giorni



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3, DEL CODICE, VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ELETTROFISIOLOGIA PER LA U.O.C. CARDIOLOGIA P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI, PER LA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI ED UN IMPORTO A BASE DI GARA PARI AD € 1.523.400,00, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 223/C.S./2023 DEL 21/08/2023 – PARZIALMENTE MODIFICATA CON ATTO DELIBERATIVO n. N. 378/C.S./2023 DEL 04/10/2023 NUMERO GARA 9265540.

VERBALE COMMISSIONE DI GARA n. 2
(seduta riservata)

Il giorno **08 gennaio 2024**, alle ore 10.00 presso la ASL Rieti, P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, Viale J.F. Kennedy snc, si riunisce la Commissione giudicatrice per il prosieguo della verifica e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.

Il Presidente svolge altresì i compiti di segretario verbalizzante.


Visto e richiamato il verbale del 13 dicembre 2023, il Presidente, preliminarmente, da atto che il RUP, esaminati gli atti trasmessi dalla Commissione con nota prot. n. 88969/2023 per le determinazioni di competenza rispetto all'offerta tecnica presenta dall'operatore economico Medical Lume per il lotto 5, ha deciso per l'esclusione della suddetta ditta dalla successiva fase di gara e che la stessa è stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 11/01/2024.

Il Presidente ha dunque dichiarato procedersi alle operazioni di esame e valutazione delle offerte non esaminate nella precedente seduta.

Alle ore 12:30 sono risultate esaminate e valutate le offerte tecniche dei **Lotti 1, 2, 3 e 4 (incluso)**, come da **schede di valutazione numerate per lotto esaminato**, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Alla predetta ora, il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta riservata rinviando per il prosieguo dei lavori a data da destinarsi.

Il Presidente, Dott.ssa Alessandra Ferretti



Il Componente, Dott. Alessandro Persi



Il Componente, Dott. Marco Bacà



OPERATORE ECONOMICO: Boston Scientific S.p.a. LOTTO 1

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Controllo torsione (valutazione su campionatura)	30	1,00	1,00	1,00	30,00
2	Vasta gamma di curve: Indicare il numero di curve disponibili (numero assoluto). (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	30	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			30,00
3	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'utilizzo del dispositivo	10	1,00	1,00	1,00	10,00
4	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			6,67
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
					TOTALE	76,67

2 V.iesimo= 6 curve; V.max=6 curve

3 Le ore e il programma di formazione risultano ben definiti e strutturati

4 V.iesimo= 3 giorni; V.min=2 giorni


 MB



OPERATORE ECONOMICO: FIAB S.p.a. LOTTO 1


CRITERI QUALITA'	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		A.F.	A.P.	M.B.		
1	Controllo torsione (valutazione su campionatura)	30	0,60	0,50	0,60	17,00
2	Vasta gamma di curve: Indicare il numero di curve disponibili (numero assoluto). (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	30	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			30,00
3	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'utilizzo del dispositivo	10	0,60	0,50	0,70	6,00
4	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			4,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
					TOTALE	57,00

2 V.iesimo= 6 curve; V.max=6 curve

3 Viene offerto supporto in caso di necessità

4 V.iesimo= 5 giorni; V.min=2 giorni

MB



OPERATORE ECONOMICO: Johnson & Johnson Medical S.p.a. LOTTO 1

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Controllo torsione (valutazione su campionatura)	30	0,90	0,90	0,80	26,00
2	Vasta gamma di curve: Indicare il numero di curve disponibili (numero assoluto). (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	30	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			20,00
3	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'utilizzo del dispositivo	10	1,00	1,00	1,00	10,00
4	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			6,67
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			62,67

2 V.iesimo= 4 curve; V.max=6 curve

3 Le ore e il programma di formazione risultano ben definiti e strutturati

4 V.iesimo= 3 giorni; V.min=2 giorni

MB

A

OPERATORE ECONOMICO: Violatech S.r.l. LOTTO 1

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Controllo torsione (valutazione su campionatura)	30	0,60	0,70	0,60	19,00
2	Vasta gamma di curve: Indicare il numero di curve disponibili (numero assoluto). (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	30	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			20,00
3	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'utilizzo del dispositivo	10	0,80	0,75	0,70	7,50
4	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			10,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			56,50

2 V.iesimo= 4 curve; V.max=6 curve

3 Viene offerta disponibilità ad eventuale formazione

4 V.iesimo=2 giorni; V.min=2 giorni

MF


MB

[Signature]

OPERATORE ECONOMICO: Johnson & Johnson Medical S.p.a. LOTTO 2

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Manovrabilità, tenuta della curva e atraumaticità (valutazione su campionatura)	30	0,80	0,80	1,00	26,00
2	Registrazione dei segnali (relazionare)	30	0,90	0,75	0,80	24,50
3	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'utilizzo del dispositivo (relazionare)	10	0,70	0,70	0,70	7,00
4	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			10,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			67,50

4 V.iesimo= 3 giorni; V.min=3 giorni




OPERATORE ECONOMICO: Boston Scientific S.p.a. LOTTO 3

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Manovrabilità e tenuta della curva (valutazione su campionatura)	15	0,90	0,85	0,90	13,25
2	Compatibilità Patch ed elettrocatereteri con sistema di mappaggio SI: 10 punti- NO: 0 punti;	10	10,00			10,00
3	Qualità registrazione del segnale (relazionare)	20	1,00	1,00	1,00	20,00
4	Presenza di 10 elettrodi di superficie per registrazione segnale su sistema di mappaggio SI: 20 punti- NO: 0 punti;	20	20,00			20,00
5	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'utilizzo del/dei dispositivo/i (relazionare)	10	0,60	0,60	0,60	6,00
6	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	5	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			5,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			74,25

6 V.iesimo= 1 giorno; V.min=1 giorno

OPERATORE ECONOMICO: Medtronic Italia S.p.a. LOTTO 4


CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Controllo torsione (valutazione su campionatura)	35	0,80	0,90	0,80	29,17
2	Vasta gamma di curve: Indicare il numero di curve disponibili (numero assoluto). (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	25	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			25,00
3	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'utilizzo del dispositivo	10	0,70	0,70	0,70	7,00
4	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			10,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			71,17

2 V.iesimo= 8 curve; V.max=8 curve

4 V.iesimo= 5 giorni; V.min=5 giorni



M.B.



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3, DEL CODICE, VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ELETTROFISIOLOGIA PER LA U.O.C. CARDIOLOGIA P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI, PER LA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI ED UN IMPORTO A BASE DI GARA PARI AD € 1.523.400,00, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 223/C.S./2023 DEL 21/08/2023 – PARZIALMENTE MODIFICATA CON ATTO DELIBERATIVO n. N. 378/C.S./2023 DEL 04/10/2023 NUMERO GARA 9265540.

VERBALE COMMISSIONE DI GARA n. 3
(seduta riservata)

Il giorno **25 gennaio 2024**, alle ore 10.45 presso la ASL Rieti, P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, Viale J.F. Kennedy snc, si riunisce la Commissione giudicatrice per il prosieguo della verifica e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.

Il Presidente ha dunque dichiarato procedersi alle operazioni di esame e valutazione delle offerte non esaminate nella precedente seduta.


Alle ore 12:20 sono risultate esaminate e valutate le offerte tecniche dei **Lotti 6, 7 8, 9 (incluso)**, come da **schede di valutazione numerate per lotto esaminato**, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Alla predetta ora, il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta riservata rinviando per il prosieguo dei lavori a data da destinarsi.


Il Presidente, Dott.ssa Alessandra Ferretti



Il Componente, Dott. Alessandro Persi



Il Componente, Dott. Marco Bacà



Il Segretario Verbalizzante Dott. Alessandro Mancini

OPERATORE ECONOMICO: Johnson & Johnson Medical S.p.a. LOTTO 6

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Qualità immagini (relazionare)	25	1,00	1,00	1,00	25,00
2	Manovrabilità e facilità d'uso (valutazione su campionatura)	25	0,75	0,70	0,70	17,92
3	Possibilità di integrazione per ricostruzioni tridimensionali con sistemi di mappaggio (Sl. 10 punti- NO: 0 punti)	10	1,00			10,00
4	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'utilizzo del/i dispositivo/i (relazionare)	10	1,00	1,00	1,00	10,00
5	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			10,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			72,92

5 V.iesimo= 3 giorni; V.min=3 giorni

MB

[Signature]

OPERATORE ECONOMICO: Boston Scientific S.p.a. LOTTO 7

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Manovrabilità (valutazione su campionatura)	25	0,80	0,70	0,80	19,17
2	Vasta gamma di curve: Indicare il numero di curve disponibili (numero assoluto). (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			10,00
3	Presenza di punte radiopache dell'introduttore e del dilatatore (Sl. 10 punti- NO: 0 punti)	10	10,00			10,00
4	Caratteristiche dei materiali (relazionare)	15	0,90	1,00	0,80	13,50
5	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'utilizzo del dispositivo	10	1,00	1,00	1,00	10,00
6	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			10,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			72,67

2 V.iesimo= 2 curve; V.max=2 curve
6 V.iesimo= 1 giorno; V.min=1 giorno


MB

OPERATORE ECONOMICO: Abbott Medical Italia S.r.l. LOTTO 8

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Disponibilità diverse lunghezze: Indicare il numero di lunghezze disponibili.(numero assoluto) (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	20	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			20,00
2	Manovrabilità (valutazione su campionatura)	25	1,00	1,00	1,00	25,00
3	Compatibilità con filo guida con punta J per puntura transettale (SI : 10 punti- NO 0 punti)	10	10,00			10,00
4	Caratteristiche dei materiali (relazionare)	15	1,00	1,00	1,00	15,00
5	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			10,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
TOTALE						80,00

- 1 V.iesimo= 3 lunghezze; V.max=3 lunghezze
- 2 ottima manovrabilità del kit
- 4 Ottime caratteristiche dei materiali
- 5 V.iesimo= 1 giorni; V.min=1 giorni



OPERATORE ECONOMICO: Johnson & Johnson Medical S.p.a. LOTTO 8

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Disponibilità diverse lunghezze: Indicare il numero di lunghezze disponibili.(numero assoluto) (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	20	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			20,00
2	Manovrabilità (valutazione su campionatura)	25	0,80	0,75	0,70	18,75
3	Compatibilità con filo guida con punta J per puntura transettale (SI : 10 punti- NO 0 punti)	10	10,00			10,00
4	Caratteristiche dei materiali (relazionare)	15	0,70	0,75	0,60	10,25
5	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			3,33
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			62,33

1 V.iesimo= 3 lunghezze; V.max=3 lunghezze

2 discreta manovrabilità del kit

4 Buone caratteristiche dei materiali

5 V.iesimo= 3 giorni; V.min=1 giorni

MB

A

OPERATORE ECONOMICO: Violatech S.r.l. LOTTO 8

CRITERI QUALITA'	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
		A.F.	A.P.	M.B.	
Disponibilità diverse lunghezze: Indicare il numero di lunghezze disponibili.(numero assoluto) (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	20	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			13,33
Manovrabilità (valutazione su campionatura)	25	1,00	1,00	1,00	25,00
Compatibilità con filo guida con punta J per puntura trasversale (SI : 10 punti- NO 0 punti)	10	10,00			10,00
Caratteristiche dei materiali (relazionare)	15	0,75	0,60	0,70	10,25
Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			5,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE	80				
				TOTALE	63,58

- 1 V.iesimo= 2 lunghezze; V.max=3 lunghezze
- 2 ottima manovrabilità del kit
- 4 Buone caratteristiche dei materiali
- 5 V.iesimo= 2 giorni; V.min=1 giorni


 M.B.



OPERATORE ECONOMICO: M.V.S. S.r.l. LOTTO 9

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Atraumaticità (valutazione su campionatura)	30	1,00	1,00	1,00	30,00
2	Manovrabilità (valutazione su campionatura)	25	1,00	1,00	1,00	25,00
3	Caratteristiche dei materiali(relazionare)	15	0,80	0,80	1,00	13,00
4	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			0,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			68,00


4 Non è presente il documento di assistenza post-vendita indicato nella relazione tecnica

MB





ASL RIETI



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3, DEL CODICE, VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ELETTROFISIOLOGIA PER LA U.O.C. CARDIOLOGIA P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI, PER LA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI ED UN IMPORTO A BASE DI GARA PARI AD € 1.523.400,00, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 223/C.S./2023 DEL 21/08/2023 – PARZIALMENTE MODIFICATA CON ATTO DELIBERATIVO n. N. 378/C.S./2023 DEL 04/10/2023 NUMERO GARA 9265540.

VERBALE COMMISSIONE DI GARA n. 4
(seduta riservata)

Il giorno **12 febbraio 2024**, alle ore 10.00 presso la ASL Rieti, P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, Viale J.F. Kennedy snc, si riunisce la Commissione giudicatrice per il prosieguo della verifica e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.

Il Presidente ha dunque dichiarato procedersi alle operazioni di esame e valutazione delle offerte non esaminate nella precedente seduta.

Alle ore 11:45 sono risultate esaminate e valutate le offerte tecniche dei **Lotti 10, 11, 12 e 13 (incluso)**, come da **schede di valutazione numerate per lotto esaminato**, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

La seduta riservata viene sospesa alle ore 11:46.

Alle ore 13:45 si riprende la seduta riservata, il Presidente, procede al caricamento del punteggio attribuito a ciascun operatore all'esito della valutazione tecnica sulla piattaforma S.TEL.LA. come di seguito si riporta, con contestuale riparametrazione dei punteggi così come stabilito dalla *lex specialis* di gara:

valutazione tecnica	
lotto 1	punteggio
Boston Scientific S.p.a.	76,67
Fiab S.p.a.	57,00
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	62,67
Violatech S.r.l.	56,50

Lotto 2	punteggio
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	67.50

Lotto 3	punteggio
Boston Scientific S.p.a.	74.25

Lotto 4	punteggio
Medtronic Italia S.p.a.	71.17

Lotto 5	punteggio
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	75.67

Lotto 6	punteggio
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	72.92

Lotto 7	punteggio
Boston Scientific S.p.a.	72.67

Lotto 8	punteggio
Abbott Medical Italia S.r.l.	80,00
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	62,33
Violatech S.r.l.	63,58

Lotto 9	punteggio
M.V.S. S.r.l.	68

Lotto 10	punteggio
Abbott Medical Italia S.r.l.	70,00
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	59,58
Violatech S.r.l.	62,33


Lotto 11	punteggio
Boston Scientific S.p.a.	76.25

Lotto 12	punteggio
Violatech S.r.l.	75.83

Lotto 13	punteggio
Abbott Medical Italia S.r.l.	73,00
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	69,58

Alle ore 14:10, il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta riservata rinviando all'apertura delle buste economiche, in seduta pubblica virtuale, con contestuale comunicazione dell'esito della valutazione tecnica, alla data che verrà comunicata tramite agli Operatori Economi interessati tramite la piattaforma S.TEL.LA.

Il Presidente, Dott.ssa Alessandra Ferretti




Il Componente, Dott. Alessandro Persi




Il Componente, Dott. Marco Bacà



Il segretario Verbalizzante, Dott. Alessandro Mancini





OPERATORE ECONOMICO: Abbott Medical Italia S.r.l. LOTTO 10

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Disponibilità diverse curve dell'introduttore e del dilatatore Indicare il numero di curve disponibili. (numero assoluto) (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	15	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			11,25
2	Disponibilità diverse lunghezze dell'introduttore: Indicare il numero di lunghezze disponibili. (numero assoluto) (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	15	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			15,00
3	Manovrabilità (valutazione su campionatura)	25	0,70	0,70	0,85	18,75
4	Caratteristiche dei materiali (relazionare)	15	1,00	1,00	1,00	15,00
5	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			10,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			70,00

- 1 V.iesimo= 3 curve; V.max=4 curve
- 2 V.iesimo= 3 lunghezze; V.max=3 lunghezze
- 3 discreta manovrabilità del dispositivo
- 4 Ottime caratteristiche dei materiali
- 5 V.iesimo= 1 giorni; V.min=1 giorni

MB

A

OPERATORE ECONOMICO: Johnson & Johnson Medical S.p.a. LOTTO 10

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Disponibilità diverse curve dell'introduttore e del dilatatore Indicare il numero di curve disponibili. (numero assoluto) (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	15	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			11,25
2	Disponibilità diverse lunghezze dell'introduttore: Indicare il numero di lunghezze disponibili. (numero assoluto) (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	15	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			5,00
3	Manovrabilità (valutazione su campionatura)	25	1,00	1,00	1,00	25,00
4	Caratteristiche dei materiali (relazionare)	15	1,00	1,00	1,00	15,00
5	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			3,33
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			59,58

- 1 V.iesimo= 3 curve; V.max=4 curve
- 2 V.iesimo= 1 lunghezze; V.max=3 lunghezze
- 3 Ottima manovrabilità del dispositivo
- 4 Ottime caratteristiche dei materiali
- 5 V.iesimo= 3 giorni; V.min=1 giorni

OPERATORE ECONOMICO: Violatech S.r.l. LOTTO 10

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Disponibilità diverse curve dell'introduttore e del dilatatore Indicare il numero di curve disponibili. (numero assoluto) (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	15	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			15,00
2	Disponibilità diverse lunghezze dell'introduttore: Indicare il numero di lunghezze disponibili. (numero assoluto) (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	15	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			10,00
3	Manovrabilità (valutazione su campionatura)	25	0,75	0,70	0,90	19,58
4	Caratteristiche dei materiali (relazionare)	15	0,90	0,80	0,85	12,75
5	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			5,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			62,33

- 1 V.iesimo= 4 curve; V.max=4 curve
- 2 V.iesimo= 2 lunghezze; V.max=3 lunghezze
- 3 Discreta manovrabilità del dispositivo
- 4 discrete caratteristiche dei materiali
- 5 V.iesimo= 2 giorni; V.min=1 giorni





OPERATORE ECONOMICO: Boston Scientific S.p.a. LOTTO 11

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Manovrabilità e tenuta della curva (valutazione su campionatura)	15	0,80	0,75	0,70	11,25
2	Disponibilità diversi diametri distali di apertura del catetere: Indicare il numero di diametri disponibili. (numero assoluto) (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.iesimo/V.max)*Pmax			10,00
3	Presenza di comando di apertura delle spline sul manipolo (SI: 15 punti- NO: 0 punti)	15	15,00			15,00
4	Presenza di marcatore radiopaco sulla punta distale dell'introduttore (SI: 15 punti- NO: 0 punti)	15	15,00			15,00
5	Disponibilità di spline multielettrodiche tipo basket (SI: 15 punti- NO: 0 punti)	15	15,00			15,00
6	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'uso del/i dispositivo/i (relazionare)	10	1,00	1,00	1,00	10,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			76,25

2 V.iesimo= 1 giorno; V.min=1 giorno

M.B.



OPERATORE ECONOMICO: Violatech S.r.l. LOTTO 12

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Manovrabilità (valutazione su campionatura)	25	0,80	0,80	0,90	20,83
2	Presenza di Marker radiopachi in punta e lungo il corpo (SI: 20 punti- NO: 0 punti)	20	20,00			20,00
3	Caratteristiche dei materiali (relazionare)	25	1,00	1,00	1,00	25,00
4	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			10,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			75,83

4 V.iesimo= 2 giorni; V.min=2 giorni

MB

MB



OPERATORE ECONOMICO: Johnson & Johnson Medical S.p.a. LOTTO 13

CRITERI QUALITA'	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
		A.F.	A.P.	M.B.	
1 Manovrabilità e tenuta della curva (valutazione su campionatura)	15	0,75	0,75	0,75	11,25
2 Possibilità di Integrazione con sistemi di Imaging	15	1,00	1,00	1,00	15,00
3 Sensore magnetico integrato negli elettrocateretri (SI : 10 punti - NO 0 punti)	10	10,00			10,00
4 Compatibilità del sistema con elettrocateretri di altri produttori (SI 10 punti- NO 0 punti)	10	10,00			10,00
5 Qualità registrazione del segnale (relazionare)	10	1,00	1,00	1,00	10,00
6 Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'uso del/i dispositivo/i (relazionare)	10	1,00	1,00	1,00	10,00
7 Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			3,33
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE	80				
TOTALE					69,58

2 Capacità di integrazione intraoperatoria con eco intracardiaco; capacità di integrazione con TC ed RMN

5 Offerta di cateteri mappanti ad alta densità capaci di ricostruzione elettroanatomica di precisione

6 Le ore e il programma di formazione risultano ben definiti e strutturati

7 V.iesimo= 3 giorni; V.min=1 giorni



OPERATORE ECONOMICO: Abbott Medical Italia S.r.l. LOTTO 13

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			A.F.	A.P.	M.B.	
1	Manovrabilità e tenuta della curva (valutazione su campionatura)	15	1,00	1,00	1,00	15,00
2	Possibilità di Integrazione con sistemi di Imaging	15	0,70	0,70	0,80	11,00
3	Sensore magnetico integrato negli elettrocatereteri (SI : 10 punti - NO 0 punti)	10	10,00			10,00
4	Compatibilità del sistema con elettrocatereteri di altri produttori (SI 10 punti- NO 0 punti)	10	10,00			10,00
5	Qualità registrazione del segnale (relazionare)	10	1,00	1,00	1,00	10,00
6	Organizzazione e numero ore messe a disposizione per programma di formazione e informazione presso i Reparti della ASL sull'uso del/i dispositivo/i (relazionare)	10	0,70	0,70	0,70	7,00
7	Tempi di approvvigionamento per la fornitura rispetto a quanto indicato all'art. 8 del CSA (10 giorni) - Indicare in numero assoluto espresso in giorni il tempo di consegna. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0)	10	Q - (V.min/V.iesimo)*Pmax			10,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		80				
			TOTALE			73,00

2 Capacità di integrazione con TC ed RMN

5 Offerta di cateteri mappanti ad alta densità capaci di ricostruzione elettroanatomica di precisione

6 Le ore e il programma di formazione risultano ben definiti e strutturati

7 V.iesimo= 1 giorni; V.min=1 giorni



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3, DEL CODICE, VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ELETTROFISIOLOGIA PER LA U.O.C. CARDIOLOGIA P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI, PER LA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI ED UN IMPORTO A BASE DI GARA PARI AD € 1.523.400,00, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 223/C.S./2023 DEL 21/08/2023 – PARZIALMENTE MODIFICATA CON ATTO DELIBERATIVO n. N. 378/C.S./2023 DEL 04/10/2023 NUMERO GARA 9265540.

VERBALE COMMISSIONE n. 5
(seduta pubblica e seduta riservata)

Il giorno **26 febbraio 2024 alle ore 10:00**, si riunisce, presso la sala medici di Cardiologia del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, in seduta pubblica virtuale, la Commissione tecnica giudicatrice per la comunicazione agli operatori economici delle risultanze dei lavori di esame e valutazione delle offerte tecniche, si specifica che il Presidente è collegato in remoto tramite piattaforma Microsoft Teams.

Presente il Dott. Alessandro Mancini, con i compiti di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Visti e richiamati i verbali richiamati i verbali del 13 dicembre 2023, 08 – 25 gennaio 2024 e 12 febbraio 2024, il Presidente, alle ore 10:15, ha attivato il collegamento sulla Piattaforma ed ha formalizzato i punteggi tecnici ante riparametrazione (conformemente a quanto risultante dalle schede di valutazione agli atti e allegati ai verbali nn. da 1 a 4 summenzionati) e quelli post riparametrazione (come calcolati dal Sistema su Piattaforma).

Di seguito, quindi, l'elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della gara, di esame delle offerte economiche, con evidenziazione dei relativi punteggi tecnici post riparametrazione, come da riepilogo esportato dalla Piattaforma.

valutazione tecnica	
lotto 1	punteggio
Boston Scientific S.p.a.	80,00
Fiab S.p.a.	59,48
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	65,39
Violatech S.r.l.	58,95

Lotto 2	punteggio
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	80,00

Lotto 3	punteggio
----------------	------------------

 MB 

Boston Scientific S.p.a.	80,00
--------------------------	-------

Lotto 4	punteggio
Medtronic Italia S.p.a.	80,00

Lotto 5	punteggio
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	80,00

Lotto 6	punteggio
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	80,00

Lotto 7	punteggio
Boston Scientific S.p.a.	80,00

Lotto 8	punteggio
Abbott Medical Italia S.r.l.	80,00
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	62,33
Violatech S.r.l.	63,58

Lotto 9	punteggio
M.V.S. S.r.l.	80,00

Lotto 10	punteggio
Abbott Medical Italia S.r.l.	80,00
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	68,09
Violatech S.r.l.	71,23

Lotto 11	punteggio
Boston Scientific S.p.a.	80,00

Lotto 12	punteggio
Violatech S.r.l.	80,00

Lotto 13	punteggio
Abbott Medical Italia S.r.l.	80,00
Johnson & Johnson Medical S.p.a.	76,25

Al termine della predetta comunicazione, il Presidente, quindi, dichiara procedersi all'apertura telematica massiva delle buste/offerte economiche dandone informazione tramite chat ai concorrenti collegati.

La commissione, terminata detta attività, ha comunicato agli operatori economici collegati tramite la chat della Piattaforma:

- di aver proceduto all'apertura della busta economica del lotto da aggiudicare al prezzo più basso,

MB  JAS

in quanto il sistema non permette l'apertura dello stesso da parte del RUP;


- la suddetta offerta verrà trasmessa al RUP per le dovute valutazioni;

Alle ore 11:15, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica virtuale.


In seduta riservata si procede alla valutazione delle offerte economiche, e alla redazione della graduatoria con proposta di aggiudicazione, che verrà trasmessa al RUP, come da prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Alle ore 11:30 il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta riservata.

- o Il Presidente, Dott.ssa Alessandra Ferretti
- o Il Componente, Dott. Alessandro Persi
- o Il Componente, Dott. Marco Bacà
- o Il segretario verbalizzante, Dott. Alessandro Mancini



The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the participants listed in the adjacent list: Alessandra Ferretti, Alessandro Persi, Marco Bacà, and Alessandro Mancini. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.



Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso	offerta
1	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	Aggiudicatario proposto	90,67	80,00	10,67	39.600,00 €	22,22	8.799,12 €	30.800,88 €
1	FIAB	II Classificato	79,48	59,48	20,00	39.600,00 €	41,66	16.497,36 €	23.102,64 €
1	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	III Classificato	72,06	65,39	6,67	39.600,00 €	13,89	5.500,44 €	34.099,56 €
1	VIOLATECH SRL	IV Classificato	62,95	58,95	4,00	39.600,00 €	8,33	3.298,68 €	36.301,32 €
2	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Aggiudicatario proposto	100,00	80,00	20,00	3.000,00 €	20,00	600,00 €	2.400,00 €
3	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	Aggiudicatario proposto	100,00	80,00	20,00	365.200,00 €	5,09	18.588,68 €	346.611,32 €
4	MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	100,00	80,00	20,00	19.200,00 €	0,47	90,24 €	19.109,76 €
5	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Aggiudicatario proposto	100,00	80,00	20,00	120.000,00 €	12,50	15.000,00 €	105.000,00 €
6	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Aggiudicatario proposto	100,00	80,00	20,00	52.000,00 €	0,38	197,60 €	51.802,40 €
7	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	Aggiudicatario proposto	100,00	80,00	20,00	112.000,00 €	3,12	3.494,40 €	108.505,60 €
8	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	83,58	63,58	20,00	11.200,00 €	22,85	2.559,20 €	8.640,80 €
8	Abbott Medical Italia S.r.l.	II Classificato	82,49	80,00	2,49	11.200,00 €	2,85	319,20 €	10.880,80 €
8	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	III Classificato	64,83	62,33	2,50	11.200,00 €	2,86	320,32 €	10.879,68 €
9	M.V.S. S.r.l.	Aggiudicatario proposto	100,00	80,00	20,00	12.800,00 €	1,25	160,00 €	12.640,00 €
10	Abbott Medical Italia S.r.l.	Aggiudicatario proposto	100,00	80,00	20,00	20.800,00 €	23,08	4.800,64 €	15.999,36 €
10	VIOLATECH SRL	II Classificato	73,89	71,23	2,66	20.800,00 €	3,07	638,56 €	20.161,44 €
10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	III Classificato	68,09	68,09	0,00	20.800,00 €	0,00	0,00 €	20.800,00 €
11	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	Aggiudicatario proposto	100,00	80,00	20,00	350.000,00 €	0,71	2.485,00 €	347.515,00 €
12	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	100,00	80,00	20,00	15.000,00 €	24,00	3.600,00 €	11.400,00 €
13	Abbott Medical Italia S.r.l.	Aggiudicatario proposto	99,50	80,00	19,50	377.400,00 €	19,68	74.272,32 €	303.127,68 €
13	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	II Classificato	96,25	76,25	20,00	377.400,00 €	20,18	76.159,32 €	301.240,68 €

MR

