

ELENCO STRUMENTI- all. 2.3

STRUMENTI DIRTY ROOM	DIMENSIONI (in cm: LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA)	
N.2 Frigoriferi +4°C sottopiano	si rimanda al CSA	LOTTO 1
N.1 Ultracongelatore -80°C	si rimanda al CSA	LOTTO 1
N.1 Congelatore -20°C NO FROST a colonna	si rimanda al CSA	LOTTO 1
N.1 Postazione PC con stampante a colori	non sono previste dimensioni specifiche per la postazione PC. Si precisa che la postazione PC NON include il personal computer.	LOTTO 1
N.1 Termociclatore	44,0x25,0x20,0	NON RIENTRA IN GARA
N.1 Preparatore automatico NGS.	75,0x75,0x65,0	NON RIENTRA IN GARA
N.1 Sequenziatore.	49,5x64,8x44,2	NON RIENTRA IN GARA
N.2 Centrifughe da banco (1 per Eppendorf a vari V ed 1 per plate).	20,5x23,0x13,0 (cadauna)	NON RIENTRANO IN GARA
N.2 Sequenziatori NGS ad elevata processività.	1°: 69,0x57,0x53,0; 2°: 54,0x69,0x58,0	NON RIENTRANO IN GARA
N. 1 Real-Time PCR.	50,0x46,0x42,0	NON RIENTRA IN GARA
N.2 Cappe da banco per PCR munite di UV.	69,0x53,5x55,5 (cadauna)	NON RIENTRANO IN GARA
N.1 Vortex.	12,8x16,0x14,5	NON RIENTRA IN GARA
N.1 NANOSTRING.	2 moduli da 65,0x65,0x65,0 ciascuno	NON RIENTRA IN GARA

STRUMENTI FISH + PCR ROOM	DIMENSIONI (in cm: LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA)	
N.2 Frigoriferi +4°C sottopiano	si rimanda al CSA	LOTTO 1
N.2 Sistemi semiautomatici per proteolisi, denaturazione ed ibridazione.	22,5x42,0x14,3 (cadauno)	NON RIENTRANO IN GARA
N.1 Stufetta da laboratorio - capacità pari a circa 30 litri.	64,0x56,5x82,0	LOTTO 2
N.2 Bagni termostatati.	33,0x18,0x45,0 (cadauno)	NON RIENTRANO

ELENCO STRUMENTI- all. 2.3

		IN GARA
N.1 Real-Time PCR.	50,0x46,0x42,0	NON RIENTRA IN GARA
N.1 Termociclatore.	44,0x25,0x20,0	NON RIENTRA IN GARA
N.2 Cappe da banco per PCR munite di UV.	69,0x53,5x55,5 (cadauna)	NON RIENTRANO IN GARA
N.1 Vortex.	12,8x16,0x14,5	NON RIENTRA IN GARA
N.1 Centrifuga da banco per Eppendorf a vari V.	19,0x23,5x12,5	NON RIENTRA IN GARA
N.1 Congelatore -20°C NO FROST a colonna	si rimanda al CSA	LOTTO 1
N.1 Microscopio a Fluorescenza.	32,0x50,0x51,0	NON RIENTRA IN GARA
N.1 Sistema di elettroforesi automatizzato per il QC degli Acidi Nucleici.	40,0x31,0x31,0	NON RIENTRA IN GARA

STRUMENTI ESTRAZIONE ROOM	DIMENSIONI (in cm: LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA)	
N.1 Congelatore -20°C NO FROST a colonna	si rimanda al CSA	LOTTO 1
N.1 Autoclave da banco - capacità pari a circa 20 litri.	50,0x60,0x40,0	LOTTO 2
N.2 Estrattori	76,0x70,0x77,0 (cadauno)	
N.1 Termoblocco riscaldante munito di agitazione a due blocchi	25,0x25,0x15,0	LOTTO 2
N.2 Centrifughe da banco entrambe refrigerate (1 per Eppendorf a vari V ed 1 per Falcon a vari V).	72,0x78,0x40,0 (cadauna)	NON RIENTRANO IN GARA
N.2 Frigoriferi +4°C sottopiano	si rimanda al CSA	LOTTO 1
N.1 SPETTROFOTOMETRO UV-Vis MICROVOLUME	20,0x25,4x32,3	LOTTO 2
N.1 Cappa da banco per PCR munita di UV	69,0x53,5x55,5	NON RIENTRA IN GARA
N.1 Termociclatore	44,0x25,0x20,0	NON RIENTRA IN GARA
N.1 Produttore di ghiaccio granulare –	45,0x62,0x68,0	LOTTO 2

ELENCO STRUMENTI- all. 2.3

capacità di produzione non superiore ai 40 kg/24h.		
N. 1 Cappa a Flusso Laminare	si rimanda al CSA	LOTTO 1

GENERALE (IMPORTANTE): Sistema di monitoraggio delle temperature per frigoriferi e congelatori (predisposizione sui banchi in presenza di macchine sottopiano).

NOTA BENE:

GLI STRUMENTI EVIDENZIATI IN GRIGIO NON SONO OGGETTO DELLA PRESENTE GARA E SONO STATI INSERITI NEL PRESENTE ELENCO PERCHÉ NELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ TENERE CONTO CHE GLI ARREDI OFFERTI DOVRANNO OSPITARE TUTTA LA STRUMENTAZIONE SOPRA INDICATA E PER CONSENTIRE AI CONCORRENTI DI VALUTARE LE DIMENSIONI DEGLI STESSI PER GLI ALLACCI DELLE UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE, ETC.).

PER LE MEDESIME FINALITÀ, SONO ALTRESÌ INDICATI NELL'ELENCO DI CUI SOPRA GLI STRUMENTI DI CUI AL LOTTO 2 DELLA PRESENTE GARA, EVIDENZIATA IN VIOLA.

DUNQUE SOLTANTO GLI STRUMENTI **NON** EVIDENZIATI SONO OGGETTO DELLA FORNITURA DI CUI **AL LOTTO 1 DELLA PRESENTE GARA.**