

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK DI UN PROCESSATORE AUTOMATICO DI TESSUTI ISTOLOGICI, RELATIVI REAGENTI E CONSUMABILI, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI RIETI, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.

VERBALE n. 2 – VALUTAZIONE BUSTA TECNICA ED ECONOMICA

Il giorno **5 marzo 2024**, alle ore **09.00** presso la sede della U.O.C. Acquisizione Logistica dei Beni e Servizi della ASL di Rieti, ivi in Via del Terminillo n. 42 – Blocco 2, si è riunita in seduta pubblica virtuale la Commissione Tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica inerente la procedura in epigrafe.

La Commissione Tecnica, nominata con Deliberazione 213/CS/2023 del 27/02/2024, risulta così composta:

- Presidente:** **Dott. Alessandro Spagnoli**, Dirigente Medico
in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica
- Componente:** **Dott.ssa Patrizia Rovere**, Dirigente Medico
in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica
- Componente:** **Dott.ssa Annarita Emili**, Tecnico di Laboratorio Biomedico
in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica

Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate dalla Dott.ssa Elisabetta Rosati, Collaboratore Amministrativo CAT. D, in servizio presso la U.O.C. A.L.B.S. della ASL di Rieti.

Il Presidente, constatata la regolarità della Commissione Tecnica, procede alle operazioni di collegamento telematico sulla Piattaforma S.TEL.LA.

Alle ore 09.08 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica virtuale, da tenersi attraverso il Portale S.TEL.LA. secondo le modalità disciplinate dai Manuali operativi forniti dalla Piattaforma medesima. La Commissione prende atto dell'unica offerta ammessa alla presente fase come da prospetto di seguito descritto:

Ragione Sociale	Registro di Sistema
Diapath s.p.a.	PI012679-24

La Commissione effettua, per l'unico O.E. partecipante (n.1) sopra descritto, l'estrazione dei documenti presenti all'interno dell'Offerta tecnica, l'esame e la verifica di conformità degli stessi rispetto a quanto indicato negli atti di gara.

Alle ore 09.24 il presidente dà atto che le operazioni di estrazione dei documenti presenti all'interno della busta tecnica telematica, sono state completate e dichiarando chiusa alle ore 09.24 la seduta pubblica virtuale, dà avvio alla seduta riservata per la valutazione del contenuto documentale della busta tecnica dell'unico operatore economico offerente.

All'esito della suddetta valutazione, si dà atto del punteggio tecnico ottenuto dall'operatore economico Diapath S.p.A., indicato e dettagliato nella scheda sotto riportata:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	punti max	punti T max	punti Q max	punti D max
1	CARATTERISTICHE TECNICHE				
1.1	Frequenza e affidabilità dei processi di autodiagnosi dello strumento a salvaguardia dei campioni da processare (relazionare)	10		/	10
1.2	Affidabilità del sistema di identificazione dei reagenti (relazionare)	5		/	5
1.3	Sistema di gestione della paraffina esausta a circuito chiuso con scarico in tanica dedicata e tracciata dal sistema (si 5 punti; no 0 punti)	5	5	/	
1.4	Reagente a basso livello di tossicità alternativo allo xilene, lemon-free, con marcatura CE-IVD privo del pittogramma di sicurezza GSH08 (si 15 punti; no 0 punti)- <u>allegare scheda tecnica</u>	15	15	/	
1.5	Possibilità di impostare il reagente di sicurezza ad ogni step di processazione, per ciascun protocollo, in caso di arresto della corrente elettrica (relazionare)	5		/	5
1.6	Processatore con reagenti dedicati allo strumento forniti in taniche precaricate che azzerano il contatto dell'operatore con ogni tipo di reagente, sia in fase di carico che di scarico (si 5 punti; no 0 punti)	5	5	/	
1.7	Affidabilità dei sistemi di sicurezza presenti sullo strumento al fine di tracciare le attività dell'operatore e per verificare la corretta chiusura del vano reagenti e della camera di processazione (relazionare)	5		/	5
1.8	Capacità del sistema di ridurre la suscettibilità del processatore alle impurità o corpi estranei riducendo il rischio di blocchi di funzionamento del sistema idraulico (relazionare)	10		/	10
1.9	Dimensioni del sistema non superiori a 700x750 mm (LxP) (indicare in modo preciso le dimensioni) (Si 10 punti; no 0 punti)	10	10	/	
	TOTALE	70			

La Commissione procede al calcolo del punteggio tecnico attribuito all'operatore economico Diapath S.p.A., come di seguito indicato:

Operatore economico	Punteggio tecnico
Diapath S.p.A.	70

Rilevato quanto sopra, la Commissione ammette l'operatore economico Diapath S.p.A., alla fase successiva della gara, ed alle ore 10.17 procede alla comunicazione dell'esito della valutazione della busta tecnica, informando lo stesso di procedere all'apertura della Busta Economica e successivo download della documentazione ivi presente in seduta pubblica virtuale alle ore 10.40.

La commissione procede dunque, alle ore 10.40, con l'esame e la valutazione dell'offerta economica dell'unico O.E. concorrente, ammesso a tal fase di gara, le cui risultanze si riportano nel seguente prospetto:

Operatore Economico	Punteggio economico
Diapath S.p.A.	30

Dalla sommatoria del punteggio tecnico e quello economico attribuito dalla Commissione, all'esito delle valutazioni, il punteggio complessivo ottenuto dall'unico concorrente alla procedura di che trattasi, è indicato nella tabella di sintesi sotto riportata che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Operatore Economico	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
Diapath S.p.A.	70	30	100

La Commissione ritenuto di aver completato il proprio mandato chiude i lavori e decide di trasmettere al RUP i relativi verbali ai fini dei successivi adempimenti.

Nulla altro da aggiungere, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11.04.

L.C.S.


Presidente
Dott. Alessandro Spagnoli



Componente
Dott.ssa Patrizia Rovere



Componente
Dott.ssa Annarita Emili



Segretario verbalizzante
Dott.ssa Elisabetta Rosati

