

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it

www.asl.rieti.it - C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK DI STRUMENTI E CONSUMABILI STAMPA, COLORAZIONE E MONTAGGIO (LOTTO 1) E STRUMENTI PER CRITOTOMIA ED INCLUSIONE (LOTTO 2), PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI RIETI, PER UN PERIODO DI 48 (QUARANTOTTO) MESI. IMPORTO A BASE DI GARA PARI A € 695.000,00 (OLTRE 22% IVA).

LOTTO1, € 610.000,00 – CIG: B315C13FEC. LOTTO2, € 85.000,00 – CIG: B315C140C4.

Id. Bando sul S.Tel.La.: n. PI171022-24 di Registro di Sistema

VERBALE n. 1 – VALUTAZIONE BUSTA TECNICA ED ECONOMICA

Il giorno **09 dicembre 2024**, alle ore 09.00 presso la sede della U.O.C. Acquisizione Logistica dei Beni e Servizi della ASL di Rieti, ivi in Via del Terminillo n. 42 – Blocco 2, si è riunita in seduta pubblica virtuale la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche inerenti la procedura in epigrafe.

La Commissione Tecnica, nominata con Deliberazione n. 2657/CS/2023 del 13/11/2024, risulta così composta:

Presidente: **Dott. Alessandro Spagnoli, Dirigente Medico
in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica**

Componente: **Dott.ssa Elena Giannini, Dirigente Medico
in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica**

Componente: **Dott.ssa Annarita Emili, Tecnico di Laboratorio Biomedico
in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica**

Con la stessa Delibera, preso atto del nominativo dell'unico concorrente in gara, i componenti rendono le dichiarazioni relative all'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, astensione e di conflitti di interesse.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate dal Dott. Luca Persico, Assistente Amministrativo Cat. C, in servizio presso la U.O.C. A.L.B.S. della ASL di Rieti.

Il Presidente, constatata la regolarità della Commissione Giudicatrice, procede alle operazioni di collegamento telematico sulla Piattaforma S.TEL.LA.

Alle ore 09.14 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica virtuale, da tenersi attraverso il Portale S.TEL.LA. secondo le modalità disciplinate dai Manuali operativi forniti dalla Piattaforma medesima.

La Commissione prende atto dell'unica offerta ammessa alla presente fase come da prospetto di seguito descritto:

LOTTO	CIG	DESCRIZIONE	OFFERTE PERVENUTE	CONCORRENTE
1	B315C13FEC	Noleggio e assistenza tecnica full risk di strumenti e consumabili stampa, colorazione e montaggio	1	Leica Microsystems s.r.l.
2	B315C140C4	Noleggio e assistenza tecnica full risk di strumenti per criotomia ed inclusione	1	Leica Microsystems s.r.l.

La Commissione Giudicatrice effettua, per ogni Lotto, l'estrazione dei documenti presenti all'interno della relativa offerta tecnica e l'esame e la verifica di conformità degli stessi rispetto a quanto indicato negli atti di gara.

Alle ore 09.59 il presidente dà atto che le operazioni di estrazione dei documenti presenti all'interno delle buste tecniche telematiche sono state completate, dichiara chiusa la seduta pubblica virtuale e rimanda a successiva seduta riservata la valutazione del contenuto documentale delle buste tecniche dell'unico operatore economico offerente per entrambi i Lotti.

Il giorno 11/12/2024 alle ore 10.10, la Commissione Giudicatrice si riunisce in seduta pubblica virtuale per terminare la fase di valutazione delle buste tecniche, all'esito della quale, si dà atto del punteggio tecnico ottenuto dall'operatore economico Leica Microsystems s.r.l. per il Lotto 1 e dallo stesso operatore per il Lotto 2, indicato e dettagliato nelle schede sotto riportate:

LOTTO 1

Criteri di valutazione	Criterio	Modalità di assegnazione del punteggio	Punteggio
n°1 sistema integrato e robotizzato per la colorazione e montaggio preparati istologici e citologici			
Presenza di forni riscaldati per la fase di asciugatura/colorazione. (indicare il numero di forni).	Q Modalità Elenco Scelte	≥6 4-5 <4	punti 7 punti 3 punti 0
Presenza di vaschette di acqua corrente ed eventuale possibilità di collegamento con acqua deionizzata di rete (indicare il numero delle vaschette).	Q Modalità Elenco Scelte	≥6 4-5 <4	punti 7 punti 3 punti 0
Numero di stazioni di carico e scarico dei vetrini. (indicare il numero di stazioni).	Q Modalità Elenco Scelte	almeno 5 di carico e 5 di scarico da 3 a 4 di carico e di scarico meno di 3 di carico e di scarico	punti 7 punti 3 punti 0
Montavetrini direttamente collegato al coloratore e di elevata velocità (nessun trasferimento manuale dei cestelli da coloratore al montavetrini) con presenza di due linee di montaggio	T	SI NO	punti 7 punti 0

indipendenti in grado di montare due rack in parallelo.				
Possibilità di stoccaggio dei vetrini montati senza necessità di rimuovere i cestelli (indicare il numero dei vetrini stoccati).	Q Modalità Elenco Scelte	≥250 210-249 <209	punti 5 punti 2 punti 0	5
Sistema di scarto completamente automatico dei vetri rotti, senza alcuna fase di intervento manuale.	T	SI NO	punti 5 punti 0	5
Modalità di avvio automatico dei protocolli di colorazione (riconoscimento automatico del cestello), senza alcun intervento dell'operatore. (indicare il numero di interventi).	Q Modalità Elenco Scelte	avvio totalmente automatico avvio con almeno 1 intervento avvio con più di 2 interventi	punti 7 punti 3 punti 0	7
Presenza di sensore di livello dei reagenti al fine di garantire la copertura totale ed omogenea dei vetrini in colorazione.	T	SI NO	punti 5 punti 0	5
Fornitura di Kit pronti uso per la colorazione H&E con garanzia di standardizzazione e riproducibilità delle colorazioni per almeno 1.500 colorazioni per kit, registrabili sulla strumentazione offerta con tecnologia RFID o similare.	T	SI NO	punti 5 punti 0	5
Fornitura di vetrini coprioggetto e montante dedicati e ottimizzati per la strumentazione offerta, al fine di garantire la corretta e rapida asciugatura post montaggio dei vetrini.	T	SI NO	punti 5 punti 0	5

n°1 stampante per vetrini e n°1 stampante per biocassette

Stampante per biocassette con tecnologia a getto d'inchiostro e fotopolimerizzazione, indelebile, ad asciugatura immediata, e resistente ai solventi utilizzati in processazione.	T	SI NO	punti 3 punti 0	3
Stampante per vetrini dotata di stazione di scarico in grado di alloggiare almeno 110 vetrini.	T	SI NO	punti 2 punti 0	2

Assistenza tecnica full risk e assistenza specialistica

Assistenza tecnica e tempi di intervento (indicare in numero assoluto espresso in ore il tempo di intervento dal momento della richiesta*) (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	Q formula matematica	Q(V.min/V.iesimo)*Pmax	punti 2	2
Formazione del personale (relazionare sulle modalità e tempi con cui verrà erogata la formazione).**	D	Relazionare	punti 3	3

TOTALE **70**

LOTTO 2

Criteri di valutazione	Criterio	Modalità di assegnazione del punteggio		Punteggio
n°1 Criostato per esami su tessuto congelato				
Possibilità di utilizzare più programmi di disinfezione. (Descrivere).**	D	Relazionare	punti 10	10
Spessore delle sezioni da 1 a 600 micron, con regolazione esterna alla camera dei valori di impostazione.	T	SI NO	punti 5 punti 0	5
Rivestimento della superficie esterna con agente antibatterico, per disinfezione efficace delle zone non raggiunte dagli altri sistemi di disinfezione.	T	SI NO	punti 10 punti 0	10
Raffreddamento della criocamera e della testa dell'oggetto mediante due compressori distinti e indipendenti.**	D	Relazionare	punti 5	5
Sistema di aspirazione degli scarti integrato al portalama, utilizzabile anche come accessorio ausiliario di distensione della sezione in fase di taglio.	T	SI NO	punti 10 punti 0	10
Utilizzo a bordo di sacchetti monouso di raccolta delle sezioni di scarto e filtro HEPA per la disinfezione.	T	SI NO	punti 10 punti 0	10
Sistema di sbrinamento programmabile, automatico o manuale, con sistema di sicurezza con interruzione automatica del ciclo di disinfezione all'apertura della criocamera.**	D	Relazionare	punti 5	5
n°1 Centralina d'inclusione modulare				
Unità dispensatrice con possibilità di regolare in maniera indipendente la temperatura del bagno di paraffina, dell'area di lavoro e delle vaschette removibili.**	D	Relazionare	punti 3	3
Piastra fredda con temperatura fissa ed autoregolata così da garantire la solidificazione uniforme della paraffina.	T	SI NO	punti 7 punti 0	7
Assistenza tecnica full risk e assistenza specialistica				
Assistenza tecnica e tempi di intervento (indicare in numero assoluto espresso in ore il tempo di intervento dal momento della richiesta* (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y, verrà attribuito un punteggio pari a 0)	Q formula matematica	Q (V.min/V.iesimo)* Pmax	punti 3	3
Formazione del personale (relazionare sulle modalità e tempi con cui verrà erogata la formazione).**	D	Relazionare	punti 2	2

La Commissione procede al calcolo del punteggio tecnico attribuito all'operatore economico Leica Microsystems s.r.l., per ogni Lotto, come di seguito indicato:

Lotto	Operatore economico	Punteggio Tecnico
1	Leica Microsystems s.r.l.	70
2	Leica Microsystems s.r.l.	70

Rilevato quanto sopra, la Commissione ammette, per ogni lotto, l'operatore economico Leica Microsystems s.r.l., alla fase successiva della gara e procede alle ore 11:05 all'apertura della Busta Economica e successivo download della documentazione ivi presente in seduta pubblica virtuale. La commissione procede dunque, con l'esame e la valutazione dell'offerta economica dell'unico O.E. concorrente, ammesso a tale fase di gara, le cui risultanze si riportano nel seguente prospetto:

Lotto	Operatore economico	Offerta Economica	Punteggio Economico
1	Leica Microsystems s.r.l.	383.960,94 €	30
2	Leica Microsystems s.r.l.	66.549,32 €	30

Dalla sommatoria del punteggio tecnico e quello economico attribuito dalla Commissione, all'esito delle valutazioni, il punteggio complessivo ottenuto dall'unico concorrente alla procedura di che trattasi, è indicato nella tabella di sintesi sotto riportata che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.


Lotto	Operatore Economico	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
1	Leica Microsystems s.r.l.	70	30	100
2	Leica Microsystems s.r.l.	70	30	100

La Commissione ritenuto di aver completato il proprio mandato chiude i lavori e decide di trasmettere al RUP i relativi verbali ai fini dei successivi adempimenti.


Nulla altro da aggiungere, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11.45.

L.C.S.


Presidente
Dott. Alessandro Spagnoli



Componente
Dott.ssa Elena Giannini



Componente
Dott.ssa Annarita Emili



Segretario verbalizzante
Dott. Luca Persico

