



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL RISK DI UN SISTEMA PER L'ESECUZIONE DI ANALISI RELATIVE A MARCATORI BIOMOLECOLARI PROGNOSTICO-PREDITTIVI NELLE PATOLOGIE TUMORALI E RELATIVI CONSUMABILI E DI KIT DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI TEST MOLECOLARI MEDIANTE TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE ESTRATTIVA E DI IBRIDAZIONE IN SITU FLUORESCENTE (FISH) PER LA DIAGNOSI, LA CLASSIFICAZIONE, LA PROGNOSI E LA SCELTA DELL'ITER TERAPEUTICO IN PAZIENTI ONCOLOGICI.

Rif. Bando n. PI170340-24 di Registro di Sistema S.Tel.La.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno **18 (diciotto) marzo 2025 alle ore 09:00**, presso la sala gare dell'U.O.C. ALBS dell'ASL Rieti, sita in Rieti, Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – piano terra,

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 883/C.S./2024 del 16.09.2024 è stata indetta “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, suddivisa in due lotti, per la fornitura in noleggio full risk di un sistema per l'esecuzione di analisi relative a marcatori biomolecolari prognostico-predittivi nelle patologie tumorali e relativi consumabili e di Kit diagnostici per l'esecuzione di test molecolari mediante tecniche di Biologia Molecolare estrattiva (Lotto 1) e di un sistema per l'esecuzione di analisi relative a marcatori biomolecolari prognostico-predittivi nelle patologie tumorali e relativi consumabili e di Kit diagnostici per l'esecuzione di test molecolari mediante tecniche di Ibridazione In Situ Fluorescente (FISH) per la diagnosi, la classificazione e la scelta dell'iter terapeutico in pazienti oncologici (Lotto 2), per le esigenze della U.O.C. Anatomia patologica del P.O. di Rieti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, più eventuali ulteriori 24 mesi di rinnovo. Importo a base di gara pari a € 1.131.000,00 (al netto dell'IVA)”, approvandone i relativi atti di gara;
- con il medesimo atto, sono stati individuati:
 - quale Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Barbara Barattelli, Collaboratore Amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Logistica di Beni e Servizi;
 - quale Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara, Dott. Fabrizio Liberati – Direttore della U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. di Rieti;
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 19/09/2024 nell'edizione S: 183/2024 - numero dell'avviso 564717-2024, nonché sul PVL/ANAC in data 20/09/2024 nr. 77efb7c0-910b-43fd-ac70-70f7d9b8f99de e sul sito istituzionale dell'Azienda alla sezione “Amministrazione trasparente”;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio con Registro di Sistema n. PI170340-24;

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 24/10/2024 ore 12:00;
- entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 2 (due) operatori economici, agli atti del Fasciolo telematico del S.TEL.LA., come da seguente prospetto:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Data ricezione
DIATECH PHARMACOGENETICS SRL	02483840423	IT02483840423	1	PI194390-24	18/10/2024 13:49:36
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	IT06754140157	2	PI197167-24	23/10/2024 11:35:20

- dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, quindi, con atto deliberativo n. 255/C.S./2025 del 27/02/2025, sono stati nominati la commissione giudicatrice ed il seggio di gara, così composti:

la commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Patrizia Rovere, Dirigente medico in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica – ASL Rieti (Presidente);
- Dott. Fabrizio Liberati, Direttore della U.O.C. Anatomia Patologica – ASL Rieti (Commissario);
- Dott.ssa Cecilia Caprera, Biologa categoria D, in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica – ASL Rieti (Commissario);

a supporto tecnico amministrativo della quale è stata nominata, quale amministrativo preposto alle funzioni di supporto e di segretario verbalizzante senza diritto di voto, la Dott.ssa Eleonora Franceschini, dipendente in forza alla U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;

il seggio di gara:

- Dott.ssa Barbara Barattelli, Collaboratore Amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Logistica Beni e Servizi, nella qualità di RUP/Presidente;
- Dott.ssa Roberta Teodori, Responsabile della U.O.C. Acquisizione Logistica Beni e Servizi, in qualità di Testimone;
- Dott.ssa Eleonora Franceschini, Collaboratore Amministrativo – categoria D, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Logistica Beni e Servizi, in qualità di componente con funzioni di Testimone verbalizzante;

DATO ATTO che:

- il Presidente ed i Componenti della Commissione nonché il segretario verbalizzante senza diritto di voto hanno reso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di conflitto di interessi e di inconferibilità, conservate agli atti;
- in data 10/03/2025 giusto ricorso all'inversione procedimentale per la presente procedura di gara, il RUP ha convocato la Commissione giudicatrice per la data del 18/03/2025 ore 09:00 per procedere all'apertura delle Buste Tecniche del Lotto 1 e del Lotto 2, dandone, altresì, avviso agli Operatori economici tramite la Piattaforma in data 12/03/2025;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c. 2 del Codice ("Trasparenza dei contratti pubblici"), la predetta delibera unitamente ai curricula dei commissari è stata pubblicata sul sito istituzionale di Questa ASL alla sezione *Amministrazione Trasparente* – sottosezione *Bandi di Gara e Contratti* – sotto-sottosezione *Composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti*;

tutto quanto su premesso,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

nel giorno e nell'ora predetti, ha constatato la regolare costituzione della Commissione giudicatrice, nominata con l'atto deliberativo n. 255/CS/2025 del 27/02/2025, come di seguito riepilogata:

- Dott.ssa Patrizia Rovere, Dirigente medico in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica – ASL Rieti (Presidente);
- Dott. Fabrizio Liberati, Direttore della U.O.C. Anatomia Patologica – ASL Rieti (Commissario);
- Dott.ssa Cecilia Caprera, Biologa categoria D, in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica – ASL Rieti (Commissario);


Il Presidente ha dato, altresì, atto della presenza della Dott.ssa Katia Pezzotti, collaboratore amministrativo categoria D, in servizio presso la UOC ALBS, nelle funzioni e con i compiti di segretario verbalizzante senza diritto di voto, in sostituzione della Dott.ssa Eleonora Franceschini, assente dal servizio.

Ha dato la propria presenza anche il RUP, Dott.ssa Barbara Barattelli, ma ciò solo al fine di consentire alla Commissione Tecnica di accedere telematicamente alla "Valutazione delle Offerte Tecniche" del Lotti 1 e 2, giusto ricorso all'inversione procedimentale per la presente gara ex art. 107 c. 3 del codice. Per quanto sopra, infatti, il RUP, alle ore 09:02, si è collegato alla Piattaforma di e-Procurement S.TEL.LA ed ha provveduto ad aprire le buste amministrative di ciascun concorrente senza procedere alla relativa valutazione della documentazione ivi contenuta, ex art. 107 c. 3 del codice, così che tutti i concorrenti sono risultati ammessi con riserva alla fase successiva.

Conclusa l'attività telematica su descritta alle ore 09:04, il RUP ha lasciato la sala gare lasciando la Commissione ai propri lavori.

A questo punto il Presidente si è collegato alla Piattaforma di e-Procurement S.TEL.LA alle ore 09:04 circa ha aperto la seduta pubblica virtuale e, di seguito, ha dato comunicazione, tramite la *chat* di Sistema, agli OO.EE. collegati della formale apertura della seduta pubblica virtuale per l'espletamento delle attività di apertura delle BUSTE TECNICHE presenti a Sistema per entrambi i Lotti messi a gara. Quindi, alle ore 09:16, il Presidente ha dato avvio alle operazioni telematiche di apertura delle BUSTE TECNICHE.

Alle ore 09:22, il Presidente, aperta nuova conversazione sulla *chat* di Sistema, ha dato conto agli OO.EE. collegati della avvenuta apertura delle Buste Tecniche delle ditte partecipanti a ciascun Lotto e della estrazione *download* dei documenti firmati digitalmente ivi contenuti.

The block contains three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive signature. The middle signature is also cursive and appears to be 'PR'. The signature on the right is a simple, bold, stylized mark.

La Commissione ha, inoltre, comunicato la prosecuzione dei lavori di esame, verifica e valutazione delle offerte in seduta riservata, invitando, tuttavia, le imprese collegate a rimanere connesse al Sistema per eventuali successive comunicazioni *in die*.

La seduta pubblica virtuale è stata, quindi, chiusa.

A questo punto, senza soluzione di continuità, in seduta riservata, la Commissione ha esaminato le offerte tecniche presentate dai partecipanti di ciascun lotto, DIATECH PHARMACOGENETICS SRL per il lotto 1 e BIO-OPTICA MILANO SPA per il lotto 2, facendo, innanzitutto, confronto tra la documentazione tecnica dei prodotti offerti da ciascuna ditta e il Capitolato Tecnico sub REQUISITI DI MINIMA di ciascun lotto.

Atteso che i parametri o le caratteristiche indicate come 'Requisito Minimo' stanno ad indicare l'obbligo al pieno soddisfacimento del vincolo stesso per i prodotti previsti nel medesimo lotto, necessario alla partecipazione alla gara di talchè l'offerta, per la quale si valuti il non reale soddisfacimento anche ad uno solo dei requisiti minimi indicati, deve essere esclusa dalla gara, la Commissione ha valutato, in via preliminare, come segue la REGOLARITÀ /IRREGOLARITÀ delle offerte:


Ragione Sociale	Lotti Offerti	Offerta Tecnica Registro di Sistema	Data ricezione	Verifica conformità ai Requisiti di Minima	Valutazione
DIATECH PHARMACOGENETICS SRL	1	PI194390-24	18/10/2024 13:49:36	positiva	Offerta regolare
BIO-OPTICA MILANO SPA	2	PI197167-24	23/10/2024 11:35:20	positiva	Offerta regolare

Dopodichè, la Commissione ha proceduto alla valutazione di ciascuna offerta tecnica per Lotto, sulla base dei criteri riportati nella Tabella/Griglia di valutazione di gara (cfr. con riferimento al Lotto 1, pagg. 39-41 del Dichiinare di gara; cfr. con riferimento al Lotto 2, pag. 42 del Dichiinare di gara), i cui esiti sono riportati dettagliatamente nelle SCHEDE DI VALUTAZIONE allegate al presente verbale (All. 1 e All. 2), parte integrante e sostanziale dello stesso.

Di seguito, i Punteggi Tecnici Finali riportati da ciascun concorrente per Lotto, entrambi superiori alla soglia di sbarramento di 35/70:

Ragione Sociale	Lotti Offerti	Offerta Tecnica Registro di Sistema	Data ricezione	PT tot. Ante riparametrazione	PT tot. Riparametrazione
DIATECH PHARMACOGENETICS SRL	1	PI194390-24	18/10/2024 13:49:36	67	70
BIO-OPTICA MILANO SPA	2	PI197167-24	23/10/2024 11:35:20	69	70

A questo punto, avendo la Commissione ritenuto opportuno e necessario riconvocare, in seduta pubblica, in data odierna, i concorrenti, onde dare loro comunicazione delle risultanze della fase valutativa tecnica e aprire le buste economiche, a vantaggio della tempistica procedurale, il Presidente ha mandato al segretario di darne tempestiva doverosa comunicazione al RUP.



Alle ore 12:45, dato atto della avvenuta comunicazione agli OO.EE. della ri-convocazione, in data odierna, della nuova seduta pubblica per la comunicazione ai concorrenti delle risultanze di fase e per procedere alla apertura delle BUSTE ECONOMICHE (salvo altro), il Presidente, alle ore 12:49, si è collegato alla Piattaforma, ha aperto nuova seduta pubblica e cristallizzato sulla Piattaforma i Punteggi Tecnici Totali *ante* e *post* riparametrazione delle Offerte di entrambi i Lotti messi a gara, così da renderli ostensibili ai concorrenti collegati al Sistema.

Alle ore 12:53, la Commissione ha proceduto all'apertura delle BUSTE ECONOMICHE ed alla estrazione *download* dei documenti ivi presenti.

Fatto esame di ciascuna offerta per ciascun lotto messo a gara, è risultato quanto segue:

Ragione Sociale	Lotti Offerti	Offerta Tecnica Registro di Sistema	Data ricezione	Conformità alla lex specialis	Valore totale offerto (€)	% di ribasso sulla base d'asta	PE
DIATECH PHARMACOGENETICS SRL	1	PI194390-24	18/10/2024 13:49:36	SÌ	1.048.492,29 €	0,14%	30
BIO-OPTICA MILANO SPA	2	PI197167-24	23/10/2024 11:35:20	SÌ	80.140,08 €	1,06%	30

E così conclusivamente:

Ragione Sociale	Lotti Offerti	Registro di Sistema	PT riparametrato	PE	P Totale	Rank
DIATECH PHARMACOGENETICS SRL	1	PI194390-24	70	30	100	1 ^a class. Aggiudicatario proposto
BIO-OPTICA MILANO SPA	2	PI197167-24	70	30	100	1 ^a class. Aggiudicatario proposto

Il Presidente, quindi, alle ore 13:44 circa, ha comunicato ai concorrenti, via *chat* di Sistema, le dette risultanze e, alle ore 13:49, ha chiuso la seduta, mandando al segretario di trasmettere il presente verbale al RUP, per gli adempimenti di competenza.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato, è stato sottoscritto dalla Commissione giudicatrice nel modo che segue:

Il Presidente, Dott.ssa Patrizia Rovere

Patrizia Rovere

Il Componente, Dott. Fabrizio Liberati

Fabrizio Liberati

Il Componente, Dott.ssa Cecilia Caprera

Cecilia Caprera

Il segretario verbalizzante, Dott.ssa Katia Pezzotti

Katia Pezzotti

Il RUP, Dott.ssa Barbara Barattelli

Barbara Barattelli

DIATECH PHARMACOGENETICS SRL										
LOTTO 1	ID criterio	DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE	Criterio	Punteggio MAX	R.P.	C.C.	L.F.	Data/Valore/Media	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	TIPO CRITERIO
1		Fornitura di sistemi di analisi del dato per uso in vitro diagnostico in "locale", senza necessità di condivisione dei dati in cloud o su server esterni alla struttura ospedaliera	T	7					7	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
2		Software CE-IVDR di analisi del dato real time PCR che garantisca in una unica soluzione la possibilità di interpretazione automatica del dato e l'analisi delle curve di reazione da parte dell'operatore	T	5					5	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
3		Strumenti NGS aperti all'utilizzo di chimiche di sequenziamento basate su arricchimento tramite ampliconi e ibridazione di sonde molecolari	T	7					7	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
4		Sequenziamento con tecnologia sequencing by synthesis (SBS) su rivelazione di luce con fluorocromi	T	10					10	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
5		Piattaforma di sequenziamento ad alta processività in grado di garantire una produttività di 120 Gb e 400 milioni di reads e validata per uso in vitro diagnostico	T	7					7,00	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
6		Strumentazione Real Time PCR con possibilità di aggiunta di moduli di lettura ottica (canali) sotto forma di cartucce pronte all'uso senza necessità di intervento esterno	Q	6					3,00	Fino a 4 canali - 3 pt. Fino a 6 canali - 6 pt.
7		Kit real time PCR e pannelli NGS per la ricerca di marcatori genici di primo livello a partire da DNA e RNA, con reagenti in formato liofilo, pronto a all'uso e prealiquotato in strip per una semplice ed immediata gestione del flusso di lavoro	T	10					10,00	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
8		Protocolli per uso in vitro diagnostica dedicati all'estrazione di DNA ed RNA da FFPE	Q	7					7,00	Proc. one step senza automazione di tutti gli step - 3 pt. Proc. one step con automazione di tutti gli step - 7 pt.
9		Presenza dei geni TERT, ESRI e PDGFRA nel pannello NGS di secondo livello	Q	6					6,00	Solo ESRI - pt. 2 ESRI e PDGFRA - pt. 4 ESRI, PDGFRA, TERT- pt. 6
10		Servizio di assistenza bioinformatica in lingua italiana con sede in Italia	T	2					2,00	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
11		Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica	D	3	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	Descrittivo
TOTALE									67,00	

DIATECH PHARMACOGENETICS SRL										
LOTTO 1	ID criterio	DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE	Criterio	Punteggio MAX	R.P.	C.C.	L.F.	Data/Valore/Media	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	TIPO CRITERIO
1		Fornitura di sistemi di analisi del dato per uso in vitro diagnostico in “locale”, senza necessità di condivisione dei dati in cloud o su server esterni alla struttura ospedaliera	T	7					7	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
2		Software CE-IVDR di analisi del dato real time PCR che garantisca in una unica soluzione la possibilità di interpretazione automatica del dato e l’analisi delle curve di reazione da parte dell’operatore	T	5					5	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
3		Strumenti NGS aperti all’utilizzo di chimiche di sequenziamento basate su arricchimento tramite ampliconi e ibridazione di sonde molecolari	T	7					7	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
4		Sequenziamento con tecnologia sequencing by synthesis (SBS) su rivelazione di luce con fluorocromi	T	10					10	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
5		Piattaforma di sequenziamento ad alta processività in grado di garantire una produttività di 120 Gb e 400 milioni di reads e validata per uso in vitro diagnostico	T	7					7,00	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
6		Strumentazione Real Time PCR con possibilità di aggiunta di moduli di lettura ottica (canali) sotto forma di cartucce pronte all’uso senza necessità di intervento esterno	Q	6					3,00	Fino a 4 canali - 3 pt. Fino a 6 canali - 6 pt.
7		Kit real time PCR e pannelli NGS per la ricerca di marcatori genici di primo livello a partire da DNA e RNA, con reagenti in formato liofilo, pronto a all’uso e prealiquotato in strip per una semplice ed immediata gestione del flusso di lavoro	T	10					10,00	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
8		Protocolli per uso in vitro diagnostica dedicati all’estrazione di DNA ed RNA da FFPE	Q	7					7,00	Proc. one step senza automazione di tutti gli step - 3 pt. Proc. one step con automazione di tutti gli step - 7 pt.
9		Presenza dei geni TERT, ESR1 e PDGFRA nel pannello NGS di secondo livello	Q	6					6,00	Solo ESR1 - pt. 2 ESR1 e PDGFRA - pt. 4 ESR1, PDGFRA, TERT- pt. 6
10		Servizio di assistenza bioinformatica in lingua italiana con sede in Italia	T	2					2,00	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
11		Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica	D	3	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	Descrittivo
TOTALE									67,00	

LOTTO 2										
BIO OPTICA MILANO SPA										
ID criterio	DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE	Criterio	Punteggio MAX	R.P.	C.C.	L.F	Dato/Valore/Media	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	TIPO CRITERIO	
1	Certificazione IVD-R delle sonde richieste	Q	10					10,00	N. 1 Sonda - 5 pt. N. 2 Sonde - 10 pt.	
2	Sonde pronto uso	Q	10					10,00	Sonde liofilizzate o da diluire - 2 pt. Sonde pronto uso - 10pt.	
3	Disponibilità di formati ridotti:	Q	15					15,00	Dispon. solo nei formati 20 test - pt. 3 Dispon. solo nei formati 10 test - pt. 7 Dispon. solo nei formati 5 test - pt. 15	
4	Disponibilità di singola sonda in grado di identificare in un unico test le traslocazioni di ALK o l'eventuale inversione con il gene EML4	T	15					15,00	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0	
5	Disponibilità di sonde in grado di indicare il numero di copie del gene HER2/ERBB2 e del cromosoma 17 mediante controllo non centromerico (regione interstiziale del cromosoma 17, non alfa satellite)	T	15					15,00	SI/NO : Se sì=Pmax; no=0	
6	Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica	D	5	0,8	0,8	0,8	0,80	4,00	Descrittivo	
TOTALE								69,00		

