

**Azienda Sanitaria Locale Rieti*****U.O.C. AQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI*****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 150 del 23 GEN. 2019

**Oggetto:** Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Esaote del servizio di fornitura e posa in opera di una sonda LA523 per eco tomografo in uso presso il blocco operatorio del P. O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 3.891,80 IVA 22% inclusa. **CIG:** Z3726C589A

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Estensore

Dott. Scossa Cristian

Firma

Data

18 GEN. 2019

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data

18 GEN. 2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

503030101 AUT. 30/2018

Data

21/01/2019

Firma

  
Dott.ssa Barbara Proietti

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

### IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 1324/D.G. del 15/12/2011 quest'Azienda ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento per sette anni del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature biomediche di proprietà dell'AUSL di Rieti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con deliberazione n. 272/D.G. del 16.06.2014 quest'Azienda ha approvato le risultanze della procedura di gara affidando alla società Elettronica Biomedicale S.r.l. resa efficace con deliberazione n. 420/D.G. del 29.07.2014;
- il 29.08.2014 è stato stipulato il contratto di appalto per l'affidamento per sette anni del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature biomediche di proprietà dell'ASL di Rieti successivamente modificato in data 01.09.2015 con Addendum al Contratto d'Appalto nel rispetto degli obiettivi di spending review;
- con determinazione dirigenziale numero 1823 del 28.09.2018 codesta spettabile azienda ha preso atto della fusione per incorporazione della società Elettronica Bio Medicale S.r.l. nella società Althea Italia S.p.a.;
- presso il blocco operatorio del P.O. di Rieti è in uso monitor eco tomografo MyLab 40 che utilizza sonda modello LA523;

**CONSIDERATO** che:

- per effetto di tale fusione la società Althea Italia S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Elettronica Bio Medicale S.p.a. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 e ss c.c, a far data dal 1° Luglio 2018, ivi compreso quindi il contratto con la ASL di Rieti;
- Le *“attività di manutenzione straordinaria sono ricomprese nei servizi appaltati per la sola parte di prestazioni d'opera relative al personale tecnico della Ditta concorrente”*, come riportato nell' articolo 6.1.3 del capitolato speciale d'appalto;
- Che l' articolo stesso specifica che nella *“sostituzione di parti o moduli componenti restano esclusi dall'Appalto ed a totale carico dell'Azienda appaltante i costi e gli oneri, inerenti tali specifiche attività...”*;

**TENUTO CONTO** che con atto deliberativo n. 1537/D.G. del 22.12.2016 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di staff “Ingegneria Clinica” che comprende il ruolo di D.E.C dei contratti attivi ed da attivare relativi alla fornitura, la gestione e la manutenzione delle tecnologie biomediche aziendali, nonché di supporto alla UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ai fini dell'espletamento delle relative procedure di gara e stipula dei contratti;

**ATTESO** che in data 07.11.2018 l' Ingegneria clinica richiedeva alla ditta l'intervento tecnico di riparazione per le apparecchiature descritte (All.1);

**VISTO** che il giorno 08.11.2018 la ditta è intervenuta, ritirando la sonda in oggetto (All. n. 2);

**Oggetto:** Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Esaote del servizio di fornitura e posa in opera di una sonda LA523 per eco tomografo in uso presso il blocco operatorio del P. O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 3.891,80 IVA 22% inclusa. **CIG:** Z3726C589A

Pag. 3 di 4

**ATTESO** che i danni accidentali non sono ricompresi nel contratto d' appalto risultando, pertanto, come manutenzioni extracanonice;

**VISTI:**

- il preventivo (All. n 3) inviato dalla società Althea Italia S.p.a. (ex Elettronica Bio Medica S.r.l.), per la sostituzione in Exchange della sonda descritta in premessa, al prezzo di € 4.400,00 IVA 22% esclusa;
- il preventivo (all. n. 4) inviato dalla società Esaote, società produttrice della sonda in oggetto, che ammonta ad € 3.190,00 IVA 22% esclusa;

**VISTA** la nota prot. 68360 del 27.12.2018 con la quale l' Ingegneria clinica trasmetteva alla scrivente UOC tutte le documentazioni necessarie alla redazione degli atti amministrativi (All. 5);

**VISTO** che quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature congiuntamente all' aggiornamento del proprio parco elettromedicale ai fini di un corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell' utenza;

**DATO ATTO** che il RUP ha ritenuto economicamente vantaggioso il preventivo della ditta Esaote;

**PRESO ATTO** che quest'Azienda, al fine di garantire il normale svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche, ha deciso di affidare, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Esaote il servizio di fornitura e posa in opera di una sonda LA523 per eco tomografo in uso presso il blocco operatorio del P. O. di Rieti;

**DATO ATTO** che l'acquisto di tali dispositivi e servizi, di cui alla presente determina viene effettuato con risorse di parte corrente;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;


**D E T E R M I N A**

1. DI PROCEDERE all' affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Esaote del servizio di fornitura e posa in opera di una sonda LA523 per eco tomografo in uso presso il blocco operatorio del P. O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 3.891,80 IVA 22% inclusa.
2. DI DARE ATTO che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 3.891,80 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle apparecchiature sanitarie e scientifiche – bilancio anno 2018;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Direttore della U.O.C.  
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
Dott. Luciano Quattrini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

---

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 24 GEN. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 24 GEN. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 24 GEN. 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 24 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO



AZIENDA U.S.L. - RIETI  
Via del Terminillo, 42  
02100 Rieti

ALLEGATO N. 1 di N. 5  
PAG. 1 di 1

P.IVA 00821180577  
Struttura Complessa  
Direzione Tecnica  
Ufficio Elettromedicali  
Tel. 0746/278832 Fax 0746/278833

Rieti, 17-12-2018 09:08:27

Spett.

**Ticket:** 2018/1239/TICK **del:** 07-11-2018 13:35

**Oggetto: richiesta preventivo**

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

**Tipologia:** ECOTOMOGRFO

**INVENTARIO SIC:** 58989

**MODELLO:** MYLAB 40

**PRODUTTORE:** ESAOTE SPA

**MATRICOLA:** 40-04744

**SCADENZA GARANZIA:** -

**Centro di Costo:** 40341004 - Sala operatoria - Rieti

**building:** A01A - OSP. RIETI **unit:** A01A-T001 - NUOVO BLOCCO OPERATORIO-T001 **room:** A01A-T001-T008 - SALA OPERATORIA NÂ° 1-T001-T008

**Oggetto dell'intervento :**

SIU RICHIEDE INTERVENTO SU ECOGRAFO ESAOTE IN QUANTO LA SONDA LINEARE CON SN 43131 REF 9600156000, RIPORTA UN DANNO PER IL QUALE NON E' POSSIBILE UTILIZZARLA

Sperando in un sollecito intervento, si inviano distinti saluti .

Ingegneria Clinica  
Il Dirigente Responsabile  
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.





ELETTRONICA BIO MEDICALE  
Via F. Bettini, 13  
06034 FOLIGNO (Pg)  
Tel. 0742/32661 - Fax 0742/326632  
info@elettronicabiomedicale.it

Cliente:

ASL Nieti

759705 /Cg

IMPEGNATIVA

20/18/11239/TICK

N° Rich. \_\_\_\_\_ Data Rich. 07/11/18 Ora \_\_\_\_\_ Richiedente \_\_\_\_\_

TECNICO MAROTA	INIZIO LAVORO Data 07/11/18 Ora 9:00	FINE LAVORO Data 08/11/18 Ora 10:00	ORE LAVORO 01	ORE VIAGGIO
-------------------	---	--	------------------	-------------

IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA

Struttura OPP. Nieti U.O. / servizio NBO S. OPER. Centro di Costo \_\_\_\_\_

Descrizione Stanza \_\_\_\_\_ Cod. Stanza \_\_\_\_\_

N° invent.	Classe / Tipo	Produtt. / Costruttore	Modello	Matricola
58989	EOTOMOGRAFO	ESAOTE	MYLAB 40	LP-04744

DESCRIZIONE INTERVENTO

SI RITIRO SONDA LINEARE CON S/N 43131  
REF 9600156000 CON  
SONDA CON EVIDENTI SEGNI SULLA LENTE  
SONDA MOD. LA523 E SI INVIA AGLI  
SPECIALISTI.

31 NO

BUONETTO DESCRIZIONE APPARECCHIO:

TIPO INTERVENTO	ESITO INTERVENTO
<input type="checkbox"/> ORDINARIO <input type="checkbox"/> DITTA SPECIALISTICA	<input type="checkbox"/> CONCLUSO <input type="checkbox"/> MANCANZA MATERIALE <input checked="" type="checkbox"/> ULTERIORE INTERV. <input type="checkbox"/> FUORI USO <input type="checkbox"/> RITIRO IN LABORATORIO <input type="checkbox"/>

Verifica Sicurezza Elettrica  SI  NO

Stato Apparecchio:  Completamente Funzionante  Parzialmente Funzionante  Fermo Macchina

MATERIALI IMPIEGATI

Provenienza	A carico	Cod./Ordine	Cod. Mater.	Descrizione	Q. tà
ALLEGATO N. .... 2 ..... di N. .... 5					
PAG. .... 1 ..... di ..... 1					

Si dichiara che il lavoro sopradescripto è stato eseguito a regola d'arte, con idonea strumentazione e con l'impiego dei materiali specificati, da personale autorizzato dalle seguenti ditte consorziate:

FIRMA DEL TECNICO: \_\_\_\_\_

TIMBRO e FIRMA DEL RESP. U.O. / SERVIZIO (per accettazione): \_\_\_\_\_

NOME IN STAMPATELLO LEGGIBILE DEL FIRMATARIO: QUERCETTI



**ALTHEA**

INTEGRATED HEALTHCARE  
TECHNOLOGY MANAGEMENT

ALLEGATO N. ....<sup>3</sup> di N. ....<sup>5</sup>  
PAG. ....<sup>1</sup> di ....<sup>1</sup>

Spett.le  
AZIENDA USL RIETI  
VIA DEL TERMINILLO,42  
02100, RIETI (RI)

Protocollo: **PRV/2018/040724**

Data Offerta: 14/12/2018

Scadenza: 31/12/2018

**Oggetto: Offerta per la fornitura in exchange di n° 1 Sonda Ecografica**

In riferimento alla richiesta di intervento Prot. 2018/1239/TICK è stato riscontrato un danneggiamento accidentale della sonda lineare mod. LA523 sn. 43131. A causa del danno provocato, la sonda risulta non riparabile per via della quantità di cristalli rotti.

Siamo con la presente a rimettervi la nostra miglior offerta economica per la sostituzione in exchange della sonda con un identico modello:

**OFFERTE**

Tipologia	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario (IVA esclusa)
Interventi Extra contratto (IS)	Exchange sonda Esaote LA 523	1	€ 4400,00

IVA: secondo la normativa vigente (esclusa da precedente offerta)

Esecuzione lavori: 30 gg dalla data di ricevimento ordine

Cordiali saluti

**Althea Italia S.p.A.**

*Responsabile di commessa:*

Ing. Alessandro Fortuna

Sede Legale ed  
Uffici Amministrativi  
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13  
00148 Roma, Italia  
T +39 06 66100411  
F +39 06 66100449

Sede Operativa MILANO  
Via Papa Giovanni XXIII, 43  
Località Millepini  
20090 Rodano (MI)  
T +39 02 976791  
F +39 02 97679249

Sede Operativa TORINO  
Corso Turati, 23  
10128 Torino  
T +39 011 595046  
F +39 011 5096406



ASSISTENZA TECNICA:  
Tel: 800.372.590 - Fax: 055.4229.450  
E-Mail: assistenza.tecnica@esaote.com

ALLEGATO N. ....4..... di N. ....5.....  
PAG. ....1..... di ....8.....

<b>N° Offerta:</b> QUO-05287-W7H5 - 0	<b>Validità</b> Dal 20/12/2018 Al 20/03/2019
<b>Richiedente</b> 1000000148 AZIENDA USL RIETI VIA DEL TERMINILLO 42 RIETI 02100 RI	<b>Utilizzatore</b> 1000000148 AZIENDA USL RIETI VIA DEL TERMINILLO 42 RIETI 02100 RI

<b>N° Chiamata</b> CAS-31630-K7R6	<b>Data</b> 19/12/2018 11:07	<b>Rif. Ordine Cliente</b>	<b>Contatto</b> Marco Risa	<b>Main Unit</b> Inst. IT129942 Cod. 97154411315. Desc. SYSTEM MYLAB40 sn. 40-04744
<b>Termini di Pagamento:</b> D090 -Due in 90 days - Invoice Date				
<b>Descrizione:</b>				

Lista dei Prodotti e Servizi:

Prodotto	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto %	Prezzo Totale
LA523 SONDA LINEARE 13-4	1,00000	€ 3.190,00		€ 3.190,00
<b>Totale Generale EUR (I.V.A. Esclusa)</b>				<b>€ 3.190,00</b>

ESAOTE S.p.A.  
Servizio Customer Care

**CONDIZIONI E TERMINI GENERALI DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA**

Il presente documento contiene le Condizioni Generali di Contratto applicate da Esaote all'attività di Assistenza Tecnica come descritte specificatamente nel documento contenente l'Offerta Esaote per la fornitura di servizi e/o beni di cui il presente documento è parte integrante. Eventuali condizioni difformi, proposte dal Cliente, devono essere specificatamente accettate per iscritto da Esaote ed inserite nel documento contenente l'Offerta Esaote.

**1. Manutenzione Preventiva.**

Per Manutenzione Preventiva, si intende la prestazione di uno o più interventi con carattere periodico, di frequenza predeterminata e quantificata nell'Offerta Esaote per ciascun Sistema/Apparato. L'intervento preventivo consiste in una serie di attività definite proceduralmente per ciascuna tipologia di Sistema/Apparato nel pieno rispetto della normativa in vigore in conformità alle specifiche tecniche del prodotto fissate dal costruttore e sulla base delle procedure operative certificate in conformità al Sistema di qualità aziendale. La pianificazione degli interventi programmati sarà preventivamente concordata. Qualora si rendesse necessario un intervento di manutenzione correttiva in prossimità della data pianificata per l'intervento di manutenzione preventiva, è facoltà di Esaote accorpare l'intervento di manutenzione preventiva con l'intervento di manutenzione correttiva. L'intervento di manutenzione preventiva può essere effettuato sia presso il Cliente sia presso uno dei Centri di Riparazione dell'Assistenza Tecnica di Esaote.

Per ogni intervento verrà redatto un Rapporto di Lavoro, sul quale sarà riportata la descrizione delle attività svolte, del tempo impiegato e degli eventuali materiali utilizzati e/o sostituiti.

Esaote non è responsabile dell'eventuale perdita di dati archiviati nel Sistema/Apparato che possa verificarsi nel corso dell'intervento di assistenza tecnica. E' responsabilità esclusiva del Cliente provvedere alla copia di back up di tutti i dati archiviati nel Sistema/Apparato prima che venga effettuato l'intervento di assistenza tecnica.

**2. Manutenzione correttiva su chiamata.**

Per Manutenzione Correttiva si intende l'effettuazione di interventi finalizzati al ripristino del corretto funzionamento del Sistema/Apparato, effettuate a seguito della segnalazione di eventuali malfunzionamenti che si dovessero verificare durante il normale utilizzo del Sistema/Apparato salvo quanto previsto nelle Esclusioni.

L'intervento di manutenzione correttiva può essere effettuato sia presso il Cliente sia presso uno dei Centri di Riparazione dell'Assistenza Tecnica di Esaote. Se non diversamente specificato nell'Offerta Esaote, il servizio di manutenzione correttiva non include eventuali interventi correttivi antecedenti alla sottoscrizione del relativo accordo contrattuale oggetto dell'Offerta Esaote.

L'intervento correttivo verrà effettuato in pieno rispetto della normativa applicabile ed in conformità alle specifiche tecniche del prodotto fissate dal costruttore e sulla base delle procedure operative codificate in conformità al Sistema/Apparato di qualità aziendale certificato.

Per ogni intervento verrà redatto un Rapporto di Lavoro sul quale sarà indicata la descrizione delle attività svolte del tempo impiegato e degli eventuali materiali utilizzati e/o sostituiti.

Qualora si rendesse necessario un intervento di manutenzione correttiva in prossimità della data pianificata per l'intervento di manutenzione preventiva, è facoltà di Esaote accorpare gli interventi stessi.

Esaote declina ogni responsabilità per danni arrecati al Sistema/Apparato, nel caso in cui spedizione e trasporto del Sistema/Apparato malfunzionante presso il centro di riparazione Esaote fossero effettuate a cura del Cliente.

Esaote non è responsabile dell'eventuale perdita di dati archiviati nel Sistema/Apparato che possa verificarsi nel corso dell'intervento di assistenza tecnica. E' responsabilità esclusiva del Cliente provvedere alla copia di back-up di tutti i dati archiviati nel Sistema/Apparato prima che venga effettuato l'intervento di assistenza tecnica.

**3. Sicurezza Elettrica.**

La verifica della sicurezza elettrica consiste nella effettuazione di test e controlli al fine di verificare la conformità dei parametri alle norme di sicurezza elettrica specifiche per ciascuna famiglia di Sistemi, al fine di garantire la sicurezza. A certificazione dell'avvenuta verifica verrà rilasciata apposita documentazione. Tale verifica potrà essere effettuata in concomitanza di una visita di manutenzione preventiva e/o correttiva quando inclusa nel contratto ed esplicitata nel modulo d'offerta contrattuale.

**4. Richieste di Interventi.**

Le richieste di interventi di manutenzione dovranno essere effettuate:

via telefono (call center) con il seguente orario 8.30-17.00 dal Lunedì al Venerdì, festività infrasettimanali escluse, al numero verde 800372590;

via fax al numero 055 4229450

oppure

via Email al seguente indirizzo di posta elettronica: [assistenza.technica@esaote.com](mailto:assistenza.technica@esaote.com).

Al di fuori degli orari di operatività del call center è in funzione un servizio di segreteria telefonica: il Cliente può lasciare un messaggio specificando:

- il nominativo,
- il numero della installazione,
- l'ora della chiamata,
- il centro presso cui è installato il Sistema/Apparato e
- il motivo dettagliato della chiamata;

Sigla Cliente \_\_\_\_\_



Nel caso degli interventi come sopra descritto, il termine di intervento, ove concordato, decorrerà dalle ore 8.30 del primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

E' responsabilità del Cliente segnalare ad Esaote la necessità di interventi di assistenza tecnica le modalità sopra indicate.

Esaote non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di mancati interventi senza preventiva richiesta formale.

La richiesta d'intervento e/o segnalazioni di guasti deve essere effettuate da soggetti autorizzati dal Cliente o da suoi delegati.

Il Cliente si impegna a fornire ai tecnici di Esaote libero accesso al Sistema/Apparato ed uno spazio di lavoro sicuro ed idoneo al tipo di intervento di assistenza tecnica da eseguire.

Nel caso in cui i tecnici Esaote, in qualsiasi momento dopo il loro arrivo presso il Cliente, non siano in grado di svolgere le attività relative allo svolgimento del servizio di assistenza tecnica per motivi causati dal Cliente, Esaote addebiterà al Cliente i costi di lavoro e di viaggio, secondo le tariffe Esaote in vigore.

#### 5. Aggiornamenti e Software.

I software forniti da Esaote o comunque in dotazione al Sistema/Apparato possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzo del Sistema/Apparato stessi.

E' fatto divieto assoluto di copiare, trasferire o comunque modificare i software Esaote.

Gli aggiornamenti necessari per finalità di sicurezza e/o risoluzione di eventuali malfunzionamenti ma rientranti tra gli aggiornamenti che mantengono inalterate le caratteristiche e le prestazioni del Sistema/Apparato sono inclusi nel servizio di manutenzione.

Gli aggiornamenti hardware e/o software che comportino aggiunta di funzioni e/o miglioramento delle prestazioni sono esclusi dal servizio di manutenzione e potranno essere oggetto di specifica offerta.

#### 6. Trasferimenti e reinstallazione Sistemi.

Qualora il Cliente intenda installare i Sistemi in luogo diverso da quello stabilito ed indicato in sede di Offerta Esaote, dovrà comunicarlo per iscritto ad Esaote. La disinstallazione, il trasporto e la reinstallazione dei Sistemi/Apparati sono prestazioni extracontrattuali e devono essere autorizzate da Esaote previo l'accertamento dell'idoneità dei locali di destinazione. Sono altresì prestazioni extracontrattuali gli interventi e/o eventuali opere di adeguamento dei locali. Qualora le attività di disinstallazione, trasferimento e reinstallazione dovessero essere richieste ad ESAOTE, le relative modalità e i tempi di esecuzione verranno precisate su preventivo con costo a carico del Cliente che includerà i relativi oneri assicurativi per la movimentazione del sistema/apparato.

Qualora Esaote procedesse alle attività di disinstallazione, Esaote effettuerà preliminarmente la verifica della funzionalità del Sistema/Apparato. Le Parti concordano che qualora Esaote, durante la fase di verifica della funzionalità del Sistema/Apparato, riscontrasse danneggiamenti e/o guasti e/o parti mancanti, Esaote procederà ad informare il Cliente ed a fornire relativo preventivo di spesa a carico del Cliente per il ripristino della funzionalità del Sistema/Apparato.

Qualora Esaote procedesse alle attività di installazione, Esaote effettuerà preliminarmente la verifica della funzionalità del Sistema/Apparato ed in esito alla stessa, al relativo collaudo presso il nuovo sito. Le Parti concordano che qualora Esaote, durante la fase di verifica della funzionalità del Sistema/Apparato, riscontrasse danneggiamenti e/o guasti e/o parti mancanti, Esaote procederà ad informare il Cliente ed a fornire relativo preventivo di spesa a carico del Cliente per il ripristino della funzionalità del Sistema/Apparato.

#### 7. Parti di Ricambio e Accessori.

La fornitura e sostituzione delle Parti di Ricambio e Accessori, usurati o guasti in seguito all'uso normale non è inclusa nel servizio di manutenzione a meno che non sia espressamente previsto nell'Offerta Esaote.

Le Parti di Ricambio e Accessori che verranno utilizzate per sostituire le parti usurate, difettose, guaste o prossime alla rottura in seguito al normale utilizzo, saranno originali nuove o ricondizionate.

Le Parti di Ricambio e Accessori sostituiti diverranno di proprietà di Esaote che nulla dovrà al Cliente.

Nel caso in cui, ad esclusiva scelta di Esaote, le parti di ricambio sostitutive relative al Sistema/Apparato fossero spedite al Cliente, il Cliente si impegna a riconsegnare ad Esaote le parti di ricambio sostituite entro sette (7) giorni dal ricevimento delle parti di ricambio sostitutive.

Nel caso d'interventi di assistenza tecnica eseguiti da terzi non autorizzati o in difformità da quanto prescritto nei manuali tecnici e/o d'uso del relativo Sistema/Apparato, nonché di utilizzo di Parti di Ricambio e/o Accessori non prodotti da Esaote o non previsti nella configurazione del Sistema/Apparato, ESAOTE non garantisce il mantenimento dei requisiti essenziali del Sistema/Apparato così come definiti nella normativa MDD 93/42/CEE. Nel caso di interventi di assistenza tecnica eseguiti in difformità da quanto prescritto nei manuali d'uso e di assistenza tecnica, al di fuori di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, Esaote declina qualsiasi responsabilità in merito a danni diretti, indiretti e consequenziali che dovessero essere arrecati alle Parti di Ricambio e/o Accessori, al Sistema/Apparato sul quale esse verranno utilizzate ed alle persone.

La vigente direttiva MDD 93/42 sui dispositivi medici e il Sistema/Apparato di Qualità ESAOTE conforme alle norme EN 46001, impongono ad Esaote il requisito della rintracciabilità sulle Parti di Ricambio.

Il Cliente si impegna a comunicare ad ESAOTE marca, modello e numero di serie del Sistema/Apparato per le quali richiede le Parti di Ricambio e/o Accessori.

Nel caso di fornitura di Parti di Ricambio e/o Accessori senza intervento tecnico di Esaote la garanzia sulle Parti di Ricambio/Accessori, ha la durata di mesi 3 (tre) con decorrenza dalla data di spedizione come risultante dal DDT, salvo i casi di danni derivanti da dolo o colpa grave causati durante l'installazione.

Nel caso di fornitura/sostituzione di Parti di Ricambio e/o Accessori con intervento tecnico da parte di Esaote la garanzia sulle Parti di

Ricambio/Accessori ha la durata di mesi 6 (sei) con decorrenza dalla data di installazione come risultante dal Certificato di Lavoro Esaote.

Sigla Cliente \_\_\_\_\_



Sono da intendersi Sonde Standard le seguenti: lineari / convex / microconvex / pencil / endocavitare/ transvaginali / transrettali / phased array / transcranica / doppler. Sono da intendersi Sonde Speciali le seguenti: volumetriche / intraoperatorie / laparoscopiche / transesofagee / omniplane. Nel caso di fornitura di Sonde senza intervento tecnico di Esaote la garanzia sulle Sonde ha la durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla data di spedizione come risultante dal DDT. Nel caso di fornitura/sostituzione di Sonde con intervento tecnico da parte di Esaote la garanzia sulle Sonde ha la durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla data di installazione come risultante dal Certificato di Lavoro Esaote. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia malfunzionamenti riconducibili ad un errato utilizzo del Sistema/Apparato e/o degli Accessori e/o delle Parti di Ricambio.

Le Parti di Ricambio/Accessori si intendono rese franco ESAOTE.

L'approvvigionamento di alcuni parti di Ricambio/Accessori avviene su specifico ordine produttivo, per cui -fatti espressamente salvi i casi di dolo e di colpa grave- il Cliente esonera ESAOTE da responsabilità per il caso in cui l'indisponibilità dei suddetti Parti di Ricambio/Accessori o i tempi relativi alla relativa consegna impedissero il ripristino del Sistema/Apparato, fermo restando l'obbligo di ESAOTE di provvedere alla relativa sostituzione non appena tali Parti di Ricambio/Accessori siano disponibili.

### 8. Limitazioni

Esaote si riserva il diritto di rifiutare l'effettuazione dei servizi di manutenzione nei seguenti casi:

- richieste di intervento a fronte di danni e/o malfunzionamenti originati da interventi non effettuati da Esaote e non espressamente e preventivamente autorizzati da ESAOTE;
- il materiale danneggiato e/o malfunzionante sia stato fornito da terzi senza espressa e preventiva autorizzazione di ESAOTE;
- constatazione dell'avvenuta rimozione o di manomissione del Sistema/Apparato;
- attuazione di sequenze operative sul Sistema/Apparato diverse da quelle previste e autorizzate dal manuale d'uso;
- avarie o malfunzionamenti causati da fatto doloso o colposo del Cliente o di terzi;
- il Cliente non garantisce continuità nella fornitura di energia in maniera stabile e senza interruzioni, come specificato nel Manuale di Installazione e nel Manuale d'Uso.
- il Sistema/Apparato è stato collegato con altri apparati o accessori non espressamente previsti nel Manuale d'Uso;
- il Sistema/Apparato non è stato mantenuto dal Cliente in conformità a quanto previsto dalle specifiche di Esaote;
- il Sistema/Apparato stato danneggiato da incendi, alluvioni, acqua, temporali, vento, fulmini, ecc.
- nel caso dei prodotti di Risonanza Magnetica, qualora il Cliente non garantisca la continuità dell'alimentazione e delle caratteristiche del sito (stabilità termica, umidità etc) specificata dal costruttore sui manuali di installazione ed uso.

In tutti i casi suddetti Esaote si riserva il diritto di non effettuare il ripristino, la riparazione e/o la riattivazione del Sistema/Apparato ed in ogni caso tali attività, ove Esaote accettasse di fornirle, saranno oggetto di separato preventivo di spesa a carico del Cliente.

Nel caso di cui alla precedente lettera a), se Esaote ritiene, a sua discrezione, di fornire il servizio di assistenza tecnica al Cliente, il Cliente accetta che Esaote gli addebiti i relativi servizi di assistenza tecnica secondo le tariffe standard Esaote in vigore, da sommare a quanto dovuto per i servizi di assistenza tecnica in conformità alle tariffe pattuite dal contratto in essere con Esaote.

Qualsiasi servizio di assistenza tecnica extra non implica l'applicazione di una garanzia extra sul Sistema/Apparato diversamente da quanto previsto dalla presente Offerta.

### 9. Esclusioni.

Se non diversamente specificato nell'Offerta Esaote, sono specificatamente escluse dal servizio di assistenza tecnica tutti i materiali di consumo (CD, DVD, carta, gel ecc) cavi di connessione esterni, batterie ed accumulatori.

Sono altresì escluse le attività di manutenzione degli impianti esterni ai Sistemi.

Con riguardo ai Sistemi Ultrasuoni, se non diversamente specificato nell'Offerta Esaote, le Sonde, trasduttori, pinze e cavi paziente ECG sono esclusi dal servizio di assistenza tecnica.

Con riguardo ai Sistemi a magneti permanente (RM Esaote, RM Hitachi) se non diversamente specificato nell'Offerta Esaote, magneti, manutenzione della gabbia di faraday, shimming a seguito di verifica di disomogeneità del campo magnetica, le bobine, i soffiotti schermanti e i cuscini sono esclusi dal servizio di assistenza tecnica. Con riguardo ai Sistemi a magneti superconduttivo (RM Hitachi Oasis ed Echelon) se non diversamente specificato nell'Offerta Esaote, bobine di ricezione, magneti, gabbia di faraday, manutenzione dei "Chiller" di raffreddamento dell'acqua, scambiatore di calore, fornitura di gas criogeni, guasti da Quench sono escluse dal servizio di assistenza tecnica.

In caso di Quench del magneti per qualsivoglia causa sono altresì esclusi gli interventi di manodopera necessaria al rabbocco di elio, al ripristino del campo magnetico ed alle tarature necessarie. La fornitura di elio liquido è da intendersi a carico di Esaote solo nel caso il Quench avvenga durante le operazioni di riempimento del magneti.

Con riguardo ai Sistemi della linea Elettromedicina, se non diversamente specificato nell'Offerta Esaote pinze ECG, pompe, precordiali, piastre monouso ed il materiale consumabile, sono escluse dal servizio di assistenza tecnica.

Con riguardo ai Sistemi TAC, se non diversamente specificato nell'Offerta Esaote, la fornitura del tubo radiogeno ed altresì dei detectori non è inclusa nel servizio di assistenza tecnica. Il tubo radiogeno è soggetto a "Garanzia a Scalare" come indicato di seguito:

- 100.000 scansioni entro 1 (un) anno a decorrere dalla data di consegna come risultante dal DDT. Durante tale periodo, qualora il tubo risultasse difettoso e debba essere sostituito, per calcolare il prezzo di vendita del tubo sostitutivo si applicherà il Sistema/Apparato detto "garanzia a scalare": il prezzo di vendita del tubo sostitutivo sarà diminuito di una percentuale pari al numero di scansioni non effettuate dal tubo sostituito per raggiungere il numero di scansioni garantite, ovvero a) il tubo sarà sostituito gratuitamente se il numero di scansioni e' inferiore a 1.000 (mille)

Sigla Cliente \_\_\_\_\_

b) nel caso in cui il numero di scansioni sia maggiore di 1.000 (mille) e minore di 100.000 (centomila) il prezzo di sostituzione PS sarà:

$$PS = \frac{PV \times n. \text{ di scansioni}}{\text{numero di scansioni garantite}}$$

con PV = Prezzo di vendita

c) nel caso in cui il numero di scansioni sia maggiore di 100.000 (centomila), il tubo sarà sostituito al prezzo pieno.

#### 10. Tutela dei dati personali.

I dati personali forniti dal Cliente saranno trattati in conformità e nel rispetto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016. Il Cliente, per le attività afferenti allo svolgimento dei Servizi di Assistenza Tecnica, nomina Esaote, Responsabile del Trattamento dati alle seguenti condizioni:

- a) i dati personali saranno trattati esclusivamente nei limiti delle attività relative allo svolgimento del presente Contratto e come da informativa specifica disponibile sul sito [www.esaote.com](http://www.esaote.com);
- b) mantenimento della riservatezza su tutti i dati personali forniti;
- c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che agiscono sotto l'autorità del Referente siano vincolate da specifici obblighi di riservatezza in merito ai dati trattati;
- d) formare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che agiscono sotto l'autorità del Referente in materia di protezione dei dati e impartire loro idonee istruzioni sul trattamento, vigilando sul loro rispetto;
- e) garantire l'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, in ottemperanza all'art. 32 del Regolamento;
- f) assistere il Titolare, nella misura in cui ciò sia possibile, con misure tecniche e organizzative adeguate a permettere al Titolare di rispettare l'obbligo di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato disciplinati dal Capo III del Regolamento;
- g) assistere il Titolare nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'art. 35 del Regolamento, nonché assistere il Titolare nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 36 del Regolamento;
- h) designare gli Amministratori di Sistema;
- i) fornire al Titolare, per tutta la durata del presente Contratto, la comunicazione di criticità e anomalie rilevate relative alla protezione dei dati personali;
- j) comunicare al Titolare eventuali violazioni dei dati personali;
- k) informare il Titolare in merito a eventuali istruttorie o indagini avviate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati;
- l) tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
- m) ove il Responsabile del trattamento sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, dovrà informare il Titolare di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi di interesse pubblico.
- n) ai fini del trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, il Responsabile che intenda avvalersi di altri soggetti Responsabili del trattamento, ovvero nel caso di modifica delle informazioni già fornite, è tenuto ad informare per iscritto e preventivamente il Titolare, comunicando chiaramente almeno l'identità, i dati di contatto, le attività di trattamento degli altri soggetti Responsabili. In caso di mancata opposizione da parte del Titolare entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della informativa, l'utilizzo del sub-fornitore si intenderà approvato.

#### 11. Divieto di cessione del contratto.

E' fatto divieto al Cliente di cedere il contratto per i servizi di manutenzione.

#### 12. Risoluzione per inadempimento.

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. Esaote ha facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto in caso di:

- mancato pagamento alle scadenze pattuite delle quote dovute contrattualmente.
- utilizzo del Sistema/Apparato al di fuori delle modalità previste dal manuale d'uso;
- interventi di assistenza tecnica di terzi in violazione dell'esclusiva;
- Accessori e/o Parti di Ricambio non originali Esaote;
- violazione da parte del Cliente dell'art 17 che segue.

#### 13. Canoni, fatturazione e pagamento.

Nel caso di mancato pagamento di importi complessivamente pari al 50% del canone annuo dovuto, Esaote si riserva il diritto di sospendere il servizio di assistenza tecnica sino ad avvenuta regolarizzazioni dell'esposizione. Qualora il mancato pagamento dovesse estendersi oltre i 120 gg dalla data delle scadenze pattuite Esaote si riserva la facoltà di ritenere risolto il contratto per fatto e colpa del Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.civ con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Sigla Cliente \_\_\_\_\_



# Service Solutions

## Offerta di Servizi di Assistenza Tecnica

Esaote avrà altresì la facoltà di sospendere il servizio di assistenza tecnica in presenza di insoluti su fatture già scadute intestate al medesimo Cliente, anche se riferite a forniture o prestazioni differenti rispetto a quella oggetto del presente contratto.

Il Cliente sarà inoltre tenuto al pagamento di congrui onorari e spese (inclusi onorari e spese legali) sostenute da Esaote per il recupero di somme dovuti dal Cliente ad Esaote.

Fermo tutto quanto precede, in tutti i casi di mancato pagamento, totale o parziale, e/o di ritardo, sugli importi in sofferenza sono dovuti dal Cliente gli interessi ai sensi del D.Lg.vo. 9 ottobre 2002, n. 231.

### 14. Limitazione di Responsabilità.

Esaote - salvo il caso di dolo o di colpa grave - è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni diretti, indiretti, di qualsiasi natura, derivanti dallo svolgimento del servizio di assistenza tecnica. Fermi i termini e le formalità per la denuncia di eventuali vizi e/o difetti, ESAOTE provvederà a ripristinare il Sistema/Apparato con modalità ad esclusiva scelta di Esaote. Resta in ogni caso espressamente esclusa qualsiasi responsabilità di Esaote nei casi di forza maggiore, scioperi, calamità naturali o simili accadimenti che impediscano il regolare svolgimento del servizio di assistenza tecnica.

### 15. Sicurezza e Qualità del Servizio.

Esaote dispone di un proprio servizio di prevenzione e protezione secondo la normativa vigente (D. Lgs. 81/08 e succ.). Gli eventuali oneri relativi ai rischi da interferenza di cui all'art.26 comma 3 D.Lgs 81/08 stimati da Esaote sono indicati nell'Offerta Esaote.

Esaote è dotata di un proprio Sistema/Apparato di qualità in conformità alle norme ISO 9001:2000 che include il servizio di assistenza tecnica e relative procedure operative.

### 16. Subappalto.

Esaote si riserva il diritto di sub-appaltare i servizi oggetto dell'Offerta Esaote.

### 17. Etica e responsabilità amministrativa ex Dlgs. 231/01.

Esaote dichiara che ha adottato un Codice Etico ed un Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo ex Dlgs. 231/01 (Modello) e che in ogni momento durante lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto si impegna al rispetto dei principi e regole ivi contenuti.

Il Codice di Condotta e il Modello sono pubblicati su [www.esaote.com](http://www.esaote.com).

Il Cliente prede atto di quanto precede e si impegna al rispetto delle previsioni e principi del Codice di Condotta e del Modello per quanto applicabili al Cliente.


La violazione del presente articolo da parte del Cliente legittima Esaote a risolvere il presente contratto come previsto all'art. 11 che precede.

### 18. Foro competente.

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del servizio di assistenza tecnica sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

#### Esaote SpA

Service Manager Italy  
Gianpaolo Marchiori



Data:


Cliente:

Per accettazione (timbro e firma)

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, c. 2°, si approvano espressamente le seguenti clausole: 5) aggiornamenti software; 8) Limitazioni; 9) Esclusioni; 10) Tutela dei dati personali; 11) Divieto di cessione del contratto; 12) risoluzione per inadempimento; 13) Canoni, fatturazione e pagamento; 14) Limitazione di Responsabilità; 16) Subappalto; 18) Foro Competente.*

#### Esaote SpA

Service Manager Italy  
Gianpaolo Marchiori



Data:

Cliente:

Per accettazione (timbro e firma)



**INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE.**

1. Ai sensi del Codice e del Regolamento, ESAOTE S.p.A., con sede legale in Via Melen 77, 16152 Genova, **Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali** (da ora, anche la "Società"), in persona del Legale Rappresentante, Le fornisce la seguente informativa riguardante il loro utilizzo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, da parte di Esaote S.p.A. (di seguito, "Esaote" o "Società").

**2. Finalità di Trattamento.**

I Suoi dati verranno raccolti, registrati, organizzati, modificati, conservati, elaborati, comunicati e diffusi anche insieme a dati riferiti ad altri soggetti, selezionati, estratti, raffrontati ed utilizzati per le seguenti finalità:

- adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria. Il conferimento dei dati personali comuni necessari per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso;
- strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale con Lei in essere. Il conferimento dei dati personali comuni necessari per tali finalità non è obbligatorio, ma un Suo rifiuto comporta l'impossibilità per Esaote di dare esecuzione a quanto convenuto nel rapporto contrattuale con Lei in essere, a cui la presente informativa è allegata;
- funzionali all'attività di Esaote:
  - promozione e vendita di prodotti e servizi di Esaote (attuati attraverso l'invio di informative commerciali o altre comunicazioni inerenti l'attività economica, amministrativa e commerciale della Società, via telefono, posta, spedizioniere, fax, e-mail e tramite aree riservate e private sul nostro sito internet);
  - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela – effettuata da Esaote, mediante interviste, diffusione o invio di questionari;
  - elaborazione di studi e ricerche di mercato effettuata da Esaote (mediante interviste, diffusione o invio di questionari).

Si segnala che il trattamento di dati personali non riguarderà dati particolari.

**3. Base giuridica del trattamento.** La base giuridica per il trattamento di cui al punto a) e b) risiede negli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, invero la base legale per il trattamento di cui al punto c) risiede nel consenso.

**4. Modalità di trattamento** Il trattamento dei dati personali è effettuato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare.

**5. Obbligatorietà del trattamento.** Il conferimento dei dati personali da parte dei soggetti Interessati è libero e facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati stessi comporterà l'impossibilità di poter procedere all'esecuzione contrattuali. Il conferimento dei dati per finalità commerciali punto 2. b) e c) è facoltativo e per il trattamento di tali dati non è obbligatorio, per il Soggetto Interessato, prestare il consenso.

**6. Periodo di conservazione.** Qualora il soggetto interessato abbia manifestato specifico consenso per le finalità commerciali, i dati conferiti dallo stesso saranno trattati per un tempo pertinente, proporzionale e non eccedente a tali finalità. Esaote S.p.A. nello specifico, stabilisce un tempo massimo di conservazione di 10 (dieci) anni.

**7. Comunicazione e diffusione dei dati.** I dati personali da Lei conferiti potranno essere comunicati, oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta in base ad una disposizione di legge o di normativa secondaria, anche ai soggetti ai quali tale trasferimento e/o comunicazione sia necessario, funzionale e strumentale per l'esercizio dell'attività commerciale di Esaote per il perseguimento delle finalità sopra indicate e più specificamente a:

- enti previdenziali ed assistenziali;
- consulenti, collaboratori e liberi professionisti;
- società appartenenti al Gruppo Esaote;
- società controllate e controllanti;
- banche e/o istituti di credito;
- imprese di assicurazione.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

**8. Diritti dell'interessato.** I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione(art. 15,16,17,18,21) Regolamento) L'interessato ha infine il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ai fini di invio di materiale.

Le richieste di cui sopra potranno essere rivolte dall'interessato a Esaote S.p.A., in quanto Titolare del trattamento, con sede in Genova, Via E. Melen n. 77, oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [esaote@esaote.com](mailto:esaote@esaote.com)

**9. Titolare del Trattamento.**

Il Titolare del trattamento dei dati è Esaote S.p.A., con sede legale in via Enrico Melen 77, 16152 Genova, Italia.

Sigla Cliente \_\_\_\_\_

# Service Solutions

Offerta di Servizi di Assistenza Tecnica

I nostri dipendenti e i nostri collaboratori interni sono soggetti autorizzati al trattamento sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate. Pertanto, essi hanno diritto a conoscere e trattare i dati da voi trasmessici, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite dal "Titolare del trattamento".

I trattamenti sono effettuati da personale interno, ufficialmente nominato ed istruito sulla sicurezza e riservatezza dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati.

### 10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [privacy.esaote@esaote.com](mailto:privacy.esaote@esaote.com)

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione della presente Informativa Privacy Lei:  Acconsente  NON Acconsente che Esaote S.p.A. possa utilizzare i dati da Lei conferiti sopra esposti e, in particolare, per attività promozionali e di marketing relativi ad iniziative della Società o ai prodotti della stessa (si richiama espressamente il punto 1 c) dell'Informativa Privacy di cui sopra).

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante




**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**Servizio di Ingegneria Clinica**

Prot. 68360 ALLEGATO N. 5 di N. 5  
PAG. 1 di 1

Rieti, 27/12/2018

*Cristian*  
*EQ*

Dirigente U.O.C. ABS

Dott. Luciano Quattrini

e p/c Direttore DMO

Pasquale Carducci

Oggetto: exchange sonda lineare mod. LA523 per l'ecotomografo MYLAB 40 in uso presso il Blocco Operatorio del PO di Rieti - non più riparabile

Ai fini della sostituzione della sonda lineare mod. LA523 per l'ecotomografo MYLAB 40 in oggetto, in allegato alla presente si trasmette:

1. copia della richiesta di preventivo preliminare all'intervento;
2. copia del rapporto tecnico redatto dalla società Althea-Group;
3. copia dell'offerta della società Althea-Group per la sostituzione della sonda in oggetto, in quanto non riparabile;
4. copia dell'offerta della società Esaote per la sostituzione della sonda in oggetto, in quanto non riparabile.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica  
Ing. *Erminio Pace*

Coll. Tecnico: *Ing. Marco Risa*

*EQ*