

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2305 del 11 NOV. 2019

Oggetto: Pressa d'atto dell'affidamento alla soc. Air Liquide Sanità Service S.p.A. di Milano della fornitura ed installazione di un compressore ad aria tecnica per il Blocco Operatorio dell'Ospedale "S. Camillo De Lellis" di Rieti Importo complessivo € 5.383,25 (IVA esclusa).

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L.n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Istruttoria:


Dott. Matteo Palmieri

Firma 

Data 05/11/19

Il Dirigente:

Dott. Andrea Martellucci

Firma 

Data 05/11/19

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

PROVV. 535

Voce del conto patrimoniale su cui imputare la spesa 101020901: AUT. 29.68/2019

Data 07/11/2019

Firma 
Dott.ssa Antonella Rossetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che per le vie brevi in data 11/06/2019 è stato rappresentato da parte dell'Ing. Clinica il malfunzionamento di un compressore ad aria tecnica ubicato presso il Blocco Operatorio dell'Ospedale "S. Camillo De Lellis" di Rieti (All. 1);

PRESO ATTO:

- l'Ingegneria Clinica ha provveduto ad attivare, in urgenza, la soc. Air Liquide Sanità Service S.p.A. per la messa in sicurezza dell'impianto (All. 1);
- con rapporti di intervento n. 365/19 del 12/06/2019 e n.406/19 del 03/07/2019, agli atti, la soc. Air Liquide Sanità Service S.p.A. è intervenuta per la messa in sicurezza del suddetto impianto;
- dello stato di usura in cui verte il compressore ad aria tecnica ubicato presso il Blocco Operatorio dell'Ospedale "S. Camillo De Lellis" di Rieti (All. 1);
- del preventivo n.123482 del 30/07/2019 rimesso dalla soc. Air Liquide Sanità Service S.p.A. relativo alla fornitura di un Elettrocompressore GardnerDenver Champion (KA3 - 10 bar cod. CMP1026766B1), all'attività di interfacciamento con l'attuale compressore, alla fornitura di un modulo di allarme (al fine di evitare l'interruzione dell'attività sanitaria in caso di guasto del compressore attualmente in uso) ed alle attività di messa in sicurezza dell'impianto (All. 1);
- della conclusione dei lavori di installazione ed interfacciamento di cui al summenzionato preventivo n.123482 del 30/07/2019;
- della nota, firmata per accettazione dall'Ing. Clinica, relativamente all'emissione della fattura per la fornitura di un compressore Elettrocompressore GardnerDenver Champion e delle attività di interfacciamento con quello ubicato presso il Blocco Operatorio dell'Ospedale "S. Camillo De Lellis" di Rieti (All. 2), nota che unita al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario, in base a quanto sopra, prendere atto della fornitura da parte della soc. Air Liquide Sanità Service S.p.A. di un Elettrocompressore GardnerDenver Champion (KA3 - 10 bar cod. CMP1026766B1) e delle attività di interfacciamento e di intervento in urgenza, per un totale complessivo pari ad € 5.383,25+IVA 22%;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ssmii



D E T E R M I N A


per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** della fornitura, da parte della soc. Air Liquide Sanità Service S.p.A., di un Elettrocompressore GardnerDenver Champion (KA3 - 10 bar cod. CMP1026766B1) e delle attività di interfacciamento e di intervento in urgenza, per un totale complessivo pari ad € 5.383,25+IVA 22% (All. 2);
2. **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento, pari ad € 6.567,57 (IVA inclusa), mediante l'utilizzo di fondi aziendali, sul conto di costo 101020901 "Altre immobilizzazioni materiali", esercizio 2019;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

IL Dirigente Responsabile
U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Dott. ANDREA MARTELLUCCI



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario f.f.: Dott. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 11 NOV. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 11 NOV. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 11 NOV. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 11 NOV. 2019

IL FUNZIONARIO



CENTRO SANITÀ CENTRO

Spett.le

VIA CAMPOBELLO, 7/B
00071 POMEZIA (ROMA)

REFERENTE COMMERCIALE:
ING. FABIO MALPEDE, FABIO.MALPEDE@AIRLIQUIDE.COM
TEL. 335/5977086

REFERENTE TECNICO:
STEFANO MANZETTI, STEFANO.MANZETTI@AIRLIQUIDE.COM
TEL. 348/6882259

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
UOC TECNICO PATRIMONIALE
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI

INGEGNERIA CLINICA
C.A. ING. ERMINIO PACE
E.PACE@ASL.RIETI.IT

Nota Prot. N. 00123482
Ing. Fabio Malpede

Pomezia, 30 luglio 2019

OGGETTO: Preventivo per la fornitura ed installazione di un nuovo compressore di aria tecnica a servizio del Blocco Operatorio Ospedale Rieti

A seguito della Vs. richiesta di intervento in urgenza in data 11.06.2019 causa guasto compressore di aria tecnica ABAC SILENT 5,5 a servizio del Blocco Operatorio dell'Ospedale di Rieti, Air Liquide Sanità Service è intervenuta in 2 step successivi:

- 1) **Rapporto di intervento tecnico n. 365/19 del 12/06/2019** (in allegato): in questo primo intervento di messa in sicurezza, ALSS ha verificato la funzionalità del compressore. E' stata rilevata perdita di olio dal tappo di sfiato per eccessivo riempimento di olio, eliminato eccesso. Inoltre è stato riscontrato lo sfiato di aria dalla valvola di sicurezza interna rotta a causa della sovrappressione dovuta alla errata taratura del pressostato di comando. Effettuata taratura della pressione di massima.
- 2) **Rapporto di intervento tecnico 406/19 del 03/07/2019** (in allegato): intervento di ripristino funzionamento compressore con sostituzione della valvola di sicurezza e del pressostato di comando. Prove di funzionamento eseguite con esito regolare.

Vista la condizione di esercizio del compressore ABAC SILENT 5,5 e lo stato di usura dello stesso, ALSS consiglia l'acquisto di un nuovo compressore a vite da installare come 1° fonte erogante. L'attuale ABAC SILENT 5.5 a pistoncini rimarrebbe comunque in loco come 2° fonte di emergenza. Verrà installato un sistema di "switch" tra le due macchine che funzioni per differenza di pressione e che, quindi, permetta lo scambio tra 1° e 2° fonte in caso di guasto. Verrà inoltre installato un modulo LCD con un allarme sonoro e visivo nel locale compressore. In questo modo, in caso di eventuale guasto del compressore 1° fonte, non ci sarà il rischio potenziale di interruzione dell'attività Sanitaria nel Blocco Operatorio, entrando in funzione automaticamente la 2° fonte.

Pagina 1 di 2



ALSS propone, quindi, l'acquisto di:

Elettrocompressore GardnerDenver Champion KA3 - 10 bar cod. CMP1026766B1

Caratteristiche tecniche:

- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Volume di aria resa 360 l/min
- Potenza motore 3 KW
- Voltaggio 400/50 Volt/Hz
- Trasmissione Cinghia
- Raffreddamento Aria
- Rumorosità a 1 m 61 dB (A)
- Peso 106 Kg
- Larghezza 620 mm
- Profondità 600 mm
- Altezza 840 mm

Cod.	Descrizione	Q.tà	U.M.	Importo unitario	Importo totale
CMP1026766B1	Fornitura compressore GardnerDenver Champion KA3 - 10 bar	1	cad.	€ 5.110,00	€ 5.110,00
700021	QUADRO A PARETE IP40 da 8 Mod. DIN (con Fusibili+Etichette)	1	cad.	€ 42,00	€ 42,00
188772	Modulo Allarme 2 ingressi 230 volts	1	cad.	€ 294,50	€ 294,50
	Manodopera (n. 2 operai 4° categoria)	6	ore	€ 36,68	€ 220,08
		Importo totale (iva esclusa)			€ 5.666,58
		Sconto a Voi riservato			5%
		Importo totale scontato (iva esclusa)			€ 5.383,25


L'importo sopra riportato è comprensivo di costi trasporto e oneri di collaudo. Sono altresì inclusi gli oneri per la sicurezza. Inoltre, nell'importo sopra indicato sono ricompresi i costi degli interventi già effettuati da ALSS come riportato sul Rapporto di intervento tecnico n. 365/19 del 12/06/2019 e Rapporto di intervento tecnico 406/19 del 03/07/2019 (in allegato)



CONDIZIONI SPECIFICHE DI FORNITURA

- Tempi di Consegna ed installazione: entro 30 gg DRO
- Trasporto: Porto Franco Vs. magazzino
- Preassemblaggio: a Ns. carico, dove indicato in offerta
- I.V.A.: a Vs. carico, secondo normativa vigente
- Pagamento: 60 gg fine mese data fattura
- Modalità di pagamento: Bonifico bancario o RI.Ba
- Validità offerta: 60 gg data presente

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.
Il Regional Manager Area Centro
Gabriele PATERNA



CENTRO SANITÀ CENTRO

Spett.le

VIA CAMPOBELLO, 7/B
00071 POMEZIA (ROMA)

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
UOC TECNICO PATRIMONIALE
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI

INGEGNERIA CLINICA
C.A. ING. ERMINIO PACE
E.PACE@ASL.RIETI.IT

Nota Prot. 2019/650

Pomezia, 01 ottobre 2019

Ing. Fabio Malpede
mail. fabio.malpede@airliquide.com tel. 335.5977086

OGGETTO: Autorizzazione emissione fattura - Fornitura ed installazione compressore di aria tecnica a servizio del Blocco Operatorio dell'Ospedale di Rieti


In riferimento al Vs. ordine EC/969/2019 (CIG: Z4A296EABB) relativo al ns. preventivo prot. 00123482/2019, siamo a comunicarvi che a seguito della conclusione delle lavorazioni in oggetto, emetteremo regolare fattura per un importo di

5.383,25 € + iva 22%

Vi preghiamo cortesemente di voler firmare la presente comunicazione per visto e accettazione del contenuto entro il 10 Ottobre 2019, rinviarla al seguente indirizzo email fabio.malpede@airliquide.com

In attesa di Vs. gradito riscontro, l'occasione è gradita per porgervi
Distinti Saluti

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.
Il Regional Manager Area Centro
Gabriele PATERNA



ASL RIETI
INGEGNERIA CLINICA
Ing. Erminio Pace


25/10/19

Pagina 1 di 2

