

Azienda Sanitaria Locale Rieti*U.O.S.D. Ingegneria biomedica clinica e HTA***DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 244 del 21 NOV. 2019

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società F.lli SORRENTINO S.n.c. della sostituzione di n° 24 punti di attacco – rubinetti – collegati ai monitor per dialisi del Centro Dialisi del PO di Rieti. Importo complessivo pari ad € 6.100,00 IVA esclusa. CIG: ZC92A7754A

Pag 1. di 5

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore :
Dott. Roberto Pistorello

Firma



Data

18/11/2019Il Responsabile :
Ing. Erminio Pace

Firma



Data

18/11/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101 AUT. 30/2019

Data

18/11/2019

Firma



Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società F.lli SORRENTINO S.n.c. della sostituzione di n° 24 punti di attacco – rubinetti – collegati ai monitor per dialisi del Centro Dialisi del PO di Rieti. Importo complessivo pari ad € 6.100,00 IVA esclusa. CIG: ZC92A7754A

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.D. INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA E HTA

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.27 del 07.01.2019 si è provveduto all'affidamento in favore della società F.lli SORRENTINO S.n.c. del servizio di manutenzione degli impianti in tecnologia Culligan Italiana Spa in uso presso il P.O. di Rieti, nonché del servizio di manutenzione del sistema di osmosi e degli addolcitori in uso presso la Casa della Salute di Magliano Sabina per il periodo 01.01.2019 – 31.12.19;
- in data 06.09.2019, il Dott. Walter Domenico Valentini, Direttore della U.O.C. Nefrologia e Dialisi della ASL di Rieti, comunicava la necessità della sostituzione di tutti i punti di attacco – rubinetti – ai monitor del Centro Dialisi di Rieti, in numero di 24 (All. n.1);
- che la richiesta è motivata dal fatto che la necessità di installazione di tutti i punti di attacco – rubinetti – ai monitor del Centro Dialisi di Rieti, come indicato dal Dott. Walter Domenico Valentini, sia in acciaio medico in modo da agevolare gli operatori dell'ARPA, negli interventi di campionamento dell'acqua, ai fini della salvaguardia della salute dell'utenza;

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile dell' Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA";

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione del 06.09.2019, durante la quale sono state concordate nuove competenze e linee di attività, successivamente autorizzate dal Direttore Amministrativo, per le strutture UOC ALBS, UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici e della UOSD Ingegneria biomedica clinica e HTA, in merito alle acquisizioni afferenti le apparecchiature elettromedicali, i consumabili e la relativa componentistica (All. n.2);

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società F.Ili SORRENTINO S.n.c. della sostituzione di n° 24 punti di attacco – rubinetti – collegati ai monitor per dialisi del Centro Dialisi del PO di Rieti. Importo complessivo pari ad € 6.100,00 IVA esclusa. CIG: ZC92A7754A

Pag. 3 di 5

VISTA l'autorizzazione del Direttore Sanitario in riferimento alla necessità di acquisto/sostituzione di n°24 punti di attacco – rubinetti – collegati ai monitor per dialisi del Centro Dialisi del PO di Rieti (All. n.3);

VISTO che nel contratto di manutenzione del sistema di osmosi e degli addolcitori in precedenza richiamato, non è inclusa la sostituzione dei punti di attacco – rubinetti;

VISTA: la necessità di assicurare le buone prassi sanitarie offerte all'utenza presso il Centro Dialisi del P.O. di Rieti;

VISTI:

- il preventivo della società F.Ili SORRENTINO S.n.c. per il servizio in oggetto, valutato in € 6.363,20 iva esclusa (All. n.4);
- la nota protocollo della società F.Ili SORRENTINO S.n.c. che, su pressione della UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA, concedeva un ulteriore sconto di € 263,20 sul prezzo inizialmente offerto di € 6.363,20 iva esclusa, per cui l'importo si riduce ad € 6.100,00, iva esclusa (All.n.5);
- la mail della società Baxter S.p.a. con la quale, comunicava che a seguito del sopralluogo effettuato, era impossibilitata fornire un preventivo di spesa, essendo i connettori in uso nell'anello di distribuzione, non compatibili con il Baxter (All.n.6);

RITENUTO pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla società F.Ili SORRENTINO S.n.c., della sostituzione di n° 24 punti di attacco – rubinetti – collegati ai monitor per dialisi del Centro Dialisi del PO di Rieti, per una spesa di € 6.100,00 IVA esclusa;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta (Delibera Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) n.287 del 07.07.2017 prevede: “di esonerare le aziende sanitarie dal richiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione Regionale Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di € 50.000,00 IVA esclusa su base annua”;

DATO ATTO che l'acquisto di tali dispositivi e servizi, di cui alla presente determina viene effettuato con risorse di parte corrente;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società F.Ili SORRENTINO S.n.c. l'acquisto/sostituzione di n° 24 punti di attacco – rubinetti – collegati ai monitor per dialisi del Centro Dialisi del PO di Rieti. Importo complessivo pari ad € 6.100,00 IVA esclusa;

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società F.lli SORRENTINO S.n.c. della sostituzione di n° 24 punti di attacco – rubinetti – collegati ai monitor per dialisi del Centro Dialisi del PO di Rieti. Importo complessivo pari ad € 6.100,00 IVA esclusa. CIG: ZC92A7754A

Pag. 4 di 5

2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 7.442,00 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzioni e riparazioni alle attrezzature sanitarie – esercizio anno 2019;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n.18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n.45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n.33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica Clinica e HTA
Ing. Ermanno Pace

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario f.f.: Dott. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 22 NOV. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 22 NOV. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 22 NOV. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 22 NOV. 2019

IL FUNZIONARIO

Pietro Giulio

R: Nota Arpa URGENTE

ALL. N. 1

Walter Domenico Valentini

ven 06/09/2019 13:16

A: Direzione Generale ASL Rieti <direzione.generale@asl.rieti.it>; Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>
Cc: Pasquale Carducci <p.carducci@asl.rieti.it>; Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>

📎 1 allegati (309 KB)

img-190904100517.pdf;

Buon giorno Ing. Pace, a margine di quanto è stato comunicato nei giorni scorsi dall'Ufficio ARPA di Rieti, peraltro parziale, di alcuni risultati relativi ad un esame eseguito di routine per il controllo del "LAL test" su campione di acqua biosmotizzata in alcune punti predeterminati delle sale dialisi del Centro Dialisi di Rieti, venuto uno negativo ed uno positivo in altro punto di prelievo, si desidera portare a conoscenza chi di competenza che sono stati immediatamente eseguiti nuovi esami di controllo per verificare i primi risultati. I successivi esami, eseguiti nel pomeriggio stesso in accordo con il sottoscritto, la Sig.ra Anna Anotonia Grillotti - Referente di Dialisi - con la Dr.ssa Colacicchi (ARPA Lazio Ri) avevano confermato soltanto la positività, peraltro a mio avviso ancora ben da definire e cosa che sarà fatto entro la settimana prossima, in un solo punto di distribuzione dell'acqua per emodialisi, mentre a fine "anello" il campione era negativo. Tale situazione non è di nocumento ai pazienti in dialisi, né agli operatori del Centro Dialisi. A tal fine, per evitare nel prossimo futuro situazioni che possono generare inutili allarmismi, si torna a CHIEDERE con urgenza la sostituzione di tutti i punti di attacco - rubinetti - ai monitor per dialisi del Centro Dialisi di Rieti, in numero di ventiquattro (24). Gli stessi, devono essere come quelli presenti nel Centro dialisi di M. Sabina, ovvero in acciaio medicale, che hanno sempre consentito di eseguire in maniera più agevole un prelievo dei campioni dell'acqua, senza avere alcun problema di sorta. Tale sostituzione, più volte richiesta nel corso degli ultimi dieci anni, ora improcastinabile, consentirà anche agli operatori dell'ARPA di poter effettuare i prelievi in maniera ancor più adeguata dell'attuale ed evitare così improbabili positività e comunicazioni non complete come successivamente si è verificato a cascata nei giorni scorsi. Sono d'accordo con il programma dell'ulteriore sanitizzazione dell'intero anello di distribuzione che è stato programmato per il giorno 8 p.v. Tanto era dovuto per opportuna conoscenza ed informazione


Cordiali saluti.

Dr. Walter D. Valentini

Dir. UOC Nefrologia e Dialisi - UDD M. Sabina

ASL Rieti.

tel. 0746 860 4172



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577

Verbale

Il giorno 06 del mese di settembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 9.30, presso la sede, sita in Rieti – Via del Terminillo n. 42, blocco n. 2 (c/o stanza del Responsabile UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi) si è svolta una riunione per ridefinire competenze e linee di attività delle strutture UOC ALBS, UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici e della UOSD Ingegneria biomedica clinica e HTA in merito alle acquisizioni afferenti le apparecchiature elettromedicali, i consumabili e la relativa componentistica.

Sono presenti:

- Dott. Andrea Martellucci
- Dr.ssa Emma Giordani
- Ing. Erminio Pace
- Dott. Alessandro Mancini
- Dott. Matteo Palmieri

Dalla riunione è emersa la necessità di aggiornare i componenti della Commissione HTA centrale in tutte le decisioni afferenti la pianificazione degli approvvigionamenti di apparecchiature elettromedicali, a qualunque titolo (acquisto, noleggio, comodato d'uso, ecc.). Per questa ragione verrà presentata, alla Direzione Aziendale, una proposta di modifica/integrazione sia delle figure presenti all'interno della Commissione sia del flusso delle attività poste in essere da quest'ultima.

Per quanto concerne, inoltre, la suddivisione delle aree di competenza degli approvvigionamenti di apparecchiature elettromedicali (consumabili ed accessori inclusi) tra la UOC ALBS e la UOSD Ingegneria biomedica clinica e HTA si è deciso quanto segue:

- 1) saranno di competenza della UOSD Ingegneria biomedica clinica e HTA, le procedure di approvvigionamento per importi (IVA esclusa) inferiori ad € 40.000,00 ove non necessitino atti

- amministrativi di espletamento gare, previa relazione e valutazione tecnica della Commissione HTA e nulla osta della Direzione;
- 2) saranno invece di competenza della UOC ALBS, le procedure di acquisto per importi (IVA esclusa) superiori ad € 40.000,00, previa relazione e valutazione della Commissione HTA e/o nulla osta della Direzione;
 - 3) In entrambi i casi la Commissione HTA sarà previamente chiamata ad esprimersi circa l'opportunità dell'acquisizione, in seguito ad una valutazione che la suddetta effettuerà, tenendo conto dei risvolti tecnici, clinici ed economici complessivi. Solamente in seguito al nulla osta della suddetta Commissione, si potrà avviare l'iter di acquisizione;
 - 4) l'acquisto dei soli consumabili a servizio delle apparecchiature elettromedicali che non prevedono una "gestione di magazzino", verrà gradualmente centralizzata presso la UOSD Ingegneria biomedica clinica e HTA. Al fine di governare il transitorio, si concorda che, per un periodo di alcuni mesi, una volta alla settimana, una risorsa in carico rispettivamente, alla UOC ALBS ed una in carico alla UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici si recherà presso la UOSD Ingegneria biomedica clinica e HTA, per effettuare gli ordini, in modo da formare le risorse a carico di quest'ultima.

Quanto sopra concordato costituisce una proposta condivisa che verrà implementata immediatamente dopo aver acquisito la prevista autorizzazione della Direzione Generale.


La riunione termina alle ore 11:00.

Di quanto precede è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Martellucci

Dr.ssa Emma Giordani

Ing. Erminio Pace



OK
M. Ceccacci
15.01.2017
AZIENDA SANITARIA E.C.R. RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Pace)

M

[Handwritten mark]

ASL
RIETI

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

via dei Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

REGIONE
LAZIO

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

Prot. 53 762Rieti, 24/07/2019Direttore Sanitario f. f.
Dott. Gennaro D'Agostinoe p/c Direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi
Dott. Walter D. Valentini

Oggetto: richiesta autorizzazione acquisto di n° 24 rubinetti da destinare all'impianto di dialisi in uso presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi del PO di Rieti

Con Delibera n. 339/DG del 24/04/2018, la ASL di Rieti ha adottato una procedura aziendale per "Effettuare una richiesta di sostituzione o acquisto di tecnologie e apparecchiature elettromedicali". In ottemperanza a detta procedura aziendale il Dott. Walter D. Valentini ha richiesto l'acquisto/sostituzione di n. 24 rubinetti a servizio dell'impianto di dialisi in uso presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi del PO di Rieti.

Visti i campionamenti periodici effettuati dall'ARPA e la necessità di garantire la sicurezza dei pazienti dializzati, si chiede la prevista autorizzazione, al fine di procedere alla sostituzione di quanto in oggetto.

In allegato alla presente si trasmette:

1. copia della mail di richiesta del Dott. Walter D. Valentini;
2. copia della mail della Società Baxter con la quale comunica l'impossibilità a fornire i rubinetti per incompatibilità tecnica;
3. copia del preventivo inviato dalla società F.lli Sorrentini per la sostituzione di n° 24 rubinetti;
4. copia della nota della società F.lli Sorrentino con la quale concorda un ulteriore sconto rispetto al preventivo di cui al punto precedente.

Cordiali saluti.

Estensore Ing. Marco Risa

Il Dirigente della U.O.S.D. Ingegneria Biomedica

Clinica HTA
Ing. Ermanno Pace

A.S.L. RIETI
Direttore Sanitario Aziendale f.f.
Dott. Gennaro D'Agostino

ALL. N.4

Colligan

CENTRO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI

F.lli SORRENTINO S.n.c.
Sede Legale Via Belluno n. 39/B 01100 VITERBO
Cod. Fiscale e Iscriz. Reg. Imprese di Viterbo 00077280568
R.E.A. di Viterbo n. 49535 - P. Iva 00077280568
Tel. e fax: 0761.220625 - 0761.34576
Pec: fratellisorrentinosnc@cert.cna.it
E-mail: fratellisorrentino@alice.it

Prot. n. 79/2019

Viterbo li 12/09/2019

Spett.le
Azienda USL Rieti
Via del Terminillo, 42

02100 - RIETI

OGGETTO: preventivo - rif Vs mail del

- n. 24 Attacco rapido Femmina G1/4" F AISI316 completo di portagomma G1/4" M	€ 5.916,00	
- n. 24 Attacco rapido Maschio G1/4" AISI 316		
- n. 24 Riduzione PVC Ø 3/8 x 1/4" MF		
	€ 295,80	€ 5.620,20 + Iva
sconto 5%		
- Manodopera tecnico spec. per montaggio		€ 425,00 + Iva
€ 85,00 (festiva/notturna) x h5		€ 198,00 + Iva
- Km percorsi con ns. mezzo n. 220 /A/R)x € 0,90		€ 120,00 + Iva
- Ore di viaggio n. 3 (A/R)		
		€ 6.363,20+ Iva
	Totale	

Iva di Legge : ESCLUSA
Tempi approv. materiale : gg. 15/20 dalla Vs autorizzazione scritta
Trasporto ed imballo : COMPRESI
Montaggio : COMPRESO

In attesa di Vs. riscontro, si inviano cordiali saluti.

Allegati: n. 3

F.lli SORRENTINO S.n.c.
Via Belluno n. 39/B 01100 VITERBO
Cod. Fiscale e Iscriz. Reg. Imprese di Viterbo 00077280568
Tel. e fax: 0761.220625 - 0761.34576

Accessori per Dialisi

DISPOSITIVO DI SCARICO RENE

Il dispositivo di scarico rene a pioggia antirisalita batterica, atto a impedire ogni possibile retroflusso tra la tubazione di scarico e il rene artificiale, è realizzato con sifone interno e struttura in acciaio. Completo di attacco rapido con ritegno per disconnettere il rene artificiale impedendo

fuoriuscite di liquido di scarico dalla tubazione dello stesso.

Catalogo	Descrizione	Prezzo €
2101701	DISPOSITIVO DI SCARICO PER RENE ARTIFICIALE a pioggia	218,00
2101755	ATTACCO RAPIDO FEMMINA NS6 PP con PORTAGOMMA 1/2" SHUTOFF per dispositivo di scarico per rene artificiale	Vedi listino PARTI di RICAMBIO



Accessori vari

Catalogo	Descrizione	Prezzo €
764281	ATTACCO RAPIDO FEMMINA G1/4" F BSPP AISI316L + FKM con PORTAGOMMA G1/4" M BSPP per alimentazione rene artificiale (fig. 2)	Vedi listino PARTI di RICAMBIO
764280	ATTACCO RAPIDO MASCHIO G1/4" BSPP AISI316L + FKM per alimentazione rene artificiale (fig. 3)	Vedi listino PARTI di RICAMBIO
2300336	ATTACCO RAPIDO FEMMINA IN PS 3/8" con PULSANTE per alimentazione rene artificiale (fig. 4)	Vedi listino PARTI di RICAMBIO
2300335	ATTACCO RAPIDO MASCHIO IN PS 3/8" per alimentazione rene artificiale (fig. 5)	Vedi listino PARTI di RICAMBIO



Culligan

CENTRO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI

F.lli SORRENTINO S.n.c.
Sede Legale Via Belluno n. 39/B 01100 VITERBO
Cod. Fiscale e Iscriz. Reg. Imprese di Viterbo 00077280568
R.E.A. di Viterbo n. 49535 - P. Iva 00077280568
Tel. e fax: 0761.220625 - 0761.34576
Pec: fratellisorrentinosnc@cert.cna.it
E-mail: fratellisorrentino@alice.it

Prot. n. 80/2019

Viterbo li 19/09/2019

Spett.le
Azienda USL Rieti
Via del Terminillo, 42

02100 - RIETI

OGGETTO: rif ns prot nr. 79/2019 del 12/09/2019

In riferimento alla Vs richiesta mail del 17/09/2019 e ns. prot in oggetto, si concede un ulteriore sconto sul prezzo offerto di € 6.363,20 + Iva di € 263,20, per cui l'importo si riduce ad € 6.100,00 + Iva.

In attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.

F.lli SORRENTINO S.n.c.
Via Belluno, 39/B 01100 Viterbo
C.F. e P. IVA 00077280568
0761.220625 - 0761.34576

ALL. N. 5

Re: [EXTERNAL] Richiesta preventivo

Indiviso, Giuseppe <giuseppe_indiviso@baxter.com>

gio 19/09/2019 10:12

A: Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>

Cc: Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>

Gentile ING. Risa,

a seguito si sopralluogo effettuato, vi comunichiamo che i nostri connettori non sono compatibili con il materiale dell'anello di distribuzione.

Cordiali saluti

Giuseppe (Pino) Indiviso

Account Manager

Renal Division

BAXTER S.p.A

Piazzale dell'Industria, 20

00144 ROMA

Tel. 06 324911 Fax 06 3221643

Mobile 335 1039733

giuseppe_indiviso@baxter.com

Il giorno 09 set 2019, alle ore 14:57, Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it> ha scritto:

[EXTERNAL - Use caution with any links or attachments.]

Si chiede un preventivo per la sostituzione di n. 24 i punti di attacco (rubinetti) ai monitor per dialisi del Centro Dialisi di Rieti. Nel preventivo va specificato il materiale di costruzione dei rubinetti.

Cordiali saluti

Ing. Marco Risa

Azienda USL Rieti

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica ed HTA

0746/278830

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall'Asl di Rieti e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.

Grazie.