

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. AQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 812 del 27-03-2019


Oggetto: Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società GE Medical Systems Italia S.p.a. dell' intervento di riallineamento orario sulla TAC in uso presso il pronto soccorso del P. O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 900,00 IVA 22% esclusa. CIG: Z2827C28D6

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Estensore

Dott. Scossa Cristian

Firma



Data

27.03.2019

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

27.03.2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.


Voce del conto economico su cui imputare la spesa

503030101 - AUT. 30/2019

Data

02-02-2019

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che;

- con Deliberazione n. 1069/D.G. del 19.10.2009 sono state approvate le risultanze della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., aggiudicata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in favore della GE Medical Systems Italia S.p.a. con sede in Via Galeno, 36 - 20126 Milano, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di una diagnostica TAC modello Lightspeed Vct presso il Polo Ospedaliero "San Camillo de' Lellis" di Rieti comprensiva della manutenzione e assistenza tecnica full-risk nel periodo di garanzia;
- la proposta di fornitura comprendeva l'offerta per un contratto di manutenzione "full-risk" post-garanzia (tubo radiogeno incluso) per un canone annuo pari ad € 109.000,00 IVA esclusa;
- al termine del periodo di garanzia si è reso necessario assicurare, senza soluzione di continuità, lo svolgimento del servizio di manutenzione al fine del mantenimento nel tempo delle caratteristiche e specifiche di prestazione in qualità e sicurezza affidato alla GE Medical Systems Italia S.p.a. con deliberazione n. 929/D.G. del 11.09.2012 per il periodo dal 20.09.2012 al 31.12.2012 alle stesse condizioni di cui alla proposta di fornitura;
- con deliberazione n. 524/D.G. del 23.05.2013 quest'Azienda ha affidato, ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla GE Medical Systems Italia S.p.a. il servizio di manutenzione "full-risk" dell'apparecchiatura TAC oggetto del presente provvedimento per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ad un canone annuo pari a € 116.000,00 (di cui € 109.000,00 canone annuo invariato + € 7.000,00 sistema UPS integrato) per importo di € 348.000,00 oltre IVA per l'intero periodo.
- con deliberazione n. 749/D.G. del 05.07.2016 quest'Azienda ha affidato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, alla GE Medical Systems Italia S.p.a. il servizio di manutenzione "full-risk" ed aggiornamento tecnologico della TAC in uso presso il Pronto soccorso del polo Ospedaliero di Rieti con implementazione del sistema ASIR per la riduzione della dose radiogena erogata al paziente - periodo 01.01.2016 - 31.12.2017;
- con deliberazione 1011/ D.G. del 31.12.2018 preso atto delle attività svolte per interventi di manutenzione sulla TAC in uso presso il Pronto Soccorso del Polo Ospedaliero "San Camillo de' Lellis" di Rieti da parte della ditta GE Medical System Italia Spa nel a tutto il 31.12.2018. Importo complessivo della spesa € 100.000,00 (oltre IVA).

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1537/D.G. del 22.12.2016 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di staff "Ingegneria Clinica" che comprende il ruolo di D.E.C dei contratti attivi ed da attivare relativi alla fornitura, la gestione e la manutenzione delle tecnologie biomediche aziendali, nonché di supporto alla UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ai fini dell'espletamento delle relative procedure di gara e stipula dei contratti;



Oggetto: Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società GE Medical Systems Italia S.p.a. dell' intervento di riallineamento orario sulla TAC in uso presso il pronto soccorso del P. O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 900,00 IVA 22% esclusa. CIG: Z2827C28D6

Pag. 3 di 4

ATTESO che in data 21.02.2019 l' Ingegneria clinica richiedeva alla ditta l'intervento tecnico di riparazione per l' apparecchiatura descritta (All. 1);

PRESO ATTO che in assenza del contratto di manutenzione, l' attività di riallineamento è da ritenersi necessaria a garantire prestazioni sanitarie conformi dal punto di vista medico legale;

VISTO il preventivo (All. n 2) inviato dalla GE Medical Systems Italia S.p.a. dell' intervento di riallineamento orario sulla TAC in uso presso il pronto soccorso;

VISTA la nota prot. 15889 del 21.03.2019 con la quale l' Ingegneria clinica trasmetteva alla scrivente UOC tutte le documentazioni necessarie alla redazione degli atti amministrativi;

VISTO che quest' Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature congiuntamente all' aggiornamento del proprio parco elettromedicale ai fini di un corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell' utenza;

ATTESO che il RUP ha preso atto del preventivo sopra indicato;

PRESO ATTO che quest' Azienda al fine di garantire il normale svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche, ha deciso di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla società GE Medical Systems Italia S.p.a. dell' intervento di riallineamento orario sulla TAC in uso presso il pronto soccorso del P. O. di Rieti;

DATO ATTO che l'acquisto di tali dispositivi e servizi, di cui alla presente determina viene effettuato con risorse di parte corrente;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;


D E T E R M I N A

1. **DI PROCEDERE** all' affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società GE Medical Systems Italia S.p.a. dell' intervento di riallineamento orario sulla TAC in uso presso il pronto soccorso del P. O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 900,00 IVA 22% esclusa.
2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 1.098,00 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle apparecchiature sanitarie e scientifiche – bilancio anno 2019;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Direttore della U.O.C.
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Luciano Quattrini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
~~IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO~~
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 04 APR. 2019


La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 04 APR. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 04 APR. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 04 APR. 2019

IL FUNZIONARIO



AZIENDA U.S.L. - RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

P.IVA 00821180577
Struttura Complessa
Direzione Tecnica
Ufficio Elettromedicali
Tel. 0746/278832 Fax 0746/278833

ALLEGATO N. 1 DI 2
PAGINA N. 1 DI 1

Rieti, 21-02-2019 08:44:30

Spett.

Ditta: GE HEALTHCARE EUROPE GMBH FILIALE ITALIANA

Telefono: 02/26001111

Fax: 800917293

Ufficio: VIA GALENO, 36

Ticket: 2019/259/TICK del: 20-02-2019 19:06

Oggetto: richiesta preventivo

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

Tipologia: TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO

INVENTARIO SIC: 59036

MODELLO: LIGHTSPEED VCT

PRODUTTORE: GE MEDICAL SYSTEMS

MATRICOLA: 418846CN2/A5332112

SCADENZA GARANZIA: -

Centro di Costo: 40756501

building: A01A - OSP. RIETI

unit: A01A-0310 - Radiologia-0310

room: A01A-0310-0311 - DIAGNOSTICA RADIOLOGICA P.S.-0310-0311

Oggetto dell'intervento :

l'orologio del sistema è avanti di quasi un'ora.

si richiede il riallineamento al fine di evitare problemi medico - legali.

Sperando in un sollecito intervento, si inviano distinti saluti .

Ingegneria Clinica
Il Dirigente Responsabile
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.





GE Healthcare

RIFERIMENTI SOCIETARI:

GE Medical Systems Italia S.p.A.
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano
 Telefono (centr.) 02 - 26001-111
 Sede Legale: Via Galeno, 36 - 20126 Milano
 Capitale Euro 5.000.000 interamente versato
 Iscrizione Registro Imprese di Milano 93027710016 R.E.A.
 1689710 C.F. 93027710016 / P.IVA 03663500969

Preventivo nr.: B5847841/02 Data: 26/02/2019	Spett.le: AZIENDA USL RIETI
Vs. richiesta: 2019/259/TICK Data:	VIA MATTEUCCI, 9 REGIONE LAZIO 02100 RIETI
Apparecchiatura: VCT WAUK BASE FV GT2000 Numero Sistema: A5332112 Installata presso: S. CAMILLO DE LELLIS Indirizzo: VIALE J.F. KENNEDY , 02100 RIETI, RI	Codice Cliente: 53473E Alla cortese attenzione di: Ing Erminio Pace

Gentile Cliente,
 con la presente trasmettiamo preventivo di spesa per intervento tecnico di regolazione orario. L'offerta annulla e sostituisce la precedente inviata.

Linea	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto %	Importo Totale
1	Diritto di chiamata	1.00	195.00	100.00	0.00
2	Ore Viaggio	3.00	225.00	-	675.00
3	Ore lavoro	1.00	225.00	-	225.00
Imponibile EURO (Iva Esclusa)					900.00
IVA					22%
Totale Euro (Iva Inclusa)					1,098.00

Condizioni di Fornitura

- Consegna: La più sollecita dopo Vostro ordine.
- Montaggio: escluso.
- Pagamento: 120 giorni data fattura fine mese
- Garanzia: 3 mesi
- Validità offerta: 30 giorni.

Il prezzo indicato prevede il ritiro delle parti guaste.

In caso di mancato o ritardato pagamento la messa in mora avverrà a mezzo raccomandata A/R OSA AL SEGUENTE

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il responsabile commerciale Services di zona
 Stefania Tagliacarne - 02 26001337 mail: Stefania.Tagliacarne@ge.com
 Danilo D'Imperio - 348 2811440

*IN ASSENZA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE
 L'ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE PREVENTIVO
 E' NECESSARIA A GARANTIRE PRESTAZIONI
 SANITARIE CONFORMI ALLE RICHIESTE DE
 RECCO LEGALI SI RICHIEDE MOLTA
 PRESSIONE SULLO SPONSO
 A S I RIETI
 INGEGNERIA CLINICA
 Ing Erminio Pace*

Per accettazione inviare il presente preventivo timbrato e firmato oppure Vs. ordine al fax: AREA SUD - 800917111

Cordiali Saluti,

Ciro Bottino
 Director of Services
 GE Healthcare



GE imagination at work



PER ACCETTAZIONE

Numero Ordine:
 CIG:
 Data:
 Nome Cognome:
 Timbro e Firma:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Anna Petti

In ottemperanza all'art. 3 Legge 13 Agosto 2010 n. 136, si richiede la trasmissione del relativo numero di CIG (Codice Identificativo Gara), al fine di regolarizzare la posizione amministrativa

IN AUTO MATICO DURATA ENTRARE L'ORA SOLARE/LEGALE

[Handwritten signature]

- GALLO + FALLO



GE Healthcare

RIFERIMENTI SOCIETARI:

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano
Telefono (centr.) 02 - 26001-111

Sede Legale: Via Galeno, 36 - 20126 Milano
Capitale Euro 5.000.000 interamente versato
Iscrizione Registro Imprese di Milano 93027710016 R.E.A.
1689710 C.F. 93027710016 / P.IVA 03663500969

Preventivo nr.: B5847841/ 01 Data: 21/02/2019	Spett.le: AZIENDA USL RIETI VIA MATTEUCCI, 9 REGIONE LAZIO 02100 RIETI Codice Cliente: 53473E Alla cortese attenzione di: Ing Erminio Pace
Vs. richiesta: 2019/259/TICK Data: 20/02/2019	
Apparecchiatura: VCT WAUK BASE FV GT2000 Numero Sistema: A5332112 Installata presso: S. CAMILLO DE LELLIS Indirizzo: VIALE J.F. KENNEDY ., 02100 RIETI, RI	

Gentile Cliente,
con la presente trasmettiamo preventivo di spesa per sopralluogo per diagnosi e verifica del guasto, seguirà ulteriore preventivo se necessario.

Linea	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo Totale
1	Diritto di chiamata	1.00	195.00	195.00
2	Ore Viaggio	4.00	225.00	900.00
3	Ore lavoro	4.00	225.00	900.00
Imponibile EURO (Iva Esclusa)				1,995.00
IVA				22%
Totale Euro (Iva Inclusa)				2,433.90

Condizioni di Fornitura

Consegna: La più sollecita dopo Vostro ordine.
Montaggio: escluso.
Pagamento: 120 giorni data fattura fine mese
Garanzia: 3 mesi
Validità offerta: 30 giorni.

Il prezzo indicato prevede il ritiro delle parti guaste.

In caso di mancato o ritardato pagamento la messa in mora avverrà a mezzo raccomandata A/R

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il responsabile commerciale Services di zona
Stefania Tagliacarne - 02 26001337 mail: Stefania.Tagliacarne@ge.com
Danilo D'Imperio - 348 2811440

Per accettazione inviare il presente preventivo timbrato e firmato oppure Vs. ordine al fax: AREA SUD - 800917294

Cordiali Saluti,

Ciro Bottino
Director of Services
GE Healthcare



GE imagination at work



PER ACCETTAZIONE

Numero Ordine:
CIG:
Data:
Nome Cognome:
Timbro e Firma:

In ottemperanza all'art. 3 Legge 13 Agosto 2010 n. 136, si richiede la trasmissione del relativo numero di CIG (Codice Identificativo Gara), al fine di regolarizzare la posizione amministrativa

AZIENDA U.S.L. - RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

P.IVA 00821180577
Struttura Complessa
Direzione Tecnica
Ufficio Elettromedicali
Tel. 0746/278832 Fax 0746/278833

Rieti, 21-02-2019 08:44:30

Spett.

Ditta: GE HEALTHCARE EUROPE GMBH FILIALE ITALIANA

Telefono: 02/26001111

Fax: 800917293

Ufficio: VIA GALENO, 36

Ticket: 2019/259/TICK del: 20-02-2019 19:06

Oggetto: richiesta preventivo

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate:

Tipologia: TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO

INVENTARIO SIC: 59036

MODELLO: LIGHTSPEED VCT

PRODUTTORE: GE MEDICAL SYSTEMS

MATRICOLA: 418846CN2/A5332112

SCADENZA GARANZIA: -

Centro di Costo: 40756501

building: A01A - OSP. RIETI

unit: A01A-0310 - Radiologia-0310

room: A01A-0310-0311 - DIAGNOSTICA RADIOLOGICA P.S.-0310-0311

Oggetto dell'intervento:

l'orologio del sistema è avanti di quasi un'ora.

si richiede il riallineamento al fine di evitare problemi medico - legali.

Sperando in un sollecito intervento, si inviano distinti saluti.

Ingegneria Clinica
Il Dirigente Responsabile
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.

REPORT RISULTATI TX

NOME :AZ.USL RIETI DIR.TEC.UFF.ELETTR.
TEL :0746279714
DATA :21.FEB.2019 09:00

SESSIONE	FUNZIONE	NO.	STAZIONE DESTINAZIONE	DATA	ORA	PAGINA	DURATA	MODO	ESITO
1947	TX	001	0800917293	21.FEB	08:59	001	00h00min33s	63	OK