



Azienda Sanitaria Locale Rieti
U.O.S.D. Ingegneria biomedica clinica e HTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n° 261 del 07 FEB, 2020

Oggetto: Presa d'atto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dell'intervento di sostituzione extracontratto di n.2 testate filtri su apparecchio per osmosi inversa, num. inv. 54622 in uso presso il Centro Dialisi del PO di Rieti da parte della società F.lli SORRENTINO S.n.c.. Importo complessivo pari ad € 1.267,30 IVA esclusa. CIG: Z182BE28DD
Pag 1. di 4


Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore :
Dott. Roberto Pistorello
Firma  Data 05/02/2020

Il Responsabile :
Ing. Erminio Pace
Firma  Data 05/02/2020

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101 AUT. 48/2020

Data 05/02/2020 Firma 
Dott.^{ssa} Antonella Rossetti

Oggetto: Presa d'atto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dell'intervento di sostituzione extracontratto di n.2 testate filtri su apparecchio per osmosi inversa, num. inv. 54622 in uso presso il Centro Dialisi del PO di Rieti da parte della società F.lli SORRENTINO S.n.c.. Importo complessivo pari ad € 1.267,30 IVA esclusa. **CIG: Z182BE28DD**

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.D. INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA E HTA

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 2679 del 30.12.2019 si è provveduto alla prosecuzione dell'affidamento in favore della società F.lli SORRENTINO S.n.c. del servizio di manutenzione degli impianti in tecnologia Culligan Italiana Spa in uso presso il P.O. di Rieti, nonché del servizio di manutenzione del sistema di osmosi e degli addolcitori in uso presso la Casa della Salute di Magliano Sabina per il periodo 01.01.2020 – 31.12.20;

TENUTO CONTO:

- che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA";
- che con atto deliberativo n.339 del 24.04.2018 integrato con atto deliberativo n. 1183 del 31.12.2019 sono state adottate le procedure per avviare l'iter amministrativo per le sostituzioni e gli acquisti di tecnologie e apparecchiature elettromedicali;
- della delega del Direttore Generale n.prot. 72472 del 20.12.2019 al Dirigente della U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA – Ing. Erminio Pace, in materia di sottoscrizione degli atti di natura gestionale;

VISTO che:

- presso il PO di Rieti è in uso un apparecchio tecnologia Culligan per osmosi inversa num.inv. 54622 a servizio del Centro Dialisi;
- durante il controllo di ordinaria manutenzione presso l'impianto di osmosi del reparto emodialisi del PO di Rieti la società F.lli SORRENTINO S.n.c. ha rilevato che le n.2 testate filtri, descritte in oggetto, non effettuano correttamente il lavaggio dei carboni e si rende necessario una loro sostituzione (All.n.1);
- nel contratto di manutenzione del sistema di osmosi in premessa richiamato, non è inclusa la sostituzione di n.2 testate filtri;

Oggetto: Presa d'atto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dell'intervento di sostituzione extracontratto di n.2 testate filtri su apparecchio per osmosi inversa, num. inv. 54622 in uso presso il Centro Dialisi del PO di Rieti da parte della società F.Ili SORRENTINO S.n.c.. Importo complessivo pari ad € 1.267,30 IVA esclusa. CIG: Z182BE28DD

Pag. 3 di 4

- quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature congiuntamente all'aggiornamento del proprio parco elettromedicale ai fini di una corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell'utenza e per garantire la continuità dell'offerta sanitaria;
- il preventivo inviato dalla società F.Ili SORRENTINO S.n.c. relativo al servizio in oggetto, il quale ammonta ad € 1.267,30 IVA esclusa (All.n.2);
- il rapporto di intervento tecnico della società F.Ili SORRENTINO S.n.c del 12.01.2020 riguardante l'intervento di sostituzione extracontratto di n.2 testate filtri su apparecchio per osmosi inversa, descritto in oggetto (All.n.3);

PRESO ATTO da parte del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA" del preventivo sopra indicato per un importo di € 1.267,30 IVA esclusa;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta (Delibera Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) n.287 del 07.07.2017 prevede: "di esonerare le aziende sanitarie dal richiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione Regionale Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di € 50.000,00 IVA esclusa su base annua";

DATO ATTO che l'acquisto di tali dispositivi e servizi, di cui alla presente determina viene effettuato con risorse di parte corrente;


DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'intervento di sostituzione extracontratto di n.2 testate filtri su apparecchio per osmosi inversa, num. inv. 54622 in uso presso il Centro Dialisi del PO di Rieti da parte della società F.Ili SORRENTINO S.n.c.. Importo complessivo pari ad € 1.267,30 IVA esclusa;
2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 1.546,10 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – bilancio anno 2020;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n.18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n.45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n.33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica Clinica e HTA
Ing.  Fulvio Pace

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)



Il Direttore Sanitario f.f.: Dott. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 07 FEB, 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 07 FEB, 2020

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 07 FEB, 2020

in oggetto




per esteso



Rieti li 07 FEB, 2020

IL FUNZIONARIO



F.lli SORRENTINO S.n.c.
Sede Legale Via Belluno n. 39/B 01100 VITERBO
Cod. Fiscale e Iscriz. Reg. Imprese di Viterbo 00077280568
R.E.A. di Viterbo n. 49535 - P. Iva 00077280568
Tel. e fax: 0761.220625 - 0761.34576
Pec: fratellisorrentinosnc@cert.cna.it
E-mail: fratellisorrentino@alice.it

Prot. n. 105/2019

Viterbo li 26/11/2019

Spett.le
Azienda USL Rieti
Via del Terminillo 42

02100 - RIETI

OGGETTO: relazione

Durante il controllo di ordinaria manutenzione presso l'impianto osmosi Rep. Emodialisi, si è riscontrato che le testate valvole filtri a carbone risultano inefficienti (non effettuano correttamente il lavaggio dei carboni).

Le macchine sono datate 2008 ed avendo oltre 10 anni, risulta difficile reperire i pezzi di ricambio per effettuare una corretta riparazione.

Si rende urgente la loro sostituzione per garantire il corretto e continuativo funzionamento dell'impianto, in quanto, non effettuando il lavaggio dei carboni, si rischia l'intasamento delle membrane osmotiche con relativo fermo del servizio.

Tanto si doveva per conoscenza, cordiali saluti.

F.lli SORRENTINO s.n.c.
Via Belluno, n. 39/B 01100 VITERBO
C.F. n. 00077280568
T. 0761.220625 - F. 0761.34576



F.lli SORRENTINO S.n.c.
Sede Legale Via Belluno n. 39/B 01100 VITERBO
Cod. Fiscale e Iscriz. Reg. Imprese di Viterbo 00077280568
R.E.A. di Viterbo n. 49535 - P. Iva 00077280568
Tel. e fax: 0761.220625 - 0761.34576
Pec: fratellisorrentinosnc@cert.cna.it
E-mail: fratellisorrentino@alice.it

Prot. n.106/2019

Viterbo li 26/11/2019

Spett.le
Azienda USL Rieti
Via del Terminillo 42

02100 - RIETI

OGGETTO: preventivo

- Per fornitura e posa in opera di n. 2 testate Filtri a carbone marca Culligan mod HE, con smontaggio delle vecchie testate, posizionamento nuove con ricollegamenti elettrici ed idraulici, lavaggio dei filtri e rimessa in servizio di tutto il sistema:

n. 2 Control HE 1"	€	1.334,00 + Iva	
sconto 5%	€	<u>66,70 + Iva</u>	€ 1.267,30 + Iva

In attesa di Vs. riscontro, si inviano cordiali saluti.

Allegati: n. 1 copia listino

F.lli SORRENTINO S.n.c.
Via Belluno n. 39/B 01100 Viterbo
CF 00077280568
Tel. 0761.220625 - Fax 0761.34576

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO

PREZZO CLIENTI (€)

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO CLIENTI (€)
D1031655	CONTROL,FILT,HE,1.5,DF,EU,FRENCH,GEN2	1.381,0
D1033103	Control, HE 1", Softener, Upflow, Europe, English	667,0
D1033104	Control, HE 1", Softener, Upflow, Europe, French	667,0
D1033106	Control, HE 1" Twin, #2 Upflow, Softener, EU	506,5
D1033111	Control, HE 1", Softener, Upflow, Europe, Italian	667,0
D1033112	Control, HE 1", Softener, Upflow, Europe, Spanish	667,0
D1034085	Control,Soft,HE,1.5,UF,EU,English	937,5
D1034086	Control,Soft,HE,1.5,Twin #2,UF,EU	668,0
D1034087	Control,Fill,HE,1.5,EU,English	918,5
D1034088	Control,Soft,HE,1.5,UF,EU,Italian,Gen2	937,5
D1034089	Control,Fill,HE,1.5,DF,EU,Italian	918,5
D1034090	Control,Soft,HE,1.5,UF,EU,Spanish	937,5
D1034091	Control,Fill,HE,1.5,DF,EU,Spanish	918,5
D1034092	Control,Soft,HE,1.5,UF,EU,French	135,0
D1034093	Control,Fill,HE,1.5,DF,EU,French	484,0
F00566	GALLEGGIANTE MINIMATIC CAVO DA 10MT	361,0
F00765	VALVOLA A FARFALLA PVC-U Ø200 EPDM COD.FE0VLM225E	9,0
F00766	VALVOLA A FARFALLA PVC-U Ø160 EPDM COD.FE0VLM160E	365,0
F01539	GOMITO PVC A TRE VIE 50X50X50 COD. RVOGTI 500	263,0
F01701	SEPARATORE GALVANICO SG95 MW/MV 230VAC	363,0
F02012	ELETTRODO PH CON CAVO DA 10MT COD. 80092001	43,0
F02046	VALVOLA DI RITEGNO NETVITC SYSTEM MOD. 305 D.110 COD. 1015321	15,0
F02222	INTERRUTTORE BASE VARIO SCHNEIDER 3P 25A COD.TEQV0	299,0
F02226	BLOCCO PORTA SCHNEIDER COD.TEQKZ32	12,0
F02329	VALVOLA WAFER NETVITC SYSTEM D.90 COD. 109N022	10,0
F02453	TARGHETTA IN ALLUMINIO (9X9) COLORE ARGENTO	126,0
F02456	TARGHETTA IN ALLUMINIO (8X4) COLORE ARGENTO	210,0
F02516	FILTRO F8 COD.2111000090 PER SOFFIANTE CL22/015	714,0
HH56005256	SOLUZ. ELTTROLITA CCY14-F	2,0
IRQ042	ELETTRODO RX ORBISINT CPS120-7PA21	3,0
P0203705	GASKET RUBBER	18,0
P0440516	INSERT TUBE , 1/2"	1,5
P0443494	ADAPTER, 1/2TX1/2NPTI, CMP	20,0
P0447387	CLIP, DRAIN FITTING	18,0
P0708008	FC WASHER, 7.0 GPM, BLACK	3,0
P1000372	RELIEF	1,5
P1002205	NUT 3/8" - 25PK	38,0
P1006498	KIT, PLUG, DOME	2,5
P1009675	RETAINING CLIP, 1" BYPASS VALVE	3,5
P1009699	O-RING	3,0
P1013669	PIN, TANK CLAMP, 1" VALVE	2,0
P1013894	RESTRICTOR NORYL BLUE	11,0
P1013895	EDUCTOR NOZZLE,BEIGE, W/O-RING	4,5
P1013959	TANK CLAMP, 1" VALVE	3,0
P1014143	THROAT SUPER S	9,5
P1614426	SPACER, FLOW CONTROL	1,5
P1014648	O-RING, LARGE, 1" VALVE TO TANK ADAPT, 25 PCS	22,0
P1017264	KIT, POWER CORD CONNECTOR AMP HSG	4,5
P1016756	ADAPTER, BYPASS, STRAIGHT	3,0
P1015756	CONN TUBE FITTING 3/8" X 1/4"	15,0
P1018871	INSERT 3/8"	4,0
P1019724	ADAPTER 1-1/2" PLASTIC THREADED NPT	3,5
P1020252	SPRING, MAIN PISTON	1,5
P1020286	SPRING, BRINE PISTON	1,5
P1020289	DIAL, DAS	1,5
P1020290	RETAINER, EDUCTOR PLUG	1,5
P1020291	RETAINER, BACKWASH BYPASS	2,0
P1020415	RETAINER, GEAR MOTOR	1,5
P1020424	O-RING, SMALL, EDUCTOR PLUG	1,5
P1020426	O-RING, BRINE PISTON	4,0
P1020427	DIAL, DAS ASSY	1,5
P1020428	O-RING, SMALL, EDUCTOR HOUSING	2,0
P1020431	O-RING, MAIN PISTON	2,5
P1020433	SCREW, GEARBOX SENSOR	6,0
P1020467	EDUCTOR PLUG WITH O-RINGS	5,5
P1020469	FLUG BACKWASH BYPASS ASSEMBLY	9,5
P1020497	MEMBRANE KEYPAD, OVAL W/CONNECTOR GBE	9,0
P1020517	SCREW, GEARBOX	2,0
P1020557	SEAL PACK SEAL BLACK	20,0
P1020581	BRINE ELBOW ASSEMBLY	4,5
P1020603	O-RING, LARGE, EDUCTOR HOUSING	112,0
P1020839	BOOSTER FLUG S/RIMPIAZZO	3,0
P1021162	O-RING, EDUCTOR/BACKWASH BYPASS PLUG	6,5
P1021881	QUAD RING, BRINE PISTON S/RIMPIAZZO	17,0
P1022185	DAS ASSY, 1 1/2"	12,0
P1022242	EDUCTOR ASSEMBLY, PLUGGED	12,0
P1022723	EDUCTOR THROAT ASSEMBLY, BLU	8,5
P1022786	BRINE PISTON W/80 DURO FOR HE 1"	11,0
P1022796	EDUCTOR THROAT ASSEMBLY, BEIGE	6,5
P1023021	KIT, DRAIN ELBOW EXTENDED ASSEMBLY	9,0
P1023036	PLUGGED ELBOW ASSEMBLY	3,5
P1023051	DIAL KIT, DAS LOCKING PLUG	

ALL.N.3

CENTRO AUTORIZZATO

Culligan

DI ASSISTENZA TECNICA
ACCESSORI E RICAMBI

F.LLI SORRENTINO S.n.c.

sede legale Via Belluno n° 39/B 01100-VITERBO
Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Viterbo 00077280568
R.E.A. di Viterbo n. 49535 P.Iva 00077280568
E-Mail: fratellisorrentino@alice.it
Web: www.fratellisorrentino.com
Tel/fax 0761/220625
Cell. 339/5039942

per le zone di:
Viterbo Terni Rieti e provincia

RAPPORTO DI INTERVENTO NR. _____ /E

del 12/10/2020 richiesto 1/2 PREVENTIVO

cliente USC RIETI via DEE TERAMINICO 42

città RIETI tel _____

Partita I.V.A _____ Cod. Fiscale _____

PEC _____

Codice Fatturazione elettronica _____

Relazione lavori eseguiti: REP. EMODIALISI
PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IN 2 TESTATE HE 1^{MA} A SERVIZIO
FILINI CARBONI CON GRONIA 6610
VECCHIE POSIZIONAMENTO NUOVE
CON RICOLLEGAMENTI MANUALE ED
ELETTRICI. CON REGOLAZIONE VARI.
E MESSA IN SERVIZIO.

Modalità di pagamento: _____

Banca d'Appoggio: _____ ABI _____ CAB _____

Cod. IBAN: _____

Km. percorsi: _____ Ore di viaggio: _____ Ore di lavoro: _____

ore di lavoro officina _____

Firma del Tecnico [Signature]

Firma del cliente [Signature]

[Handwritten mark]