

AZIENDA U.S.L. - RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

P.IVA 00821180577
Ingegneria Clinica
Tel. 0746/278832 Fax 0746/278833

Rieti, 15-10-2020 14:50:34

Spett.

Ditta: DUEFFE 2000

Telefono: 06/39726428

Fax: 06/39751799

Ufficio: VIA BORGHETTO MADONNA DEL POZZO, 7

Ticket: 2020/974/TICK del: 28-08-2020 12:28

Oggetto: richiesta preventivo

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

Tipologia: FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE FLESSIBILE

INVENTARIO SIC: 62539

MODELLO: 11301BNX

PRODUTTORE: STORZ KARL GMBH & CO KG

MATRICOLA: 24212

SCADENZA GARANZIA: 26-09-2021 00:00

Centro di Costo:

building: A01A - OSP. RIETI unit: A01A-0314 - Anestesia/Rianimazione-0314 room: A01A-0314-T0001 - Terapia Intensiva-0314-T0001

Oggetto dell'intervento :

LA PUNTA DEL FIBROSCOPIO SI CURVA DA UNA PARTE SOLO A META'

Sperando in un sollecito intervento, si inviano distinti saluti .

Ingegneria Clinica
Il Dirigente Responsabile
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.