

PROT. 67318/20  
DEL 26/10/2020

VERBALE DEL 19 Giugno 2020

**Attività di monitoraggio e controllo sul contratto di appalto:** affidamento del servizio per sette anni di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche di proprietà e in uso presso la Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Delibera di aggiudicazione definitiva: n. 420/DG del 16.06.2014

**Azienda aggiudicataria:** EBM Elettronica Bio Medicale S.r.l. (successivamente ALTHEA ITALIA SPA) - ADDENDUM AL CONTRATTO: 01/09/2014 - CIG: 3666880519

L'anno 2020 il giorno 19 del mese di Giugno in Rieti, presso gli uffici assegnati alla U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA della ASL di Rieti, si sono incontrati i signori:


- Ing. Erminio Pace, Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA - ASL Rieti;
- Ing. Marco Risa, Assistente della U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA - ASL Rieti;
- Ing. Giambattista, Longo Responsabile tecnico di Area per Althea Italia S.p.a.;
- Ing. Alessandro Fortuna, Responsabile di Commessa per Althea Italia S.p.a.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e sulla scorta dei documenti di gara

PREMESSO CHE:

a seguito del verbale condiviso in data 16/01/2020, con nota prot. n. 31588 del 03/06/2020, i referenti del Global Service (Althea) sono stati convocati per il giorno **19/06/2020** alle ore 12.00 per un incontro presso la U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA, avente i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Non è stato da seguito a quanto stabilito con il verbale del 16/01/2020. Al contrario permangono le medesime criticità:
  - a. risultano, ad oggi, diversi interventi di riparazione da troppo tempo non portati a compimento. Althea ha fornito tutte le argomentazioni e controdeduzioni in ordine ai rilievi sollevati dalla ASL. Gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva hanno tempistiche di intervento e risoluzione superiori a quanto stabilito nella documentazione contrattuale;
  - b. La compensazione per disservizi che prevedeva l'integrazione del parco macchine con n° 2 Videoprocessori per colonne endoscopiche non ha avuto seguito;
2. come stabilito con Addendum al Contratto in data 01/09/2014, in questa sede, viene concordata la tipologia e i tempi di ordine/collaudo per le apparecchiature elettromedicali che la Società Althea fornirà alla ASL di Rieti in sostituzione delle apparecchiature obsolete o in end of life.



ACQUISITO CHE

La U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA propone di sostituire le apparecchiature elettromedicali, che si trovano in fine vita e che sono critiche per la continuità dell'attività sanitaria dei reparti ospedalieri, secondo il calendario riportato nelle seguenti tabelle:

APPARECCHIATURA	U.O.	VALORE
LINFONODO SENTINELLA	BLOCCO OPERATORIO	€ 45.000,00
POMPA DI LAVAGGIO	GASTROENTEROLOGIA	€ 6.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 51.500,00</b>
<b>GLI ORDINI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO LUGLIO E IL COLLAUDO ENTRO E NON OLTRE SETTEMBRE 2020</b>		

APPARECCHIATURA	U.O.	VALORE
VIDEOGASTROSCOPIO HD SOTTILE	GASTROENTEROLOGIA	€ 20.000,00
APPARECCHIATURA PER ANESTESIA	BLOCCO OPERATORIO	€ 37.000,00
APP. PER ELETRTOMEDICINA	POLIAMBULATORI	€ 3.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 60.000,00</b>
<b>GLI ORDINI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO FEBBRAIO E IL COLLAUDO ENTRO E NON OLTRE MARZO 2021</b>		

APPARECCHIATURA	U.O.	VALORE
TAVOLO TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO	RADIOLOGIA	€ 200.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 200.000,00</b>
<b>GLI ORDINI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO LUGLIO 2021 E IL COLLAUDO ENTRO E NON OLTRE AGOSTO 2021</b>		

La tipologia e l'ubicazione delle apparecchiature da collaudare entro il 2021 potrebbe essere oggetto di variazione, ma non l'entità del valore economico complessivo. Stante quanto sopra, la ASL di




Rieti, intende ritardare l'emissione degli ordini relativi ai canoni del 2020 e del 2021, qualora la Società Althea Italia S.p.a. non porti a compimento le criticità sopra elencate e non adempia alla fornitura e al collaudo delle apparecchiature, secondo la cronologia indicata nelle tabelle sopra riportate.

#### RISCONTRATO CHE

La Società Althea Italia S.p.a. prende atto delle richieste della ASL di Rieti. La stessa Società si impegna a chiudere le criticità sopra elencate e concorda sulla pianificazione riportata nelle tabelle di cui alle precedenti pagine e si dichiara disposta ad accettare l'eventuale sospensione dei pagamenti in caso di ritardi o mancati adempimenti.

La presente proposta, sottoscritta dai presenti, verrà trasmessa alla Direzione Amministrativa Aziendale.

Letto confermato e sottoscritto.

Rieti li, 19 Giugno 2020

Per la Società Althea

  
ALTHEA ITALIA S.p.A.  
Il Direttore Generale  
Mauro CAREGNATO

A.S.L. Rieti  
UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA  
Direttore Ing. Erminio PACE

Per la Stazione Appaltante



