

**HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL a socio unico**

Viale Dell'Industria, 11  
 35010 - RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA PD  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 04211270287  
 Tel.: 049 9070367 - Fax: 049 9070488  
 padova@hanna.it - www.hanna.it

**Offerta nr:** 6405-20**Data:** 20/08/2020**All'attenzione di:** Marta Fiocchi  
e-mail: m.fiocchi@asl.rieti.it**Fatturazione**

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
 UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
 Via del Terminillo,42  
 02100 Rieti (RI)  
 IT  
 Tel. 0746.2781  
 P.IVA: 00821180577 - Cod. Fisc:

**Destinazione**

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
 UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
 Via del Terminillo,42  
 02100 Rieti (RI)  
 IT

Codice	Prodotto	Qtà	Listino	Imponibile	IVA
HI701	Checker HC - Colorimetro tascabile per Cloro Libero	5	55,00	275,00	22%
HI701-25	Kit reagenti in polvere di ricambio per cloro libero (HI701), 25 test Kit di reagenti in polvere per Checker Cloro Libero (HI701), 25 test	25	9,00	225,00	22%
HI99556-10	Termometro portatile a raggi infrarossi (scala da -20.0 a 199.9 C) e sonda a termistore, per uso alimentare	5	198,00	990,00	22%
<b>Subtotale:</b>				EURO 1.490,00	
<b>Spese spedizione:</b>				EURO 17,08	
<b>IVA:</b>				EURO 327,80	
<b>Totale:</b>				<b>EURO 1.834,88</b>	

**Note****Pagamento:** BBA - BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO**Porto:** F.CO CON ADDEBITO IN FATTURA**Vettore:**

In attesa di un gradito riscontro, resto a disposizione per ulteriori informazioni  
 Distinti saluti,

**MAURIZIO CORRADO**  
 Tel. 349 8815480  
 maurizio.corrado@hanna.it

**VALIDITA' OFFERTA 30 GG****Minimo Fatturabile: 100 Euro al netto IVA**

Condizioni di vendita e garanzia disponibili sul sito www.hanna.it.  
 PRIVACY: Ai sensi dell'art. 10 del 31/12/95 n. 675 si informa che i dati forniti nel presente documento sono vincolati all'uso esclusivo della società Hanna Instruments Italia srl per adempimenti contabili, contrattuali e fiscali.

Firma per accettazione

# HI 701

## Colorimetro tascabile per Cloro Libero



### Descrizione

## Più semplice da usare e più accurato dei kit per test chimici

Metodo DPD approvato EPA. Accuratezza  $\pm 0.03$  ppm (mg/l)  $\pm 3\%$  della lettura. Risoluzione 0.01 ppm (mg/l). Spegnimento automatico.

## Dedicato ad un singolo parametro

Progettato per funzionare con i reagenti in polvere HANNA e cuvette da 10 ml.

## Piccole dimensioni, grande convenienza

Checker@HC pesa solo 64 g e sta comodamente nel palmo della mano o in tasca. È l'ideale per analisi rapide e precise sul campo. Un unico tasto consente di effettuare tutte le operazioni. Funziona con una sola batteria AAA.

## Ideale per

Piscine e terme, igiene di frutta e verdura, disinfezione, acqua potabile e controlli qualità.

## Specifiche

Parametro	Valore
Scala Cloro Libero:	da 0.00 a 2.50 ppm (mg/l)
Risoluzione Cloro Libero:	0.01 ppm (mg/l)
Precisione cloro:	3% della lettura $\pm 0.03$ ppm (mg/l) a 25°C
Sorgente luminosa:	LED a 525 nm
Rilevatore di luce:	Fotocellula al silicio
Condizioni di utilizzo:	da 0 a 50°C; U.R. max 95% senza condensa
Alimentazione:	1 batteria da 1.5V AAA
Spegnimento automatico:	dopo 2 minuti di inattività e dopo la lettura
Dimensioni e peso:	81.5 x 61 x 37.5 mm / 64 g
Metodo:	Adattamento del metodo USEPA 330.5
Parametro:	Cloro libero

## Accessori consigliati



[HI 701-25](#)

Kit reagenti in polvere di ricambio per colorimetri tascabili, Cloro Libero (25 test)



[HI 701-50](#)

Kit reagenti in polvere di ricambio per colorimetri tascabili, Cloro Libero (50 test)



[HI 701-75](#)

Kit reagenti in polvere di ricambio per colorimetri tascabili, Cloro Libero (75 test)



[HI 731321](#)

**Cuvetta di misura in vetro**

Cuvetta di misura in vetro (dia 16 mm; h 63 mm), con sottotappo, per fotometri serie HI937xx e HI832xx (4 pz.)



[HI 93703-50](#)

**Soluzione di pulizia cuvette, flacone da 230 ml**

Soluzione di pulizia cuvette, flacone da 230 ml

## Accessori

[HI 701-25](#)

Kit reagenti in polvere di ricambio per colorimetri tascabili, Cloro Libero (25 test)

[HI 701-50](#)

Kit reagenti in polvere di ricambio per colorimetri tascabili, Cloro Libero (50 test)

[HI 701-75](#)

Kit reagenti in polvere di ricambio per colorimetri tascabili, Cloro Libero (75 test)

## In dotazione

HI 701 CheckerHC è fornito completo di 2 cuvette, reagenti per 20 test, 1 batteria da 1.5V AAA e manuale.