

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
http://www.asl.rieti.it- C.F. e P.I. 00821180577

UOC CARDIOLOGIA
Il Direttore: Dott. Amir Kol

PROT. 0034661/20

Dott.ssa Mariacarla CARDUCCI
UOC ALBS
ASL RIETI

Dott. Andrea MARTELLUCCI
Responsabile UOC ALBS
ASL RIETI

19 Giugno 2020

Oggetto: Vs nota prot. 0034613 del 19.06.20


Gent.mi in indirizzo,

In merito a quanto in oggetto, le caratteristiche tecniche richieste per lo stimolatore da elettrofisiologia sono le seguenti:

- Dimensioni e peso ridotti con moduli separabili
- Controllo intuitivo mediante rotella o touchscreen
- Protocolli di stimolazione personalizzabili
- Utilizzabile in diversi allestimenti della sala di elettrofisiologia
- Utilizzabile con qualsiasi catetere da elettrofisiologia
- Integrabilità con qualsiasi poligrafo
- Integrabilità con qualsiasi sistema di mappaggio
- Cavi di alimentazione e connessione inclusi di varie dimensioni fino a 30 metri
- Upgrading software e hardware
- Eventuali accessori e migliorie

Non sono previsti consumabili

Cordiali saluti


Azienda Sanitaria Locale Rieti
Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice
U.O.C. Cardiologia
Direttore Dr. Kol Amir