

**R: Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 1**


Fabio Fiormente <f.fiormente@asl.rieti.it>

ven 24/07/2020 09:30

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Buongiorno,

l'unica offerta idonea è quella della ditta Sistema srl l'altra offre un prodotto diverso da quello richiesto saluti



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**Dr. Prof. Fabio Fiormente**

**Direttore UOC Oftalmologia e Dipartimento di Chirurgia AUSL/Rieti**

**tel. 0746/278285-fax 0746/27848**

**cellulare +393402727642, n° breve 15179**



---

**Da:** Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

**Inviato:** lunedì 13 luglio 2020 16:19

**A:** Fabio Fiormente <f.fiormente@asl.rieti.it>

**Oggetto:** Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 1

Spett.le Dr. Fiormente,

**Re: Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 2**

Fabio Fiormente <f.fiormente@asl.rieti.it>

Lun 27/07/2020 18:06

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Buona sera

Risultano conformi a quanto richiesto nel capitolato del lotto 2 i prodotti offerti da Sistema e Medikavision. I prodotti della ditta Dm sono privi di etichette di tracciabilità, Mentre Tecmed e OPTOMEDICA offrono MICROMED sulla cui pericolosità o già relazionata

**Dr. Prof. Fabio Fiormente**

*Direttore U.O.C. Oftalmologia e Dipartimento di Chirurgia AUSL-RIETI*

0746/27-8285-8485

Numero breve 15179

Cellulare 3402727642

**R: Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 3**


Fabio Fiormente <f.fiormente@asl.rieti.it>

mar 14/07/2020 08:46

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Buongiorno,

l'unico prodotto corrispondente a quanto richiesto è quello della Sistema srl (FLUORON) gli altri infatti non sono in siringa preimpilata ma in bombole e devono essere manualmente trasferiti in siringa dalla strumentista. Questo procedimento, oltre che potenzialmente inquinante, determina una potenziale modifica della percentuale di gas.  
cordiali saluti



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**Dr. Prof. Fabio Fiormente**

**Direttore UOC Oftalmologia e Dipartimento di Chirurgia AUSL/Rieti**

**tel. 0746/278285-fax 0746/27848**

**cellulare +393402727642, n° breve 15179**



---

**Da:** Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

**Inviato:** lunedì 13 luglio 2020 16:11

**A:** Fabio Fiormente <f.fiormente@asl.rieti.it>

**Oggetto:** Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 3

**R: Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 4**


Fabio Fiormonte <f.fiormonte@asl.rieti.it>

mar 14/07/2020 08:41

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Buongiorno,

l'unico prodotto corrispondente a quanto richiesto è quello della Sistema srl (FLUORON) gli altri infatti non sono in siringa preimpita ma in bombole e devono essere manualmente trasferiti in siringa dalla strumentista. Questo procedimento, oltre che potenzialmente inquinante, determina una potenziale modifica della percentuale di gas.  
cordiali saluti



SETTEMA SANITARIO REGIONALE



**Dr. Prof. Fabio Fiormonte**

**Direttore UOC Oftalmologia e Dipartimento di Chirurgia AUSL/Rieti**

**tel. 0746/278285-fax 0746/27848**

**cellulare +393402727642, n° breve 15179**



---

**Da:** Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

**Inviato:** lunedì 13 luglio 2020 16:08

**A:** Fabio Fiormonte <f.fiormonte@asl.rieti.it>

**Oggetto:** Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 4

Spett.le Dr. Fiormonte,

**R: Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 5 - errata corrige**


Fabio Fiormente <f.fiormente@asl.rieti.it>

ven 24/07/2020 10:43

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Buongiorno

risultano idonei i prodotti offerti dalle ditte: SISTEMA, BIOPHISICA e MEDIKAVISION il prodotto offerto da DIEMME manca di etichette di tracciabilità da applicare in cartella e registro operatorio mentre TECMED e OPTOMEDICA offrono entrambi i prodotti MICROMED sulla cui scarsa sicurezza ho già ampiamente relazionato perchè erano quelli offerti in gara tivoli dalla Tecnoftalmica saluti



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**Dr. Prof. Fabio Fiormente**

**Direttore UOC Oftalmologia e Dipartimento di Chirurgia AUSL/Rieti**

**tel. 0746/278285-fax 0746/27848**

**cellulare +393402727642, n° breve 15179**



---

**Da:** Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

**Inviato:** lunedì 13 luglio 2020 16:13

**A:** Fabio Fiormente <f.fiormente@asl.rieti.it>

**Oggetto:** i: Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 5 - errata corrige

**Re: Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 6**

Fabio Fiormente <f.fiormente@asl.rieti.it>

Lun 13/07/2020 16:08

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Parere favorevole, quanto offerto corrisponde a quello richiesto  
Cordiali saluti

**Dr. Prof. Fabio Fiormente**

*Direttore U.O.C. Oftalmologia e Dipartimento di Chirurgia AUSL-RIETI*

0746/27-8285-8485

Numero breve 15179

Cellulare 3402727642

Il giorno 13 lug 2020, alle ore 15:59, Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it> ha scritto:

Spett.le Dr. Fiormente,

con riferimento al lotto 6 "Fluoron GmbH F6H8 Sostituto Vitreale (o equivalente)" relativo alla procedura di cui in oggetto, si invia la documentazione tecnica dell'unica ditta che ha prodotto offerta, con preghiera di esprimere parere tecnico circa la rispondenza della stessa a quanto si necessita.

Cordiali saluti

---

Dott. Matteo Palmieri  
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Tel. 0746-279530  
Fax. 0746-278730

**Re: Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 8**

Fabio Fiormente <f.fiormente@asl.rieti.it>

Lun 13/07/2020 16:08

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Si esprime parere favorevole  
Cordiali saluti

**Dr. Prof. Fabio Fiormente**

*Direttore U.O.C. Oftalmologia e Dipartimento di Chirurgia AUSL-RIETI*

*0746/27-8285-8485*

*Numero breve 15179*

*Cellulare 3402727642*

Il giorno 13 lug 2020, alle ore 15:57, Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it> ha scritto:

Spett.le Dr. Fiormente,

con riferimento al lotto 8 "Lente a contatto (LAC) terapeutica" relativo alla procedura di cui in oggetto, si invia la documentazione tecnica dell'unica ditta che ha prodotto offerta, con preghiera di esprimere parere tecnico circa la rispondenza della stessa a quanto si necessita.

Cordiali saluti

---

Dott. Matteo Palmieri  
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Tel. 0746-279530  
Fax. 0746-278730

**Re: Richiesta placet tecnico RDO fornitura materiale oftalmologico - LOTTO 9**

Fabio Fiormente <f.fiormente@asl.rieti.it>

mar 14/07/2020 09:07

A: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

La lente corrisponde a quanto richiesto  
Cordiali saluti

**Dr. Prof. Fabio Fiormente**

*Direttore U.O.C. Oftalmologia e Dipartimento di Chirurgia AUSL-RIETI*

0746/27-8285-8485

Numero breve 15179

Cellulare 3402727642

Il giorno 13 lug 2020, alle ore 15:56, Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it> ha scritto:

Spett.le Dr. Fiormente,

con riferimento al lotto 9 "Lente da camera anteriore" relativo alla procedura di cui in oggetto, si invia la documentazione tecnica dell'unica ditta che ha prodotto offerta, con preghiera di esprimere parere tecnico circa la rispondenza della stessa a quanto si necessita.

Cordiali saluti

---

Dott. Matteo Palmieri  
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Tel. 0746-279530  
Fax. 0746-278730