

AZIENDA U.S.L. - RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

P.IVA 00821180577
Ingegneria Clinica
Tel. 0746/278832 Fax 0746/278833

Rieti, 19-07-2021 13:35:33

Spett.

Ditta: MED HEALTH TECHNOLOGIES

Telefono: 0498862944

Fax: 0498312017

Ufficio: VIALE DELLE OLIAMPIADI, 33

Ticket: 2021/705/TICK **del:** 07-06-2021 11:36

Oggetto: richiesta preventivo

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

Tipologia: LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO

INVENTARIO SIC: 82136

MODELLO: 3720 DELTA 4

PRODUTTORE: INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA

MATRICOLA: 20071050

SCADENZA GARANZIA: 24-02-2022 00:00

Centro di Costo:

building: A01A - OSP. RIETI **unit:** - TECNOSTRUTTURA **room:** - TERAPIA SUB-INTENSIVA

Oggetto dell'intervento :

LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO MALVESTIO, MODELLO 3720 DELTA 4, MATRICOLA 20071050: SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO SUL LETTO DELLA STANZA N. 17 , UBICATO PRESSO LA MEDICINA AD ALTA INTENSITA' DI CURA, 4° PIANO DELL'OSPEDALE DI RIETI: E' ROTTA LA SPINA. IL LETTO , OCCUPATO DA UN PAZIENTE, NON SI ALZA E NON SI ABBASSA, RIMANE FISSO.

URGENTISSIMO.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O EVENTUALI ACCORDI, SI PREGA CONTATTARE LA REFERENTE MARCHIONI LILIANA SUL N. CELL. 340 9813747.

GRAZIE.

Sperando in un sollecito intervento, si inviano distinti saluti .

Ingegneria Clinica
Il Dirigente Responsabile
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.