

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b> <i>UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA</i>	
Oggetto: affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società MED Health Technologies s.r.l. dell'intervento di ripristino funzionale del Monitor Multiparametrico, in uso presso la Tecnostruttura T.I. del PO De Lellis di Rieti. Emergenza Sanitaria COVID-19 - Ordinanza n. 1 e 2/2020 della ASL di Rieti	
Importo complessivo pari ad € 1375,00 IVA esclusa. <b>CIG: Z3E3119CBC</b>	
Estensore: Sig./Dott. Marchetti Ivan	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.	
Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Pace Erminio	
Data 26/03/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Dirigente.: Dott. Pace Erminio	
Data 26/03/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101	
Autorizzazione: AUT. 60/2021	
Data 30/03/2021	Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società MED Health Technologies s.r.l. dell'intervento di ripristino funzionale del Monitor Multiparametrico, in uso presso la Tecnostruttura T.I. del PO De Lellis di Rieti. Emergenza Sanitaria COVID-19 - Ordinanza n. 1 e 2/2020 della ASL di Rieti  
Importo complessivo pari ad € 1375,00 IVA esclusa. CIG: Z3E3119CBC

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### ***IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA***

#### **TENUTO CONTO:**

- che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA";
- che con atto deliberativo n.339 del 24.04.2018, integrato con atto deliberativo n. 1183 del 31.12.2019, modificata con Delibera n. 85 del 24.12.2020 sono state adottate le procedure per avviare l'iter amministrativo per le sostituzioni e gli acquisti di tecnologie e apparecchiature elettromedicali;

#### **PREMESSO che:**

- con il DL n. 18/20 recante "misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico delle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni in L. 27/2020 e, in particolare, con l'art. 122, sono stati disciplinati la nomina, le funzioni ed i poteri di un "Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19";
- con DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020 e, in particolare, con l'art. 2, comma 11, il suddetto Commissario straordinario è stato incaricato, tra l'altro, di provvedere alla realizzazione di strutture movimentabili, di cui al comma 3 dello stesso articolo, ex art. 122 del citato DL 18/2020;
- a seguito di quanto sopra specificato, è stata effettuata la fornitura e posa in opera a cura della società MED Health Technologies s.r.l. di una Tecnostruttura, modulo da adibire a dieci nuove postazioni di terapia intensiva Covid presso il P.O. San Camillo de Lellis di Rieti;

### **RILEVATO:**

- che quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature del proprio parco elettromedicale ai fini di una corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell'utenza e per garantire la continuità dell'offerta sanitaria;

### **CONSIDERATO CHE:**

- presso la TECNOSTRUTTURA T.I. del PO di Rieti è in uso una Centrale di Monitoraggio dotata di Monitor Philips, inventario n° 82118, modello Intellivue MX 550, Matricola DE671R7884;
- in data 18.03.2021, la UOC Anestesia e Rianimazione, cui afferisce la predetta Tecnostruttura, ha effettuato una richiesta di intervento tecnico per il mancato funzionamento dell'apparecchio di cui al punto precedente, TICK ASL 2021/346 (All.1);
- a seguito di verifica tecnica si è riscontrato che il tipo di danneggiamento è stato causato danno accidentale. Nello specifico, durante la movimentazione di un paziente (il cavo di rete del Monitor è presumibilmente rimasto attaccato) si è strappato il connettore della scheda;

### **DATO ATTO**

- che il predetto guasto comporta l'impossibilità di utilizzare l'apparecchio di cui al punto precedente, da parte del personale sanitario;
- che, in virtù della natura accidentale del danno, non coperto da garanzia, la società MED Health Technologies s.r.l., fornitrice del modulo della predetta Tecnostruttura, ha predisposto un preventivo per la riparazione del Monitor, comprensivo di sostituzione della scheda, prove funzionali e invio di un muletto sostitutivo per minimizzare i tempi di fermo macchina;
- che la Direzione Sanitaria Aziendale è stata informata con mail della UOSD Ing Biologica Clinica e HTA
- che la riparazione riveste carattere di massima urgenza, in relazione all'attività legata all'emergenza sanitaria da Covid-19 nella citata Tecnostruttura;

### **VISTO:**

il preventivo del 22/03/2021, rimesso dalla società MED Health Technologies s.r.l., per la sostituzione delle parti in lista, prove funzionali del Monitor e invio muletto, di cui al punto precedente, pari a € 1.375,00 iva esclusa (All. 2);

**PRESO ATTO** da parte del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e dell'acquisizione del preventivo di cui sopra;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e richiamato l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione con modifica del D.L. n.76/2020 (Decreto Semplificazioni), il quale, in deroga al citato articolo 36, dispone che: "Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";*

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società MED Health Technologies s.r.l. dell'intervento di ripristino funzionale del Monitor Multiparametrico, in uso presso la Tecnostruttura T.I. del PO De Lellis di Rieti. Emergenza Sanitaria COVID-19 - Ordinanza n. 1 e 2/2020 della ASL di Rieti  
Importo complessivo pari ad € 1375,00 IVA esclusa. CIG: Z3E3119CBC

**VISTO** inoltre l'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, secondo il quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. (...) Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute (...);*

**RITENUTO** pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i alla società MED Health Technologies s.r.l. il servizio di ripristino funzionale del Monitor, inventario n° 82118, modello Intellivue MX 550, in uso presso la TECNOSTRUTTURA T.I. del PO De Lellis di Rieti;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta (Delibera Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) n. 287 del 07.07.2017 prevede: “di esonerare le aziende sanitarie dal richiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione Regionale Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di € 50.000,00 IVA esclusa su base annua”;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i alla società MED Health Technologies s.r.l. del servizio di ripristino funzionale del Monitor, inventario n° 82118, modello Intellivue MX 550, in uso presso la TECNOSTRUTTURA T.I. del PO De Lellis di Rieti. Importo complessivo pari a € 1375,00 iva esclusa:
2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari a € 1.677,50 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2021 - AUT. 60/2021;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D.  
Ingegneria Biomedica e Clinica  
Ing. Erminio Pace

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società MED Health Technologies s.r.l. dell'intervento di ripristino funzionale del Monitor Multiparametrico, in uso presso la Tecnostruttura T.I. del PO De Lellis di Rieti. Emergenza Sanitaria COVID-19 - Ordinanza n. 1 e 2/2020 della ASL di Rieti  
Importo complessivo pari ad € 1375,00 IVA esclusa. CIG: Z3E3119CBC  
VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 30/03/2021          Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data