

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE <i>UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA</i>	
Oggetto: affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società ALTHEA S.p.A. per la fornitura di parti di ricambio per la riparazione del Ventilatore polmonare Mindray, in uso presso la UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. De Lellis di Rieti. Emergenza Sanitaria COVID-19 - Ordinanza n. 1 e 2/2020 della ASL di Rieti	
Importo complessivo pari ad € 1.009,60 IVA esclusa. CIG Z44317AA83	
Estensore: Sig./Dott. Marchetti Ivan	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.	
Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Pace Erminio	
Data 23/04/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Dirigente.: Dott. Pace Erminio	
Data 23/04/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101	
Autorizzazione: AUT. 60/2021	
Data 27/04/2021	Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società ALTHEA S.p.A. per la fornitura di parti di ricambio per la riparazione del Ventilatore polmonare Mindray, in uso presso la UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. De Lellis di Rieti. Emergenza Sanitaria COVID-19 - Ordinanza n. 1 e 2/2020 della ASL di Rieti

Importo complessivo pari ad € 1.009,60 IVA esclusa. CIG Z44317AA83

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

TENUTO CONTO:

- che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA";
- che con atto deliberativo n. 339 del 24.04.2018, integrato con atto deliberativo n. 1183 del 31.12.2019, modificata con Delibera n. 85 del 24.12.2020 sono state adottate le procedure per avviare l'iter amministrativo per le sostituzioni e gli acquisti di tecnologie e apparecchiature elettromedicali;

PREMESSO che:

- presso la UOC Anestesia e Rianimazione del PO di Rieti è in uso un Ventilatore polmonare Mindray, inventario n° 81554, modello SV600;
- in data 01.04.2021, la UOC Anestesia e Rianimazione del PO di Rieti ha effettuato una richiesta di intervento tecnico alla UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA per il mancato funzionamento dell'apparecchio di cui al punto precedente, TICK ASL 2021/419 (All.1);
- la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha inoltrato la richiesta di intervento tecnico alla società Althea S.p.A., affidataria del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche di proprietà della ASL Rieti;
- a seguito di verifica tecnica si è riscontrato che il mancato funzionamento del Ventilatore di cui sopra è stato causato dalla perdita nel reparto delle valvole inspiratorie ed espiratorie;

CONSIDERATO che:

- il pieno ripristino funzionale implica la necessaria fornitura delle suddette parti, necessarie ai fini del funzionamento dell'apparecchiatura citata;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società ALTHEA S.p.A. per la fornitura di parti di ricambio per la riparazione del Ventilatore polmonare Mindray, in uso presso la UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. De Lellis di Rieti. Emergenza Sanitaria COVID-19 - Ordinanza n. 1 e 2/2020 della ASL di Rieti

Importo complessivo pari ad € 1.009,60 IVA esclusa. CIG Z44317AA83

- che il tipo di intervento non rientra all'interno del contratto con il Global Service, attualmente in vigore presso la ASL di Rieti;

RILEVATO:

- che quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature del proprio parco elettromedicale, ai fini di una piena risposta diagnostico – terapeutica, nei confronti dell'utenza e per garantire la continuità dell'offerta sanitaria;

DATO ATTO

- che il ventilatore polmonare è in uso presso la UOC Anestesia e Rianimazione del PO di Rieti ad uso esclusivo delle aree destinate ai pazienti affetti da Sars Covi-2;
- che il predetto ventilatore polmonare non risulta pienamente e correttamente utilizzabile da parte del personale sanitario, a causa del mancato superamento del test valvola di sicurezza;
- che l'apparecchio di cui all'oggetto necessita di montaggio e verifica, per il suo pieno ripristino funzionale e che per questo motivo la scrivente UOSD ha provveduto alla richiesta dei preventivi, oltre che dalla società ALTHEA S.p.A., anche dalla società Tecnosalus Elettromedicali s.r.l., società fornitrice del Ventilatore Mindray, come da allegati (All.2) e (All.3);
- che la riparazione riveste carattere di urgenza, in relazione all'attività della UOC Anestesia e Rianimazione e all'emergenza sanitaria da Covid-19;

VISTI:

il preventivo del 20/04/21, rimesso dalla società ALTHEA S.p.A. (ALL2) e il preventivo rimesso dalla società Tecnosalus Elettromedicali s.r.l. (ALL3), per la riparazione e ripristino funzionale del Ventilatore, di cui al punto precedente;

PRESO ATTO da parte del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA" dell'acquisizione dei preventivi di cui sopra;

ATTESO che

- per le Linee Guida n. 4 - ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 «il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
- da un esame comparativo dei suddetti preventivi, risulta economicamente più vantaggioso e quindi preferibile la soluzione proposta dalla società ALTHEA S.p.A.;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e richiamato l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione con modifica del D.L. n.76/2020 (Decreto Semplificazioni), il quale, in deroga al citato articolo 36, dispone che: "Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società ALTHEA S.p.A. per la fornitura di parti di ricambio per la riparazione del Ventilatore polmonare Mindray, in uso presso la UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. De Lellis di Rieti. Emergenza Sanitaria COVID-19 - Ordinanza n. 1 e 2/2020 della ASL di Rieti

Importo complessivo pari ad € 1.009,60 IVA esclusa. CIG Z44317AA83

VISTO inoltre l'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, secondo il quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. (...) Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute (...);*

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i alla società ALTHEA S.p.A. il servizio di ripristino funzionale del Ventilatore polmonare, inventario n° 81554, modello SV600, in uso presso la UOC Anestesia e Rianimazione del PO De Lellis di Rieti;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta (Delibera Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) n. 287 del 07.07.2017 prevede: *“di esonerare le aziende sanitarie dal richiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione Regionale Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di € 50.000,00 IVA esclusa su base annua”;*

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i alla società ALTHEA S.p.A. del servizio di ripristino funzionale del Ventilatore polmonare, inventario n° 81554, modello SV600, in uso presso la UOC Anestesia e Rianimazione del PO De Lellis di Rieti. Importo complessivo pari a € 1009,60 iva esclusa;
2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari a € 1.231,71 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2021 - AUT. 60/2021;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica e Clinica
Ing. Erminio Pace

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla società ALTHEA S.p.A. per la fornitura di parti di ricambio per la riparazione del Ventilatore polmonare Mindray, in uso presso la UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. De Lellis di Rieti. Emergenza Sanitaria COVID-19 - Ordinanza n. 1 e 2/2020 della ASL di Rieti

Importo complessivo pari ad € 1.009,60 IVA esclusa. CIG Z44317AA83

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 30/04/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data