

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it) – [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b> <i>UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA</i>	
Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società Delta X s.n.c., dell'intervento di riparazione funzionale di un Ecotomografo portatile, in uso presso il Pronto Soccorso del PO De Lellis di Rieti.	
Importo complessivo pari ad € 8.500 Iva esclusa. <b>CIG Z75324A4CD</b>	
Estensore: Sig./Dott. Marchetti Ivan	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.	
Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Pace Erminio	
Data 29/06/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Dirigente.: Dott. Pace Erminio	
Data 29/06/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101	
Autorizzazione: AUT. 48/2021	
Data 06/07/2021	Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società Delta X s.n.c., dell'intervento di riparazione funzionale di un Ecotomografo portatile, in uso presso il Pronto Soccorso del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 8.500 Iva esclusa. CIG Z75324A4CD

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### ***IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA***

#### **TENUTO CONTO:**

- che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA";
- che con atto deliberativo n. 339 del 24.04.2018, integrato con atto deliberativo n. 1183 del 31.12.2019, modificata con Delibera n. 85 del 24.12.2020 sono state adottate le procedure per avviare l'iter amministrativo per le sostituzioni e gli acquisti di tecnologie e apparecchiature elettromedicali;
- che con nota prot. n° 40020 del 22/06/21 è stata data disposizione alla UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA di seguire tutte le procedure inerenti alle apparecchiature elettromedicali della ASL di Rieti;

#### **PREMESSO che:**

- presso la UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e urgenza, Pronto Soccorso, è in uso un Ecotomografo portatile, con numero di inventario n° 62573 - modello EDGE II -, matricola Q53P0V;

#### **VISTO che:**

- in data 05.05.2021, la UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza ha effettuato una richiesta di intervento tecnico per il mancato funzionamento dell'apparecchio di cui al punto precedente, TICK ASL 2021/579 (All.1);
- a seguito di sopralluogo tecnico, si è rilevato che il malfunzionamento dell'Ecotomografo sopra menzionato, coinvolgeva la scheda madre, il tastierino di comando, una sonda e il monitor. Detti danneggiamenti erano da imputare a copiose infiltrazioni interne di liquidi, durante le fasi di sanificazione per emergenza Covid-19;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società Delta X s.n.c., dell'intervento di riparazione funzionale di un Ecotomografo portatile, in uso presso il Pronto Soccorso del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 8.500 Iva esclusa. CIG Z75324A4CD

**CONSIDERATO** che:

- ai fini del ripristino funzionale dell'apparecchiatura, si rende necessaria la sostituzione delle numerose parti cortocircuitate o non più funzionanti dalle copiose e ripetute infiltrazioni del liquido di sanificazione;
- gli interventi di cui al punto precedente non rientrano all'interno del contratto di Global Service attualmente in vigore presso la ASL di Rieti;

**RILEVATO** che:

- la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA con mail del 25/06/21 ha chiesto una relazione tecnica al Direttore della UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza per evitare che si ripetano guasti di tipo analogo. Il Direttore della predetta UOC ha dato riscontro elencando le misure messe in campo per evitare che si ripetano comportamenti inidonei;
- con mail del 27/06/21 la Direzione Sanitaria Aziendale ha ritenuto non opportuno dare un parere positivo per procedere all'acquisto ex novo dell'apparecchiatura elettromedicale sopra menzionata;
- quest'Azienda deve garantire una costante efficienza delle apparecchiature del proprio parco elettromedicale ai fini di una corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell'utenza e per garantire la continuità dell'offerta sanitaria;
- La UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha richiesto un preventivo per il pieno ripristino funzionale dell'apparecchiatura alla società Althea S.p.A. in quanto global Service Aziendale, e alla società Delta X s.n.c., in quanto distributore esclusivo Fujifilm Sonosite;

**VISTA** la necessità di condividere il preventivo del 21/06/21, rimesso dalla società Althea S.p.A. (All2) e quello del 24/06/21 rimesso dalla società Delta X s.n.c. (All3), per l'intervento di ripristino funzionale dell'Ecotomografo portatile Sonosite, di cui al punto precedente;

**ATTESO** che

- per le Linee Guida n. 4 - ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 «il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
- da un esame comparativo dei suddetti preventivi, risulta inoltre economicamente più vantaggioso e quindi preferibile la soluzione proposta dalla società Delta X s.n.c.;

**VISTO** l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione con modifica del D.L. n.76/2020 (Decreto Semplificazioni), il quale dispone che: “Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza*

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società Delta X s.n.c., dell'intervento di riparazione funzionale di un Ecotomografo portatile, in uso presso il Pronto Soccorso del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 8.500 Iva esclusa. CIG Z75324A4CD

*consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; (lettera così sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)*

**VISTO** inoltre l'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, secondo il quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. (...) Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute (...);*

**RITENUTO** pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 alla società Delta X s.n.c. l'intervento di ripristino funzionale dell'Ecotomografo portatile, inventario n° 62573 - modello EDGE II -, matricola Q53P0V;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art., 1 comma 2 lett. a) L. 120/20 e s.i.m., l'intervento di ripristino funzionale dell'Ecotomografo portatile, inventario n° 62573 - modello EDGE II -, matricola Q53P0V, alla società Delta X s.n.c. Importo complessivo pari a € 8.500,00 iva esclusa;
2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari a € 10.370,00 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2021 - AUT. 48/2021;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D.  
Ingegneria Biomedica e Clinica  
Ing. Erminio Pace

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società Delta X s.n.c., dell'intervento di riparazione funzionale di un Ecotomografo portatile, in uso presso il Pronto Soccorso del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 8.500 Iva esclusa. CIG Z75324A4CD

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 07/07/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data