SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-_PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE **N. 1354/2021 del 19/07/2021**

UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

Oggetto: a*ffidamento ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii del servizio di fornitura e installazione di uno sgancio elettrico, di un pulsante di attivazione dell'areazione di emergenza in sala magnete e di un termoigrometro, sul tomografo a risonanza magnetica in uso presso il PO di Rieti. Affidamento alla Philips Spa. Importo complessivo pari ad € 2.900,00 IVA esclusa.*
CIG: **Z7F3269E7A**

Estensore: Dott.ssa Capparella Emanuela

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Pace Erminio

Data 09/07/2021 Firmato elettronicamente da Pace Erminio

Il Dirigente.: Ing. Pace Erminio

Data 09/07/2021 Firmato elettronicamente da Pace Erminio

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101

Autorizzazione: AUT. 48/2021

Data 13/07/2021 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA

UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

TENUTO CONTO:

- che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale ''Ingegneria Biomedica Clinica e HTA'';
- che con atto deliberativo n.339 del 24.04.2018, integrato con atto deliberativo n. 1183 del 31.12.2019, modificata con Delibera n. 85 del 24.12.2020 sono state adottate le procedure per avviare l'iter amministrativo per le sostituzioni e gli acquisti di tecnologie e apparecchiature elettromedicali;

PREMESSO che:

- presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti è in uso un tomografo a risonanza magnetica – Modello Achieva 1.5T – Inventario n. 60060;
- con Deliberazione n° 88/D.G. del 05.02.2021 è stato affidato il servizio di manutenzione "full-risk" dell'apparecchiatura di cui al punto precedente alla società Philips Spa;

PREMESSO inoltre che:

- in data 18.05.2021 l'INAIL ha proceduto ad un accertamento ispettivo avente ad oggetto le attrezzature di cui al punto precedente;
- con verbale, datato 18.05.2021 (allegato 1), l'INAIL ha fornito "*indicazioni ai fini di ottimizzazione a cui ottemperare entro 90 giorni dal rilascio del presente verbale"*, ed in particolare, per gli scopi del presente provvedimento:
  - *punto 1): Dotare la console di comando di display di monitoraggio in continuo della temperatura dell'umidità del locale tecnico;*
  - *punto 3): Installare all'interno della sala magnete i pulsanti per l'attivazione manuale della ventilazione di emergenza e di sgancio elettrico;*

- la Direzione Medica Ospedaliera, ai fini dell'adeguamento del tomografo in oggetto, ha richiesto alla UOC Tecnico Patrimoniale ed, altresì, alla UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA di fornire preventivi di spesa per la realizzazione di quanto indicato nel richiamato verbale ai punti 1) e 3);

RILEVATO che la U.O.S.D. Ingegneria Biomedica e Clinica, ha provveduto ad acquisire tempestivamente il preventivo dalla ditta detentrice del contratto di manutenzione "full-risk" delle apparecchiature elettromedicali coinvolte;

VISTO:

- il preventivo n° Q-00461278 del 15306.2021 inviato dalla società Philips Spa per il servizio di fornitura e installazione sgancio elettrico, di un pulsante di attivazione dell'areazione di emergenza in sala magnete e di un termoigrometro sul Tomografo a risonanza magnetica, in uso presso la Diagnostica per Immagini del PO di Rieti, che ammonta a complessivi € 2.900,00 oltre iva (Allegato 2);

PRESO ATTO della condivisione, da parte del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale ''Ingegneria Biomedica Clinica e HTA", del preventivo di cui al punto precedente con la Direzione Medica Ospedaliera;

VISTA la mail del 01.07.02021, che resta agli atti della scrivente UOSD, con cui la D.M.O. ha dato mandato alla UOSD ''Ingegneria Biomedica Clinica e HTA" di procedere con l'affidamento, come da preventivo di cui sopra;

VISTO l'art. l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 all'art.51, il quale, in deroga all'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, dispone che: "*Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";

VISTO inoltre l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo il quale "*L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità (….);*

RITENUTO pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i:

- alla società Philips Spa il servizio di fornitura e installazione sgancio elettrico, di un pulsante di attivazione dell'areazione di emergenza in sala magnete e di un termoigrometro sul tomografo a risonanza magnetica in uso presso la Diagnostica per Immagini del PO di Rieti, che ammonta ad € 2.900,00 oltre iva – CIG Z7F3269E7A;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta (Delibera Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) n. 287 del 07.07.2017 prevede: ''di esonerare le aziende sanitarie dal richiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione Regionale

Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di € 50.000,00 IVA esclusa su base annua'';

DATO ATTO che l'acquisto di tali dispositivi e servizi, di cui alla presente determina viene effettuato con risorse di parte corrente;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'affidamento del servizio di servizio di fornitura e installazione sgancio elettrico, di un pulsante di attivazione dell'areazione di emergenza in sala magnete e di un termoigrometro sul Tomografo a risonanza magnetica in uso presso la Diagnostica per Immagini del PO di Rieti, alla società Philips Spa – Importo complessivo € 2.900,00 oltre iva;

2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 3.538,00 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2021 - AUT. 48/2021;

3. **DI PRENDERE ATTO** che il CIG del presente provvedimento è il seguente: Z7F3269E7A;

4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

5. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

6. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto [ ] per esteso [X]

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica e Clinica
Ing. Erminio Pace

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii del servizio di fornitura e installazione di uno sgancio elettrico, di un pulsante di attivazione dell'areazione di emergenza in sala magnete e di un termoigrometro, sul tomografo a risonanza magnetica in uso presso il PO di Rieti. Affidamento alla Philips Spa. Importo complessivo pari ad € 2.900,00 IVA esclusa.
CIG: Z7F3269E7A

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

X	Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 14/07/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

	Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data