

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **STRUTTURA PROPONENTE**

#### *UOC ACQUISIZIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI*

Oggetto: Procedura di gara esperita su MEPA a mezzo RDO – ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n.120/2020 – per la fornitura dalla soc. GE Medical Systems Italia S.p.a. di n.1 UPS per TC Liebert GXT4 parziale bifase 10kVA 208Y/120V (cod. E4502KZ), comprensivo di messa in funzione e garanzia full-risk per anni 5, da utilizzare sulla TC (modello GE A5332120 REVO EVO 3.7 LONG) ubicata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Importo complessivo pari ad € 29.375,00 (oltre IVA). CIG Z9F320E670

Estensore: Dott. Palmieri Matteo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Dott. Palmieri Matteo

Data 02/07/2021 Firmato elettronicamente da Palmieri Matteo

Il Dirigente.: Dott. Anibaldi Patrizio

Data 06/07/2021 Firmato elettronicamente da Anibaldi Patrizio

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020501

Autorizzazione: PROV. 457 - AUT. 52.15/2021

Data 13/07/2021 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Procedura di gara esperita su MEPA a mezzo RDO – ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n.120/2020 – per la fornitura dalla soc. GE Medical Systems Italia S.p.a. di n.1 UPS per TC Liebert GXT4 parziale bifase 10kVA 208Y/120V (cod. E4502KZ), comprensivo di messa in funzione e garanzia full-risk per anni 5, da utilizzare sulla TC (modello GE A5332120 REVO EVO 3.7 LONG) ubicata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Importo complessivo pari ad € 29.375,00 (oltre IVA). CIG Z9F320E670

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l’art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l’Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l’adozione degli atti che impegnano l’Azienda verso l’esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d’ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### ***IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA***

#### ***UOC ACQUISIZIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI***

PREMESSO che:

- presso la UOC Diagnostica per Immagini del Pronto Soccorso è presente una TAC marca GE Medical Systems Italia S.p.a. (modello GE A5332120 REVO EVO 3.7 LONG);
- con nota prot. n. 16648 del 16/03/2021, l’Ing. Erminio Pace, Direttore della UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA, ha rimesso, alla UOC Acquisizione e Logistica di beni e Servizi, i preventivi del materiale da acquistare a mezzo utilizzo fondi regionali di cui al DGR 911/20;
- tra i suddetti preventivi è ricompreso quello rimesso dalla soc. GE Medical Systems Italia S.p.a. per la fornitura di n.1 UPS per TC Liebert GXT4 parziale bifase 10kVA 208Y/120V (cod. E4502KZ), comprensivo di garanzia per anni 1 ad un prezzo complessivo pari ad € 21,375,00;

RITENUTO, di procedere alla nomina del Dott. Matteo Palmieri (Collaboratore Amministrativo - cat. D) in servizio c/o la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi, nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e con i compiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida n. 3 ANAC;

PRESO ATTO della nota del 27/05/2021, che unita alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1), con la quale la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA rappresenta quanto segue:

- sul manuale dell’assistenza di ogni apparecchiatura TC è riportato il modello di UPS che può essere integrato con il sistema diagnostico in esame;
- l’utilizzo di un sistema diverso esonererebbe, nel caso di specie, la soc. GE Medical Systems Italia S.p.a. da ogni responsabilità sul malfunzionamento della TAC;
- la soc. GE Medical Systems Italia S.p.a. non è il produttore dell’UPS e dunque non è esclusivista per la fornitura e installazione del suddetto UPS;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura di gara esperita su MEPA a mezzo RDO – ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n.120/2020 – per la fornitura dalla soc. GE Medical Systems Italia S.p.a. di n.1 UPS per TC Liebert GXT4 parziale bifase 10kVA 208Y/120V (cod. E4502KZ), comprensivo di messa in funzione e garanzia full-risk per anni 5, da utilizzare sulla TC (modello GE A5332120 REVO EVO 3.7 LONG) ubicata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Importo complessivo pari ad € 29.375,00 (oltre IVA). CIG Z9F320E670

- il modello di UPS da collegare alla TC del Pronto Soccorso riporta la seguente descrizione:  
UPS per TC Liebert GXT4 parziale bifase 10kVA 208Y/120V (cod. E4502KZ);

PRESO ATTO che sulla TC ubicata presso il Pronto Soccorso è presente un contratto in essere avente durata 5 anni;

ATTESO che sui servizi di manutenzione sono presenti fenomeni di lock-in e, pertanto, la manutenzione può essere richieste esclusivamente al fornitore dell’apparecchiatura;

RILEVATO che nel preventivo rimesso dalla soc. GE Medical Systems Italia S.p.a. (All. 2):

- non è inclusa alcuna tipologia di manutenzione full-risk;
- la durata della garanzia (pari ad 1 anno) non è commisurata a quella presente sulla TC (pari a 5 anni);

ATTESO che tale materiale è presente sul MEPA;

RITENUTO pertanto opportuno porre in essere, su MEPA, una RDO aperta a tutti i fornitori registrati nel bando “Forniture specifiche per la sanità” per la fornitura di n.1 UPS per TC Liebert GXT4 parziale bifase 10kVA 208Y/120V (cod. E4502KZ), comprensivo di messa in funzione e garanzia full-risk per anni 5, da utilizzare sulla TC (modello GE A5332120 REVO EVO 3.7 LONG) ubicata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti;

PRESO ATTO che alla scadenza delle offerte, prevista per le ore 20:00 del giorno 24/06/2021, è pervenuta una sola offerta prodotta dalla soc. GE Medical Systems Italia S.p.a.;

VISTA:

- la nota del 30/06/2021 con la quale si chiede alla UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA di rimettere placet tecnico in merito all’offerta tecnica rimessa dalla soc. GE Medical Systems Italia S.p.a.;
- la nota di riscontro del 30/06/2021 con la quale la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA rimette parere tecnico positivo, che unita al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All. 3);

RITENUTO opportuno, per quanto in narrativa, accettare l’offerta della soc. GE per la fornitura di n.1 UPS per TC Liebert GXT4 parziale bifase 10kVA 208Y/120V (cod. E4502KZ), comprensivo di messa in funzione e garanzia full-risk per anni 5, da utilizzare sulla TC ubicata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti ad un prezzo complessivo pari ad € 29.375,00+IVA (All. 4);

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

## **D E T E R M I N A**

1. DI APPROVARE le premesse al presente atto che si intendono qui integralmente riportate;
2. DI AFFIDARE – ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n.120/2020 – alla soc GE Medical Systems Italia S.p.a., la fornitura n.1 UPS per TC Liebert GXT4 parziale bifase

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura di gara esperita su MEPA a mezzo RDO – ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n.120/2020 – per la fornitura dalla soc. GE Medical Systems Italia S.p.a. di n.1 UPS per TC Liebert GXT4 parziale bifase 10kVA 208Y/120V (cod. E4502KZ), comprensivo di messa in funzione e garanzia full-risk per anni 5, da utilizzare sulla TC (modello GE A5332120 REVO EVO 3.7 LONG) ubicata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Importo complessivo pari ad € 29.375,00 (oltre IVA). CIG Z9F320E670

10kVA 208Y/120V (cod. E4502KZ), comprensivo di messa in funzione e garanzia full-risk per anni 5, da utilizzare sulla TC ubicata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti ad un prezzo complessivo pari ad € 29.375,00+IVA 22%;

3. DI PRECISARE che la spesa viene effettuata utilizzando i fondi regionali di cui al DGR 911/20;
4. DI IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad euro € 35.837,50 IVA 22% inclusa al conto di costo 101020501 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”, esercizio 2021;
5. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida Anac n.3, quale Responsabile del Procedimento meglio definito in oggetto il Dott. Matteo Palmieri (coll. Amm.vo – cat. D) c/o la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
7. DI DISPORRE l’invio del presente atto alla UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA per i provvedimenti di competenza;
8. DI DISPORRE l’invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
9. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C.  
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
Dott. Patrizio Anibaldi

Oggetto: Procedura di gara esperita su MEPA a mezzo RDO – ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n.120/2020 – per la fornitura dalla soc. GE Medical Systems Italia S.p.a. di n.1 UPS per TC Liebert GXT4 parziale bifase 10kVA 208Y/120V (cod. E4502KZ), comprensivo di messa in funzione e garanzia full-risk per anni 5, da utilizzare sulla TC (modello GE A5332120 REVO EVO 3.7 LONG) ubicata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Importo complessivo pari ad € 29.375,00 (oltre IVA). CIG Z9F320E670  
VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 14/07/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data