

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE <i>UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA</i>	
Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società GE Medical Systems Italia S.p.A., dell'intervento di riparazione funzionale di un Tomografo Assiale computerizzato, in uso presso la Diagnostica per Immagini del PO De Lellis di Rieti.	
Importo complessivo pari ad € 3.432 ,85 Iva esclusa. CIG Z0A32A48A0 Estensore: Sig./Dott. Marchetti Ivan	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.	
Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Pace Erminio	
Data 30/07/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Dirigente.: Dott. Pace Erminio	
Data 30/07/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101	
Autorizzazione: AUT. 48/2021	
Data 04/08/2021	Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società GE Medical Systems Italia S.p.A., dell'intervento di riparazione funzionale di un Tomografo Assiale computerizzato, in uso presso la Diagnostica per Immagini del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 3.432 ,85 Iva esclusa. CIG Z0A32A48A0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

TENUTO CONTO:

- che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA";
- che con atto deliberativo n. 339 del 24.04.2018, integrato con atto deliberativo n. 1183 del 31.12.2019, modificata con Delibera n. 85 del 24.12.2020 sono state adottate le procedure per avviare l'iter amministrativo per le sostituzioni e gli acquisti di tecnologie e apparecchiature elettromedicali;
- che con nota prot. n° 40020 del 22/06/21 è stata data disposizione alla UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA di seguire tutte le procedure inerenti alle apparecchiature elettromedicali della ASL di Rieti;

PREMESSO che:

- presso la UOC Diagnostica per Immagini del PO De Lellis di Rieti, è in uso un Tomografo assiale computerizzato, con numero di inventario n° 63908 - modello Revolution EVO;
- in data 11.07.2021, è pervenuta richiesta di intervento tecnico per il mancato funzionamento dell'apparecchio di cui al punto precedente, TICK ASL 2021/895 (All.1);
- a seguito di sopralluogo tecnico, si rilevava un danneggiamento dei sensori di sinistra del macchinario sopra menzionato, è stato causato da ripetuti urti conseguenti ad incauta movimentazione delle barelle, durante il posizionamento dei pazienti. L'ultimo impatto tra la barella e il sensore ha portato al fermo macchina del suddetto Tomografo;

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società GE Medical Systems Italia S.p.A., dell'intervento di riparazione funzionale di un Tomografo Assiale computerizzato, in uso presso la Diagnostica per Immagini del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 3.432 ,85 Iva esclusa. CIG Z0A32A48A0

- la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha inoltrato la richiesta di intervento tecnico alla società GE Medical Systems Italia S.p.A., in quanto detentrica del contratto di manutenzione in vigore e in quanto casa madre;

CONSIDERATO che:

- ai fini del ripristino funzionale dell'apparecchiatura, si rende necessaria la sostituzione delle parti danneggiate o non più funzionanti (sensori);
- l'intervento di cui al punto precedente non rientra nella garanzia, prevista dal contratto di manutenzione;
- per risolvere, in modo definitivo, il problema derivante dalla collisione delle barelle con i sensori posizionati sul fianco sinistro del lettino del Tomografo, durante le operazioni di posizionamento del paziente e scongiurare il ripetersi di casi analoghi, la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha richiesto alla società GE Medical Systems Italia S.p.A. la riparazione dei sensori di cui sopra, e l'installazione di una protezione aggiuntiva sui medesimi;

RILEVATO che:

- quest'Azienda deve garantire una costante efficienza delle apparecchiature del proprio parco elettromedicale ai fini di una corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell'utenza e per garantire la continuità dell'offerta sanitaria;

VISTA la necessità di condividere i preventivi del 15/07/21, (All.2) e quello del 27/07/21 (All.3) rimessi dalla società GE Medical Systems Italia S.p.A. per il ripristino funzionale del Tomografo assiale e per l'installazione di una protezione aggiuntiva sui sensori, di cui in premessa;

VISTO l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione con modifica del D.L. n.76/2020 (Decreto Semplificazioni), il quale dispone che: "Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; (lettera così sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)

VISTO inoltre l'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, secondo il quale "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. (...) Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute (...);

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società GE Medical Systems Italia S.p.A., dell'intervento di riparazione funzionale di un Tomografo Assiale computerizzato, in uso presso la Diagnostica per Immagini del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 3.432 ,85 Iva esclusa. CIG Z0A32A48A0

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'art. l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 alla società GE Medical Systems Italia S.p.A. l'intervento di ripristino funzionale del Tomografo assiale, inventario n°63908 - modello REVOLUTION EVO -;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art., 1 comma 2 lett. a) L. 120/20 e s.i.m., l'intervento di ripristino funzionale del Tomografo Assiale, inventario n° 63908 - modello REVOLUTION EVO - alla società GE Medical Systems Italia S.p.A. Importo complessivo pari a € 3.432,85 iva esclusa;
2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari a € 4188,08 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2021 - AUT. 48/2021;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica e Clinica
Ing. Erminio Pace

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società GE Medical Systems Italia S.p.A., dell'intervento di riparazione funzionale di un Tomografo Assiale computerizzato, in uso presso la Diagnostica per Immagini del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 3.432 ,85 Iva esclusa. CIG Z0A32A48A0

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 04/08/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data