

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> <i>UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA</i>	
Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società Althea S.p.A., dell'intervento di ripristino funzionale di un Videocolonscopio, in uso presso la UOSD Gastroenterologia del PO De Lellis di Rieti.	
Importo complessivo pari ad € 3.500,00 Iva esclusa. CIG ZA532BDF23 Estensore: Sig./Dott. Marchetti Ivan	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.	
Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Pace Erminio	
Data 10/08/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Dirigente.: Dott. Pace Erminio	
Data 10/08/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101	
Autorizzazione: AUT. 48/2021	
Data 11/08/2021	Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società Althea S.p.A., dell'intervento di ripristino funzionale di un Videocolonscopio, in uso presso la UOSD Gastroenterologia del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 3.500,00 Iva esclusa. CIG ZA532BDF23

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

TENUTO CONTO:

- che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA";
- che con atto deliberativo n. 339 del 24.04.2018, integrato con atto deliberativo n. 1183 del 31.12.2019, modificata con Delibera n. 85 del 24.12.2020 sono state adottate le procedure per avviare l'iter amministrativo per le sostituzioni e gli acquisti di tecnologie e apparecchiature elettromedicali;
- che con nota prot. n° 40020 del 22/06/21 è stata data disposizione alla UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA di seguire tutte le procedure inerenti alle apparecchiature elettromedicali della ASL di Rieti;

PREMESSO:

- Che con deliberazione n.1324/D.G. del 15/12/2011, quest'Azienda ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art.55 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento per sette anni del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche di proprietà dell'AUSL di Rieti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – art.83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con deliberazione n.272/D.G. del 16.06.2014 quest'Azienda ha approvato le risultanze della procedura di gara affidando alla società Elettronica Biomedicale resa efficace con deliberazione n.420/D.G. del 29.07.2014;
- il 29.08.2014 è stato stipulato il contratto di appalto per l'affidamento per sette anni del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature biomediche di proprietà dell'ASL di Rieti successivamente modificato in data 01.09.2015 con Addendum al Contratto d'Appalto nel rispetto degli obiettivi di spending review;

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società Althea S.p.A., dell'intervento di ripristino funzionale di un Videocolonscopio, in uso presso la UOSD Gastroenterologia del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 3.500,00 Iva esclusa. CIG ZA532BDF23

- con determinazione dirigenziale n° 1823 del 28.09.2018 questa Azienda ha preso atto della fusione per incorporazione della società Elettronica Bio Medicale nella società Althea Italia S.p.A.;
- per effetto di tale fusione la società Althea Italia S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Elettronica Bio Medicale S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 e ss c.c., a far data dal 1° Luglio 2018, ivi compreso quindi il contratto con la ASL di Rieti;

TENUTO CONTO che:

- presso la UOSD Gastroenterologia, servizio di Endoscopia Digestiva del PO De Lellis di Rieti, è in uso un videocolonscopio, con numero di inventario n° 62114, modello EC-38-I10F;
- in data 16.07.2021, dalla suddetta UOSD è pervenuta una richiesta di intervento tecnico per il mancato funzionamento dell'apparecchio di cui al punto precedente, TICK ASL 2021/908 (All.1);
- a seguito di sopralluogo e verifiche tecniche, si è rilevato che il malfunzionamento dell'apparecchiatura di cui sopra, era dovuto, a danneggiamento causato da urto accidentale;
- la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha inoltrato una richiesta di intervento alla società, Althea S.p.A., affidataria del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, come evidenziato in premessa;

PRESO ATTO:

- che il guasto da urto accidentale non è incluso all'interno del contratto di Global Service attualmente in vigore, presso la ASL di Rieti;

CONSIDERATO che:

- ai fini del ripristino funzionale dell'apparecchiatura, si rendeva necessario intervenire sull'apparecchiatura, provvedendo inoltre alla sostituzione delle parti danneggiate a seguito dell'evento accidentale sopra richiamato;

RILEVATO che:

- quest'Azienda deve garantire una costante efficienza delle apparecchiature del proprio parco elettromedicale ai fini di una corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell'utenza e per garantire la continuità dell'offerta sanitaria;

VISTA la necessità di condividere il preventivo rimesso dalla società Althea S.p.A., per il ripristino funzionale del videocolonscopio di cui sopra, importo pari a € 3.500,00, iva esclusa (All. 2);

VISTO l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione con modifica del D.L. n.76/2020 (Decreto Semplificazioni), il quale dispone che: "Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società Althea S.p.A., dell'intervento di ripristino funzionale di un Videocolonscopio, in uso presso la UOSD Gastroenterologia del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 3.500,00 Iva esclusa. CIG ZA532BDF23

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)

VISTO inoltre l'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, secondo il quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. (...) Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute (...);*

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'art. l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 alla società Althea S.p.A. l'intervento di ripristino funzionale del videocolonscopio, inventario n° 62114 - modello EC-38-I10F;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art., 1 comma 2 lett. a) L. 120/20 e s.i.m., l'intervento di ripristino funzionale di un videocolonscopio, inventario n° inventario n° 62114 - modello EC-38-I10F- alla società Althea S.p.A. Importo complessivo pari a € 3.500,00 iva esclusa;
2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari a € 4.270,00 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2021 - AUT. 48/2021;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica e Clinica
Ing. Erminio Pace

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.i.m., alla società Althea S.p.A., dell'intervento di ripristino funzionale di un Videocolonscopio, in uso presso la UOSD Gastroenterologia del PO De Lellis di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 3.500,00 Iva esclusa. CIG ZA532BDF23

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 12/08/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data