

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE	
<i>UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA</i>	
Oggetto: affidamento ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Getinge Italia S.r.l, dell'intervento di ripristino funzionale di una Autoclave Sterilizzatrice ad Alta Capacità, in uso presso il reparto Centro Sterilizzazione del PO di Rieti.	
Importo complessivo pari ad €1.451,49 Iva esclusa. CIG ZA1337F566	
Estensore: Ing. Risa Marco	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.	
Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Pace Erminio	
Data 18/10/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Dirigente.: Dott. Pace Erminio	
Data 18/10/2021	Firmato elettronicamente da Pace Erminio
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101	
Autorizzazione: AUT. 48/2021	
Data 20/10/2021	Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: affidamento ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Getinge Italia S.r.l, dell'intervento di ripristino funzionale di una Autoclave Sterilizzatrice ad Alta Capacità, in uso presso il reparto Centro Sterilizzazione del PO di Rieti.

Importo complessivo pari ad €1.451,49 Iva esclusa. CIG ZA1337F566

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

TENUTO CONTO:

- che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA";
- che con atto deliberativo n. 339 del 24.04.2018, integrato con atto deliberativo n. 1183 del 31.12.2019, modificata con Delibera n. 85 del 24.12.2020 sono state adottate le procedure per avviare l'iter amministrativo per le sostituzioni e gli acquisti di tecnologie e apparecchiature elettromedicali;
- che con nota prot. n° 40020 del 22/06/21 è stata data disposizione alla UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA di seguire tutte le procedure inerenti alle apparecchiature elettromedicali della ASL di Rieti;
- della disposizione di servizio n. 0040361/21 del 23.06.2021 con la quale la direzione amministrativa aziendale meglio specifica e dettaglia quanto riportato al punto precedente;

PREMESSO che:

- presso il Centro Sterilizzazione del PO De Lellis di Rieti, è in uso una Autoclave Sterilizzatrice ad Alta Capacità, con numero di inventario n° 81456 - modello HS6610 ER2;
- in data 23.08.2021, è pervenuta una richiesta di intervento tecnico per il mancato funzionamento dell'apparecchio di cui al punto precedente, TICK ASL 2021/1035 (All.1);
- la U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha effettuato un sopralluogo tecnico e ha riscontrato la necessità di effettuare un intervento di pulizia del generatore da calcare con la sostituzione delle resistenze;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Getinge Italia S.r.l., dell'intervento di ripristino funzionale di una Autoclave Sterilizzatrice ad Alta Capacità, in uso presso il reparto Centro Sterilizzazione del PO di Rieti.

Importo complessivo pari ad €1.451,49 Iva esclusa. CIG ZA1337F566

- la U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha inoltrato la richiesta di intervento tecnico alla società Getinge Italia S.r.l., in quanto detentrica del contratto di noleggio in vigore e in quanto società costruttrice;

CONSIDERATO che:

- l'intervento di cui al punto precedente non rientrava nella garanzia, prevista dal contratto di noleggio, in quanto causato dal calcare presente nell'acqua in ingresso all'apparecchiatura;
- è necessario evitare ulteriori interruzioni del servizio di sterilizzazione a servizio delle Sale Operatorie dell'Ospedale di Rieti;
- l'apparecchiatura dovrà essere resa alla Getinge pienamente funzionante;

PRESO ATTO che:

- la Getinge Italia S.r.l., in data 13/09/2021, a seguito dell'intervento tecnico sull'apparecchiatura sopra menzionata, ha confermato la necessità di provvedere con un intervento di pulizia del generatore dal calcare, sostituendo anche le resistenze ricoperte da quest'ultimo;
- veniva, pertanto, trasmesso un preventivo di spesa di importo € 2.927,44 per il pieno ripristino funzionale dell'autoclave, in uso nel servizio di sterilizzazione ospedaliero (All.2);
- la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA richiedeva una riduzione dell'onere complessivo dell'intervento, in considerazione del prossimo avvio della nuova centrale di sterilizzazione e quindi della dismissione del noleggio dell'apparecchiatura;
- veniva, pertanto, trasmesso un nuovo preventivo di spesa con costi complessivi ridotti del 50% circa (All.3);
- non è possibile rischiare l'interruzione delle attività sanitarie di sterilizzazione dei ferri chirurgici, a supporto delle attività nelle sale operatorie;
- è necessario procedere alla riparazione dell'apparecchiatura in quanto al termine del noleggio dovrà essere riconsegnata in condizioni di piena funzionalità;

VISTA la necessità di condividere l'offerta, rimessa dalla società Getinge Italia S.r.l., in data 14/10/2021, (All.3) per un importo complessivo pari a 1.451.49€, per il pieno ripristino funzionale dell'Autoclave Sterilizzatrice Alta Capacità,

VISTO l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione con modifica del D.L. n.76/2020 (Decreto Semplificazioni), il quale dispone che: "Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; (lettera così sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)

VISTO inoltre l'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, secondo il quale "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,
Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Getinge Italia S.r.l, dell'intervento di ripristino funzionale di una Autoclave Sterilizzatrice ad Alta Capacità, in uso presso il reparto Centro Sterilizzazione del PO di Rieti.

Importo complessivo pari ad €1.451,49 Iva esclusa. CIG ZA1337F566

efficacia, tempestività e correttezza. (...) Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute (...);

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021 alla società Getinge Italia S.r.l. l'intervento di ripristino funzionale dell'Autoclave Sterilizzatrice Alta Capacità assiale, inventario n°81456 - modello HS6610 ER -;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta (Delibera Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) n. 287 del 07.07.2017 prevede: “di esonerare le aziende sanitarie dal richiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione Regionale Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di € 50.000,00 IVA esclusa su base annua”;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, l'intervento di ripristino funzionale dell'Autoclave Sterilizzatrice ad Alta Capacità, inventario n° 81456 - modello HS6610ER2 - alla società Getinge Italia S.r.l. Importo complessivo pari a €1.451,49 iva esclusa;
2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari a € 1.770,82 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2021 - AUT. 48/2021;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica e Clinica
Ing. Erminio Pace

Oggetto: affidamento ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Getinge Italia S.r.l, dell'intervento di ripristino funzionale di una Autoclave Sterilizzatrice ad Alta Capacità, in uso presso il reparto Centro Sterilizzazione del PO di Rieti.

Importo complessivo pari ad €1.451,49 Iva esclusa. CIG ZA1337F566

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 20/10/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data