

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE <i>UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA</i>	
<p>Oggetto: <i>affidamento ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Medisol S.r.l. dell'intervento tecnico di sostituzione del connettore dell'alimentatore dell'Ecotomografo portatile, in uso presso la UOC Cardiologia – Polo Ospedaliero di Rieti. Importo complessivo pari ad € 187,48 Iva esclusa. CIG: ZB033A350E</i></p> <p>Estensore: Sig./Dott. Quintarelli Carlo</p>	
<p>Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.</p> <p>Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Pace Erminio</p> <p>Data 27/10/2021 Firmato elettronicamente da Pace Erminio</p> <p>Il Dirigente.: Dott. Pace Erminio</p> <p>Data 27/10/2021 Firmato elettronicamente da Pace Erminio</p>	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.</p> <p>Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101</p> <p style="text-align: center;">Autorizzazione: AUT. 48/2021</p> <p>Data 28/10/2021 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella</p>	

Oggetto: affidamento ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Medisol S.r.l. dell'intervento tecnico di sostituzione del connettore dell'alimentatore dell'Ecotomografo portatile, in uso presso la UOC Cardiologia – Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 187,48 Iva esclusa. CIG: ZB033A350E

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA UOSD INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA

TENUTO CONTO:

- che con atto deliberativo n.782 del 23.08.2019 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Ingegneria Biomedica Clinica e HTA";
- che con atto deliberativo n. 339 del 24.04.2018, integrato con atto deliberativo n. 1183 del 31.12.2019, modificata con Delibera n. 85 del 24.12.2020 sono state adottate le procedure per avviare l'iter amministrativo per le sostituzioni e gli acquisti di tecnologie e apparecchiature elettromedicali;
- che con nota prot. n° 40020 del 22/06/21 è stata data disposizione alla UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA di seguire tutte le procedure inerenti alle apparecchiature elettromedicali della ASL di Rieti;
- della disposizione di servizio n. 0040361/21 del 23.06.2021 con la quale la direzione amministrativa aziendale meglio specifica e dettaglia quanto riportato al punto precedente;

PREMESSO che:

- presso la UOC Cardiologia – Polo Ospedaliero di Rieti, è in uso un Ecotomografo portatile dotato di alimentatore, con numero di inventario n° 62828 – VSCAN;
- in data 15.10.2021, è pervenuta richiesta di intervento tecnico per il mancato funzionamento dell'apparecchio di cui al punto precedente, TICK ASL 21-000000163 (All.1);
- la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha effettuato un'indagine tecnica riscontrando la necessità di un intervento di ripristino funzionale dell'ecografo, in uso presso la UOC Cardiologia del Polo Ospedaliero di Rieti.

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Medisol S.r.l. dell'intervento tecnico di sostituzione del connettore dell'alimentatore dell'Ecotomografo portatile, in uso presso la UOC Cardiologia – Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 187,48 Iva esclusa. CIG: ZB033A350E

- la UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA ha inoltrato la richiesta di intervento tecnico alla società Medisol S.r.l. in quanto fornitore del bene e poiché l'alimentatore, con numero di inventario n° 62828, risulta in garanzia;

CONSIDERATO che:

- E' stato possibile riscontrare che il guasto non era dovuto ad un malfunzionamento dell'Ecotomografo portatile ma da un uso improprio dell'apparecchio. In particolare occorre provvedere alla sostituzione del connettore dell'alimentare in quanto era stato divelto a seguito di un uso improprio, da parte del personale sanitario
- La sostituzione del connettore dell'alimentare tranciato, non rientrava nella garanzia in vigore, in quanto causato da un uso improprio, da parte del personale sanitario;
- che quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature del proprio parco elettromedicale, ai fini di una corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell'utenza e per garantire la continuità dell'offerta sanitaria;

PRESO ATTO che:

- la Medisol S.r.l. in data 22/10/21 ha trasmesso un nuovo preventivo di spesa per la sostituzione del connettore dell'alimentatore dell'ecotomografo portatile VSCAN (All.2);
- non è stato possibile richiedere altri preventivi di spesa, in quanto trattandosi di un apparecchio in garanzia, l'effettuazione di un intervento di ripristino funzionale sull'Ecotomografo portatile della Cardiologia, avrebbe comportato la cessazione immediata della garanzia stessa;

VISTA la necessità di condividere l'offerta, rimessa in data 22/10/2021 dalla società Medisol S.r.l. per la sostituzione del connettore dell'alimentare dell'Ecotomografo portatile, modello VSCAN, in uso presso la UOC Cardiologia di Rieti,

VISTO l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione con modifica del D.L. n.76/2020 (Decreto Semplificazioni), il quale dispone che: "Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

(lettera così sostituita dall'art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)

VISTO inoltre l'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, secondo il quale "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. (...) Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute (...);

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: affidamento ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Medisol S.r.l. dell'intervento tecnico di sostituzione del connettore dell'alimentatore dell'Ecotomografo portatile, in uso presso la UOC Cardiologia – Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 187,48 Iva esclusa. CIG: ZB033A350E

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021 alla società Medisol S.r.l. l'intervento di sostituzione dell'alimentatore per l'Ecotomografo portatile, inventario n° 62828 – modello VSCAN;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, l'intervento di sostituzione del connettore dell'alimentatore dell'Ecotomografo portatile – modello VSCAN sn VH164028FT - alla società Medisol S.r.l. Importo complessivo pari a 187,48 iva esclusa;
2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari a € 228,73 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2021 - AUT. 48/2021;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D.
Ingegneria Biomedica e Clinica
Ing. Erminio Pace

Oggetto: affidamento ai sensi dell'Art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021, alla società Medisol S.r.l. dell'intervento tecnico di sostituzione del connettore dell'alimentatore dell'Ecotomografo portatile, in uso presso la UOC Cardiologia – Polo Ospedaliero di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 187,48 Iva esclusa. CIG: ZB033A350E

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 29/10/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data