

CONSUNTIVO DI SPESA

Numero Documento	Data	Pagina
21702935	17/05/2021	1/1

Codice Cliente	P.IVA
C00267	IT00821180577

N. Riferimento Cliente
21003986

Vostra persona di riferimento

OSPEDALE MARZIO MARINI MAGLIANO SABINA e.pace@asl.rieti.it;

Nostra persona di riferimento

Emanuelli Franco

Sede Legale

OSPEDALE MARZIO MARINI MAGLIANO SABINA
VIA PIEMONTE 1
2046 MAGLIANO SABINA RI
ITALY



Infection Control Systems

CISA Production S.r.l. Unipersonale
Via E.Mattei angolo Via la Viaccia - 55100 Lucca IT
Tel.: +39058315381 Fax: +3905831538127
e-mail: info@cisagroup.it internet:www.cisagroup.it
C.F./P.Iva 12435741009 Reg.imprese 216451
Capitale Sociale 10.000,00 €

Spettabile

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI

VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI RI
ITALY

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prz.Lordo	Sconto	Prz.Netto	Iva	Totale
	Intervento con foglio di lavoro n°21003986 del giorno 17/05/2021 presso OSPEDALE MARZIO MARINI MAGLIANO SABINA su CISA 360 Matricola 19409 Rif.to Vs. ordine n. 2021/613/TICK del 14/05/2021							
0331442	FILTRO TRIFASE DELTA P/N CBRX25TYT2 25A		1,00	58,27		58,27	SPPA	58,27
0334127	RESISTENZA 5000 W 220V - 1-1/4"		1,00	0,00		0,00	SPPA	0,00
FSCTRSF3	FASCIA TRASFERTA 3		1,00	0,00		0,00	SPPA	0,00
LAVORO	ARTICOLO LAVORO		5,75	0,00		0,00	SPPA	0,00
VIAGGIO	ORE VIAGGIO		4,75	0,00		0,00	SPPA	0,00

MO

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Totale Imponibile	58,27
TOTALE	EUR - 58,27

Termini e modalità di pagamento
BON.BANC. 60GG DFT

Scadenza ed importo pagamenti
17/05/21 **58,27**

INTESA SANPAOLO SPA
IBAN: IT12K030691379910000001879



Cisa Production Srl
Via Enrico Mattei snc - Angolo Via la Viaccia
55100 Lucca - Italia
C.F./P.IVA 12435741009



FOGLIO DI LAVORO n. 21003986 del 17/05/2021 Causale intervento MO Causale chiamata MO

Lavoro eseguito da MAURO INNOCENTI Cod. tec. 022 Ordine N. 2021/613/TICK del 14/05/2021

PER CONTO DI AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI

PRESSO OSPEDALE MARZIO MARINI MAGLIANO SABINA

LOCALITÀ VIA PIEMONTE 1 - MAGLIANO SABINA - RI REP.TO B.OP.

Tipo di apparecchio: AUT.VE CISA 3670H/2P/E/TS/SO

MOD. 7777300

N. Cikli 7254

Anno 2010

N. Fabb. 19409

N. matr.

Tipo Intervento: SALTA AUTOMATICO DEL QUADRO GENERALE

Visita Man. N. 0

Descrizione: RIPARAZIONE AUTOCLAVE SOSTITUITO IL FILTRO DI RETE E N
1 RESISTENZA PROVE

Acqua Generatore

Durezza F. -

Conducibilità mS/cm -

Acqua Pompa a vuoto

Durezza F. -

Conducibilità mS/cm -

LAVORO		
DATA	DALLE	ALLE
17-05-2021	07:45	09:00
18-05-2021	09:30	14:00

FOGLIO DI LAVORO n. 21003986

STATUS LAVORO

FINITO

NON FINITO

Commessa N. 2021/613/TICK

MATERIALI SOSTITUITI

MAG.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ
T022	0331442	FILTRO TRIFASE DELTA P/N CBRX25TYT2 25A	1
T022	0334127	RESISTENZA 5000 W 220V - 1-1/4"	1

NOTE:

I componenti sostituiti saranno smaltiti da

Cisa

Cliente

SI DICHIARA CHE IL LAVORO DESCRITTO E' STATO REGOLARMENTE ESEGUITO

Renzi Roberto

18/05/2021

Data

Firma del tecnico

Timbro e firma del cliente