




21-000000163



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

INVENTARIO 62828		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0601 - Div. Cardiologica 5° P. -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 15-10-21 11:08 - 15-10-21 11:08	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC LUISA CICCAGLIONI - 10279		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: Ambulatorio-0601-50036		ODL INTERVENTO 21-000000163	
TIPOLOGIA ECOTOMOGRFO PORTATILE		MODELLO VSCAN		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE GE MEDICAL SYSTEMS	COD. CIVAB ECLGE0C1367	MATRICOLA VH164028FT	INV. ENTE 130630	FASCIA CRITICA Finanziamenti propri	

ATTIVITA' RICHIESTE		
<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SISTEMAZIONE DELLO SPINOTTO DEL CARICABATTERIA CHE RISULTA ESSERE ROTTO
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: SISTEMAZIONE DELLO SPINOTTO DEL CARICABATTERIA CHE RISULTA ESSERE ROTTO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
11:38	15-10-21	11:38	15-10-21	MEDISOL (NAPOLI)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:		DATA:	15-10-21
SALVA FIRME >>			
Esecutore:	Tecnico Interno:	Ref. Reparto:	
_____	_____	_____	