



Responsabile del procedimento:
 Dott.ssa Cristina Graziani tel. 9448

Prot. N. 19025/21

Rieti, li 25/03/2021

Alla cortese attenzione di:

Direttore UOC Oculistica
 Dott. Fabio Fiormonte

Direttore UOSD Ingegneria clinica
 Ing. Erminio Pace

Direttore Medico Ospedale
 Dott. Luca Casertano

E p.c.
 Direttore Sanitario Aziendale
 Dott.ssa Assunta De Luca

OGGETTO: Casi endoftalmite post-operatoria Sig. Falasca Antonio (Magliano Sabina)

Il Caso:

Il paziente Falasca Antonio è stato operato di cataratta, successivamente all'intervento ha sviluppato una grave endoftalmite che ha richiesto un reintervento con vitrectomia parziale. Sebbene il paziente abbia subito il secondo intervento, il Direttore della UOC Oculistica riferisce che il visus è migliorato rispetto alle capacità visive precedenti al primo intervento.

Il caso, segnalato dal chirurgo dott. Fiormonte, Responsabile della UOC Oculistica, è stato oggetto di un audit in data 16/03/2021 presso i locali della Direzione Medica dell'ospedale, a cui hanno partecipato: il dr. F. Fiormonte (Direttore del Dipartimento Chirurgico), il dott. L. Casertano (Direttore Medico dell'Ospedale), il dr. R. Rizzo (Oculista operatore), il dr. M. Musolino (Risk Manager), la dott.ssa C. Pitti (Staff Risk Management), il CPSI Esposito Salvatore (Infermiere di Sala), CPSI Laura Serena (Infermiera strumentista).

Cronologia dei fatti:

Nella seduta di Chirurgia oftalmologica del 05/03/2021, presso la sede di Magliano Sabina, il paziente Falasca Antonio, 7° in posizione nella lista operatoria (vedi allegato), è stato operato, in anestesia locale, con intervento di facoemulsificazione ed aspirazione cataratta.

Sulla base delle evidenze disponibili e dei resoconti in corso di audit, il paziente dopo l'intervento ha manifestato un processo infiammatorio a carico dell'occhio operato che lo hanno condotto, in terza giornata (07/03/2021) a reintervento con asportazione parziale del vitreo. Al momento delle analisi organizzative non sono disponibili evidenze di contaminazione del campo operatorio (infiammazione sterile), tuttavia è presumibile che la causa dell'intensa flogosi all'occhio sia imputabile a materiale organico sterile rilasciato dal manipolo per l'irrigazione oculare peroperatoria.

Documento non acquisibile da A.G. ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge 24/17:

"I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari"

Conclusioni:

Sulla base delle evidenze al momento disponibili, l'analisi dell'evento in questione non ha riconosciuto un elemento puntuale con nesso univoco di causalità con l'evento segnalato, sono emersi tuttavia aspetti procedurali su cui è possibile esercitare un percorso di miglioramento.

La possibile presenza di residui organici all'interno del condotto del manipolo non è evidenziabile al termine del processo di sterilizzazione per le ridotte dimensioni del lume dello strumento. La rilevazione della totale pervietà del canale di irrigazione e aspirazione, potrebbe essere effettuata dal chirurgo operatore che opera con visione microscopica, tuttavia, non riconoscendo la necessaria forza protettiva in un piano di miglioramento che si basi solamente sul semplice invito ad una maggior osservanza, da parte del chirurgo operatore, di misure di valutazione visiva precauzionale prima dell'inizio della facoemulsificazione, il gruppo ha sostenuto l'importanza di reintrodurre la consolidata procedura di detersione dello strumentario mediante lavastrumenti che utilizzino l'azione degli ultrasuoni al fine di garantire il distacco di ogni residuo organico


In aggiunta a tale misura si è posta in evidenza l'importanza dell'utilizzo di collirio anestetico privo di eccipienti a pH alcalino per cui saranno eliminati, dalla sala operatoria, tutti i presidi farmacologici, usualmente usati per la misurazione del tono oculare, ma che potrebbero essere impropriamente utilizzati per l'anestesia operatoria.

Piano di miglioramento:

Azioni	Responsabile	Tempistiche
Proposta di acquisizione di modello di lavastrumenti a ultrasuoni	Dr. Fabio Fiormonte	15 giorni
Acquisizione e collaudo	Ing Erminio Pace	Tempi della procedura amministrativa di acquisizione
Eliminazione dei colliri a elevato rischio di utilizzo improprio dalla Sala Operatoria	Coordinatrice Sala Operatoria	7 giorni

Disponibile per ogni ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti

Direttore
 UOC Risk management e Qualità
 Dott. Maurizio Musolino





OFTALMOLOGIA MAG

Lista Operatoria di venerdì 5 marzo 2021

Sala SALA 1

Pos.	Paziente	N.ro C/C	Diagnosi	Intervento	Lat.	min.	Anestesia	Equipe operatoria	Profilassi	Note	Sangue
1 APA	SAGLIOCCHI MARIA ROSARIA (F) 13/12/1941 - 79 anni	LT19227832	366.10 - CATARATTA SENILE, NON SPECIFICATA	13.41 - FACOEMLSIFICAZIONE ED ASPIRAZIONE DI CATARATTA	DX	30	LOCALE	R.RIZZO	NO	DILATARE TAMPONE ESEGUITO PRIVATAMENTE	cc fcc
2 APA	COIRO ARDUINO (M) 06/11/1936 - 84 anni	LT19224041	366.10 - CATARATTA SENILE, NON SPECIFICATA	13.41 - FACOEMLSIFICAZIONE ED ASPIRAZIONE DI CATARATTA	DX	30	TOPICA	R.RIZZO	NO	DILATARE TAMPONE COVID/19 03/03/2021	
3 APA	PIERMARINI GIUSEPPE (M) 11/10/1940 - 80 anni	LT19226490	366.10 - CATARATTA SENILE, NON SPECIFICATA	13.41 - FACOEMLSIFICAZIONE ED ASPIRAZIONE DI CATARATTA	DX	30	LOCALE	R.RIZZO	NO	DILATARE TAMPONE COVID/19 3/03/2021	
4 APA	MASSIMIANI ASSUNTA (F) 12/10/1940 - 80 anni	LT19226889	366.10 - CATARATTA SENILE, NON SPECIFICATA	13.41 - FACOEMLSIFICAZIONE ED ASPIRAZIONE DI CATARATTA	DX	30	LOCALE	R.RIZZO	NO	DILATARE TAMPONE COVID/19 3/03/2021 ALLERGIE VEDI CARTELLA	
5 APA	GIRALDI ISABELLA (F) 02/06/1953 - 67 anni	LT20004449	366.10 - CATARATTA SENILE, NON SPECIFICATA	13.41 - FACOEMLSIFICAZIONE ED ASPIRAZIONE DI CATARATTA	DX	30	LOCALE	R.RIZZO	NO	DILATARE TAMPONE COVID/19 3/02/2021 ALLERGIE VEDI CARTELLA	
6 APA	MEI SIMONETTA (F) 03/02/1952 - 69 anni	LT19219090	366.10 - CATARATTA SENILE, NON SPECIFICATA	13.41 - FACOEMLSIFICAZIONE ED ASPIRAZIONE DI CATARATTA	SN	30	LOCALE	R.RIZZO	NO	DILATARE TAMPONE COVID/19 03/03/2021	

DIRETTORE U.O.

DIRETTORE U.O. ANEST.

CAPOSALA S.OP.

DIREZIONE MEDICA P.O.

S. OPERAT. :

CORSIA :

AMBULATORIO :



OFTALMOLOGIA MAG

Sala SALA 1

Pos.	Paziente	N.ro C/C	Diagnosi	Intervento	Lat.	min.	Anestesia	Equipe operatoria	Profilassi	Note	Sangue
7	FALASCA ADRIANO (M) 03/11/1951 - 69 anni	LT19227081	366.10 - CATARATTA SENILE, NON SPECIFICATA	13.41 - FACOEMLUSIFICAZIONE ED ASPIRAZIONE DI CATARATTA	DX	30	LOCALE	R.RIZZO	NO	DILATARE TAMPONE COVID/19 3/03/2021	
8	TSCHURTSCHENTHALER EDVIGE (F) 22/02/1939 - 82 anni	LT20001178	366.10 - CATARATTA SENILE, NON SPECIFICATA	13.41 - FACOEMLUSIFICAZIONE ED ASPIRAZIONE DI CATARATTA	SN	30	LOCALE	R.RIZZO	NO	DILATARE TAMPONE COVID/19 3/03/2021	
9	CAVALLARI ALESSANDRA (F) 16/01/1979 - 42 anni	LT19216337	374.51 - XANTELASMA	08.23 - ASPORTAZIONE DI LESIONE ESTESA DELLA PALPEBRA NON A TUTTO SPESSORE	NO	30	LOCALE	R.RIZZO	NO	NON DILATARE TAMPONE ESEGUITO PRIVATAMENTE 3/03/2021	

CAPOSALA S.OP.
DIREZIONE MEDICA P.O.

AMBULATORIO :

S. OPERAT. :

CORSIA :