

AZIENDA U.S.L. - RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

P.IVA 00821180577
Ingegneria Clinica
Tel. 0746/278832 Fax 0746/278833

Rieti, 01-07-2021 13:18:29

Spett.

Ditta: BIOLIVE S.R.L.

Telefono: 06 54221081

Fax: 06 92913328

Ufficio: VIA LEON PANCALDO, 2

Ticket: 2021/834/TICK del: 01-07-2021 12:18

Oggetto: richiesta preventivo

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

Tipologia: RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI

INVENTARIO SIC: 63921

MODELLO: UP-D898MD

PRODUTTORE: SONY CORP

MATRICOLA: 7240918

SCADENZA GARANZIA: 14-04-2025 00:00

Centro di Costo:

building: 0005 - POLIAMB. RIETI unit: 0005-0310 - Radiologia-0310 room: - STANZA ECOGRAFIA room: - COVID 60

Oggetto dell'intervento :

La stampante, dell'Ecotomografo Alpinion E-Cube 12, matricola M01131, riproduce strie multiple durante la rappresentazione fotografica che compromettono la qualità dell'iconografia.

Per informazioni e/ o eventuali accordi , si prega contattare Enrico Del Signore al n. tel. 0746/278634. Grazie.

Sperando in un sollecito intervento, si inviano distinti saluti .

Ingegneria Clinica
Il Dirigente Responsabile
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.