




21-000000293



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

INVENTARIO 64182	COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0306 - Endoscopia Digestiva -	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 10-11-21 18:24 - 10-11-21 18:24		
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC MARINA RINALDI - NOLDAP	UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: GASTROSCOPIA	ODL INTERVENTO 21-000000293		
TIPOLOGIA VIDEOGASTROSCOPIO	MODELLO GIF-H190	PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI		
PRODUTTORE OLYMPUS OPTICAL CO LTD	COD. CIVAB VGFOLY0000047252	MATRICOLA 2102168	INV. ENTE	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - STRUMENTO CON SCOVOLINO INCASTRATO ALL'INTERNO E PROVA DI TENUTA POSITIVA
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: STRUMENTO CON SCOVOLINO INCASTRATO ALL'INTERNO E PROVA DI TENUTA POSITIVA - ACCESSORI CONSEGNAI: PULSANTI ARIA ACQUA

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:19	11-11-21	08:19	11-11-21	OLYMPUS ITALIA srl (SEGRATE)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
14:26	16-11-21	14:26	16-11-21	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- ESEGUITO RITIRO DA PARTE DEL DHL CONTO OLYMPUS, PER RIPARAZIONE, DEL VIDEOGASTROSCOPIO GIF-H190, MATRICOLA 2102168, INV. 64182 GASTROENTEROLOGIA PO RIETI.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:		DATA: 25-11-21
SALVA FIRME >>		
Esecutore:	Tecnico Interno:	Ref. Reparto:
_____	_____	_____