

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

Prot. 35835

Rieti, 04/06/2021

VERBALE DEL 12 MAGGIO 2021

Attività di monitoraggio e controllo sul contratto di appalto: affidamento del servizio per sette anni di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche di proprietà e in uso presso la Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

Delibera di aggiudicazione definitiva: n. 420/DG del 16.06.2014

Azienda aggiudicataria: EBM Elettronica Bio Medicale S.r.l. (successivamente ALTHEA ITALIA SPA) - ADDENDUM AL CONTRATTO: 01/09/2014 - CIG: 3666880519

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di maggio in Rieti, presso gli uffici assegnati alla U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA della ASL di Rieti, si sono incontrati i signori:

- Ing. Erminio Pace, Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA - ASL Rieti;
- Ing. Marco Risa, Assistente della U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA - ASL Rieti;
- Sig. Dino Mengoni, Area Manager Lazio per Althea Italia S.p.a.;
- Ing. Alessandro Fortuna, Responsabile di Commessa per Althea Italia S.p.a..

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e sulla scorta dei documenti di gara

PREMESSO CHE

a seguito del verbale condiviso in data 03/03/2021, i referenti del Global Service (Althea) sono stati convocati per il giorno **12/05/2021** alle ore 12.00 per un incontro di monitoraggio e controllo, presso gli uffici della U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA, avente i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. è stato dato seguito solo parzialmente a quanto stabilito con il verbale del 03/03/2021. Al contrario permangono le medesime criticità, già segnalate:

- a. risultano, ad oggi, diversi interventi di riparazione non portati a compimento nei tempi contrattuali. Althea Italia Spa ha fornito argomentazioni e controdeduzioni in ordine ai rilievi sollevati legandoli alle criticità causate dalla pandemia da Covid-19.
Pur non essendo stati riscontrati disservizi, gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva hanno tempistiche eccessivamente elevati e superiori a quanto stabilito nella documentazione contrattuale;
 - b. assenza di n° 1 figura amministrativa part – time, per il periodo Gennaio 2020 – Settembre 2021 (stimata in € 33.333,33). Althea Italia Spa dichiara che tale mancanza non ha inciso sulle relative attività offerte nel Global Service;
 - c. mancato reintegro di n° 1 figura tecnica full – time in sostituzione dell’Ing. Agnese Monteneri, per il periodo Gennaio 2021 – Settembre 2021 (stimato in € 26.666,66);
2. come stabilito con Addendum al Contratto in data 01/09/2014, in questa sede, viene concordata la tipologia e i tempi di ordine/collaudo per le apparecchiature elettromedicali che la Società Althea fornirà alla ASL di Rieti in sostituzione delle apparecchiature obsolete o in end of life;
 3. nell’incontro del 03/03/2021 si è congiuntamente giunti ad una stima del residuo del fondo relativo al 12,5 % pari ad € 160.000,00;
 4. non è stato ancora ordinato il videogastroscoPIO trans-nasale destinato alla U.O.S.D. Gastroenterologia.

ACQUISITO CHE

La U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA propone di sostituire le apparecchiature elettromedicali, che si trovano in fine vita e che sono critiche per la continuità dell’attività sanitaria dei reparti ospedalieri, secondo il calendario riportato nella seguente tabella:

Al fine di migliorare le performance del Servizio ed a fronte delle assenze di personale sopraindicato, Althea Italia Spa propone, in sostituzione dei servizi venuti meno di cui al punto 1., lett. a), b) e c), di fornire un parco “apparecchiature sostitutive” già oggi messe a disposizione dell’Azienda Sanitaria con ulteriori tecnologie a scelta a discrezione dell’Amministrazione, per un valore complessivo di € 70,000.00. Dette apparecchiature dovranno essere riscattate in proprietà dalla ASL di Rieti al costo di € 1 ciascuna alla data del 31/08/21.

Conseguentemente, sia in ragione di quanto riportato al punto 3. che dei servizi venuti meno di cui al punto 1., lett. a), b) e c), le esigenze aziendali individuano in quanto riportato nella seguente tabella, le apparecchiature che Althea Italia Spa si impegna a ordinare, entro il mese di giugno 2021, e a collaudare e mettere in produzione, entro il successivo luglio 2021:

APPARECCHIATURA	U.O.	VALORE
INCUBATRICE	SALA PARTO	€ 10.000,00
CENTRALE DI MONITORAGGIO CON TELEMETRIE	CARDIOLOGIA	€ 190.000,00
VIDEOGASTROSCOPIO TRANS NASALE ULTRASOTTILE	GASTROENTEROLOGIA	30.000,00
TOTALE		€ 230.000,00
GLI ORDINI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO GIUGNO E IL COLLAUDO ENTRO E NON OLTRE 31 LUGLIO 2021		

La tipologia e l'ubicazione delle apparecchiature da collaudare entro il 31/07/2021 potrebbe essere oggetto di variazione, ma non l'entità del valore economico complessivo. Stante quanto sopra, la ASL di Rieti, procederà a ritardare l'emissione degli ordini relativi al canone del 2021, fintanto che la Società Althea Italia S.p.a. non adempirà alla fornitura e al collaudo delle apparecchiature, in conformità alla cronologia indicata nelle tabelle sopra riportate.

RISCONTRATO CHE

La Società Althea Italia S.p.a. prende atto delle richieste della ASL di Rieti. La stessa Società si impegna a chiudere le criticità tecniche sopra elencate entro il 31/07/2021 e concorda sulla pianificazione riportata nella tabella di cui sopra e si dichiara disposta ad accettare l'eventuale sospensione dei pagamenti in caso di ritardi o mancati adempimenti.

La presente proposta, sottoscritta dai presenti, verrà trasmessa alla Direzione Amministrativa Aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti li, 12 Maggio 2021

Per la Società Althea Italia

(timbro e firma)

Per la ASL di Rieti

(timbro e firma)